



Poznań, 18.02.2022

EZP/110/2021

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Postępowanie przetargowe nr EZP/110/2021

Informujemy, iż do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SWZ. Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2. Ustawy Prawo zamówień publicznych udziela na nie odpowiedzi:

- Pytanie dot. Pakietu nr 14 i 51 Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu przedstawienia wykazu wykonanych dostaw oraz referencji dot. Pakietu nr 14 i 51 z uwagi na fakt, że Zamawiający wielokrotnie korzystał z materiałów szewnych oferowanych przez Wykonawcę.
Odpowiedź: Zamawiający nie odstępuje od tego wymogu.
- Dot. Pakietu nr 1, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 340 µm, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
- Dot. Pakietu nr 1, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą z 3 krawędziami tnącymi, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
- Dot. Pakietu nr 1, poz. 5 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą szpatułą?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
- Dot. Pakietu nr 2, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 6 mm, średnica 150 µm??
Odpowiedź: Nie dopuszczamy
- Dot. Pakietu nr 21, poz. 2 Czy Zamawiający wydzieli lub wykreśli w/w pozycje do osobnego pakietu?
Odpowiedź: Nie ma możliwości wydzielenia do osobnego pakietu.
- Dot. Pakietu nr 22, poz. 2 Czy Zamawiający wydzieli lub wykreśli w/w pozycje do osobnego pakietu?
Odpowiedź: Nie ma możliwości wydzielenia do osobnego pakietu.
- Dot. Pakietu nr 31, poz. 8 Czy Zamawiający wydzieli lub wykreśli w/w pozycje do osobnego pakietu?
Odpowiedź; Zamawiający nie wykreśli i nie przeniesie pozycji do oddzielnego pakietu.
- Dot. Pakietu nr 32, poz. 5 Czy Zamawiający wydzieli lub wykreśli w/w pozycje do osobnego pakietu?
Odpowiedź; Zamawiający nie wykreśli i nie przeniesie pozycji do oddzielnego pakietu.
- Dot. Pakietu nr 36 Czy Zamawiający dopuści szwy plecione, syntetyczne, z glikolidu i laktyny, powlekane, wchłaniane do 70 dni, o czasie podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach 75%, po 3 tygodniach 50%, po 4 tygodniach 25%?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
- Dot. Pakietu nr 41 Czy Zamawiający dopuści szwy z igłami ze stali typu 300?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
- Dot. Pakietu nr 41, poz. 5 Czy Zamawiający wydzieli lub wykreśli w/w pozycje do osobnego pakietu?
Odpowiedź; Zamawiający nie wykreśli i nie przeniesie pozycji do oddzielnego pakietu.

www.skhs.pl, e-mail: szpital@spsk2.pl

www.skpp.edu.pl, e-mail: szpital@skpp.edu.pl

NIP 779-20-33-466, REGON 000288834, KRS 0000001852

nasze obiekty: ul. Przybyszewskiego 49, ul. Grunwaldzka 16/18, ul. Długa 1/2, ul. Szamarzewskiego 84, Osiedle Rusa 55





13. Dot. Pakietu nr 41, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 19 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

14. Dot. Pakietu nr 42 Czy Zamawiający dopuści szwy wchłaniane, syntetyczne, monofilamentowe, z kopolimeru glikolidu i kaprolaktonu, o czasie wchłaniania 90-120 dni, o profilu podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 70%, po 14 dniach 40%, po 21 dniach 15%?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

15. Dot. Pakietu nr 43 Czy Zamawiający dopuści szwy plecione, syntetyczne, z kwasu glikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o czasie wchłaniania 60-90 dni, o czasie podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach 80%, po 3 tygodniach 50%, po 4 tygodniach 20%, z igłami ze stali typu 300, pakowane podwójnie w saszetkę aluminiową i blister folia-papier, bez powleczenia chlorheksydyną?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

16. Dot. Pakietu nr 44, poz. 5, 8 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą z 3 krawędziami tnącymi, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

17. Dot. Pakietu nr 44, poz. 4, 6 Czy Zamawiający dopuści nić monofilamentową, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

18. Dot. Pakietu nr 44, poz. 4, 6 Czy Zamawiający dopuści nić plecioną niewchłanialną, poliestrową?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

19. Dot. Pakietu nr 44, poz. 3-8 Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm?

Odpowiedź Zamawiający nie dopuszcza

20. Wnosimy o wyjaśnienie wymogu Zamawiającego z SWZ pakiet 47 w zakresie potwierdzenia rejestracji kleju tkankowego publikacjami, w sytuacji gdy nie wynika on z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i jest całkowicie bezpodstawny. Zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r., o wyrobach medycznych art. 2 ust. 8 certyfikat zgodności jest dokumentem wydawanym przez jednostką notyfikowaną w zakresie wyrobów, poświadczającym przeprowadzenie procedury oceny zgodności, potwierdzającej, że należy zidentyfikowany wyrób, jego projekt, typ, proces wytwarzania, sterylizacja lub kontrola i badania końcowe są zgodne z wymaganiami zasadniczymi. Ponadto zgodnie z treścią art. 2 ust. 11 Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych deklaracja zgodności jest oświadczeniem wytwórcy, stwierdzającym na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób medyczny jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi. Wobec powyższych okoliczności wnosimy o sprostowanie zapisów SWZ w tym zakresie i wykreślenie wymogu "potwierdzenia rejestracji publikacjami. Informujemy, że produkt przeszedł ocenę kliniczną, zgodnie z wymaganiami dyrektywy o wyrobach medycznych tj. MDD 93/42/EWG, czym udowodniono działania kliniczne zgodne z przeznaczeniem wyrobu.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapis SWZ w zakresie pakietu 47 dot. rejestracji potwierdzonej publikacjami. Nowe zapisy otrzymują następujące brzmienie:

„PAKIET 47

Klej tkankowy przeznaczony na Blok Operacyjny Oddziałów Kardiochirurgii

Opis:

www.skhs.pl, e-mail: szpital@spsk2.pl

www.skpp.edu.pl, e-mail: szpital@skpp.edu.pl

NIP 779-20-33-466, REGON 000288834, KRS 0000001852

nasze obiekty: ul. Przybyszewskiego 49, ul. Grunwaldzka 16/18, ul. Długa 1/2, ul. Szamarzewskiego 84, Osiedle Rusa 55





- preparat dwuskładnikowy, złożony z 45% wołowej oczyszczonej albuminy surowiczej oraz z 10% glutaraldehydu.
 - w formie dwukomorowej strzykawki niewymagający manualnego mieszania składników (mieszanie wewnątrz aplikatora)
 - sterylne opakowanie o pojemności 5 ml, zawiera strzykawkę oraz 4 standardowe aplikatory mieszające
 - niewymagający warunków chłodniczych oraz ogrzewania przed użyciem.
 - przechowywanie w temperaturze pokojowej
 - do stosowania jako klej i uszczelniacz na linię szwów oraz śród-ściennie przy rozwarstwieniach
 - produkt tworzący elastyczne uszczelnienie o dużej wytrzymałości mechanicznej i silnych właściwościach adhezyjnych
 - polimeryzacja od 4-25 sekund, pełne wiązanie do 2 min
 - czas absorpcji od 12 do 24 miesięcy
 - termin ważności i sterylności min. 2 lata od daty dostawy
 - dostępny w opakowaniu zbiorczym: 5 szt. strzykawki + 4 wymienne aplikatory do każdej strzykawki”
21. Biorąc pod uwagę, iż klej tkankowy należy do grupy wyrobów medycznych zgodnie z Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, a jego dostawy stanowią jedynie część asortymentu z naszej oferty, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, iż uzna za wystarczające przedłożenie wykazu 2 dostaw obejmujących wyroby medyczne o wartości brutto nie mniejszej niż podana przez Zamawiającego w SWZ dla poszczególnych Pakietów. Zostawiając zapisy SWZ bez zmian Zamawiający ogranicza uczciwą konkurencję zawężając tym samym krąg wykonawców.
- Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis SWZ w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej na następujący „wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie (2) dostawy wyrobów medycznych, każda o wartości minimum: Wartości pakietów zgodnie z SWZ.**
22. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 ust. 1: 1. W przypadku zwłoki w terminowym wykonaniu przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 0,1 % wartości netto opóźnionej części przedmiotu dostawy za każdy kolejny dzień zwłoki w realizacji przedmiotu Umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości netto opóźnionej części przedmiotu dostawy.
- Odpowiedź: Zamawiający nie dokona modyfikacji.**
23. Dotyczy Pakietu nr 6 Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6 szew pleciony, syntetyczny, powlekany, o czasie wchłaniania 60-90dni, wykonany z kwasu poliglikolowego, czasie podtrzymywania tkankowego 65% po 14 dniach?
- Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**
24. Dotyczy Pakietu nr 6, Pozycji nr 4 Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6, Pozycji nr 4 igłę okragło-tnącą wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian?
- Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**
25. Dotyczy Pakietu nr 6, Pozycji nr 6 Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6, Pozycji nr 6 igłę okragło-tnącą, pozostałe parametry bez zmian?
- Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**



26. Dotyczy Pakietu nr 10 Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 10 szew niewchłaniający, syntetyczny, monofilamentowy, polipropylenowy, jałowy, pakowany na prosto w celu zmniejszenia pamięci skrętu włókna po wyjęciu z opakowania?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

27. Dotyczy Pakietu nr 10, Pozycji nr 3 Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 10, Pozycji nr 3 igłę okrągłotną o długości 36mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

28. Dotyczy Pakietu nr 10, Pozycji nr 3 Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 10, Pozycji nr 3 igłę okrągłotną o długości 26mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

29. Dotyczy Pakietu nr 10, Pozycji nr 4 Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 10, Pozycji nr 4 igłę o długości 18mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

30. Dotyczy Pakietu nr 17, Pozycji nr 3 Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 17, Pozycji nr 3 igłę o długości 26mm oraz nić o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Nie dopuści.

31. Dotyczy Pakietu nr 18, Pozycji nr 1,2,4 Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 18, Pozycjach nr 1,2,4 nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

32. Dotyczy Pakietu nr 20 Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 20 szew pleciony, syntetyczny, powlekany, o czasie wchłaniania 60-90dni, wykonany z kwasu poliglikolowego, czasie podtrzymywania tkankowego 65% po 14 dniach?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

33. Dotyczy Pakietu nr 52, Pozycji nr 1 Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 52, Pozycji nr 1 siatkę w rozmiarze 7x15cm lub/i 10x15cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

34. Dotyczy Pakietu nr 42,45 Czy Zamawiający dopuści w Pakietach nr 42 i 45 szew monofilamentowy, syntetyczny, wchłaniający, o czasie wchłaniania 90-120dni, wykonany z kwasu poliglekaptopronu 25, czasie podtrzymywania tkankowego 55% po 7 dniach oraz 25% po 14 dniach?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

35. Dotyczy Pakietu nr 42, Pozycji nr 1 Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 42, Pozycji nr 1 igłę kosmetyczną, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

36. Dotyczy Pakietu nr 45, Pozycji nr 1 Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 45, Pozycji nr 1 igłę kosmetyczną oraz nić o długości 70cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

37. Dotyczy Pakietu nr 45, Pozycji nr 2 Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 45, Pozycji nr 2 nić o długości 70cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

38. Zadanie nr 1 poz 5 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie szwu niebarwionego, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody



39. Zadanie nr 13 poz 1 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie szwu z igłą 18mm, kosmetyczna, 5 krawędzi tnących, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

40. Zadanie nr 14 poz 1 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie szwu z igłą 1/2 koła 17mm, o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

41. Zadanie nr 29 poz 1 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie szwu z igłą wzmocnioną, długość 180cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

42. Zadanie nr 44 poz 3 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie szwu z igłą 25mm zamiast opisanej 24mm ? pozostałe parametry bez zmian.

43. Dotyczy Pakietu nr 1, Pozycji nr 6 Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie tylko i wyłącznie jako próbkę do postępowania w Pakiecie nr 1 poz. 6 szwu syntetycznego plecionego o parametrach USP 4/0, 1/2 koła igła okrągła 18 mm, nić 75 cm?

Odpowiedź : Zamawiający odstępuje od wymogu próbek dla pakietu 1 poz. 6.

44. Dotyczy Pakietu nr 1, Pozycji nr 6 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dostarczenie próbki z Pozycji nr 3 lub/i Pozycji nr 4 lub/i Pozycji nr 5 w ramach próbki z Pozycji nr 6.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dla pakietu 1 wymaga złożenia jedynie próbki dla pozycji 5.

45. Zwracam się z prośbą o udostępnienie wzoru JEDZ w wersji xml zgodnie z zapisem w zał. 2 do SWZ tj.: 1) W celu wypełnienia ESPD należy wykonać następujące czynności: a) Pobrać z platformy zakupowej <https://platformazakupowa.pl/skpp> plik w formacie XML o nazwie „JEDZ” – plik musi zostać zapisany na dysku Wykonawcy;

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia.

46. Pytanie nr 1 Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 dopuści szew wchłaniający, syntetyczny, złożony z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego (poliglaktyna 910), pleciony, powlekany mieszaniną kwasu polimlekowego i poliglikolowego (Poli (glikolid i l-laktyd 35/65) oraz stearynianem wapnia w stosunku 50/50. Zdolność podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 92%, po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25%. Czas całkowitej absorpcji 56-70 dni .

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

47. Pytanie nr 2 Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 w poz. 4 dopuści igłę odwrotnie tnącą wzmocnioną? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

48. Pytanie nr 3 Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 w poz. 4 dopuści igłę okrągłą wzmocnioną ? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

49. Pakiet 17, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

50. Pakiet 17, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości 3/0?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.



51. Pakiet 36 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z kwasu poliglikolowego o czasie wchłaniania 60-90dni, profil podtrzymywania po 14 dniach ok. 20%?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

52. Pakiet 36, pozycja 8, 11, 12 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

53. Pytanie 2, dotyczy pakiet nr 17 poz.3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 17 poz.3 szwów polipropylenowych z dodatkiem polietylenu (substancji zmniejszającej pamięć skrętu nici) z igłą 26 mm.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

54. Dotyczy Zadanie 17 Czy Zamawiający w poz.2 dopuści nici z głą 31mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź: nie wyrażamy zgody

55. Dotyczy Zadanie 17 Czy Zamawiający w poz.3 dopuści długość nici 75 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

56. Dotyczy Zadanie 20 Czy Zamawiający w poz.1 dopuści nici o długości 70cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

57. Dotyczy Zadanie 39 Czy Zamawiający w poz.3 dopuści nici o długości 45cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający jednocześnie informuje, iż termin składania ofert został przesunięty na dzień 28.02.2022 godz. 09.00. Termin otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 28.02.2022 godz. 09.30.

Oprac. Katarzyna Pańczak-Pikos, tel. 618549242, e-mail: katarzyna.panczak-pikos@skpp.edu.pl