



Katowice, dnia 05.10.2022r.

### WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: „DOSTAWA SEPARATORA KOMÓRKOWEGO” Nr sprawy: ZP-22-137BN

Dyrektor

Zamawiający koryguje treść odpowiedzi na pytanie nr 1 udzielonej w dniu 04.10.2022r.

dr n. med.

Włodzimierz Dziubdziela

**Pyt. nr 1, Załącznik nr 1 pkt. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia posiadającego kolorowy ekran dotykowy LCD o wielkości 12,5 cala, który pokazuje graficznie każdy etap procedury?

ul. Francuska 20-24  
40-027 Katowice

**Odp: Zamawiający dopuszcza.**

SEKRETARIAT

tel.: (32) 259-16-50

fax.: (32) 255 46 33

Zgodnie z art. 286 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz koryguje treść Rozdz. III pkt. 3 SWZ. Przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ.

spskm@spskm.katowice.pl

[www.spskm.katowice.pl](http://www.spskm.katowice.pl)

CENTRALA :

Tel. (32) 259-12-00

**BYŁO:** „Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 05.11.202r.”

**JEST:** „Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 08.11.2022r.”

**Zamawiający przypomina, że brak dołączenia do oferty przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający odrzuci ofertę.**

Aktualny termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień

**10.10.2022r. godz.: 09:00**

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz.: 09:30