

Znak: ZOZ.V.010/DZP/16/21

Sucha Beskidzka dnia 10.03.2021r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu 1x użytku –uzupełnienie I.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchoj Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

**Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet lub męskiej inkontynencji.

Produkt jest jałowym, lepkiem żelem zawierającym zawiesinę z mikrocząsteczek dekstranomeru i usieciowanego kwasu hialuronowego pochodzenia nie zwierzęcego w składzie:

- ✓ Sól sodowa usieciowanego kwasu hialuronowego 15 mg
- ✓ Dextranomer 50 mg
- ✓ Woda do wstrzykiwań ad 1 ml

Kompletny zestaw zawiera:

- 4 ampułko-strzykawkę z jałowym, lepkiem żelem nie alergizującym, biokompatybilnym, biodegradowalnym, długotrwale działającym, każda po 1ml
- 2 jałowe igły aplikacyjne
- 1 Cewnik Foley'a
- 1 aplikator pozycjonujący igłę podczas iniekcji

Preparat może być wstrzykiwany przy pomocy każdego rodzaju cystoskopu z kanałami roboczymi min 6FR

Zestaw jest wyrobem medycznym klasy III według Dyrektywy 93/42/EEC

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Z poważaniem:

Z-ca Dyrektora  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Suchoj Beskidzkiej  
mgr Jacek Bączewski



Dziękuję  
mgr Jacek Bączewski