

COZL/DZP/AS/3411/PN-118/23

Lublin, dnia 20.09.2023 r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na :

„Dostawa narzędzi i akcesoriów endoskopowych (kleszcze, klipsy, ustniki) na potrzeby COZL”.
(COZL/DZP/AS/3411/PN-118/23)

Działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1

Czy zamawiający w części 1 pozycji 7 dopuści jednorazowe pętle do polipektomii ze sztywnego drutu o średnicy otwartej pętli 13,27mm dla kształtu owalnego i heksagonalnego, ze sztywnego drutu o średnicy 27mm dla kształtu półksiężycowatego oraz z giętkiego drutu o średnicy 30mm dla kształtu owalnego; długość robocza narzędzia 240cm, również do polipektomii na zimno?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuści w części 1 pozycja 17 przewodnik hydrofilny z rdzeniem odpornym na złamanie, izolowany elektrycznie z hydrofilną końcówką roboczą o długości 5cm i o długości roboczej 260cm dla średnicy 0,025", 0,035", 0,038" oraz o długości roboczej 450cm dla średnicy 0,025", 0,035"?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Czy zamawiający w części 1 pozycja 19 dopuści samorozprężalny całkowicie pokrywalny stent do protezowania zwężeń dróg żółciowych o dodatkowej średnicy 6mm i długości 4,6,8mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Dot. Część 3

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie protez o średnicy 5Fr, 7Fr, 8,5Fr, 10 Fr i 11,5 Fr, o długościach 3, 5, 7, 9, 12 i 15 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Dot. Część 3

Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie popychaczy o długości 180 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania części umowy, tj. niezłożenia zamówień częściowych, w zakresie nie większym niż 20 % łącznej wartości brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 7

Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„..., nie dłużej jednak niż o okres kolejnych 6 miesięcy”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 8

Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„... warunkiem realizacji, o ile zwłoka w płatnościach (należności wymagalnych) nie przekracza 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 9

Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie następującego zapisu:

„... Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 10

Dotyczy wzoru umowy § 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„..., w terminie 5 dni od daty uznania reklamacji za zasadną”?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy Projektowanych postanowień umowy - § 5 nadając mu brzmienie: W przypadku zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się w terminie 2 dni od daty uznania reklamacji za zasadną do wymiany towarów na wolne od wad oraz dokona korekty faktury.

Pytanie 11

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 1a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z 0,5% na 0,3%?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 12

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 1b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary z 0,5% na 0,3%?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 13

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 1c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary z 10% na 7%?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 14

Dotyczy wzoru umowy § 6 ust 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„..., na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji należytego wykonania umowy. Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z wykonaniem zakupu zastępczego w tym również niezbędne koszty związane z transportem. Skorzystanie przez Zamawiającego z ww. uprawnienia nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zamówienia, co do którego był w opóźnieniu, a tym samym nie wyłącza możliwość naliczenia kar umownych z tego tytułu. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na wyżej opisane zastępcze wykonanie umowy przez zamawiającego bez uzyskiwania przez Zamawiającego w tym przedmiocie upoważnienia sądu na podstawie przepisu art. 480 KC”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 15

Dotyczy wzoru umowy § 6 ust 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„..., nie mogą przekraczać 20% kwoty o której mowa w § 3 ust 1 umowy. Zamawiający może dochodzić odszkodowania w zakresie przeważającym kary umowne na zasadną ogólnych’?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 16

Dotyczy wzoru umowy § 7 ust 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„..., uprzedniego 3 – krotnego złożenia pisemnych uzasadnionych zastrzeżeń przez Zamawiającego - Wykonawca uporczywie nie wykonuje dostaw zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, co potwierdza na piśmie upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego w powyższym trybie Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 7% niezrealizowanej wartości umownej przedmiotu umowy/pakietu”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 17

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie zaistniały w/w okoliczności.

Pytanie nr 18

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 2

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2 w pozycji 1, w miejsce pierwotnych parametrów, stentów do dróg żółciowych tylko o średnicy 6, 8, 10mm i długości 4, 6, 8cm. Pozostałe parametry z godnie z swz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 19

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 2

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2 w pozycji 7, w miejsce pierwotnych parametrów, zestawów do opaskowania żyłaków przełyku na endoskopy o średnicy 8.6-14mm. Pozostałe parametry z godnie z swz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 20

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 2

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2 w pozycji 9, w miejsce pierwotnych parametrów, przewodników o średnicy 0,021, 0,025 0,035 z końcówką prostą i zagiętą dla rozmiaru 0,035. Pozostałe parametry z godnie z swz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 21

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 2

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2 w pozycji 11, w miejsce pierwotnych parametrów, przewodników o długości 145cm. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 22

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 2

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2 w pozycji 22, w miejsce pierwotnych parametrów, poszerzadeł dróg żółciowych i trzustkowych w rozmiarze 8.4-7-5 i 9.6-7-5Fr.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 2

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2 w pozycji 34, w miejsce pierwotnych parametrów, zestawów do wprowadzania protez do dróg żółciowych z cewnikiem popychającym o średnicy 8.5 oraz 9Fr. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 24

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 2

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2 w pozycji 36, w miejsce pierwotnych parametrów, nakładek na kanał roboczy pakowanych po 10 sztuk (1op=10sztuk).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.