



**REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA
I KRWIOLECZNICTWA W BYDGOSZCZY
85-015 Bydgoszcz, Ks. Markwarta 8**

www.rckik-bydgoszcz.com.pl e-mail: krew@rckik-bydgoszcz.com.pl

L. dz. DAT-3800-14-ZP-2022

Bydgoszcz, dnia 31.10.2022 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę materiałów eksploatacyjnych do zgrzewarek - Nr postępowania 14/ZP/2022

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 t.j. ze zm.), udziela wyjaśnień treści zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytań.

Pytanie nr 1:

Pytanie nr 1 Oferowane liczniki zgrzewów CompoDock Counter nie są wyrobem medycznym i nie posiadają znaku CE. W związku z powyższym nie jest wymagane aby zostały dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Liczniki nie posiadają certyfikatu serii/jakości, zalecanych warunków przechowywania, a także okresu przydatności do użycia. Należy zaznaczyć, że liczniki spełniają normy producenta zgrzewarki w zakresie kompatybilności sprzętowej. Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że odstąpi od wymogu dostarczania wyżej wymienionych informacji wraz z dostawą.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ, wskazując ponadto, iż zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ – opisem przedmiotu zamówienia, w opisie wymagań, myślniku drugim, Zamawiający wskazał:

„do każdej dostawy liczników wykonawca zobowiązany jest dołączyć informację dot. nr serii, warunków przechowywania oraz okresu ważności. Informacje te muszą znajdować się na opakowaniu **lub być dołączone do dostawy w formie oświadczenia**”.

Zamawiający nie wymaga, żeby wskazane oświadczenie było wystawione przez producenta.

Zamawiający informuje, iż w związku z udzielonymi odpowiedziami i wyjaśnieniami nie ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert – 04.11.2022 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert – 04.11.2022 godz. 10:30

Powyższe zmiany i wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.

06433
Kierownik Działu
Preparatyki i Ekspedycji Krwi
mgr Jacek Poindaniak
Diagnosta Laboratoryjny
specjalista laboratoryjnej transfuzjologii
medycznej

Zatwierdził

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Bydgoszczy

mgr Paweł Wojtylak