



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach
im. św. Jana Pawła II

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51

(41) 260-42-00 Fax. (41) 260-42-05

NIP:657-18-13-314 REGON: 290391139



zoz@zozmswiakielce.pl

www.zozmswiakielce.pl

Kielce, dnia 11-06-2021r.

Znak postępowania: 03/TP/2021

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „„Zakup i sukcesywna dostawa odczynników, kalibratorów wraz z dzierżawą aparatów do oznaczeń Troponiny HS, D-Dimerów, Prokalcytoniny i p/ciał Sars Cov-2 IgG”

SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.), udziela odpowiedzi na następujące pytania, zadane do wyżej wymienionego postępowania:

Pytanie nr 1

Załącznik nr 2, parametry wymagane pkt. 4 - Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie odczynników z minimalnym terminem ważności 4 – 6 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego?

Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SIWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie odczynników z minimalnym terminem ważności 4 – 6 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego

Pytania do Projektowanych ustawień Umowy (zał. nr 6):

Pytanie nr 2

§2 ust. 8 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu przeznaczanego na rozpoczęcie naprawy analizatora do 48 godzin w dni robocze od otrzymania zgłoszenia?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3

§2 ust. 8 zdanie drugie – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:
„W przypadku braku możliwości naprawy analizatora w ciągu 72 godzin w dni robocze od zgłoszenia Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu analizator zastępczy lub zapewnić ciągłość badań w innym laboratorium na koszt własny”?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje § 2 ust. 8 „W przypadku braku możliwości naprawy analizatora w ciągu 72 godzin w dni robocze od zgłoszenia Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu analizator

Z-CA DYREKTORA
ds. Inwestycyjno-Technicznych
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
im. św. Jana Pawła II

Jolanta Cygan

J. Senajon

[Signature]

zastępczy lub zapewnić ciągłość badań w innym laboratorium na własny koszt i ryzyko”

Pytanie nr 4

§2 ust. 9 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu przeznaczonego na realizację zamówienia do 5 dni roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 5

5. §2 ust. 9 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu przeznaczonego na realizację zamówień „na cito” do 48 godzin w dni robocze?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 6

§2 ust. 19 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Wykonawca wraz z pierwszą dostawą przedmiotu umowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu aktualne karty charakterystyki dla dostarczonego asortymentu, w wersji elektronicznej na adres:

W odniesieniu do Wykonawców nie mających technicznych możliwości dostarczenia kart charakterystyk wraz z pierwszą dostawą, Zamawiający uzna za spełnienie warunku udostępnienie ich do bezpłatnego i całodobowego pobrania z biblioteki technicznej Wykonawcy udostępnionej na jego stronie internetowej pod adresem:”?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 7

7. §3 ust. 2 – Czy Zamawiający zgodzi się na termin ważności zgodny z wymaganiami dotyczącymi przedmiotu zamówienia postawionymi w załączniku nr 2 do SWZ? Termin ważności określony w §3 ust. 2 jest nierealny do spełnienia, gdyż nawet producent odczynników nie gwarantuje tak długiego terminu ważności jak 36 m-cy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i potwierdza że obowiązującymi terminami są terminy podane w zał. Nr 2 do SWZ z uwzględnieniem odpowiedzi na pytanie nr. 1.

Z-GA DYREKTORA
ds. Inwestycyjno-Technicznych
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
im. św. Jana Pawła II

Jolanta Cygan

(podpis osoby upoważnionej)

J. Serapiń