

Łódź , dnia 21.04.2022 r.

## **Wykonawcy postępowania**

Sygnatura: **ZP/41/2022**

Sprawa: **Dostawa Termocyklera Real -Time PCR z laptopem dla Zakładu Neurochemii Molekularnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ulicy Mazowieckiej 6/8**

Działając w oparciu art. 284 pkt 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych

Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

### **Pytanie 1.**

Czy Zamawiający miał na myśli stopnie Celsjusza w niżej wymienionych punktach w opisie SWZ zał. 2 :

Pkt. 9 -Zakres temperatur:4-99,90C

Pkt.10 -Maksymalna szybkość zmian temperatury: 6,00C/s, średnia szybkość zmian temperatury: 40C/s

Pkt. 11 -Termocykler gradientowy (12-strefowy) o rozpiętości gradientu regulowanej od 0,1 do 400C, w zakresie temperatur 30-99,90C

Pkt.12 -Grzana pokrywa do 1050C

Pkt.13 -Jednorodność temperatury:  $\pm 0,20C$

Pkt.14 -Dokładność temperatury:  $\pm 0,10C$

### **Odpowiedź:**

Zamawiający w punktach od 9-14 załącznika nr 2 do SWZ podał stopnie Celsjusza (C)

### **Pytanie 2.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie instrukcji w języku angielskim (dotyczy zapisu §5 pkt. 1 PPU)?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

### **Pytanie 3.**

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w zapisie §8 pkt. 3:

„W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 7%wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust.1”

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary **do 7%** wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust.1.

### **Pytanie 4.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kar umownych z 20% na 10% w zapisie PPU §8 pkt. 6?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości kar umownych **na 15%**.

**Pytanie 5.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w zapisie PPU §8 pkt. 9 na:  
„W przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy powyżej 28 dni lub nie niedotrzymaniu ustalonej jakości dostarczanych towarów, o ile nie wynika to z sytuacji, na którą Wykonawca nie miał wpływu, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu na dostarczenie kompletnego przedmiotu zamówienia. (...)”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu PPU §8 pkt. 9 na:

„W przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy powyżej **21 dni** lub niedotrzymaniu ustalonej jakości dostarczanych towarów, o ile nie wynika to z sytuacji, na którą Wykonawca nie miał wpływu, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu na dostarczenie kompletnego przedmiotu zamówienia. (...)”

**Pytanie 6.**

Czy Zamawiając wyrazi zgodę na zmianę w zapisie PPU §9 pkt. 3 na:

„(...)Wady, które można zgłaszać Wykonawcy za pośrednictwem poczty email, na adres....., będą usuwane przez niego niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie **28 dni** (kalendarzowych) od momentu dokonania zgłoszenia, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia działań zmierzających do usunięcia zgłoszonych mu wad (kontakt poprzez email, przesłanie tzw. error logs, wskazanych lub przyjazd serwisanta w zależności od sytuacji) w ciągu **72 godzin** w dni robocze od momentu dokonania zgłoszenia. W ciągu **48 godzin** od momentu przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania zgłoszonych mu wad, ma on obowiązek poinformowania Zamawiającego o prawdopodobnym czasie usunięcia tych wad. (...)”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w zapisie PPU §9 pkt. 3

**Pytanie 7.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zmianę w zapisie PPU §9 pkt. 4 na:  
„W sytuacji, w której prawdopodobny czas usuwania wad, zgłoszony Zamawiającemu przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami §9 ust. 3 będzie przekraczał **28 dni** (kalendarzowych) liczonych od chwili dokonania zgłoszenia o wadzie (wadach), Wykonawca na swój wyłączny koszt dostarczy Zamawiającemu (...)”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w zapisie PPU §9 pkt. 4.

**Pytanie 8.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w zapisie PPU §9 pkt. 5 na:  
„W sytuacji, gdy przez okres gwarancyjny towar ulegał będzie 3-krotnej istotnej awarii, lub w przypadku braku możliwości usunięcia wad Zamawiający może żądać wymiany przez Wykonawcę tego aparatu w całości lub części na nowy wolny od wad oraz o tożsamych parametrach, na wyłączny koszt Wykonawcy.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

**Pytanie 9.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w zapisie PPU §9 pkt. 7. na:

„W ramach gwarancji Wykonawca zapewni przeprowadzenie jednego bezpłatnego przeglądu konserwacyjno - zapobiegawczego w okresie gwarancji w terminie wskazanym przez Zamawiającego.”

**Wyjaśnienie:** Producent nie wymaga przeglądów w okresie gwarancji i nie są one uwzględniane w cenie urządzenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w zapisie PPU §9 pkt. 7.

Z-ca DYREKTORA

Biura Obsługi i Realizacji Zamówień Publicznych

mgr inż. Janusz Kokoszko