



## WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: „DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO” Nr sprawy: ZP-23-015BN

Dyrektor

dr n. med.

Włodzimierz Dziubdziela

ul. Francuska 20-24  
40-027 Katowice

SEKRETARIAT

tel.: (32) 259-16-50

fax.: (32) 255 46 33

spskm@spskm.katowice.pl

[www.spskm.katowice.pl](http://www.spskm.katowice.pl)

CENTRALA:

Tel. (32) 259-12-00

W związku z pytaniem Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp,, SPSKM jako Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

### Pyt. nr 1 dot. „projektu umowy” § 2 ust 8

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację Projektu Umowy poprzez dopisanie: „ Wykonawca ponosi koszty transportu **przy jednorazowym zamówieniu powyżej 200,00 zł netto (...)**” Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 200,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

**Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.**

### Pyt. nr 2 dot. „projektu umowy” § 4 ust 1,2,3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zapisów §5 ust 1, 2, 3 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

**Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany w projekcie umowy.**

**W zakresie § 4 ust 1 Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kar umownych do 1% wartości brutto nie dostarczonego przedmiotu umowy - za każdy dzień zwłoki.**

**W zakresie § 4 ust 2 Zamawiający wyraża zgodę na naliczanie kar umownych w wysokości 20% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.**

### Pyt. nr 3 Pakiet nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 2 dopuści probówki cienkościenne typu Eppendorf spełniające wymagania Zamawiającego, posiadające wskaźniki objętości 0,3 i 0,5ml umożliwiające wzrokowe określenie objętości próbki?

**Odp: Zamawiający dopuszcza.**

### Pyt. nr 4 Pakiet nr 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2, poz. 4 końcówki spełniające wymagania Zamawiającego, mające długość całkowitą 46mm?

**Odp: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.**

### Pyt. nr 5 Pakiet nr 2 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2, poz. 6 końcówki spełniające wymagania Zamawiającego, mające długość całkowitą 33mm?

**Odp: Zamawiający dopuszcza.**

### Pyt. nr 6 Pakiet nr 2 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2, poz. 7 końcówki spełniające wymagania Zamawiającego, mające długość całkowitą 51mm?

**Odp: Zamawiający dopuszcza.**



**Pyt. nr 7 Pakiet nr 2 poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2, poz 8 końcówki spełniające wymagania Zamawiającego, mające długość całkowitą 76mm?

**Odp: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pyt. nr 8 Pakiet nr 2 poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2, poz. 9 końcówki spełniające wymagania Zamawiającego, mające długość całkowitą 123mm?

**Odp: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pyt. nr 9 Pakiet nr 3**

Czy dla produktów z Pakietu nr 3 poz. 1-4 Zamawiający odstąpi od wymogu złożenia dokumentu potwierdzającego zgodność z dyrektywą 2017/746 oraz certyfikatu ISO 13485, z uwagi na fakt iż ww. dokumenty dotyczą wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro a opisane w Pakiecie nr 3 produkty nie są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. 107, poz. 679)

**Odp: Zgodnie z odpowiedzią z dnia 06.02.2023r. na pytanie nr 8.**

**Pyt. nr 10 Pakiet nr 3 poz. 2**

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 w pozycji 2 wyrazi zgodę na zaproponowanie stożkowych probówek typu Falcone 15 ml, o wymiarach 17x120 mm, z korkiem w kolorze niebieskim, o wytrzymałości temperaturowej od -80°C do +121°C oraz wytrzymałych do prędkości wirowania 12,000 RCF z zachowaniem pozostałych wymagań Zamawiającego?

**Odp: Zamawiający dopuszcza.**

**Pyt. nr 11 Pakiet nr 3 poz. 3**

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 w pozycji 3 wyrazi zgodę na zaproponowanie stożkowych probówek typu Falcone 50 ml, o wymiarach 30x115 mm, z korkiem w kolorze niebieskim, o wytrzymałości temperaturowej od -80°C do +121°C oraz wytrzymałych do prędkości wirowania 16,000 RCF z zachowaniem pozostałych wymagań Zamawiającego?

**Odp: Zamawiający dopuszcza.**