



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 678./11/2022

Chrzanów, 16.11.2022 r.

## Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do przetargu na: **Dostawa stimulatorów**

**kardiologicznych (braki) dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie – sprawa nr 146/2022.**

Pytanie 1 - do Pakietu 1 Poz. 1, pkt. 6, AIT - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o zakresie czułości w komorze 0.5 - 7.5 [mV]? **Odp. Zgodnie z swz**

Pytanie 2 - do Pakietu 1 Poz. 1,

pkt. 7, AIT - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o zakresie czułości w przedsionku 0.5 - 7.5 [mV]? **Odp. Zgodnie z swz**

Pytanie 3 - do Pakietu 1 Poz. 1, pkt. 8, AIT - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o okresie refrakcji: Predsionkowy - tryb automatyczny; Komorowy - 200- 500 ms? **Odp. Zgodnie z swz**

Pytanie 4 - do Pakietu 1 Poz. 2, l.p. 6, AIT - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z zakresem czułości w komorze 0.5 - 7.5 [mV]? **Odp. Zgodnie z swz**

Pytanie 5 - do Pakietu 1 Poz. 2, l.p. 10, AIT -

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o okresie refrakcji: Predsionkowy - tryb automatyczny; Komorowy - 200- 500 ms? **Odp. Zgodnie z swz**

Pytanie 6 - do Pakietu 2 Poz. 1, l.p. 6, AIT - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z zakresem czułości w komorze 0.5- 7.5 [mV]? **Odp. Zgodnie z swz**

Pytanie 7 - do

Pakietu 2 Poz. 1, l.p. 7, AIT - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z zakresem czułości w przedsionku 0.5- 7.5 [mV]? **Odp. Zgodnie z swz**

Pytanie 8 - do Pakietu 2 Poz. 1, l.p. 8, AIT - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o okresie refrakcji: Predsionkowy - tryb automatyczny; Komorowy - 200- 500 ms? **Odp. Zgodnie z swz**

Pytanie 9 - do Pakietu 2 Poz. 2, l.p. 6, AIT - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z zakresem czułości w komorze 0.5- 7.5 [mV]? **Odp. Zgodnie z swz**

Pytanie 10 - do Pakietu 2 Poz.2, l.p. 10, AIT -

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o okresie refrakcji: Predsionkowy - tryb automatyczny; Komorowy - 200- 500 ms? **Odp. Zgodnie z swz**

Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na **21.11.2022** (składanie ofert do godz. 10:00; otwarcie godz. 11:00). Termin związania ofertą do 20.12.2022. Miejsce składania, otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

**Z poważaniem**



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108  
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892