



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 116/03/2022

Chrzanów, 11.03.2022 r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do przetargu nr 21/2022 na „Dostawa łóżek elektrycznych dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie”.

Pytania do załącznika nr 1a – Wielofunkcyjne łóżko elektryczne – 27 sztuk:

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wielofunkcyjne łóżko elektryczne, które posiada długość całkowitą wynoszącą 2180 mm?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wielofunkcyjne łóżko elektryczne, które posiada szerokość całkowitą wraz z zamontowanymi barierkami wynoszącą 985 mm przy wymiarach leża wynoszącymi 905 x 2040 mm?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wielofunkcyjne łóżko elektryczne, które posiada regulację segmentu uda w zakresie 0-40°?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wielofunkcyjne łóżko elektryczne, które posiada elektryczną regulację wysokości leża w zakresie 390 – 800 mm?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wielofunkcyjne łóżko elektryczne, w którym czas zmiany wysokości leża z pozycji minimalnej do maksymalnej wynosi 35 sekund?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wielofunkcyjne łóżko elektryczne, które posiada przewodowy pilot bez możliwości blokady funkcji przez personel?
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza – zgodnie z zapisami swz-AIT.
7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wielofunkcyjne łóżko elektryczne, które posiada panel wyposażony w pojedyncze zabezpieczenie w postaci podnoszonej pokrywy zabezpieczającej pulpit sterujący przed przypadkowym uruchomieniem funkcji, możliwość selektywnego blokowania wszystkich funkcji elektrycznych (oprócz funkcji ratunkowych) przy pomocy odpowiednich przycisków lub pokręteł, bez możliwości blokady poszczególnych funkcji?
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza – zgodnie z zapisami swz-AIT.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wielofunkcyjne łóżko elektryczne, które posiada pilota przewodowego bez możliwości blokady funkcji Trendelenburga oraz całego pilota, blokownie poszczególnych funkcji dostępne z panelu sterującego?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza – zgodnie z zapisami swz-AIT.

9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wielofunkcyjne łóżko elektryczne, które posiada leże wypełnione łatwo odejmowanymi panelami bez użycia narzędzi z tworzywa HPL, przeziernymi dla promieniowania RTG, odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekcyjnych oraz działanie UV?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza – zgodnie z zapisami swz-AIT.

10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wielofunkcyjne łóżko elektryczne, które posiada szczyty wykonane z polipropylenu wykonanej w technologii rozdmuchu, wypełnione kolorową wkładką dostępną w 5 kolorach, łatwo odejmowane bez użycia narzędzi (z możliwością zabezpieczenia szczytu przed wypadnięciem), odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV?

Odp.: Zgodnie z zapisami swz-AIT.

11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wielofunkcyjne łóżko elektryczne, które posiada tworzywowe bariery boczne, podwójne, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża, zwolnienie i opuszczenie każdej poręczy dokonywane jedną ręką, górna powierzchnia poręczy bocznych w części udowej (po ich opuszczeniu) nie wystająca ponad górną płaszczyznę materaca, aby wyeliminować ucisk na mięśnie i tętnice ud pacjenta?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza – zgodnie z zapisami swz-AIT.

12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wielofunkcyjne łóżko elektryczne, które posiada bariery boczne o wysokości 405 mm od poziomu leża?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza – zgodnie z zapisami swz-AIT.

13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wielofunkcyjne łóżko elektryczne, które posiada leże wyposażone w uchwyty materaca tylko w segmencie nożnym?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza – zgodnie z zapisami swz-AIT.

14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wielofunkcyjne łóżko elektryczne, które posiada nieantystatyczne koła o średnicy 150 mm, zaopatrzone w mechanizm centralnej blokady wraz z kołem kierunkowym, dźwignie uruchamiające centralną blokadę w dwóch narożach ramy podwozia łóżka od strony nóg pacjenta?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza – zgodnie z zapisami swz-AIT.

15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wielofunkcyjne łóżko elektryczne, które posiada wysięgnik z uchwytem ręki nie wyposażonym w haczyki na płyny infuzyjne?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, o ile łóżko będzie wyposażone w dodatkowy stelaż z haczykami na płyny infuzyjne.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Pytania do załącznika nr 3 – Wzór umowy: §6, ust. 2, pkt. e:

16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby po 3 napraw gwarancyjnych jednego podzespołu, elementu, skutkowało wymianą tego elementu, podzespołu na całkowicie nowy?

Odp.: Nie, zgodnie z zapisami wzoru umowy.

Dotyczy stolika przyłóżkowego.

17. Pkt.1 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szafki wykonanej w całości ze stalowej blachy lakierowanej proszkowo, epoksydowanej z dodatkiem antybakteryjnym na bazie jonów srebra. Błat szafki warstwowy, laminowany.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza – zgodnie z zapisami swz-AIT.

18. Pkt.2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szafki wyposażonej z jednej strony w zewnętrzny uchwyt na butelkę. Błat z bezpiecznymi krawędziami, nie wymagającymi dodatkowego zabezpieczenia w postaci listew.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza – zgodnie z zapisami swz-AIT.

19. Pkt.3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szafki składającej się z 1 szuflady oraz dolnego kontenerka znajdującego się bezpośrednio pod szufladą.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza – zgodnie z zapisami swz-AIT.

20. Pkt.5 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szafki z dolnym kontenerkiem z perforowanym dnem w celu ułatwienia wentylacji oraz wewnętrzną półkę z pomalowanej, stalowej blachy.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza – zgodnie z zapisami swz-AIT.

21. Pkt.6 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szafki o szerokości przy złożonym blacie bocznym 670 mm.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza – zgodnie z zapisami swz-AIT.

22. Pkt.7 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szafki z czołem szuflady i dolnego kontenerka wyposażonych w wbudowane uchwyty, nie wystające poza obrys szafki.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza – zgodnie z zapisami swz-AIT.

23. Pkt.9 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szafki z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie 900-1100 mm.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza – zgodnie z zapisami swz-AIT.

24. Pkt.10 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szafki z blatem bocznym wykonanym z tworzywa sztucznego ABS z zaokrąglonymi brzegami, z obrzeżem zatrzymującym płyny.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

25. Pkt.12 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szafki dwustronnej, z możliwością ustawienia jej z lewej i prawej strony, bez konieczności przekładania blatu bocznego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.





SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

26. Pkt.13 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szafki z blatem bocznym stabilnym, wysuwającym z boku szafki, bez konieczności zastosowania w nim piątego, dodatkowego koła.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

27. Pkt.15 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szafki z możliwością wyboru frontów oraz blatu szafki z dostępnych 5 kolorów, rama szafki w kolorze szarym.

Odp.: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem możliwości wyboru koloru niebieskiego.



Z poważaniem

Dyrektor

**Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
mgr Artur Baranowski**

