

Wrocław, dn. 17.04.2020 r.



**AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH**  
imienia generała Tadeusza Kościuszki  
ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław  
tel. 261-658-222, 261-658-110; fax 261-658-425

/strona www./

**Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
w przetargu nieograniczonym  
pt.:  
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU I MATERIAŁÓW DO LABORATORIÓW  
nr sprawy WNP/228/PN/2020**

I. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843) do Zamawiającego, w terminie określonym w SIWZ, zostały skierowane zapytania (*zachowano oryginalną treść pytań*) o wyjaśnienie treści SIWZ, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Zad. 5, poz. 3 1) Zamawiający wymaga, aby zestaw zawierał m.in. elektrodę. W pozycji 2 części 5, opisany jest rodzaj elektrody, natomiast w pozycji 3 zamawiający nie podaje wymagań, tylko to że zestaw ma posiadać elektrodę. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy zestawem w pozycji 3 jest miernik pH oraz elektroda z pozycji 2, czy w pozycji 3 miernik jest w zestawie z inną elektrodą? Jeśli z inną to z jaką?

**Odp. Zamawiający w poz. nr 3 wymaga całego zestawu do pomiaru pH składającego się z miernika, statywu, zestawu buforów oraz elektrody pH o minimalnych parametrach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia tj. elektroda ze zintegrowanym czujnikiem temperatur, z obudową z POM, długość trzonu min. 120 mm, elektrolit żelowy, zakres mierzonych temperatury od min. 10°C-75°C, stopień ochrony IP 67 lub wyższy.**

**Zamawiający w poz. nr 2 wymaga dodatkowej elektrody kompatybilnej z miernikiem z pozycji nr 3. Elektroda powinna posiadać minimalne parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia tj.: pomiar w wąskich naczyniach, wykonana ze szkła, ze zintegrowanym czujnikiem temperatury typu NTC 30 kOHM lub bardziej dokładny, z zakresem pomiaru temperatury min. 10-99°C, średnica trzonu nie większa niż 5 mm, długość trzonu min. 130 mm.**

**Zamawiający jednocześnie informuje, że elektroda z poz. nr 2 powinna być dostarczona z kompatybilnym kablem do podłączenia miernika z poz. nr 3, którego minimalne parametry znajdują się w opisie przedmiotu zamówienia - poz. nr 4.**

II. Wyjaśnienia treści SIWZ zostaną dołączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą stanowić jej integralną część.

III. W związku z tym, że w specyfikacji nie dokonano zmian, które mogą uniemożliwić złożenie ofert w nakazanym terminie, **Zamawiający nie przedłuża** terminu składania ofert.

### **Pouczenie o środkach ochrony prawnej.**

Zgodnie z przepisami art. 179 do art. 183 Ustawy Pzp. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy Pzp.

## **PRZEWODNICZĄCY KOMISJI PRZETARGOWEJ**

/.../

.....

**p. Barbara MĘKARSKA**

Wyk. w 1 egz.  
Wyk. Jakub WESOŁOWSKI tel. 261 658 062  
Wrocław 17.04.2020 r.  
T 263