

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

DEZ/448/2023

Jelenia Góra 20.04.2023 r.

## DO WYKONAWCÓW

**„DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SPRZĘTU MEDYCZNEGO DO  
ODDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO  
KOTLINY JELENIÓGÓRSKIEJ – SZPITALA „WYSOKA ŁĄKA” W KOWARACH  
NA POTRZEBY UTWORZENIA TRANSGRANICZNEGO CENTRUM  
KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI POCOVIDOWEJ”  
NR REFERENCYJNY: ZP/PN/03/01/2023**

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra, jako Zamawiający, informuje, że zmianie ulega odpowiedź z Zestawu 3 pytanie nr 1 (zgodnie z wyjaśnieniami do pytań z dnia 19.04.2023r.).

### **Było:**

#### **Pytanie nr 1**

Pkt 8. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor ze stopniem ochrony przed wnikaniem czynników zewnętrznych w klasie IP20?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

### **JEST:**

#### **Pytanie nr 1**

Pkt 8. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor ze stopniem ochrony przed wnikaniem czynników zewnętrznych w klasie IP20?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Pozostałe zapisy SWZ utrzymują dotychczasowe brzmienie przy uwzględnieniu udzielonych odpowiedzi na pytania Wykonawców. Powyższe informacje stanowią integralną część warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu.

Z up. Dyrektora WCSKJ