



Znak: AE/ZP-27-45/20

Tarnów, 2020-08-06

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214.000 EURO na dostawę videobronchofiberoskopu 1 sztuka.


W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt.1 - 22 - Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne zestaw 40 bronchofiberoskop jednorazowy występujących w trzech rozmiarach Slim, Regular, Large z monitorem Ambu Aview

Endoskop jednorazowego użytku, sterylny (20 szt w zestawie) w zestawie z 1 przenośnym monitorem o rozdzielczości 800 x 480 (przekątna ekranu TFT LCD 8,5"), monitor kompatybilny z trzema rodzajami giętkich endoskopów do wyboru : z kanałem roboczym o średnicy 1.2 mm wersja Slim, 2.2 mm wersja Regular, 2.8 mm wersja Large; z możliwością odsysania poprzez kanał roboczy, nagrywania filmów


Parametry endoskopów - 3 rozmiary do wyboru:

- Endoskop jednorazowy dla jednego pacjenta, sterylny (40 szt. w zestawie)
- Technologia video (kamera, źródło światła)
- Pole widzenia 85
- Głębina ostrości 6-50 mm (+/- 2 mm)
- Oświetlenie LED
- Długość części roboczej 600 mm
- Możliwość manipulacji w co najmniej jednej płaszczyźnie sekcją giętą części roboczej
- Zakres regulacji: do góry 180°/do dołu 180° (Slim i Regular), 180 do góry/ 160 do dołu (Large)
- Kanał roboczy o średnicy 1.2 mm wersja Slim, 2.2 mm wersja Regular, 2.8 mm wersja Large
- Możliwość odsysania poprzez kanał roboczy
- Nie wymagają setrylizacji



Parametry monitora Ambu aView – 2 szt:

- Monitor LCD, kolorowy, dotykowy
- Przekątna wyświetlacza 8,5 cali
- Rozdzielczość wyświetlacza 800 x 480 pikseli
- Czas pracy na akumulatorze min. 3 godziny, odliczanie pozostałego czasu na ekranie
- Zasilanie sieciowe oraz z wewnętrznego akumulatora
- Złącze USB umożliwiające transfer plików do przenośnej pamięci.
- Uchwyt umożliwiający zamocowanie monitora na statywie, stojaku (np. do kroplówek)
- Możliwość nagrywania filmów i wykonywania zdjęć.



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzeń opisanych w pytaniu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Platforma Zamawiającego
3. a/a



DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
w Tarnowie
Marcin Kuta

