



**UNIwersytet Medyczny
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU**

Dział Zamówień Publicznych

Adres:
61-701 Poznań
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00
fax (061) 854-61-46
e-mail: dzp@ump.edu.pl

L. dz. DZP-420/21

Poznań, dnia 19.07.2021r.

**Wszyscy Wykonawcy
- platforma zakupowa**

Dotyczy: Tpm-87/21 postępowania w trybie podstawowym pn. **dostawa stołowych wirówek laboratoryjnych wraz z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w podziale na 2 części.**

W związku z wpływem zapytań dotyczących prowadzonego postępowania, Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) udziela odpowiedzi:

Zapytania:

Dotyczy projektu umowy:

1. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu instalacji, uruchomienia i przeszkolenia z obsługi wirówek? Do urządzeń dołączona jest instrukcja obsługi w języku polskim?
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu podjęcia naprawy przedmiotu umowy z 2 do 5 dni roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia?
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy z 5 do 10 dni roboczych?

Dotyczy cz. 2

4. Załącznik nr 1 – OPZ, Część 2 - Wirówka typ 2
Czy Zamawiający dopuści wirówkę o pojemności 4 x 600 ml, w której będzie można wirować maksymalnie 20 szt. probówek typu falcon 50 ml i 52 szt. probówek typu falcon o poj. 15 ml?
5. Załącznik nr 1 – OPZ, Część 2 - Wirówka typ 2
Czy Zamawiający dopuści wirówkę, w której krótkie wirowanie jest uruchamiane za pomocą tego samego przycisku co „START”, poprzez dłuższe przytrzymanie go?
6. Załącznik nr 1 – OPZ, Część 2 - Wirówka typ 2
Czy Zamawiający dopuści wirówkę o wysokości 42,3 cm i wysokości dostępu do 33 cm?
7. SWZ, Termin realizacji zamówienia.
Czy Zamawiający zgodzi się na przedłużenie terminu realizacji zamówienia w zakresie Części 2 do 8 tygodni?

Odpowiedzi:

Ad. 1. - Ad. 3. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad. 4. Tak przy zachowaniu warunku, że w wyposażeniu musi znajdować się rotor aluminiowy uchylony z 4 koszami i adapterami do wirowania **jednocześnie** minimum 14 probówek typu Falcon o pojemności 50 ml oraz 28 probówek typu Falcon o pojemności 15 ml. Zamawiający dopuszcza zwiększenia ilości wirowanych probówek.

Ad. 5. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Ad. 6. Zamawiający nie dopuszcza proponowanych parametrów.

Ad. 7. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę terminu.

Przesłane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je jako ważne i wiążące.

Z poważaniem,

*Opracowała: Sławomira Baranowska
nr telefonu: 61 854 60 15
e-mail: dzp@ump.edu.pl*