



**4. Wojskowy Szpital Kliniczny  
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu  
ul. R. Weigla 5 Wrocław 50 - 981**

Wrocław, 30.04.2020r

**WYJAŚNIENIE i MODYFIKACJA TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**dotyczy: dostawę specjalistycznych materiałów medycznych dla Pracowni Hemodynamiki wraz z najmem konsoli FFR i IVUS HD znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.28.2020**

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust.1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn.zm.) dalej PZP informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

**Pytanie nr 1** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania w **pakiecie nr 8** cewników przedłużających typu „child in mother” – cewnik dedykowany do techniki teleskopowej z poniższymi parametrami:


- - dostępne rozmiary 6F, 7F i 8F oraz 6F Long, brak średnicy 5F
- - średnice wewnętrzne – 6F: 0,057” (1,45mm); 7F: 0,063” (1,60mm); 8F: 0,072” (1,83mm)
- - długość systemu 150cm
- - szaft typu hypotube
- - pokrycie hydrofilne
- - zbrojenie na całej długości kanału roboczego
- - marker radiocieniujący 2mm od końca dystalnego
- - znaczniki pozycjonujące na 90 cm i 100 cm
- - długość kanału roboczego 25cm dla 6F, 7F i 8F oraz 40cm dla 6F Long (do dościa promieniowego)

**Pytanie nr 2** - Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie w **pakiecie nr 6**, cewnika balonowego do PCI do doprężeń z profilem przejścia dla balonu o śr. 3 mm- 0,031” (0,787 mm). Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź na pytania nr 1 - 2: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.**

**W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego/zmodyfikowanego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ zaznaczenia źródła tej zmiany (data odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).**

  
 KOLENBA  
 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ  
 we Wrocławiu  
 .....Piotr STRAK.....  
 (podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego  
 lub osoby upoważnionej)