



SZPITAL SPECJALISTYCZNY
w PILE
im. Stanisława Staszica
64-920 Piła, ul. Rydygiera 1



System
zarządzania
ISO 9001:2015
ISO 27001:2013
www.tuv.com
ID 9108628147

Dyrektor (067) 210 62 00
Centrala (067) 210 66 66
Fax (067) 212 40 85
e-mail: wspila@pi.onet.pl
www.szpitalpila.pl

Piła, dn. 14.09.2021 roku

FZP.III-241/53/21

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „**STAPLERY**”

Szpital Specjalistyczny w Piła informuje, że do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1.

ZADANIE 1

Poz. 1

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści, na zasadzie równoważności, stapler okrężny 21, 24 26, 29 lub 32 mm zakrzywiony z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, zszywki wykonane z drutu okrągłego na całej długości, gwarantujące prawidłowe formowanie zszywek, ze zszywkami przed zamknięciem o wysokości odpowiednio: 4,5, 4,5, 4,8, 4,8 lub 5,0 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza