



Znak: SZP 609/11/2021

Chrzanów, 19.11.2021 r.

Wykonawcy

Dostawa pomp dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie – sprawa 123/2021.

Zadanie 1 POMPA STRZYKAWKOWA - 25 szt.

Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę z czasem ładowania poniżej 6 godz. przy pompie wyłączonej ?

Odp.: Tak.

Poz. 13 Czy Zamawiający dopuści automatyczną funkcją antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,35 ml?

Odp.: Tak.

Poz. 18 Czy Zamawiający dopuści funkcją programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 999 ml?

Odp.: Tak.

Poz. 27 Czy Zamawiający dopuści wskaźnik pracy pompy widoczny z min.4 metrów ?

Odp.: Tak.

Poz. 45 Czy Zamawiający dopuści możliwość komunikacji pomp przez porty RS232 i port podczerwieni IrDA?

Odp.: Tak.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 31.01.2022 ze względu na sytuację związaną z Pandemią COVID-19 na świecie ?

Odp.: Tak.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę towaru z podziałem częściowym na dwa etapy do 31.12.2021 i do 31.01.2022 ze względu na sytuację związaną z Pandemią COVID-19 na świecie ?

Odp.: Tak.

– **Pkt. 1** Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe sterowaną elektronicznie umożliwiającą współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi do zaawansowanej podaży dożylniej, z technologiczną możliwością podaży dotętnicznej, lecz bez jej udokumentowania ?

Odp. Zgodnie z opisem w zapytaniu ofertowym.

– **Pyt. 3** Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe spełniające wymagania Zamawiającego w większości przypadków, lecz w momencie pełnego rozładowania pompa posiada czas maksymalnego naładowania do 5 godzin?

Odp. tak. Dopuszczamy.

– **Pkt. 5** Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z możliwością mocowania do rury pionowej przy użyciu elementu przykręcanego do pompy? Takie rozwiązanie zmniejsza potrzebę serwisowania urządzenia, gdyż nie posiada elementów zatrzaskowych, które po dłuższym użytkowaniu mogą się wyłamać.

Odp. Tak. Dopuszczamy , o ile element pozwala na montaż poziomie

– **Pkt. 7** Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z możliwością mocowania do szyny poziomej przy użyciu elementu przykręcanego do pompy? Takie rozwiązanie zmniejsza potrzebę serwisowania urządzenia, gdyż nie posiada elementów zatrzaskowych, które po dłuższym użytkowaniu mogą się wyłamać.

Odp. Tak. Dopuszczamy , o ile element pozwala na montaż pionie

– **Pkt. 21** Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z możliwością ustawienia poziomu ciśnienia okluzji na 12 poziomach w zakresie od 75 do 900 mmHg z rozdzielczością 75 mmHg ? Oferowany zakres jest bardzo duży, a liczba poziomów jest tak dopracowana, aby użytkownik miał możliwość dopasowania tolerancji ciśnienia do wymaganej infuzji.

Odp. Dopuszczamy.

– **Pkt. 22** Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z trybem obowiązkowym rozumianym jako prowadzenie podstawowej infuzji z wykorzystaniem parametrów objętości do podania, prędkości i czasu, trybem nieobowiązkowym jako możliwość podania bolusa





SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

manualnego lub automatycznego, podczas infuzji i trybem zalecanym rozumianym jako prowadzenie infuzji na podstawie zakresu dawek konkretnego leku w trybie korzystającym z biblioteki leków ?

Odp. Zgodnie z opisem w zapytaniu ofertowym.

– **Pkt. 30** Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z możliwością dopasowania ekranu głównego oraz zawartości menu do potrzeb oddziału jako możliwość wybrania nazwy oddziału w menu pompy oraz wybrania trybu infuzji dopasowanego do aktualnych potrzeb ?

Odp. Zgodnie z opisem w zapytaniu ofertowym.

– **Pkt. 40** Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z ogólnym alarmem źle założonej strzykawki zamiast alarmu otwartego uchwytu komory strzykawki ?

Odp. Dopuszczamy.

– **Pkt. 45** Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z możliwością komunikacji wyłącznie przez nowoczesny port USB typ C lub opcjonalnie przed rozszerzenie opcją wifi ? Port Ethernet występuje w dedykowanej stacji dokującej, a port RS232 jest już technologią, z której producenci powoli rezygnują.

Odp. dopuszczamy

– **Pkt. 48/49** Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z możliwością łączenia i przenoszenia w zestawie po 3 sztuki zasilane jednym przewodem za pomocą dedykowanej stacji dokującej ? Jest to najbardziej powszechnie stosowane rozwiązanie.

Odp. Zgodnie z opisem w zapytaniu ofertowym.

Część II

1. Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 5 pkt b)

Zwracamy uwagę, iż pojęcie „dokumentacji technicznej” jest bardzo ogólne i szerokie, które może obejmować np. dokumentację dotyczącą technologii danego sprzętu, które to materiały stanowią know-how producenta i nie są przeznaczone ani adresowane do użytkowników urządzeń. Jak rozumiemy, intencją Zamawiającego jest otrzymanie tych dokumentów, które są przeznaczone dla użytkownika. Wobec tego, proponujemy doprecyzowanie zapisu w następujący sposób: *Dokumentacja techniczna „DTR” lub instalacyjna (wymagania instalacyjne) przeznaczona dla Użytkownika dostarczona wraz z urządzeniem.*

Odp. tak

2. Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 2 pkt d)

Praktyką w przypadku gwarancji udzielanej na urządzenia medyczne jest wyłączenie tych wad i awarii aparatów, które wynikają z nieprawidłowego użycia (niezgodnego z instrukcją lub przeznaczeniem) aparatu przez Zamawiającego lub też spowodowane są okolicznościami o charakterze siły wyższej.

Czy wobec takiego katalogu włączeń z gwarancji, które są standardem dla aparatury medycznej, będącej przedmiotem niniejszego postępowania, Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie modyfikacji zapisu w następujący sposób:

„Gwarancją nie są objęte:

a. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:

- eksploatacji przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi,
- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
- Celowego lub nieumyślnego niewłaściwego użycia lub zaniedbania,

uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych, jak również powstałych wskutek zaistnienia siły wyższej, działania władz wojskowych lub cywilnych, pożarów, powodzi, zalania, strajków lub innych zaburzeń w pracy, wojny, buntów, i innych powodów poza racjonalną kontrolą Wykonawcy

Odp. Zgodnie ze wzorem umowy



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



3. Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 1

Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączenie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, proponujemy dodanie zdania i wskazanie, że uprawnienia do odstąpienia od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone:

„(...) Strony zgodnie wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi”.

Wykonawca wskazuje, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjnych na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co jest rozwiązaniem niecelowym przede wszystkim z punktu widzenia Zamawiającego i zapewnienia ciągłości należytej pracy szpitala. W związku z tym, w ocenie Wykonawcy, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy.

Odp . Zgodnie ze wzorem umowy

Część III

1) § 10 wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie następującego zapisu do umowy:
„Zamawiający przez odstąpieniem od umowy pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonania umowy”.

Odp . Zgodnie ze wzorem umowy

2) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp strzykawkowych wysokiej jakości, o minimalnie różniących się parametrach, niżej wymienionych. Pozwoli to Państwu na uzyskanie produktu o najwyższej jakości na rynku światowym, dzięki dopuszczeniu wielu Oferentów, uzyskując przy tym korzystną cenę. Poniżej parametry:

pkt. 2 – zasilanie z akumulatora wewnętrznego min. 6h przy przepływie 5 ml/h

Odp. Dopuszczamy

pkt. 4 – masa pompy wraz z zaciskiem umożliwiającym mocowanie na stojaku lub szynie o wadze 2,4 kg

Odp. Dopuszczamy

pkt. 12 – pompa wyposażona w skrzydełka chwytające i unieruchamiające tłok podczas infuzji

Odp. Zgodnie z opisem w zapytaniu ofertowym.

pkt. 13 – automatyczna funkcja antybolus po okluzji o wartości ok. 0,8ml

Odp. Zgodnie z opisem w zapytaniu ofertowym.

pkt. 17 – dokładność pompy +/- 2%

Odp. Zgodnie z opisem w zapytaniu ofertowym.

pkt. 19 – funkcja programowania czasu infuzji zgodnie z zaleceniami w przedziale od 1 min do 24h

Odp. Dopuszczamy

pkt. 21 – ustawianie ciśnienia okluzji na min. 10 poziomach w większym zakresie aniżeli ten wymieniony w opisanym sprzęcie

Odp. Dopuszczamy





SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

pkt. 22 – funkcja wypełniania linii manualna lub automatyczna

Odp. Zgodnie z opisem w zapytaniu ofertowym.

pkt. 24 – zróżnicowana prędkość KVO, z możliwością programowania w zakresie 0,1-2,5 ml/h

Odp. Zgodnie z opisem w zapytaniu ofertowym.

pkt. 25 – funkcja standby z manualną możliwością wznowienia infuzji

Odp. Dopuszczamy

pkt. 45 – możliwość komunikacji przez porty irDA oraz RS232

odp. Dopuszczamy

3) Uprzejmie prosimy Zamawiającego również o odstąpienie od zapisów w punktach 47-49, ponieważ nie mają one uzasadnienia klinicznego podczas prowadzonej infuzji.

Odp. Zgodnie z opisem w zapytaniu ofertowym.

4) Prosimy Zamawiającego również o potwierdzenie, Czy Zamawiający wymaga pomp strzykawkowych automatycznie obliczających objętość znajdującego się leku w strzykawce w pompie bez wcześniejszego podania wartości.

Odp. Zgodnie z opisem w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający przesuwą termin składania ofert do 23.11.2021 do godz. 10:00

Forma złożenia oferty pozostaje bez zmian.

Z poważaniem



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892