

FORMULARZ CENOWY - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 2 - sterylne zestawy urologiczne

zał. 2/2

L.p.	Nazwa / skład produktu	Producent	Nazwa handlowa	Numer katalogowy (jeżeli dotyczy)	Ilość	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto (kol. 6 x kol. 7)	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Podatek VAT	Wartość brutto (kol. 9 + kol. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sterylnie jednorazowe obłożenie do zabiegów urologicznych TUR Minimalny skład: a) serweta główna zintegrowana z nogawicami o wymiarach całkowitych 150-190 x 215-270cm, posiadająca otwór na pręcie 4-6 x 5-7cm oraz bezłateksową osłonę na palec do badania per rectum, wyposażona w zintegrowany z obłożeniem zbiornik na płyny wyposażony w filtr i podłączenie ssaka— 1 serwetę do procedur TUR 175/260x210 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm, z otworem na krocze 5 cm, otworem nadłonowym o średn. 8 cm otoczonym taśmą lepłą, LUB worek/zbiornik na płyny z trokami i / lub taśmą przylepną/rzepem do fiksacji serwety z fartuchem operatora; Wokół otworu dodatkowa warstwa chłonna o wymiarach 40 x 35cm – 1szt. (dopuszcza się otwór bez warstwy chłonnej wokół niego); b) obłożenie owinięte w serwetę 150 x 180-190cm służącą jako okrycie stołu instrumentalnego - 1szt., c) fartuch chirurgiczny w rozmiarze XL, min. gramatura 35g/m2 – 1szt. d) fartuch chirurgiczny w rozmiarze L, min. gramatura 35g/m2 – 1szt. fartuchy chirurgiczne dołączone osobno do zestawu,	Santemol Medikal	Sterylny zestaw do operacji urologicznych TUR	TRS-2317	700	zestaw	38,89	27 223,00	8%	2 177,84	29 400,84
2	Sterylny jednorazowy zestaw do cystoskopii Minimalny skład: a) serweta główna o wymiarach 100 x 175 cm z otworem o wymiarach 9x15 cm otoczonym taśmą samoprzylepną oraz warstwą chłonną o wymiarach 38 x 45cm lub na całej powierzchni serwety – 1szt. (dopuszcza się serwetę bez warstwy chłonnej) b) osłona na kończynę o wymiarach 75 x 120cm - 2szt. c) zestaw owinięty w serwetę 120x150 cm jako okrycie stołu instrumentalnego - 1szt. d) fartuch chirurgiczny w rozmiarze XL, gramatura min. 35g/m2 – 1szt. e) fartuch chirurgiczny w rozmiarze L, gramatura min. 35g/m2 – 1szt. fartuchy chirurgiczne dołączone osobno do zestawu,	Santemol Medikal	Sterylny zestaw do cystoskopii	TRS-2325	4600	zestaw	27,90	128 340,00	8%	10 267,20	138 607,20
3	Zestaw jednorazowy do PCNL Minimalny skład: a) osłona na stolik instrumentariuszki 150x190cm – 1 szt. b) serweta główna 300-360 x 170-190cm z otworem samoprzylepnym 20-22 x 15-24cm c) worek foliowy samoprzylepny do PCNL 50-60x100-125cm wyposażony w sztywnik do formowania jego brzegu – 1 szt. (dopuszcza się serwetę główną jest zintegrowaną z workiem na płyny)	Santemol Medikal	Sterylny zestaw do zabiegów przezcewkowych TUR	TRS-2317	130	zestaw	29,53	3 838,90	8%	307,11	4 146,01

4	Zestaw jednorazowy do nefrostomii (nakłucie nerki) Minimalny skład: a) serweta na stół instrumentariuszki 150-160x190-200cm – 1 szt. b) serweta 170-240 x 90-120cm z otworem 9-12 x10-12 / o średnicy 10-12cm – 1 szt. {dopuszcza się zestaw, w którym obie serwety pakowane są osobno}	Santemol Medikal	<i>Sterylny zestaw do nefrostomii</i>	TRS-2336	150	zestaw	21,20	3 180,00	8%	254,40	3 434,40
Razem								162 581,90	x	13 006,55	175 588,45
	Zamawiający dopuszcza (pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów):										
	Poz. 1: a) serwetę z 2 otworami (samoprzylepnymi) w okolicy jamy brzusznej i otworem na pręcie o średnicy 5cm,										
	Poz. 1: a) 1 serwetę do procedur TUR 175/260x210 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm, z otworem na krocze 5 cm, otworem nadłonowym o średn. 8 cm otoczonym taśmą lepłą,										
	Poz. 1, 2: fartuchy chirurgiczne dołączone osobno do zestawu,										
	Poz. 3: dodatkowo 4 ręczniki 30 cm x 40 cm; serweta główna 288x 360cm;										
	Poz. 4: dodatkowo 2 ręczniki 30x40cm; 1 pasek samoprzylepny 9x50cm; 1 serweta 225x240cm z samoprzylepnym otworem okrągłym o średn. 12cm umieszczonym centralnie.										
	Zamawiający nie dopuszcza:										
	Poz. 1: serwety głównej z otworem w okolicy krocza i brzucha,										
	Poz. 2: a) serwety z 2 otworami o średnicy 6-8 cm, osłoną na palec do badania per rectum,										
	Poz. 3: b) serwety o wym. 175x270cm, zintegrowana z nogawicami, z otworem samoprzylepnym w okolicy jamy brzusznej śr. 8cm i otworem na pręcie śr. 5cm, osłoną na palec do badania per rectum.										
	Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upoważnionej										

FORMULARZ CENOWY - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 7 - sterylne zestawy serwet i serwet na strzykawkę											zał. 2/7
L.p.	Nazwa / skład produktu	Producent	Nazwa handlowa	Numer katalogowy (jeżeli dotyczy)	Ilość	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (kol. 6 x kol. 8)	Stawka podatku VAT %	Podatek VAT	Wartość brutto (kol. 9 + kol. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sterylny zestaw serwet uniwersalnych: a)* Serweta dwuwarstwowa 240x150cm z przylepcem b)* Serweta dwuwarstwowa 175-180 x170-175cm z przylepcem c)** Serweta dwuwarstwowa 90x75cm z przylepcem – 2 szt. d) Pokrowiec na stół Mayo 140-145x80-90cm z warstwą chłonną na całej długości e) Taśma samoprzylepna 45-50x9-10 cm f) Ściereczki chłonne 34-40x20-35cm – 4szt. {nie dopuszcza się 2 szt.} g) Kieszon foliowa z kształtką jednokomorowa samoprzylepna 40-60x30-50cm {nie dopuszcza się pakowanej osobno} h) Serweta instrumentarium jako owinięcie zestawu 190x140-150cm, szerokość warstwy chłonnej min. 65cm. Chłonność warstwy chłonnej min. 400%, gramatura przy warstwie chłonnej min. 80g/m2 i) Opakowanie typu papier-folia j) Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu; procesy sterylizacji zwalidowane zgodnie z normą PN-EN ISO 11135-1; wskaźnik sterylizacji na opakowaniu, k) Na etykiecie: znak CE, LOT i nazwa zestawu w języku polskim, l) Zaznaczony kierunek otwierania, m) 4 samoprzylepne etykiety TAG do dokumentacji medycznej {nie dopuszcza się 2 szt.}	Santemol Medikal	Sterylny zestaw uniwersalny	TRS-2312	4700	zestaw	28,60	134 420,00	8%	10 753,60	145 173,60
2	Serweta jałowa na strzykawkę 27cmx18cm**, z kieszenią w jej dolnej części o wysokości 10 cm ±1 cm umożliwiającą łatwe i bezpieczne przechowywanie strzykawki, z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 35g/m2. Pakowana pojedynczo, na opakowaniu etykieta TAG	Santemol Medikal	Sterylna serweta zabiegowa	TRS-20189	2500	szt.	2,36	5 900,00	8%	472,00	6 372,00
Razem								140 320,00	x	11 225,60	151 545,60
	(*) ± 10cm dla każdego wymiaru		(**) ± 5cm dla każdego wymiaru								
	Zamawiający nie dopuszcza w poz.:										
	1.a) serwety 300x175cm,										
	1.b) serwety 180x 150cm,										
	1.d) pokrowca na stół Mayo 75x90cm; z warstwą chłonną w rozm. 76x85cm,										
	1.f) ściereczek 18x25 cm; 20x30cm,										
	1.h) serwety 75 cm x 190 cm.										
	Zamawiający nie dopuszcza w poz. 1 serwet wykonanych z 2-warstwowego laminatu włókninowo-foliowego (PP/PE); serwet wykonanych z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/ m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 30 g/ m² (łącznie gramatura w strefie chłonnej 70 g/m²); chłonności min. 450%; odporności na przenikanie cieczy min.120-130cm H₂O / min. 200cm H₂O.										
	Zamawiający nie dopuszcza możliwości użycia elektrokoagulatora bezpośrednio na folii.										
	Wymagania poz. 1 a) - c):										
	Serwety wykonane z włókniny polipropylenowej i laminatu foliowego polipropylenowo-polietylenowego; w pierwszej klasie palności wg CFR 1610; gramatura min. 55g/m²; chłonność min. 560%;										
	odporność na przenikanie cieczy min. 250cm H₂O.										

	Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upoważnionej										

zał. 2/10

- a) wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze min. 35 g/m²,
- b) wzmocniony chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze min. 40 g/m² na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej,
- c) rękaw zakończony elastycznym mankietem / ściągaczem (np. z dzianiny),
- d) tylne części fartucha zachodzące na siebie,
- e) wszywane troki o długości min. 45 cm oraz zewnętrzne troki umiejscowione w kartoniku / kasetce umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego (gwarantujący zachowanie sterylności podczas wiązania),
- f) dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep/-y na obydwu częściach fartucha,
- g) szwy wykonane techniką ultradźwiękową, szew trzy- lub czterościeżkowy,
- h) oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki lub kolorowej lamówki i nadruku,
- i) do każdego fartucha dołączone 2 ręczniki o wymiarach 30-40 cm x 30-40 cm wykonane z materiału Spunlace o gramaturze min. 50 g/m²,
- j) fartuch i ręczniki zawinięte w serwetę włókninową o wymiarach 60-70 cm x 60-70 cm,
- k) 4 naklejki typu TAG do wklejenia w dokumentacji medycznej,
- l) spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019,
- m) rozmiary M-XXXL do wyboru Zamawiającego,
- n) sterylizowane tlenkiem etylenu,
- o) opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych; na każdej etykiecie informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane producenta / importera

Zamawiający dopuszcza fartuchy pakowane pojedynczo w zgrzewane opakowanie/kopertę papierowo-foliową; fartuchy pakowane podwójnie papier/folia oraz włóknina.

Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upoważnionej