



Grudziądz, dnia 02.02.2024 r.

Do wszystkich Wykonawców

ZP-242/24

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi wykonania przeglądów technicznych wraz z kalibracją lub wzorcowaniem sprzętu medycznego na okres 24 miesięcy (znak sprawy: Z/113/PN/23).

Informuję, działając w oparciu o treść art. 135 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **świadczenie usługi wykonania przeglądów technicznych wraz z kalibracją lub wzorcowaniem sprzętu medycznego na okres 24 miesięcy (znak sprawy: Z/113/PN/23)**, wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zapytanie nr 1

Pytanie 1

Dotyczy zadania nr 1-6- Przegląd pipet

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający posiada pipety jednokanałowe czy wielokanałowe? W przypadku pipet wielokanałowych prosimy o udzielenie odpowiedzi dotyczącej ilości posiadanych kanałów przez każdą z pipet.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający wyjaśnia, że za wyjątkiem pipet: Eppendorf (1 szt.) 30-300 µl (8 kanałów) i Eppendorf (1 szt.) 10-100 µl (8 kanałów), wszystkie pozostałe są jednokanałowe.

