



**Wojewódzki Szpital  
Specjalistyczny  
im. J. Gromkowskiego**

51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 5

NIP: 895-16-31-106, Regon: 000290469

tel. cent. 71/325-03-56 do 59; 71/326-13-27 do 31; sekretariat 71/395-74-26; fax 71/326-06-22

---



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Wrocław, dnia 23.12.2022 r.

dotyczy: **PN 82/22 dostawa sprzętu jednorazowego użytku IV**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (TJ Dz.U. z 2022r. poz. 1710; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1** do zadania 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obwodu oddechowego sterylny lub mikrobiologicznie czysty wg opisu: Układ oddechowy do aparatu do znieczulenia dla dorosłych z rur wewnątrz gładkich o średnicy 22mm i długości 180 cm posiadający w swoim zestawie zdejmowany łącznik Y bez portów równoległy, kolanko z portem LUER z zakręcanym koreczkiem, dodatkową rurę o długości 120 cm oraz worek oddechowy o pojemności 2L, dodatkowe złącze proste 22M/22M. Układ wolny od DEHP. Układ posiadające wszystkie elastyczne końcówki na wlocie i wylocie oraz Y. 10 szt. w opakowaniu zbiorczym.

**Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA NIE WYMAGA.**

**Pytanie 2** do zadania 15

W skład zestawu wchodzi: PEBA (politeroamid blokowy) cewnik 22Ga/8cm z powłoką hydrofilną z niskoprofilowanymi skrzydełkami mocującymi i przedłużaczem z przesuwany zaciśnięciem, igła punkcyjna z końcówką kodowaną kolorem w rozm. 22G/4cm, przewodnik o obu prostych końcówkach posiadający oznakowanie wskazujące, kiedy końcówki przewodnika znajdują się w końcówce igły w rozm. 0,021'x35c

**Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ.**

