

Kraków, 09.02.2021r.

Do wszystkich zainteresowanych

**ODPOWIEDŹ
NA WNIOSKI WYKONAWCÓW**

DOTYCZY: Dostawa autorefraktometru

Zamawiający, udziela odpowiedzi na wnioski Wykonawców złożone w przedmiotowym postępowaniu oraz działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) dokonuje zmiany treści SWZ:

Pytanie nr 1

Prosimy o dodanie w umowę zapisu, że w przypadku wstawienia przez Wykonawcę na czas przedłużającej się naprawy sprawnego sprzętu o funkcjonalności i parametrach tożsamy lub lepszych od przedmiotu umowy, kary za przekroczenie terminu naprawy nie będą naliczane.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2

(pkt. 4) Czy Zamawiający dopuści wbudowany, kolorowy ekran o wielkości 7"?

(pkt. 7) Czy Zamawiający dopuści parametry autorefraktometru?:

- zamiast zakresu pomiarowego refrakcji sfery -25D do 22D z dokładnością 0.12D i 0.25D zakres pomiarowy -20D do +20D z dokładnością 0.12 lub 0.25D

- zamiast zakresu pomiaru cylindra -10D do +10D z dokładnością 0.12D i 0.25D zakres pomiarowy od 0 do 10 D z dokładnością 0.12 lub 0.25 D

- możliwość przedstawienia wyniku dla soczewki oddalonej od szczytu rogówki (VD) w odległości 0 mm, 12 mm, 13.75 mm i 15mm

(pkt. 9) Czy Zamawiający dopuści poniższe parametry keratometru?:

- zamiast zakresu pomiaru mocy rogówki 67,5D do 33,75D zakres pomiarowy od 67D do 33D dla $n=1,3375$

- zamiast zakresu pomiaru astygmatyzmu -10D do +10D zakres pomiarowy 0 do 12D

(p. 10) Czy Zamawiający dopuści pomiar PD do 85 mm z krokiem 1 mm?

(p. 11) Czy Zamawiający dopuści następujące porty komunikacji urządzenia: RS-232C i WiFi?

Odpowiedź nr 2

Nie wyrażamy zgody.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ.