



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Wrocław 13.09.2024r.

Uczestnicy postępowania

dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu jednorazowego użytku (w tym komis), znak sprawy: PN 66/24.**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r poz. 1320, zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Zadanie 1, poz. 3. – Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x Oral Care Szczoteczka do zębów posiadająca dwa otwory odsysające – od strony włosa oraz w przestrzeni pomiędzy gąbką i włosiem;
- 1 x Oral Care Aplikator gąbkowy pozwalający na nawilżanie jamy ustnej pomiędzy szczotkowaniem;
- 1 x Oral Care Płyn do płukania jamy ustnej 0.12% roztworem chlorheksydyny (10ml)
- 1 x Oral Care Żel nawilżający jamę ustną (3 ml)

Opakowanie zestawu pełni funkcję pojemnika na płyn.

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ.

Pytanie nr 2

Zadanie 1, poz. 5. – Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do zimnego nawilżania poj. 350 ml - Jednorazowy pojemnik z łącznikiem nawilżacza do terapii oddechowej u jednego pacjenta. Zawartość butelki jest sterylna. Specjalnie skonstruowany pojemnik z wbudowanym w ściankę kanałem powodującym przejście tlenu do samego dna, a potem aż ku jego górnej części, powodując jego przejście przez całą objętość wody?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA - POZOSTAŁE ZAPISY ZGODNIE Z SWZ.

Pytanie nr 3

Zadanie 3, poz. 1. – Czy Zamawiający oczekuje łyżki jednorazowego czy wielorazowego użytku?

Odpowiedź: JEDNORAZOWYCH.

Pytanie nr 4

Zadanie 3, poz. 1. – Czy Zamawiający dopuści łyżkę o parametrach:

- Wykonane ze stopu metalu
- Światłowód z tworzywa sztucznego o średnicy 5 mm zapewnia jasne i maksymalne oświetlenie



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

- Zatrząsk kulkowy w podstawie koloru zielonego
- Dostępne w wersji z osłoniętym światłowodowym lub nieosłoniętym zapewniającym doświetlenie wewnątrz jamy ustnej i gardła
- Kompatybilna ze wszystkimi uchwytami laryngoskopowymi według zielonego oznaczenia (green standard) zgodnymi z normą ISO 7376/3
- Oznakowanie łyżek typu Macintosh: nr serii, rodzaj, rozmiar, znak CE oraz symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) na części metalowej łyżki
- Jednorazowego użytku
- Czyste mikrobiologicznie
- Opakowanie foliowe
- profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku
- produkt bez zawartości lateksu i DEHP

ROZMIAR	TYP	DŁUGOŚĆ
0	Macintosh	76 mm
1	Macintosh	95 mm
2	Macintosh	105 mm
3	Macintosh	135 mm
4	Macintosh	155 mm
5	Macintosh	175 mm

ROZMIAR	TYP	DŁUGOŚĆ
00	Miller	65 mm
0	Miller	78 mm
1	Miller	102 mm
2	Miller	154 mm
3	Miller	195 mm
4	Miller	205 mm

Odpowiedź: **ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ.**

Pytanie nr 5

Zadanie 6, poz. 1. – Czy Zamawiający oczekuje czujników Oximax czy NonOximax?

Odpowiedź: **OXIMAX.**

Pytanie nr 6

Zadanie 9, poz. 6. – Czy Zamawiający dopuści kieliszki w opakowaniu a'80 z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: **ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA POZOSTAŁE ZAPISY ZGODNIE Z SWZ.**



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Pytanie nr 7

Zadanie 9, poz. 10. – Czy Zamawiający dopuści probówki o pojemności 25ml?

Odpowiedź: **ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ.**

Pytanie nr 8

Zadanie 14, poz. 1. – Czy Zamawiający dopuści myjki o grubości ok. 2mm, w całości wykonane z poliestru?

Odpowiedź: **ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA POZOSTAŁE ZAPISY ZGODNIE Z SWZ.**

Pytanie nr 9

Zadanie 35, poz. 1-2 – Czy Zamawiający dopuści nebulizator tworzący cząsteczki o średnicy max 2,0 – 2,2?

Odpowiedź: **ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ.**

Pytanie nr 10

Zadanie 35, poz. 7 – Czy zamawiający odstąpi od zapisu „stosowana w środowisku MRI (wymagane oryginalne oznaczenie producenta na opakowaniu jednostkowym)”?

Odpowiedź: **ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ.**

Pytanie nr 11

Zadanie 42, poz. 2 – Czy zamawiający dopuści prostą, mleczną końcówkę do odsysania?

Odpowiedź: **ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ.**

Pytanie nr 12

Zadanie 43, poz. 2 – Czy zamawiający dopuści niesterylny czujnik?

Odpowiedź: **ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ.**

Pytanie nr 13

Zadanie 43, poz. 3 – Czy zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 40ml



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

- Waga: 30g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ.

Pytanie nr 14

Zadanie 43, poz. 4 – Czy zamawiający dopuści cewnik o parametrach:

- posiada zintegrowany łącznik o kącie 90° do podłączenia rurki i respiratora
- dodatkowa, obrotowa złączka 15mm
- posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z połączeniem luer
- posiada zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI)
- posiada przezroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej
- posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
- regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”
- blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
- samouszczelniająca się zastawka izolująca cewnik od pacjenta
- system wyposażony w klin pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów
- cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
- cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
- oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
- w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim
- system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia po wyjęciu z opakowania



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

- w zestawie do użytku opcjonalnego przestrzeń martwa, zatyczka portu do leków wziewnych, łącznik
- sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
- pakowana folia/papier
- rozmiary: dla rurek intubacyjnych: dł. 60cm (10, 12, 14, 16 FR)
- rozmiary: dla rurek tracheostomijnych: dł. 33 cm (10, 12, 14, 16 FR)

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ.

Pytanie nr 15

Zadanie 45, poz. 1-2 – Czy zamawiający dopuści okulary w rozmiarach S, M i L o wymiarach:

S – max do 31 (20-31); szerokość paska – 1,5cm

M – max do 35 (25-35); szerokość paska – 2cm

L – max do 40 (30-40); szerokość paska – 2,5cm

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA - POZOSTAŁE ZAPISY ZGODNIE Z SWZ.

Pytanie nr 16

Zadanie nr 9 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyceny za kieliszki w op. a'80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA - POZOSTAŁE ZAPISY ZGODNIE Z SWZ.

Pytanie nr 17

Zadanie nr 9 poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do pobierania próbek o poniższym opisie:

- zestaw do pobierania próbek w postaci płynów do badań np. z wydzieliny oskrzelowej przy badaniu bronchoskopowym.



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

- w jego skład wchodzi: pojemnik 25 ml, skalowany co 1 ml, zakrętka z końcówkami dł. 37 i 39 cm, dodatkowa zakrętka zabezpieczająca pojemnik, dren zakończony końcówką z kontrolą siły ssania, etykieta samoprzylepna
- niepirogenny, nietoksyczny
- nie zawiera ftalanów
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku ?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ.

Pytanie nr 18

Zadanie nr 35 poz. 1,2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie maski z nebulizatorem o poniższym opisie:

- wykonane z medycznego PVC
- posiada regulowany metalowy klip na nos
- regulowane elastyczne mocowanie z tyłu głowy
- pojemność 6 ml (skalowane co 1 ml)
- dren długości 2 metry, średnica wewnętrzna drenu 5mm +/- 0,5mm
- sterylizowane tlenkiem etylenu
- pakowane w opakowanie foliowe

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ.

Pytanie nr 19

Zadanie nr 35 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie maski z workiem o poniższym opisie:

- wykonana z przezroczystego medycznego PVC
- maska zapewnia wysokie stężenie tlenu, otwory boczne maski z zastawką jednokierunkową
- pojemność worka (rezerwuar) około 1 000 ml
- posiada regulowany metalowy klip na nos oraz gumkę mocującą
- dren długości 2 metry wyposażony w uniwersalne łączniki
- nie załamujący dren o przekroju gwiazdkowym
- nie zawiera lateksu
- instrukcja obsługi oraz przechowywania na opakowaniu



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

- sterylizowana tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ.

Pytanie nr 20

Zadanie nr 35 poz. 4.5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski z drenem o poniższym opisie:

- wykonane z medycznego PVC
- posiada regulowany metalowy klip na nos
- regulowane elastyczne mocowanie z tyłu głowy
- dren długości 2 metry
- sterylizowane tlenkiem etylenu
- pakowane w opakowanie foliowe

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA - POZOSTAŁE ZAPISY ZGODNIE Z SWZ.

Pytanie nr 21

Zadanie nr 16 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawkki trzyczęściowej żaneta 100 ml?

Odpowiedź: ZADANIE 16 POZ 1 DOTYCZY ZESTAWU DO PODAŻY KRWI A NIE STRZYKAWKI.

Pytanie nr 22

Zadanie nr 16 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyceny za strzykawkki 20 ml w op. a'50szt. zgodnie z odpowiednim przeliczeniem?

Odpowiedź: ZADANIE 16 POZ 5 DOTYCZY ŁĄCZNIKA KARBOWANEGO A NIE STRZYKAWEK.

Pytanie nr 23

Zadanie nr 18 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika Foley z balonem 3-5 ml??

Odpowiedź: ZADANIE 18 POZ 6 DOTYCZY MOCOWANIE TYP KLAMERKA A NIE CEWNIKÓW FOLEYA.



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Pytanie nr 24

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (Medical Devices Regulation) MDR, art. 14, pkt 3 Zamawiający wymaga aby dostawy do jego jednostki były realizowane zgodnie z warunkami określonymi przez producenta?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE TRANSPORTU WYROBÓW MEDYCZNYCH ZGODNIE Z WARUNKAMI OKREŚLONYMI PRZEZ PRODUCENTA.

Pytanie nr 25

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki, § 13.1 pkt. g, Zamawiający kontroluje warunki, w jakich odbywał się transport wyrobów medycznych, tj. sprawdza m.in. temperaturę przestrzeni ładunkowej pojazdu, którym wykonano dostawę? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający nie stosuje się do obowiązujących przepisów prawa.

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE TRANSPORTU WYROBÓW MEDYCZNYCH ZGODNIE Z WARUNKAMI OKREŚLONYMI PRZEZ PRODUCENTA. ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE MOŻLIWOŚCI ZWERYFIKOWANIA WARUNKÓW TRANSPORTU PRZEZ DEDYKOWANEGO PRACOWNIKA APTEKI SZPITALA.

Pytanie nr 26

Prosimy o wyjaśnienie, czy w świetle obowiązujących przepisów prawa, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (Medical Devices Regulation) MDR oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki, Zamawiający wymaga realizacji dostaw wyłącznie środkami transportu posiadającymi możliwość dokumentacji temperatury z przestrzeni ładunkowej ?



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE TRANSPORTU WYROBÓW MEDYCZNYCH ZGODNIE Z WARUNKAMI OKREŚLONYMI PRZEZ PRODUCENTA. ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE MOŻLIWOŚCI ZWERYFIKOWANIA WARUNKÓW TRANSPORTU PRZEZ DEDYKOWANEGO PRACOWNIKA APTEKI SZPITALA.

Pytanie nr 27

Pakiet nr 15 poz. 1 :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie maski ustno-nosowej do wentylacji nieinwazyjnej, bez portu wydechowego, wyposażone w obrotowe bezprzeciekowe kolanko wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego, silikonową podpórę czołową zapewniającą oparcie maski na twarzy pacjenta, podpora czołowa z możliwością regulacji pochylenia maski względem twarzy pacjenta. Maski jednopacjentowa z możliwością czyszczenia detergentami. Z zapobiegającym przeciekom dwuwarstwowym uszczelnieniem silikonowym bez wymiennych poduszek w rozmiarach S,M,L. Mocowanie maski pacjenta za pomocą 4 punktowej uprząży wyposażonej w klipsy i klamerki?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA – POZOSTAŁE ZAPISY ZGODNIE Z SWZ.



Pytanie nr 28

Pakiet nr 15 poz. 1:

Proszę o podanie z jakimi urządzeniami CPAP mają być kompatybilne maski?

Odpowiedź: URZĄDZENIE CPAP- PHILIPS RESPIRONICS.

Pytanie nr 29

Pakiet nr 15 poz. 2:



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie układu o dł. 180cm?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA - POZOSTAŁE ZAPISY ZGODNIE Z SWZ.

Pytanie nr 30

Pakiet nr 15 poz. 2:

Proszę o podanie z jakimi urządzeniami CPAP mają być kompatybilne układy pasywne?

Odpowiedź: URZĄDZENIE CPAP- PHILIPS RESPIRONICS.

Pytanie nr 31

Pakiet 24 poz. 1, 2, 3 :

W celu zwiększenia konkurencyjności ofert prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej jakości elektrody igłowej koncentrycznej jednorazowej, stalowej , sterylnej ,igła z trójpłaszczyznowym ostrzem zwiększająca komfort pacjenta poprzez redukcję siły wkłucia, kaniula ze stali nierdzewnej , precyzyjnie wycentrowany , izolowany rdzeń wykonany ze srebra zapewniający stabilną detekcję sygnałów, niski poziom impedancji ,oznaczenie kolorystyczne ułatwiające identyfikację rozmiaru

elektrod. OPAKOWANIE-25 SZT, w rozmiarach :

Poz. 1: długość 50 mm, średnica 0,45 mm

Poz. 2: długość 38 mm, średnica 0,45 mm

Poz. 3: długość 25 mm, średnica 0,30 mm

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ.

Pytanie nr 32

POSTANOWIENIA ZAWARTE WE WZORZE UMOWY W § 2 pkt 14 ppkt 2 Bardzo prosimy o wykreślenie postanowień umowy zawartych we wzorze Umowy w § 2 pkt 14 ppkt 2 .

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ.

Pytanie nr 33

Zadanie nr 29 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu z zatyczką filtra powietrza typu on/off w kolorze zielonym, w opakowaniu a'400 szt. (z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym), pozostała wymogi zgodne z SWZ?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ.

Pytanie nr 34



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Zadanie nr 29 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu o poniższym opisie:

Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana bez PVC, ze skrzydełkami, o długość min. 63mm w części przezroczystej, odpowietrznik z samodomykającą klapką zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji BFE min. 99.999994%, VFE min 99,9996% stanowiący system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH (potwierdzone oświadczeniem producenta), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), dren o długości 150cm, igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo, wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, przezroczysty łącznik Luer-Lock w całości zabezpieczony z zewnątrz osłonką, zaciskacz rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz dodatkowe miejsce do zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, oznaczenie producenta umieszczona trwale na zaciskaczu w kolorze innym niż zaciskacz (widoczne, łatwe do odczytania), dodatkowe oznaczenia producenta na komorze kroplowej i na skrzydełkach dociskowych, na opakowaniu informacja o: wielkości filtra, poprawności procesu sterylizacji, nr katalogowym w celu pełnej identyfikacji, opakowanie folia-papier z niebieski kodem, sterylne, opakowanie handlowe 20 szt., opakowanie zbiorcze 400 szt.?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ.

Pytanie nr 35

Zadanie nr 29 poz. 3

Z uwagi na wycofanie z produkcji przyrządu spełniającego opis SWZ, prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w niniejszej pozycji dwóch produktów pakowanych oddzielnie: przyrządu IS oraz zestawu drenów ze skalą do monitorowania ośrodkowego ciśnienia żylnego?

Odpowiedź: POZYCJA WYKREŚLONA.

Pytanie nr 36

Pakiet 1

- 1) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 4 zamkniętego systemu do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną obejmujący sterylne zapakowane: system do pomiaru diurezy godzinowej i kompatybilna linia do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego. 20 ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem foley, a systemem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zastawka antyzwrotna wbudowana



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

w łącznik zapobiega cofaniu się moczu z systemu do godzinowej zbiórki moczu do linii pomiarowej. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni.

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA - POZOSTAŁE ZAPISY ZGODNIE Z SWZ.

- 2) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 5 sterylnej wody jednorazowego użytku do nawilżania tlenu posiadającej ciśnieniową zastawkę upustową o czułości min. 350 cm H₂O (5 psi).

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA - POZOSTAŁE ZAPISY ZGODNIE Z SWZ.

Pytanie nr 37

Pakiet 29

Poz.1

- 1) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania firmy Margomed o poniższych parametrach:

Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa z miękkiego elastycznego tworzywa, (bez PCV) o długości min. 60 mm w części przezroczystej, wolny od lateksu, ftalanów DEHP, BBP, DBP(informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym) , igła biorcza dwukanałowa z ABS, igła biorcza stożkowa, dwukanałowa, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, (dodatkowy otwór/pochewka), nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, dren o dł. 150 cm, objętość wypełnienia drenu 11 ml, dren o średnicy 3 mm, wyposażony w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, Opakowanie jednostkowe folia-papier ze znacznikiem sterylizacji i fabrycznie umieszczonym dwuwymiarowym kodem kreskowym umożliwiającym elektroniczny odczyt daty ważności i numeru serii, sterylny, opakowanie 200 szt.

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA - POZOSTAŁE ZAPISY ZGODNIE Z SWZ.

- 2) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do przetoczeń płynów infuzyjnych firmy Margomed – aparatu nowej generacji, o ulepszonych parametrach techniczno-użytkowych: komora kroplowa z polimeru bez PCV, igła biorcza wykonana z ABS, wolny od ftalanów DEHP, BBP, DBP(informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym) Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA - POZOSTAŁE ZAPISY ZGODNIE Z SWZ.

Poz. 2

1) Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy pisząc: (..) “bez zawartości ftalanów “ ma na myśli piktogramy o braku zawartości lateksu, DEHP, BBP, DBP fabrycznie nadrukowane na opakowaniu. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: TAK.

2) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządów do przetaczania krwi z komora kroplowa bez PCV



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 38

Pakiet 33

- 1) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 6 cewnik Foley 2-drożny, lateks silikonowany w rozmiarze 14-26 CH z balonem 30 ml

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA - POZOSTAŁE ZAPISY ZGODNIE Z SWZ.

- 2) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 6 cewnik Foley 2-drożny, lateks silikonowany w rozmiarze 12 CH z balonem 10 ml

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA - POZOSTAŁE ZAPISY ZGODNIE Z SWZ.

Pytanie nr 39

Pakiet 35

- 1) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 1-2 nebulizator niskoobjętościowy do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 10 ml, skalowany dwustronnie, naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml co 1 ml, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 μm (+/- 0,07 μm), frakcja respirabilna (cząsteczki <5 μm) - 79,7% (+/- 1,7%), parametry potwierdzone w badaniach producenta, produkt czysty biologicznie. Tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 10 l/min dla 3 ml roztworu: 7,36 min. (+/- 0,26 min.). W zestawie z nebulizatorem: maska aerozolowa odpowiednio: poz.1 - maska w uniwersalnym rozmiarze dla dorosłych (odpowiadająca rozm. L opisanemu w swz); poz. 2- maska pediatryczna (odpowiadająca opisanym rozm.S i L), dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2,1 m i złączu standardowym, sztywne złącze drenu dedykowane do nebulizatora kodowane kolorystycznie barwą dyfuzora.

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ.

- 2) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 3 zaoferowania maski tlenowej wykonanej z bezpiecznego materiału - medycznego pcv w uniwersalnym rozmiarze (odpowiadająca rozm. L i XL opisanemu w swz), spełniającej pozostałe wymogi swz.

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ.

- 3) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 7 maski krtaniowej jednorazowego użytku, sterylna, anatomicznie ukształtowana, wykonana w całości z silikonu, ze zintegrowanym blokerem zgryzu. Mankiet maski samouszczelniający się w oparciu o ciśnienie w drogach oddechowych, wyraźnie szerszy oraz podwyższony w części proksymalnej w celu maksymalnego uszczelnienia i wypustka unosząca nagłośnię



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

chroniąca przed jej wkliniowaniem. W mankietcie umieszczony port umożliwiający napełnienie mankietu proporcjonalnie do wzrostu ciśnienia przepłucnego lub ciśnienia wentylacji. Możliwość intubacji przez maskę za pomocą standardowej rurki dotchawiczej, maska posiada wbudowaną w kopułę maski rampę dla rurki intubacyjnej ułatwiającą przeprowadzenie procedury intubacji. Łącznik maski zdejmowalny, zabezpieczony uwięzią, kodowany kolorystycznie dla każdego z rozmiarów. Na rurce maski krtaniowej oznaczenia dwa znaczniki głębokości wprowadzenia maski, rozmiaru oraz zakresu wagowego pacjenta, kompatybilności z rozmiarem rurki intubacyjnej. Rozmiar maski kodowany kolorem łącznika i numerycznie na rurce maski i łączniku. Maska wolna od lateksu i PHT, bezpieczna w środowisku MRI (oznaczenia na opakowaniu oraz na rurce maski). Maska w rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla roz. 0 (<2,0 kg); dla roz. 0,5 (2-4 kg); dla roz. 1,0 (4-7 kg); dla roz. 1,5 (7-17 kg); dla roz. 2 (17-30 kg); dla roz. 3 (30-60 kg); dla roz. 4 (60-80 kg); dla roz. 5 (>80 kg).

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ.

- 4) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 8 maski anestetycznej jednorazowego użytku z nadmuchiwaną poduszką twarżową z PCV, korpus maski oraz haczykowaty pierścień wykonane z poliwęglanu, silikonowy zawór skierowany pionowo w nosowej części maski, możliwość pracy w środowisku MRI, w rozmiarach wiekowych od 1-7 odpowiednio: noworodek / niemowlę / małe dziecko / dziecko / dorosły mały / dorosły średni / dorosły duży. Waga w (g) odpowiednio: 8/11/16/20/27/29/36 g. Dla roz 1 i 2 złącze 15 mm męskie oraz dla roz 3-7 złącze 22 mm żeńskie, rozmiary kodowane kolorem pierścienia oraz numerycznie i opisowo na korpusie maski, produkt mikrobiologicznie czysty, bez DEHP i lateksu.

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ.

Pytanie nr 40

Pakiet 38

Poz.1

1) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawki trzyczęściowej typu żaneta 100 ml końcówką ściętą prosto, nie pod kątem

Odpowiedź: PROSTO.

2) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawki trzyczęściowej typu żaneta 100 ml z nazwą producenta na cylindrze w celu jego łatwej identyfikacji

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA - POZOSTAŁE ZAPISY ZGODNIE Z SWZ.

3) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje trzyczęściowej typu żaneta 100 ml z łącznikiem luer/wymienną końcówką umocowaną na tłoku w specjalnym otworze



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA - POZOSTAŁE ZAPISY ZGODNIE Z SWZ.

Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawkę z dwustronną /podwójną skalą pomiarową, co ułatwia precyzyjny odczyt zawartości strzykawki

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA - POZOSTAŁE ZAPISY ZGODNIE Z SWZ.

Poz. 2

1) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawki trzyczęściowej typu żaneta 50-60 ml końcówką ściętą prosto, nie pod kątem

Odpowiedź: PROSTO.

2) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawki trzyczęściowej typu żaneta 50-60 ml z nazwą producenta na cylindrze w celu jego łatwej identyfikacji

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA - POZOSTAŁE ZAPISY ZGODNIE Z SWZ.

Poz. 4

1) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki do insuliny nakładaną igłą 0,3 x 13 mm opakowanie zbiorcze 120 szt odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w formularzu asortymentowo-cenowym

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA - POZOSTAŁE ZAPISY ZGODNIE Z SWZ.

2) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki do insuliny nakładaną igłą 0,5 x 16 mm

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA - POZOSTAŁE ZAPISY ZGODNIE Z SWZ.

Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje strzykawkę doustnych, sterylnych, pakowanych razem koreczkiem w celu zapobiegania utracie leku w strzykawce w trakcie transportu do pacjenta

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ.

Pytanie nr 41

Zadanie 9, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści cewnik z linią kontrastującą w RTG?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA - POZOSTAŁE ZAPISY ZGODNIE Z SWZ.



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Pytanie nr 42

Zadanie 19, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następujących właściwościach:

- Worek do zbiórki odprowadzanych płynów o pojemności 2000ml z zastawką przeciwwrotną i odpływem, skalowany co 100ml
- Strzykawka o pojemności 60ml
- Dostępny w różnych konfiguracjach
- Szeroka gama igieł do wyboru:
 - trio igieł o długości 55 mm (14G, 16G i 19G)
 - trio igieł o długości 80 mm (14G, 16G i 19G)
 - igła Veressa długości 100mm, z zaokrągloną, bezpieczną końcówką (15G)
- Dostępne w wersji manualnej (Toraset) ze szczelnym kranikiem trójdrożnym na drenie odprowadzającym, lub w wersji automatycznej (Tormatic) wyposażonej w trójdrożny zawór przeciwwrotny na drenie odprowadzającym, zapobiegający cofaniu się płynów
- Wyrób sterylizowany tlenkiem etylenu
- Opakowanie podwójne - zewnętrzne papier-foolia, wewnętrzne folia

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ.

Pytanie nr 43

Zadanie 14

Czy Zamawiający dopuści dwuwarstwową myjkę do mycia ciała w formie półokrągłej niezwiązanej rękawicy. Nasączona jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonana z jednej strony (części myjącej) z poliestru, z drugiej strony z włókniny. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar 15 cm x 21 cm, gramatura 90g/m², nasączona środkiem myjącym o neutralnym ph 5,5, grubość nie mniej niż 0,5cm?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA - POZOSTAŁE ZAPISY ZGODNIE Z SWZ.

Pytanie nr 44

Zadanie 14

Czy Zamawiający dopuści myjki pakowane a'10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA - POZOSTAŁE ZAPISY ZGODNIE Z SWZ.



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Pytanie nr 45

Zadanie 19, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rurkę o następujących właściwościach:

- wykonana z medycznego, elastycznego PCV
- obrotowy łącznik o średnicy 15mm
- elastyczne skrzydełka mocujące z możliwością montażu tasemek stabilizujących rurkę
- miękki, niskociśnieniowy, cienkościenny mankiet
- balonik kontrolny w kontrastującym kolorze wyraźnie wskazujący stan napełnienia mankieta
- 2 tasemki mocujące zabezpieczone fabrycznie folią
- wyraźne oznaczenie rozmiaru na skrzydełkach
- kaniula atraumatyczna, miękko wyoblona, wygięta
- widoczna w promieniowaniu RTG
- wyposażona w obturator
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- jednorazowego użytku
- pakowana pojedynczo w sztywne opakowania typu tyvec

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ.

Pytanie nr 46

Zadanie 19, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rurkę o następujących właściwościach:

- wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana
- rurka polecana do długotrwałej wentylacji
- kanał do odsysania wydzieliny znad mankieta wbudowany w ściankę rurki
- dren odsysający zakończony uniwersalnym łącznikiem
- mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy
- linia rtg na całej długości rurki
- miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu
- prowadnica
- 2 tasemki mocujące
- balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki
- znacznik głębokości wprowadzania w wersji z ruchomym szyldem
- bez lateksu, bez ftalanów
- jałowa, jednorazowego użytku

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ.



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Pytanie nr 47

Zadanie 21, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz jak na zdjęciu:



Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ.

Pytanie nr 48

Zadanie 21, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA - POZOSTAŁE ZAPISY ZGODNIE Z SWZ.

Pytanie nr 49

Zadanie 29, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd o następujących właściwościach:



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

- wykonany z wysokiej jakości materiałów, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, co gwarantuje bardzo wysoką jakość i bezawaryjne, zgodne z przeznaczeniem użytkowanie
- dwukanałowy, czteropłaszczyznowy ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami
- odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową (niebieską) klapką
- elastyczna komora kroplowa o wielkości 6cm zaopatrzona w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami
- kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml ± 0,1 ml;
- filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15 µm
- miękki elastyczny dren o długości 150 cm lub 180 cm z zakończeniem luer-lock
- precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorczą i zaczep na dren do podwieszenia
- na zacisku rolkowym umieszczona nazwa producenta
- oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami
- wyrób dostępny również w wersji bez ftalanów
- jednorazowego użytku
- niepirogenny, nietoksyczny
- nie zawiera lateksu
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- termin ważności: 5 lat
- opakowanie jednostkowe typu folia-papier z kolorowym kodem (niebieskim) identyfikującym rodzaj przyrządu

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ.

Pytanie nr 50

Zadanie 29, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd o następujących właściwościach:



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

- wykonany z wysokiej jakości materiałów, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, co gwarantuje bardzo wysoką jakość i bezawaryjne, zgodne z przeznaczeniem użytkowanie
- dwukanałowy, czteropłaszczyznowy ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami
- odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną niebieską kłapką
- elastyczna komora kroplowa o wielkości 6 cm zaopatrzona w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami
- kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml ± 0,1 ml;
- filtr płynu zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15 µm
- precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorczą i zaczep na dren do podwieszenia
- na zacisku rolkowym umieszczona nazwa producenta
- miękki elastyczny dren o długości min. 150 cm
- uniwersalne zakończenie luer-lock zabezpieczone koreczkiem Air Pass z filtrem hydrofobowym, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu
- jednorazowego użytku
- niepirogenny, nietoksyczny
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- termin ważności: 5 lat
- opakowanie jednostkowe typu folia-papier z kolorowym kodem (niebieskim) identyfikującym rodzaj przyrządu

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ.

Pytanie nr 51

Zadanie 29, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za sztukę wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ.

Pytanie nr 52

Zadanie 29, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przyrządy pakowane w opakowanie zbiorcze 250 szt.?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ.

Pytanie nr 53

Zadanie 33, pozycja 1,2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA - POZOSTAŁE ZAPISY ZGODNIE Z SWZ.



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Pytanie nr 54

Zadanie 33, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA - POZOSTAŁE ZAPISY ZGODNIE Z SWZ.

Pytanie nr 55

Zadanie 33, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA - POZOSTAŁE ZAPISY ZGODNIE Z SWZ.

Pytanie nr 56

Zadanie 33, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści cewniki z balonem o pojemności 30-50ml dla rozmiaru CH14-CH24?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA - POZOSTAŁE ZAPISY ZGODNIE Z SWZ.

Pytanie nr 57

Zadanie 33, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści cewniki z balonem o pojemności 3ml dla rozmiaru CH6 oraz 3-5ml dla rozmiaru CH08-CH10?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA - POZOSTAŁE ZAPISY ZGODNIE Z SWZ.

Pytanie nr 58

Zadanie 33, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o wysokości ok 9cm?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ.



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Pytanie nr 59

Zadanie 33, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o wysokości ok 7cm?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA - POZOSTAŁE ZAPISY ZGODNIE Z SWZ.

Pytanie nr 60

Zadanie 33, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA - POZOSTAŁE ZAPISY ZGODNIE Z SWZ.

Pytanie nr 61

Zadanie 33, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści pojemnik typu tulipan o pojemności 2,5l?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA - POZOSTAŁE ZAPISY ZGODNIE Z SWZ.

Pytanie nr 62

Zadanie 35, pozycja 1,2

Czy Zamawiający dopuści maskę z nebulizatorem o następujących parametrach:

- Wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV
- Nie zawiera lateksu
- Posiada regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą
- Wyposażona w dren o długości 210 cm zakończony uniwersalnymi łącznikami
- Dren odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym
- Nebulizator o pojemności 8 ml (skalowany co 1 ml)
- Średnia wielkość wytwarzanej cząsteczki przy przepływie 6 l/min – 3,23 µm
- Jednorazowego użytku
- Sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu
- Pakowana indywidualnie w opakowanie papier-folia

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ.



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Pytanie nr 63

Zadanie 35, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści maskę o następujących parametrach:

- Wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV
- Nie zawiera lateksu
- Posiada regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą
- Wyposażona w dren o długości 210 cm zakończony uniwersalnymi łącznikami
- Dren odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym
- Obrotowy łącznik umożliwiający dostosowanie do pozycji pacjenta
- Jednorazowego użytku
- Sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu
- Pakowana indywidualnie w opakowanie papier-folia

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ.

Pytanie nr 64

Zadanie 35, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści maskę o następujących właściwościach:

- Anatomicznie wyprofilowany korpus maski z oznaczeniem przedziału wagowego pacjenta, objętości mankietu, ciśnienia wypełnienia mankietu oraz rozmiaru
- Uniwersalny, przezroczysty łącznik 15 mm
- Przezroczysty balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru maski, maksymalnej objętości mankietu oraz kompatybilności z (MR) rezonansem magnetycznym
- Barwione kolorystycznie zabezpieczenie zastawki

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ.

Pytanie nr 65

Zadanie 35, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści maskę wykonaną z następujących materiałów:

- kopuła maski - Q Resin
- kołnierz – PVC
- pierścień mocujący – PP
- zawór uszczelniający – PVC

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ.



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Pytanie nr 66

Zadanie 36, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,6x40mm?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA - POZOSTAŁE ZAPISY ZGODNIE Z SWZ.

Pytanie nr 67

Zadanie 36, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści igłę ściętą pod kątem 40 stopni bez szlifowania bocznego?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA POZOSTAŁE ZAPISY ZGODNIE Z SWZ.

Pytanie nr 68

Zadanie 36, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści igłę z ostrzem wykonanym z stali nierdzewnej w rozmiarze 29G o wymiarach 0,33x12mm?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ.

Pytanie nr 69

Zadanie 38, pozycja 1,2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'25 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA - POZOSTAŁE ZAPISY ZGODNIE Z SWZ.

Pytanie nr 70

Zadanie 38, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek 20ml za opakowanie a'50 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJUE ZAPISY SWZ.



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Pytanie nr 71

Zadanie 42, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści końcówkę w rozmiarze CH21

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ.

Pytanie nr 72

Zadanie 42, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści końcówkę typu POOLE prostą?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ.

Pytanie nr 73

Zadanie 44, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści sondę w rozmiarach CH16,18,20 o następujących parametrach:

- **Wykonana z silikonu**
Wyjątkowa elastyczność i miękkość sondy zapewnia łatwe zakładanie oraz wyjmowanie bez zagrożenia uszkodzeniem błony śluzowej przełyku
- **4-światłowa**
Możliwość odessania oraz usunięcia zawartości żołądka dzięki dużemu światłu kanałów
- **Prowadnica**
Istotnym jest, aby utrzymywać kinetykę krążenia i przepływu krwi w wątrobie, gdy nagle wystąpi krwawienie. Szczególnie trudno jest zlokalizować miejsce krwawienia, dlatego też musi ono zostać zastopowane za pomocą sondy Sengstakena. Sonda Sengstakena wyposażona jest w prowadnicę, dzięki czemu jej założenie jest znacznie szybsze w porównaniu do standardowych sond.
- **Balon przełyku zapewnia bezpieczną i szybką hemostazę**
Niskociśnieniowy balon o wewnętrznym ciśnieniu nie przekraczającym 40mm Hg, o średnicy 32mm. Jeśli długość całkowita balonu jest mniejsza niż 140mm
- **Wyposażona w gąbkową podkładkę**
Sondy wyposażone są w gąbkową podkładkę umożliwiającą zamocowanie w nozdrzach oraz zaciski na drenach umożliwiające łatwiejsze otwieranie oraz zamykanie linii do manometru
- **Znaczniki głębokości**
numeryczne na 25, 30, 35, 40, 45, 50cm od początku balonu przełykowego
- Sterylizowane tlenkiem etylenu
- Opakowanie papier-folia

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA - POZOSTAŁE ZAPISY ZGODNIE Z SWZ.



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Pytanie nr 74

Zadanie 45, pozycja 1,2

Czy Zamawiający dopuści okulary o następujących rozmiarach:

KOD	ROZMIAR	OBWÓD GŁOWY
23601	S	200 – 280 mm
23602	M	240 – 340 mm
23603	L	300 – 400 mm

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA - POZOSTAŁE ZAPISY ZGODNIE Z SWZ.

*W związku z udzielanymi odpowiedziami Zamawiający informuje, że Wykonawcy którzy składają produkt dopuszczony odpowiedziami Zamawiającego – **zaznaczą uwagę nr odpowiedzi i datą pisma z odpowiedziami.***

Miejsce zaznaczenia: Załącznik nr 1 do SWZ, odpowiednio przy oferowanym produkcie.

UWAGA

PROSZĘ O ZAŁĄCZENIE DOKUMENTÓW PRZEDMIOTOWYCH POTWIERDZAJĄCYCH WSZYSTKIE WYMAGANE ZAPISAMI SWZ CECHY.

Sporządziła: Ewa Nowakowska