

BZP.38.382-49.11.24

Jastrzębie – Zdrój, 19.11.2024r.

**Do wszystkich Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji na **Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej – powtórzenie BZP.38.382-49.24**

**ZMIANA TREŚCI SWZ Z DNIA 19.11.2024r.**

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Warunków Zamówienia, na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1320 ze zm.), Zamawiający wprowadza do SWZ następujące zmiany:

**Pytanie nr 1 dot. Pakietu nr 1 poz. 4:**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie cewnika balonowego o profilu wejścia 0,016” ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy PZP zmienia treść SWZ w następujący sposób: w Formularzu asortymentowo-cenowym - Załącznik nr 1 do SWZ, w Pakiecie nr 1 - Cewnik balonowy do CTO, uwalniający lek i aspiracyjny, w Tabeli „Parametry techniczne ad. 4”, w poz. nr 6, zmienia zapisy z:

Parametry techniczne ad 4			
6	Profil wejścia 0.017”	tak,	

na:

Parametry techniczne ad 4			
6	Profil wejścia <b>min. 0.016”</b>	tak,	

Załącznikiem do niniejszego pisma jest:

- Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 19.11.2024r. – Pakiet nr 1.

Pozostała treść SWZ oraz załączników do SWZ nie ulega zmianie, a powyższe informacje należy traktować jako integralną część SWZ.

**Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.**

Z poważaniem