



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Wojskowej Akademii Medycznej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Centralny Szpital Weteranów

Dział Zamówień Publicznych

Łódź, dnia 03.03.2021 r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania,
którzy pobrali SIWZ**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego 188/PN/ZP/D/2020 – Dostawa materiałów zużywalnych na potrzeby Bloków Operacyjnych

W związku z nadesłanymi pytaniami do SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnego Szpitala Weteranów, dotyczącymi SIWZ, na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, j.t. ze zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 04.01.2021 r. (I)

1. Pakiet nr 12 - Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 12 w pozycji 1 markery pakowane po 100 sztuk spełniające wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem, że będzie to opakowanie zbiorcze. Markery mają być sterylne pakowane pojedynczo. Pozostałe wymagania co do opisu przedmiotu zamówienia - zgodnie ze zmodyfikowanym Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 04.01.2021 r. (II)

2. Pytanie pakiet 6 - Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 6 staplerów skórnych ze zszywkami nie pokrytymi teflonem, spełniających wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Pytanie pakiet 14 poz. 3 - Czy dla zaoferowanych w Pakiecie nr 14 poz nr 3 klipsów Zamawiający wymagać będzie potwierdzenia kompatybilności z posiadanymi klipsownicami 0301-04XLE w instrukcji obsługi klipsów? Używanie klipsów nie zwalidowanych przez producenta do stosowania z klipsownicami 0301-04XLE może skutkować wadliwym domknięciem klipsa ze wszystkimi związanymi z tym klinicznymi konsekwencjami dla pacjenta, mogącymi się ujawnić zarówno śródoperacyjnie jak i we wczesnym okresie pooperacyjnym.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

4. Dotyczy zapisów SIWZ - Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiegokolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i ustawą PZP.

Pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 07.01.2021 r.

5. Pakiet 6, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści stapler skórny z zszywkami niepokrytymi teflonem?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Pakiet 6, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści stapler skórny z zszywkami o wymiarach 7,2mm x 4,9mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Pakiet 6, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści stapler skórny pakowany a'5szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza opakowanie po 5 szt. Z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości opakowań, tj. 1152 op. Pozostałe wymagania co do opisu przedmiotu zamówienia - zgodnie z SIWZ.

Pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 08.01.2021 r.

8. Dotyczy pakietu 7, poz.11 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w „Jednorazowym zestawie do zabiegów laparoskopowych resekcji esicy”- wariantcie I i II, pkt. 3- ładunku z nożem do staplera endoskopowego jednorazowego użytku długości 60 mm z możliwością zginania do 45°, sztywne kowadełko, stopniowana powierzchnia ładunku, wysokość zszywek tytanowych od wewnątrz 2,0-2,5-3,0 mm do tkanki naczyniowo-średniej- 1 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – dotyczy poz. 11 i poz. 12, zgodnie z poprawioną numeracją w zmodyfikowanym Formularzu Asortymentowo-Cenowym.

9. Dotyczy pakietu 1, poz.24 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ładunku z nożem do staplera endoskopowego jednorazowego użytku długości 30 mm , z możliwością zginania do 45°, sztywne kowadełko, stopniowana powierzchnia ładunku, 3 wysokości zszywek tytanowych od wewnątrz 2,0-2,5-3,0 mm - do tkanki naczyniowo-średniej?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

10. Dotyczy pakietu 4, poz.1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego, załadowanego ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 80mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, zszywki o wysokości 3,8mm (po zamknięciu 1,5mm) lub 4,8mm (po zamknięciu 2,0mm); stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalenie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera? Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia.

11. Dotyczy pakietu 4, poz.2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego ładunku do jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego, z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 80mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, zszywki o wysokości 3,8mm (po zamknięciu 1,5mm) lub 4,8mm (po zamknięciu 2,0mm)? Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia. 6 sztuk w opakowaniu zbiorczym.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

12. Dotyczy pakietu 4, poz.3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie staplera okrężnego jednorazowego o średnicy 21mm, 25mm, 28mm, 31mm i 33mm zakrzywionego, o długości trzonu 22cm do zabiegów na otwarto lub 35cm do zabiegów laparoskopowych, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, w zależności od zapotrzebowania dla średnic 21, 25, 28mm możliwość zamówienia staplera ze zszywkami tytanowymi wykonanymi z drutu obustronnie spłaszczonego, przeznaczonymi do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu) i normalnej (3,5 mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu), a dla średnic 31mm i 33mm zszywki przeznaczone do tkanki grubej? Zamawiający określi średnicę staplera, wysokość zszywek i długość staplera przy składaniu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

13. Dotyczy pakietu 4, poz.4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego instrumentu kompatybilnego z systemem zamykania naczyń LigaSure z opcją cięcia do zabiegów klasycznych, długość przypłaszczzonego obustronnie trzonu - 18cm, zakrzywione bransze w kształcie dissektora, długość bransz 36mm, długość cięcia 34mm, rotacja trzonu 180°, aktywacja ręczna?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

14. Dotyczy pakietu 4, poz.5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego narzędzia bezprzewodowego do preparowania ultradźwiękowego, o długości trzonu 26 cm, 39 cm, średnica trzonu 5 mm, szczęki zagięte. Urządzenie

pozwalające na pracy w dwóch trybach max. I min. Dostępnych z jednego przycisku. Narzędzie współpracujące z wielorazowym generatorem pracującym w technologii ultradźwiękowej. Wykonawca użyczy w cenie zaoferowanego narzędzia, na czas trwania umowy wielorazowy generator kompatybilny z narzędziem, baterie oraz ładowarkę z możliwością ładowania 4 baterii jednocześnie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

15. Dotyczy pakietu 4, poz.6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie uniwersalnego jednorazowego staplera laparoskopowego do ładunków staplerów jednorazowych laparoskopowych, wspólna rękojeść dla ładunków prostych i z artykulacją, z możliwością ponownego ładowania do 25 razy, o średnicy trzonu 12mm, z możliwością rotacji o 360 stopni- dostępny w 3 długościach - określonych każdorazowo przez Zamawiającego (krótka - do chirurgii otwartej; standardowa laparoskopowa oraz długa do chirurgii bariatrycznej)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

16. Dotyczy pakietu 4, poz.7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowej nakładki kompatybilnej z automatycznym wielorazowym staplerem, z technologią pomiaru grubości tkanki i dostosowywania prędkości rozkładania zszywek w celu otrzymania optymalnej linii szwu, chroniąca przed kontaminacją. 6 sztuk w opakowaniu zbiorczym. W cenie zaoferowanego produktu, Wykonawca użyczy na czas trwania umowy wielorazowy inteligentny stapler z technologią pomiaru grubości tkanki i dostosowywania prędkości rozkładania zszywek w celu otrzymania optymalnej linii szwu oraz adaptery w trzech różnych długościach kompatybilne z oferowanymi nakładkami.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

17. Dotyczy pakietu 4, poz.8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ładunków jednorazowego użytku do uniwersalnego staplera endoskopowego zamykająco-tnącego, mieszczących 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach, o dł. linii szwów 60mm, posiadające artykulację 45stopni w dwie strony, przeznaczone do zamykania tkanki średnio-grubej (od wewnątrz 3,0-3,5- 4,0) oraz do tkanki średnio-naczyniowej (od wewnątrz 2,0-2,5-3,0 mm)? 6 sztuk w opakowaniu zbiorczym.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

18. Dotyczy pakietu 4, poz.9 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zaoferowanie jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego, załadowanego ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 60mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, zszywki o wysokości 3,8mm (po zamknięciu 1,5mm) lub 4,8mm (po zamknięciu 2,0mm); stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalenie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera? Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

19. Dotyczy pakietu 4, poz.10 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zaoferowanie ładunków z nożem do staplera endoskopowego jednorazowego użytku długości 45 mm z możliwością zginania do 45°, sztywne kowadełko, stopniowana powierzchnia ładunku, wysokość zszywek tytanowych od wewnątrz 2,0-2,0-2,0mm do tkanki naczyniowej , 2,0-2,5-3,0 mm do tkanki naczyniowo-średniej, 3,0-3,5-4,0 mm do tkanki średnio-grubej? 6 sztuk w opakowaniu zbiorczym

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

20. Dotyczy pakietu 4, poz.11 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zaoferowanie ładunków z nożem do staplera endoskopowego jednorazowego użytku długości 60 mm z możliwością zginania do 45°, sztywne kowadełko, stopniowana powierzchnia ładunku, wysokość zszywek tytanowych od wewnątrz 2,0-2,0-2,0mm do tkanki naczyniowej , 2,0-2,5-3,0 mm do tkanki naczyniowo-średniej, 3,0-3,5-4,0 mm do tkanki średnio-grubej? 6 sztuk w opakowaniu zbiorczym

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

21. Dotyczy pakietu 4, poz.12 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zaoferowanie staplera liniowego z nowym nożem w każdym ładunku, długość 100 mm, ładowalny do 8 strzałów, zszywki tytanowe obustronnie spłaszczone na całej długości, wysokość zszywek 3,8 mm lub 4.8 mm, rękojeść gumowana, brak pinu na ładunku, system zabezpieczający przed przedwczesnym wystrzeleniem ładunku oraz plastikowa osłona noża uruchamiana po wystrzeleniu ładunku zabezpieczająca przed jego ponownym zamknięciem i użyciem, obustronny mechanizm wystrzału, sterylne, jednorazowego użytku.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

22. Dotyczy pakietu 4, poz.13 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zaoferowanie ładunków do staplera liniowego z nożem w ładunku, długość 100 mm, wysokość zszywek 3,8 mm lub 4,8 mm, zszywki tytanowe obustronnie spłaszczone na całej długości, sterylne, jednorazowego użytku? 6 sztuk w opakowaniu zbiorczym

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

23. Dotyczy pakietu 4, poz.14 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie staplera liniowego automatycznego, długość szwu 60 mm, dwa rzędy tytanowych zszywek obustronnie spłaszczonych na całej długości, wysokość zszywek 3,5 mm, łącznie do 8 strzałów, z przewodnikiem tnącym po wyzwoleniu ładunku, rękojeść gumowana, sterylny, jednorazowego użytku?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

24. Dotyczy pakietu 4, poz.15 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie staplera liniowego automatycznego, długość szwu 60 mm, dwa rzędy tytanowych zszywek obustronnie spłaszczonych na całej długości, wysokość zszywek 4,8 mm, łącznie do 8 strzałów, z przewodnikiem tnącym po wyzwoleniu ładunku, rękojeść gumowana, sterylny, jednorazowego użytku?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

25. Dotyczy pakietu 4, poz.16 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ładunków do staplera liniowego, długość szwu 60 mm, dwa rzędy tytanowych zszywek obustronnie spłaszczonych na całej długości, wysokość zszywek 3,5 mm, sterylny jednorazowego użytku? 6 sztuk w opakowaniu zbiorczym

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

26. Dotyczy pakietu 4, poz.17 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ładunków do staplera liniowego, długość szwu 60 mm, dwa rzędy tytanowych zszywek obustronnie spłaszczonych na całej długości, wysokość zszywek 4,8 mm, sterylny jednorazowego użytku? 6 sztuk w opakowaniu zbiorczym

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

27. Dotyczy pakietu 4, poz.18 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego narzędzia do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych o średnicy do 7mm włącznie, z wbudowanym nożem zapewniającym funkcję cięcia, przeznaczonego do precyzyjnych zabiegów na otwarto, o długości około 19cm, szczęki wygięte, aktywacja za pomocą włącznika nożnego lub ręcznego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

28. Dotyczy pakietu 4, poz.19 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu składającego się z uniwersalnego jednorazowego staplera laparoskopowego do ładunków staplerów jednorazowych laparoskopowych, wspólna rękojeść dla ładunków prostych i z artykulacją, z możliwością ponownego ładowania do 25 razy, o średnicy trzonu 12mm, z możliwością rotacji o 360 stopni, w długości standardowej (1 szt.) oraz jednorazowego ładunku liniowego do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 45mm, do tkanki standardowej, wysokość zszywki 3,5mm-po zamknięciu 1,5 mm, do tkanki grubej, wysokość zszywki 4,8mm-po zamknięciu 2,0mm (1 szt.)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

29. Dotyczy pakietu 4, poz.20 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowych ładunków liniowych do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 45mm, do tkanki standardowej, wysokość zszywki 3,5mm-po zamknięciu 1,5 mm, do tkanki grubej, wysokość zszywki 4,8mm-po zamknięciu 2,0mm (1 szt.)? 6 sztuk w opakowaniu zbiorczym

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 09.01.2021 r.

30. 1. Czy Zamawiający w zad. 6, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem: Stapler skórny wykorzystywany do zamykania rany pooperacyjnej. Zszywki pokryte teflonem. W zestawie 35 zszywek. Wymiary zszywki po zamknięciu 6,5mm x 4,7 mm. Op.=6 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

31. 2. Czy Zamawiający w zad. 14 zgodzi się na wydzielenie poz.2 i 3 do osobnego pakietu - takie rozwiązanie umożliwi złożenie konkurencyjnych ofert przez różne firmy, a Zamawiającemu dokonanie najlepszego wyboru?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. W związku z brakiem możliwości dodawania dodatkowych części zamówienia do ogłoszenia o zamówieniu za pomocą sprostowania, Zamawiający nie może wydzielić pozycji do nowego odrębnego pakietu.

32. 3. W rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 5 listopada 2010 zamieszczonego w Dzienniku Ustaw nr 215, poz 1416, paragraf 4.1, reguła 8; dotyczącym wyrobów do implantacji i chirurgicznych inwazyjnych wyrobów medycznych do długotrwałego użytku wskazano, że wyroby takie powinny posiadać klasę IIB. Natomiast w przypadku wyrobów medycznych przeznaczonych do użytku ale w bezpośrednim kontakcie z sercem lub centralnym układem krążenia podniesiono ten wymóg do posiadania klasy wyższej czyli klasy III. Czy zgodnie z powyższym rozporządzeniem, przepisami oraz aktualnymi standardami medycznymi Zamawiający w zad. 14 wymaga, by klipsy jako wyroby medyczne stosowane w Państwie szpitalu, przeznaczone do użytku w bezpośrednim kontakcie z sercem lub centralnym układem krążenia

(wszystkimi głównymi naczyniami krwionośnymi, w tym: żyły płucne, tętnice płucne, żyły sercowe, tętnice wieńcowe, tętnice szyjne (wspólne, wewnętrzne i zewnętrzne), tętnice mózgowie, tętnice ramiennie-głowe, aorta (wszystkie segmenty aorty), dolna i górna żyła główna i wspólne tętnice biodrowe), posiadały klasę III?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

33. 4. Zgodnie z Dz.U. Nr 16, poz. 76 z dnia 12 stycznia 2011 roku, aktywne wyroby medyczne przeznaczone do implantacji muszą być identyfikowalne. Kod użyty do ich oznakowania, musi umożliwiać szybką i jednoznaczną identyfikację wytwórcy i wyrobu, uwzględniać jego typ oraz rok produkcji; odczytanie kodu jeżeli jest to niezbędne, nie powinno wymagać zabiegu chirurgicznego. Informujemy, że nasze produkty spełniają wszystkie wymogi ww. ustawy. Wychodząc na przeciw potrzebom Zamawiającego, zwracamy się z prośbą w zad. 14 o możliwość zastosowania papierowej części blistra (magazynek), która zawiera wszystkie wymagane informacje zawarte w powyższej ustawie (nr referencyjny, numer serii, datę ważności i produkcji, nazwę wytwórcy itd.) celem możliwości wklejenia do kartoteki pacjenta?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 11.01.2021 r. (I)

34. 1) Dotyczy Pakietu nr 3, poz. nr 6: Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu nr 3 i dopuszczenie siatki kompozytowej wewnątrzotrzewnowej, miękkiej, niewchłaniającej, 2-warstwowej. Z jednej strony wykonanej z mikroporowatego politetrafluoroetyleny (ePTFE), który zmniejsza przyrastanie przyległych tkanek do siatki, z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), który z kolei stymuluje wrastanie tkanek i pełni rolę integracyjną siatki z powłokami ciała. Grubość siatki 0,55 mm, gramatura średnia 108 g/m², porowatość średnia 830 µm, z oznaczeniem strony implantacji, z możliwością przycinania siatki bez ryzyka rozwarstwienia protezy i utraty włókien polipropylenowych oraz posiadającą pamięć kształtu, w rozmiarze:
poz. 6a – 20 x 25 cm (specyfikacja wymaga 25x20 cm),
poz. 6b – 20 x 25 cm (specyfikacja wymaga 30 x 20 cm)
poz. 6a – 25 x 35 cm (specyfikacja wymaga 37 x 28 cm)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie w związku z brakiem możliwości dodawania dodatkowych części zamówienia do ogłoszenia o zamówieniu za pomocą sprostowania, Zamawiający nie może wydzielić pozycji do nowego odrębnego pakietu.

35. 2) Dotyczy zapisów SIWZ: Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i ustawą PZP.

Pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 11.01.2021 r. (II)

36. Pakiet 10 - Poz. 1 - Czy Zamawiający w pak. 10 poz. 1 dopuści jednorazowy stapler liniowy z wymiennymi ładunkami 30, 45, 60 i 90 mm, aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Z możliwością 8 - krotnego użycia i 7- krotnej wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Wysokość zszywki 3,5 mm do tkanki standardowej (niebieski) lub 4,8 mm do tkanki grubej (zielony), po zamknięciu 1,5 lub 2,0 mm. Ilość zszywek 11,15,21,33. W sterylnym opakowaniu znajduje się stapler załadowany ładunkiem. Plus dodatkowy sterylny ładunek o tym samym rozmiarze w innym opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

37. Pakiet 10 - Poz. 2 - Czy Zamawiający w pak. 10 poz. 2 dopuści stapler okrężny jednorazowego użytku 21,24,26,29,32 mm, zakrzywiony z tytanowymi zszywkami dostosowanymi do MRI i zgodnymi biologicznie. Ergonomia silikonowa, konstrukcja „pokrętła skrzydłowego”, przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału. Oznaczenie wysokości zszywki na staplerze. Długość staplera 44 cm. Wysokość zszywek: 4,5 mm przed zamknięciem dla rozmiaru 21 i 24 mm; 4,8 mm przed zamknięciem dla rozmiaru 26 i 29 mm; 5,0 mm przed zamknięciem dla rozmiaru 32 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

38. Pakiet 10 - Poz. 3 - Czy Zamawiający w pak. 10 poz. 3 dopuści jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący o długości 60 mm, 80mm i 100 mm, automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzeleniem noża, system blokady bezpieczeństwa przed wystrzeleniem zużytego ładunku, zabezpieczenie przed pustym wystrzałem. Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Z możliwością 8-krotnego użycia. Długość linii cięcia 62,9 mm; 82,9 mm i 96,0 mm. Długość linii szwu 65,1 mm; 85,1 mm i 103 mm. Ilość zszywek 64, 84, i 104. Wysokość zszywki 3,8 do tkanki standardowej (kolor niebieski) po zamknięciu 1,5 mm; 4,8 mm do tkanki grubej (kolor zielony) po zamknięciu 2,0 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

39. Pakiet 10 - Poz. 4 - Czy Zamawiający w pak. 10 poz. 4 dopuści ładunek do staplera zamykająco-tnącego:
a. 60 mm – długość linii cięcia 62,9 mm, długość linii szwu 65,1 mm, ilość zszywek 64. Wysokość zszywki 3,8 do tkanki standardowej (kolor niebieski), i 4,8 mm do tkanki grubej (kolor zielony), po zamknięciu 1,5 lub 2,0 mm.
b. 100 mm – długość linii cięcia 96 mm, długość linii szwu 103 mm, ilość zszywek 104. Wysokość zszywki 3,8 do tkanki standardowej (kolor niebieski) i 4,8 mm do tkanki grubej (kolor zielony), po zamknięciu 1,5 lub 2,0 mm.

c. 80 mm – długość linii cięcia 82,9 mm, długość linii szwu 85,1 mm, ilość zszywek 84. Wysokość zszywki 3,8 do tkanki standardowej (kolor niebieski) i 4,8 mm do tkanki grubej (kolor zielony) po zamknięciu 1,5 lub 2,0 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

40. Pakiet 10 - Poz. 5 - Czy Zamawiający w pak. 10 poz. 5 dopuści jednorazową rękojeść staplera endoskopowego z rotacją 360 stopni, z ruchomym elementem (artykulacją do 45 stopni non stop) umożliwiającym zmianę kąta załamania staplera przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o długości 30, 45 i 60 mm (do wyboru Zamawiającego), posiadającą jedną dźwignię zamykająco-spustową. Długość ramienia 6, 16, 26 cm (do wyboru Zamawiającego)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 27.01.2021 r.

41. Pytanie 1 do pakietu nr 7 pozycja 1 i 2 - Czy Zamawiający uzna za tożsame do wymaganych stapler chirurgiczny o parametrach:

Stapler okrężny wygięty jednorazowy o średnicy 21, 25, 28, 32 mm, z regulowaną wysokością zamknięcia zszywek oraz skalą docisku w zakresie 1,0 – 2,0 mm, o całkowitej długości staplera 42cm do zabiegów na otwarto lub do zabiegów laparoskopowych o całkowitej długości 52cm. Stapler dostępny również w wersji przełykowej (główna w kształcie prostego stożka z otworem umożliwiającym zabezpieczenie szwem dla rozmiaru 21 i 25). Staplery ze zszywkami o przekroju okrągłym z tytanu, (wysokość otwartej zszywki 5,0 mm, dla rozmiaru 21 – zszywka 4,2mm). Stapler z jedną dźwignią aktywną. Rodzaje staplerów do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia.

Odpowiedź: Tak w pakiecie nr 7 poz. 1 i 2 oraz w pakiecie 11 poz. 10 i 11, zgodnie ze zmodyfikowanym Formularzem asortymentowo-cenowym.

42. Pytanie 2 do pakietu nr 7 pozycja 3 - Czy Zamawiający uzna za tożsame do wymaganych stapler chirurgiczny o parametrach:

Jednorazowy stapler liniowy z nożem załadowany ładunkiem, cztery rzędy zszywek, długość linii zszycia 81 mm, stapler wielostrzałowy z możliwością wymiany ładunków. Zabezpieczenie przed wypadaniem tkanki z pomiędzy szczęk staplera, bezpiecznik uniemożliwiający odpalenie staplera ze zużytym ładunkiem. Stapler posiadający pozycję pośrednią. Wysokość zamkniętej zszywki 1,5 mm, 2,0 mm do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia.

Odpowiedź: Tak w pakiecie nr 7 poz. 3 oraz w pakiecie 11 poz. 12, zgodnie ze zmodyfikowanym Formularzem asortymentowo-cenowym.

43. Pytanie 3 do pakietu nr 7 pozycja 4 - Czy Zamawiający uzna za tożsame do wymaganych ładunek do staplera chirurgicznego o parametrach:

Jednorazowy sterylny ładunek o długości linii zszycia 81 mm. Cztery rzędy tytanowych zszywek o wysokości zamkniętej zszywki 1,5 mm, 2,0 mm do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia.

Odpowiedź: Tak w pakiecie nr 7 poz. 4 oraz w pakiecie 11 poz. 13, zgodnie ze zmodyfikowanym Formularzem asortymentowo-cenowym.

44. Pytanie 4 do pakietu nr 7 pozycja 7 - Czy Zamawiający uzna za tożsame do wymaganych stapler chirurgiczny o parametrach:

Jednorazowy sterylny automatyczny stapler liniowy o długości linii zszycia 32 mm. Zszywka o wysokości 2,5mm z potrójną linią zszywek, lub zszywka 3,8mm i 4,5 mm z podwójną linią zszywek. Pozycja pośredniego zamknięcia staplera, posiada przycisk otwierający bransze staplera. Posiada możliwość ręcznego i mechanicznego wysunięcia ogranicznika tkanki, posiada dźwignię do wysunięcia pinezki na branszy staplera. Dwie dźwignie: zamykająca i osobna dźwignia spustowa. Oraz sterylny stapler liniowy o długości linii zszycia 46mm, 60mm bez noża. Zszywka o wysokości 3,8mm i 4,5mm z podwójną linią naprzemiennie ułożonych zszywek.

Odpowiedź: Tak w pakiecie nr 7 poz. 7 oraz w pakiecie 11 poz. 14, zgodnie ze zmodyfikowanym Formularzem asortymentowo-cenowym.

45. Pytanie 5 do pakietu 7 pozycja 8 - Czy Zamawiający uzna za tożsame do wymaganych ładunek do staplera chirurgicznego o parametrach:

Ładunek do automatycznego staplera liniowego bez noża, z potrójną linią naprzemiennie ułożonych zszywek do tkanki naczyniowej, wysokość zszywki 2,5 mm oraz ładunek z podwójną linią naprzemiennie ułożonych zszywek do tkanki standardowej i grubej, wysokość zszywki 3,8 mm i 4,5 mm do staplera liniowego 32 mm linia zszycia, 46 mm i 60 mm linii zszycia. 12 szt w op.

Odpowiedź: Tak w pakiecie nr 7 poz. 8 oraz w pakiecie 11 poz. 15, zgodnie ze zmodyfikowanym Formularzem asortymentowo-cenowym.

46. Pytanie 6 do pakietu 7 pozycja 16 - Czy Zamawiający uzna za tożsame do wymaganych retraktor ran chirurgicznych Alexis o parametrach:

Sterylny retraktor ran chirurgicznych do operacji laparoskopowych i klasycznych, składający się z dwóch obręczy połączonych trwałym poliuretanem o długości 18 cm, umożliwiający 360 stopni retrakcji. W dwóch wersjach: ze sztywną i elastyczną obręczą retrakcyjną w rozmiarze M (długość cięcia 5-9 cm), 5 szt

Odpowiedź: Tak w pakiecie nr 7 poz. 16 oraz w pakiecie 11 poz. 16, zgodnie ze zmodyfikowanym Formularzem asortymentowo-cenowym.

47. Pytanie 7 do pakietu 7 pozycja 17 - Czy Zamawiający uzna za tożsamy do wymaganych retraktor ran chirurgicznych Alexis o parametrach:
Sterylny retraktor ran chirurgicznych do operacji laparoskopowych i klasycznych, składający się z dwóch obręczy połączonych trwałym poliuretanem o długości 18 cm, umożliwiający 360 stopni retrakcji. W dwóch wersjach: ze sztywną i elastyczną obręczą retrakcyjną w rozmiarze i w rozmiarze L (długość cięcia 9-14 cm), długość poliuretanu 25 cm, do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia. 5 szt

Odpowiedź: Tak w pakiecie nr 7 poz. 17 oraz w pakiecie 11 poz. 17, zgodnie ze zmodyfikowanym Formularzem asortymentowo-cenowym.

48. Pytanie 8 do pakietu 7 pozycja 18 - Czy Zamawiający uzna za tożsamy do wymaganych trokar laparoskopowy o parametrach:
Jednorazowy trokar optyczny 5 mm, z balonem i dyskiem mocującym, bezostrzowy z separatorem tkanek. Kaniula z lejkwatym otworem dla łatwiejszego wprowadzania narzędzi, możliwość odłączenia uszczelki w celu usunięcia preparatu. Obturator z uszczelką na czubku separującym otwór umożliwiający stworzenie odmy. Trokar dostępny w dwóch wersjach: z żebrowaną kaniulą lub z balonem i dyskiem mocującym, i w dwóch długościach: 100 i 150 mm do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia.

Odpowiedź: Tak w pakiecie nr 7 poz. 18 oraz w pakiecie 11 poz. 18, zgodnie ze zmodyfikowanym Formularzem asortymentowo-cenowym.

49. Pytanie 9 do pakietu 7 pozycja 19 - Czy Zamawiający uzna za tożsamy do wymaganych trokar laparoskopowy o parametrach:
Jednorazowy trokar optyczny 11 mm, z balonem i dyskiem mocującym, bezostrzowy z separatorem tkanek. Trokar ze zintegrowaną redukcją 5 – 11 mm Kaniula z lejkwatym otworem dla łatwiejszego wprowadzania narzędzi, możliwość odłączenia uszczelki w celu usunięcia preparatu. Obturator z uszczelką na czubku separującym otwór umożliwiający stworzenie odmy. Trokar dostępny w dwóch wersjach: z żebrowaną kaniulą lub z balonem i dyskiem mocującym, 100 mm, rodzaj kaniuli do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia.

Odpowiedź: Tak w pakiecie nr 7 poz. 19 oraz w pakiecie 11 poz. 19, zgodnie ze zmodyfikowanym Formularzem asortymentowo-cenowym.

50. Pytanie 10 do pakietu 7 pozycja 20 - Czy Zamawiający uzna za tożsamy do wymaganych trokar laparoskopowy o parametrach:
Jednorazowy trokar optyczny 12 mm, z balonem i dyskiem mocującym, bezostrzowy z separatorem tkanek. Trokar ze zintegrowaną redukcją 5 – 12 mm Kaniula z lejkwatym otworem dla łatwiejszego wprowadzania narzędzi, możliwość odłączenia uszczelki w celu usunięcia preparatu. Obturator z uszczelką na czubku separującym otwór umożliwiający stworzenie odmy. Trokar dostępny w dwóch wersjach: z żebrowaną kaniulą lub z balonem i dyskiem mocującym, 100 lub 150 mm, rodzaj kaniuli do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia.

Odpowiedź: Tak w pakiecie nr 7 poz. 20 oraz w pakiecie 11 poz. 20, zgodnie ze zmodyfikowanym Formularzem asortymentowo-cenowym.

51. Pytanie 11 do pakietu 7 pozycja 21 - Czy Zamawiający uzna za tożsamy do wymaganych kaniula do trokara laparoskopowego o parametrach:
Kaniula jednorazowego użytku o średnicy 5 mm, długość 100 mm i 150 mm. Kaniula z lejkwatym otworem dla łatwiejszego wprowadzania narzędzi, możliwość odłączenia uszczelki w celu usunięcia preparatu. Wersja żebrowana oraz z balonem i dyskiem mocującym (długość oraz rodzaj kaniuli do wyboru Zamawiającego przy składaniu zamówienia)

Odpowiedź: Tak w pakiecie nr 7 poz. 21 oraz w pakiecie 11 poz. 21, zgodnie ze zmodyfikowanym Formularzem asortymentowo-cenowym.

52. Pytanie 12 do pakietu 7 pozycja 22 - Czy Zamawiający uzna za tożsamy do wymaganych kaniula do trokara laparoskopowego o parametrach:
Kaniula jednorazowego użytku o średnicy 11 mm, długość 100 mm. Kaniula z lejkwatym otworem dla łatwiejszego wprowadzania narzędzi, możliwość odłączenia uszczelki w celu usunięcia preparatu. Wersja żebrowana oraz z balonem i dyskiem mocującym (długość oraz rodzaj kaniuli do wyboru Zamawiającego przy składaniu zamówienia)

Odpowiedź: Tak w pakiecie nr 7 poz. 22 oraz w pakiecie 11 poz. 22, zgodnie ze zmodyfikowanym Formularzem asortymentowo-cenowym.

53. Pytanie 13 do pakietu 7 pozycja 23 - Czy Zamawiający uzna za tożsamy do wymaganych kaniula do trokara laparoskopowego o parametrach:
Kaniula jednorazowego użytku o średnicy 12 mm, długość 100 mm i 150 mm. Kaniula z lejkwatym otworem dla łatwiejszego wprowadzania narzędzi, możliwość odłączenia uszczelki w celu usunięcia preparatu. Wersja żebrowana oraz z balonem i dyskiem mocującym (długość oraz rodzaj kaniuli do wyboru Zamawiającego przy składaniu zamówienia)

Odpowiedź: Tak w pakiecie nr 7 poz. 23 oraz w pakiecie 11 poz. 23, zgodnie ze zmodyfikowanym Formularzem asortymentowo-cenowym.

54. Pytanie 14 do pakietu 7 pozycja 24 - Czy Zamawiający uzna za tożsamy do wymaganych worków laparoskopowy o parametrach:
Worek ekstrakcyjny nieprzepuszczalny, śr. 10 mm, poj. 225 ml. o wymiarach 10,16 cm x 12,70 cm. Lub o pojemności 180 ml, pasujący do narzędzia o średnicy 5 mm, o wymiarach 10,16 cm x 11,43 cm, worek z podwójnie wzmocnionym dnem oraz z metalowymi, rozkładanymi widełkami utrzymującymi go w pozycji otwartej wykonany z poliuretanu bez porowatej struktury i lateksu. Zabezpieczenie w postaci koralika ułatwiającego usunięcie preparatu. Możliwość powtórnego wielokrotnego otwarcia worka. 10 szt w op.

Odpowiedź: Tak w pakiecie nr 7 poz. 24 oraz w pakiecie 11 poz. 24, zgodnie ze zmodyfikowanym Formularzem asortymentowo-cenowym.

55. Pytanie 15 do pakietu 7 pozycja 25 - Czy Zamawiający uzna za tożsamy do wymaganych worków laparoskopowy o parametrach:
Worek ekstrakcyjny nieprzepuszczalny, śr. narzędzia 12 mm, poj. 1600 ml, o wymiarach 19,05 cm x 24,13 cm, worek z podwójnie wzmocnionym dnem oraz z metalowymi, rozkładanymi widełkami utrzymującymi go w pozycji otwartej wykonany z poliuretanu bez porowatej struktury i lateksu. Zabezpieczenie w postaci koralika ułatwiającego usunięcie preparatu. Możliwość powtórnego wielokrotnego otwarcia worka. 5 szt w op.

Odpowiedź: Tak w pakiecie nr 7 poz. 25 oraz w pakiecie 11 poz. 25, zgodnie ze zmodyfikowanym Formularzem asortymentowo-cenowym.

56. Pytanie 16 do pakietu 7 pozycja 26 - Czy Zamawiający uzna za tożsamy do wymaganych nożyczek laparoskopowe o parametrach:
Nożyce laparoskopowe, sterylne. Jednorazowe nożyce zakrzywione z możliwością podłączenia energii mono lub bipolarnej, trzon średnicy 5 mm, długość brzoś 16mm, długość trzonu 35 i 45cm do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia, dodatkowo posiadają rotujący się bolec do podłączenia przewodu energii mono lub bipolarnej - eliminując skręcenie się przewodu.

Odpowiedź: Tak w pakiecie nr 7 poz. 26 oraz w pakiecie 11 poz. 26, zgodnie ze zmodyfikowanym Formularzem asortymentowo-cenowym.

57. Pytanie 17 do pakietu 7 pozycja 28 - Czy Zamawiający uzna za tożsamy do wymaganych grasper laparoskopowy o parametrach:
Atraumatyczny grasper laparoskopowy, część robocza wyposażona w silikonowe podkładki, długość trzonu 35 i 45cm, średnica 5 mm, 10 szt w op.

Odpowiedź: Tak w pakiecie nr 7 poz. 28 oraz w pakiecie 11 poz. 27, zgodnie ze zmodyfikowanym Formularzem asortymentowo-cenowym.

58. Pytanie 18 do pakietu 7 pozycja 30 - Czy Zamawiający uzna za tożsamy do wymaganych zestawów laparoskopowy o parametrach:
Zestaw trokarów laparoskopowych w skład którego wchodzi:
1 i 2. Jednorazowy trokar optyczny 12 mm, z balonem i dyskiem mocującym, bezostrzowy z separatorem tkanek. Trokar ze zintegrowaną redukcją 5 – 12 mm, kaniula 100 lub 150 mm+ Kaniula jednorazowego użytku o średnicy 12 mm, długość 100 mm i 150 mm.
3 i 4. Jednorazowy trokar optyczny 5 mm, z balonem i dyskiem mocującym, bezostrzowy z separatorem tkanek. Kaniula z lekko otwartym otworem dla łatwiejszego wprowadzania narzędzi, możliwość odłączenia uszczelki w celu usunięcia preparatu. Obturator z uszczelką na czubku separującym otwór umożliwiający stworzenie odmy. Trokar dostępny w dwóch wersjach: z żebrowaną kaniulą lub z balonem i dyskiem mocującym, i w dwóch długościach: 100 i 150 mm do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia. + Kaniula jednorazowego użytku o średnicy 5 mm, długość 100 mm i 150 mm.
5. Igła Veresa 120 mm

Odpowiedź: Tak w pakiecie nr 7 poz. 30 oraz w pakiecie 11 poz. 28, zgodnie ze zmodyfikowanym Formularzem asortymentowo-cenowym.

59. Pytanie 19 do pakietu 7 pozycja 32 - Czy Zamawiający uzna za tożsamy do wymaganych narzędzie jednorazowego użytku
Jednorazowy instrument kompatybilny z systemem zamykania naczyń do 7 mm Voyant z opcją cięcia do zabiegów klasycznych, długość ramienia 20 cm, szczęki zakrzywione z tępym czubkiem, długość cięcia 38 mm, długość zespolenia 40 mm, rotacja 180°. Generator zostanie udostępniony na czas trwania umowy.

Odpowiedź: Tak w pakiecie nr 7 poz. 32 oraz w pakiecie 11 poz. 29, zgodnie ze zmodyfikowanym Formularzem asortymentowo-cenowym.

60. Pytanie 20 do pakietu 7 pozycja 33 - Czy Zamawiający uzna za tożsamy do wymaganych narzędzie jednorazowego użytku
Jednorazowy instrument kompatybilny z systemem zamykania naczyń do 7 mm Voyant z opcją cięcia do zabiegów klasycznych i laparoskopowych, długość ramienia 23 cm lub 37 cm, kompatybilne z trokarem 5 mm lub więcej, szczęki zakrzywione z czubkiem preparacyjnym typu Maryland, długość cięcia 18 mm, długość zespolenia 20 mm, rotacja 360°. Generator zostanie udostępniony na czas trwania umowy.

Odpowiedź: Tak w pakiecie nr 7 poz. 33 oraz w pakiecie 11 poz. 30, zgodnie ze zmodyfikowanym Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 28.01.2021 r.

61. 1. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie referencji potwierdzających prawidłowe wykonanie kilku dostaw towaru, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, z kilku ośrodków.

Odpowiedź: Zamawiający w SIWZ w rozdziale IV pkt. 1 postawił następujący warunek udziału w postępowaniu:

„a) w ramach warunku określonego w punkcie 1.2.1 - wykonania, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: **przynajmniej jednej dostawy towaru odpowiadającego swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w niniejszym postępowaniu, o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż określone poniżej: (w tabeli) ...**”

W świetle powyższych zapisów dopuszczone są referencje potwierdzające prawidłowe wykonanie kilku dostaw towaru, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w niniejszym postępowaniu, z kilku ośrodków, na łączną kwotę brutto nie mniejszą niż określoną w tabeli w rozdziale IV pkt. 1 SIWZ.

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku składania oferty na kilka pakietów łączna wartość brutto w zł wykazanej dostawy, bądź wykazanych dostaw, nie może być mniejsza niż suma wartości brutto w zł właściwych dla poszczególnych pakietów, zgodnie z postanowieniami SIWZ.

62. 2. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie innych ilości w opakowaniach zbiorczych niż te wymienione w siwz dla:

Ładunków do staplerów: z 6 szt na 12 szt

kaniul trokarów: z 6 szt na 12 szt

nożyczek jednorazowych: z 6 szt na 10 szt

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 17.02.2021 r.

63. 1. Dotyczy pakietu 2, poz.2, 4-9 - Czy Zamawiający w pakiecie 2 poz. 2 oraz pozycjach 4-9 wymaga obustronnie spłaszczonych zszywek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga obustronnie spłaszczonych zszywek.

64. 2. Dotyczy pakietu 7, poz.1-8 - Czy Zamawiający w pakiecie 2 poz. 2 oraz pozycjach 4-9 wymaga obustronnie spłaszczonych zszywek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga obustronnie spłaszczonych zszywek.

65. 3. Dotyczy pakietu 7, poz. 27,28 - Czy Zamawiający wymaga potwierdzonego w oficjalnych i oryginalnych dokumentach firmowych od Producenta, zamykania przez narzędzie zarówno naczyń krwionośnych, jak i limfatycznych do 7mm łącznie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga jednoczesnego zamykania obu typów naczyń.

66. 4. Dotyczy pakietu 2, poz. 29-31 - Czy Zamawiający wymaga potwierdzonego w oficjalnych i oryginalnych dokumentach firmowych od Producenta, zamykania przez narzędzie zarówno naczyń krwionośnych, jak i limfatycznych do 7mm łącznie?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jednoczesnego zamykania obu typów naczyń.

Pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 23.02.2021 r.

67. Czy Zamawiający potwierdza, że w Pak.9 poz. 14 wymaga staplera z ładunkiem zielonym, do tkanki grubej – wskazane w opisie SIWZ wysokości zszywki pasują do tkanki grubej (ładunek zielony)? Czyli zamiast opisu: „Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60mm załadowany ładunkiem w kolorze niebieskim do tkanki standardowej, o wys. zszywki 4,8 mm po zamknięciu 2,0 mm. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Stapler posiada dwie dźwignie – zamykającą i spustową. (3szt./op.)”, Zamawiający wymagał będzie zaferowania wyrobów wg opisu: „Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60mm załadowany ładunkiem w kolorze zielonym do tkanki grubej, o wys. zszywki 4,8 mm po zamknięciu 2,0 mm. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Stapler posiada dwie dźwignie – zamykającą i spustową. (3szt./op.)”.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wymaga w tej pozycji staplera z ładunkiem zielonym do tkanki grubej, zgodnie ze zmodyfikowanym Formularzem asortymentowo-cenowym.

68. Czy Zamawiający potwierdza, że w Pak.9 poz.16 wymaga ładunku zielonego do tkanki grubej– wskazane w opisie SIWZ wysokości zszywki pasują do tkanki grubej (ładunek zielony)?

Czyli zamiast opisu: „Jednorazowy ładunek w kolorze zielonym do automatycznego staplera liniowego o dł. linii szwu 60 mm do tkanki standardowej. Wys. zszywki 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. (12szt./op.)”, Zamawiający wymagał będzie zaoferowania wyrobów wg opisu: „Jednorazowy ładunek w kolorze zielonym do automatycznego staplera liniowego o dł. linii szwu 60 mm do tkanki grubej. Wys. zszywki 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. (12szt./op.)”.

Odpowiedź: W Pakiecie 9 poz. 16 Zamawiający potwierdza, że wymaga w tej pozycji ładunku zielonego do tanki grubej, zgodnie ze zmodyfikowanym Formularzem asortymentowo-cenowym.

69. Czy Zamawiający dopuści w Pakiet 4 poz. 3: Jednorazowy stapler okrężny, wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki o wymiarze od 1,5 mm do min. 2,2 mm. Rozmiary staplera: 21 mm, 25 mm, 25 mm, 29 mm. Wysokość otwartej zszywki minimum 5,2 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. (3szt./op.) O dopuszczalnym zakresie kompresji tkanki od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiar staplera do wyboru Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

70. Czy Zamawiający dopuści w Pakiet 9 poz. 3: Jednorazowy stapler okrężny, wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki o wymiarze od 1,5 mm do min. 2,2 mm. Rozmiary staplera 29 mm. Wysokość otwartej zszywki minimum 5,2 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. (3szt./op.) O dopuszczalnym zakresie kompresji tkanki od 1 mm do 2,5 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający zwraca się z prośbą, aby w przypadku dopuszczenia parametrów / zapisów innych niż opisane w SIWZ zaznaczyć, iż parametr / zapisy zostały dopuszczone w drodze udzielonych wyjaśnień treści SIWZ z powołaniem odpowiedniego numeru odpowiedzi.

Na podstawie art. 38 ust. 4 Prawa Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, j.t. ze zm.) Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

a) dotyczy rozdziału IV pkt. 1 a):

W miejsce dotychczasowych wartości dla pakietów nr 7 i 11:

Nr Pakietu:	Wartość brutto w zł:
Pakiet 7	1 781 200,00
Pakiet 11	34 600,00

Wprowadza się nowe wartości dla pakietów nr 7 i 11:

Nr Pakietu:	Wartość brutto w zł:
Pakiet 7	1 209 700,00
Pakiet 11	606 100,00

b) dotyczy rozdziału VII pkt. 14:

W miejsce dotychczasowego zapisu pkt. 14 wprowadza się zapis:

14. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

W sprawach proceduralnych:

- Marzena Serwach - Dział Zamówień Publicznych;

W sprawach merytorycznych:

- Dorota Mikołajewska – Apteka Szpitalna.

c) dotyczy rozdziału VIII pkt. 10:

W miejsce dotychczasowego zapisu pkt. 10 wprowadza się zapis:

10. Dotyczy dodatkowo Pakietu nr 1, 7, 11 i 20: Zamawiający wymaga przekazania na okres obowiązywania umowy na zasadzie użyczenia na zasadach określonych w §2A wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ) sprzętu opisanego w załączniku nr 2 (Formularz asortymentowo-cenowy).

d) dotyczy rozdziału IX pkt. 1:

W miejsce dotychczasowych kwot wadium dla pakietów nr 7 i 11:

Nr Pakietu:	Wartość brutto w zł:
Pakiet 7	89 058,00
Pakiet 11	1 730,00

Wprowadza się nowe kwoty wadium dla pakietów nr 7 i 11:

Nr Pakietu:	Wadium w zł:
Pakiet 7	60 485,00
Pakiet 11	30 303,00

e) dotyczy Formularza oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ:

W pkt. 2 Formularza oferty dopisuje się pakiet o numerze 11:

2. DOTYCZY DODATKOWO PAKIETU 1, 7, 11 i 20: ...”

Zmodyfikowany Załącznik nr 1 – Formularz oferty (do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego).

f) dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 2 do SIWZ:

Zamawiający modyfikuje treść Formularza asortymentowo-cenowego w zakresie Pakietu nr 11 poprzez dodanie nowych pozycji od nr 10 do nr 30 i zmniejszenie ilości w Pakiecie nr 7 w pozycjach nr od 1 do 4, 7, 8, 16-26, 28, 30, 32, 33 zgodnie ze zmodyfikowanym Załącznikiem nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy (do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego).

Zamawiający modyfikuje treść Formularza asortymentowo-cenowego poprzez dodanie formuł wyliczeń, określenia sposobu wyliczenia ceny, zmianę nazw nagłówek (do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego).

Zamawiający zwraca się z prośbą, aby niewycenione przez Wykonawcę pakiety dla czytelności usunąć.

g) dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 4A do SIWZ:


We wzorze umowy – Załącznik nr 4A w następujących paragrafach dopisuje się po numerach pakietów „... 1 i 7 ...” pakiet o numerze 11: § 1 ust. 1, § 2A ust. 1, § 6 ust. 1 pkt. 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, ust. 2 pkt. 2.2.

Działając w oparciu o art. 38 ust. 4a Prawa zamówień publicznych Zamawiający w dniu 03.03.2021 r. przekazał drogą elektroniczną Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania.

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu – stosownie do regulacji zawartej w art. 12a ust. 3 PZP została umieszczona na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż na podstawie art. 12a ust. 2 pkt. 1 PZP Zamawiający przedłużył **termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu na dzień 19.03.2021 r. godz. 09.00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.03.2021 r. w siedzibie Zamawiającego o godz. 10.00. Ostateczny termin wniesienia wadium (w tym w pieniądzu – przelewem na konto Zamawiającego) i doręczenia dowodu jego wniesienia upływa dnia 19.03.2021 r. o godz. 09.00.**

Z poważaniem

Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. WAM - CSW

mgr Anna Pietrzyk