



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Wrocław 12.09.2023r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu jednorazowego użytku II – znak sprawy: PN 69/23.

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (TJ Dz.U. z 2023r. poz. 1605; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Zadanie 9:

Poz.1:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do przetoczeń płynów infuzyjnych firmy Margomed – aparatu nowej generacji, o ulepszonych parametrach techniczno-użytkowych: komora kroplowa bez PCV, igła biorcza wykonana z ABS, filtr w odpowietrzniku o wyższej skuteczności filtracji bakterii (BFE) - min. 99,999994 %- oraz wirusów (VFE) min. 99,99964%. (potwierdzone wynikiem badań wykonanych w niezależnym laboratorium dołączonym do oferty). Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

ODP- ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do przetoczeń płynów infuzyjnych firmy Margomed o poniższych parametrach:

Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa z miękkiego elastycznego tworzywa, (bez PCV) o długości min. 60 mm w części przezroczystej, całość wolna od ftalanów i lateksu (informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza dwukanałowa, z ABS, igła biorcza stożkowa, dwukanałowa, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, (dodatkowy otwór/pochewka), nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, dren o dł. 150 cm, objętość wypełnienia drenu 11 ml, dren o średnicy 3 mm, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylne, opakowanie 200 szt.

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław
NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469
Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22
Centrala tel.: 71 326 13 25
sekretariat@szpital.wroc.pl

www.szpital.wroc.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

ODP- ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

4. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy poprzez “miejsce na zabezpieczenie igły biorczej po użyciu” ma na myśli dodatkowy otwór/pochewkę w zaciskaczu rolkowym

ODP- ZAMAWIAJĄCY WYMAGA MIEJSCA NA ZABEZPIECZENIE IGŁY , DOPUSZCZA OTWÓR POCHEWKĘ W ZACISKU ROLKOWYM .

Poz. 1 i 2:

1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządów do przetaczania z elastyczną komorą kroplową bez zawartości bez PCV?

ODP- TAK

2. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców w przypadku wątpliwości do przedłożenia dokumentów dopuszczających oraz próbek zaoferowanego sprzętu, celem weryfikacji zgodności zaoferowanego asortymentu z wymogami SIWZ? Wprowadzenie powyższego jest uzasadnione tym, aby Zamawiający w toku postępowania, już na etapie weryfikacji ofert złożonych przez Wykonawców, mógł dokonać oceny czy oferta danego Wykonawcy nie podlega odrzuceniu a oferowany sprzęt medyczny jest zgodny z przedmiotem zamówienia.

ODP- NIE

Zadanie 15:

Poz.1 i 2:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania nebulizatora niskoobjętościowego do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 10 ml, skalowany dwustronnie, naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml co 1 ml, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 μm (+/- 0,07 μm), frakcja respirabilna (cząsteczki <5 μm) - 79,7% (+/- 1,7%), parametry potwierdzone w badaniach producenta, produkt czysty biologicznie. Tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 10 l/min dla 3 ml roztworu: 7,36 min. (+/- 0,26 min.) w zestawie odpowiednio: poz.1 - -maska w uniwersalnym rozmiarze dla dorosłych (odpowiadająca rozm. L opisanemu w swz); poz. 2- maska pediatryczna (odpowiadająca opisanym rozm.S i L).

ODP- ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ

Poz.3:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania maski tlenowej wykonanej z bezpiecznego materiału - medycznego pcv, spełniającej pozostałe wymogi swz.

ODP- ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA NIE WYMAGA. POZOSTAŁE PARAMETRY SWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •





Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Poz.7

Prosimy o dopuszczenie zaferowania Sterylnej maski krtaniowej jednorazowego użytku, z PCV, bez uzebrowania, z kopułą maski o budowie chroniącej przed wkliniowaniem nagłośni, z przezroczystym mankietem i rurką oddechową tworzącymi jedną całość, stabilizator uszczelnienia pomiędzy rurką i mankietem, ze wzmocnioną grzbietową częścią mankieta co chroni przed jego podwijaniem się w trakcie zakładania, z wbudowanym w ścianę rurki oddechowej na całej jej długości drenem do napełniania mankieta. Dren do napełniania mankieta wchodzący do stabilizatora uszczelnienia, opuszczający ściankę rurki oddechowej pod kątem 45 stopni w obrębie konektora 15mm. Maski bez zawartości lateksu, DEHP oraz bisfenolu (BPA). Rozmiar maski kodowany kolorem mankieta i balonika kontrolnego z dodatkowym oznaczeniem numerycznym na baloniku kontrolnym oraz na rurce oddechowej. Opakowanie sztywne typu blister odwzorowujące kształt produktu. Na opakowaniu instrukcja użycia.

Maski w rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla roz 1 (<5kg); dla roz 1,5 (5-10kg); dla roz 2 (10- 20kg); dla roz 2,5 (20-30kg); dla roz 3 (30-50kg); dla roz 4 (50-70kg) i dla roz 5 (>70kg).

ODP- ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA NIE WYMAGA. POZOSTAŁE PARAMETRY SWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

Zadanie 16:

Poz.1

1) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaferowania strzykawki cewnikowej 100 ml z końcówką ściętą prosto, nie pod kątem

ODP-ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA OBIE WERSJE .

2) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaferowania strzykawki cewnikowej 100 ml z nazwą producenta na cylindrze w celu jego łatwej identyfikacji

ODP- ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA NIE WYMAGA. POZOSTAŁE PARAMETRY SWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

Poz. 3 i 4

1. Prosimy o dopuszczenie zaferowania strzykawek 50/60ml polskiego producenta – firmy Margomed, z czterostronnym podcięciem tłoka umożliwiającym pewne mocowanie w pompie strzykawkowej i standardowym złączem luer lock bez dodatkowego pierścienia, spełniających pozostałe wymogi swz.

ODP-ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA NIE WYMAGA. POZOSTAŁE PARAMETRY SWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

Poz. 5

1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaferowania strzykawek z dwustronną skalą pomiarową, co ułatwia precyzyjny odczyt zawartości strzykawki

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

ODP-ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA NIE WYMAGA. POZOSTAŁE PARAMETRY SWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek z oznaczeniem kolorystycznym na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, zróżnicowanym w zależności od pojemności, w celu łatwej identyfikacji rodzaju strzykawki.

ODP-ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA NIE WYMAGA. POZOSTAŁE PARAMETRY SWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

Poz. 6

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej do insuliny 1ml z nakładaną igłą 0,3 x 13 mm, skala U-40 - logo lub nazwa producenta na wyrobie, opakowaniu jednostkowym i zbiorczym - opakowanie zbiorcze do 120szt.

ODP-ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA NIE WYMAGA. POZOSTAŁE PARAMETRY SWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej do insuliny 1ml z nakładaną igłą 0,5 x 16 mm, skala U-100 - logo lub nazwa producenta na wyrobie, opakowaniu jednostkowym i zbiorczym - opakowanie zbiorcze do 100szt.

ODP-ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA NIE WYMAGA. POZOSTAŁE PARAMETRY SWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

Poz. 7

- 1) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawki doustnej sterylnej, pakowanej razem ze szczelnym koreczkiem w celu zapobiegania utracie leku znajdującego się w strzykawce

ODP-TAK

- 2) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawki doustnej sterylnej z purpurowym tłokiem w celu łatwej identyfikacji wizualnej tego typu strzykawki

ODP-ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA NIE WYMAGA. POZOSTAŁE PARAMETRY SWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •





Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Zadanie 23:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zamkniętego systemu do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną j. u. steryny (zestaw do godzinowej zbiórki moczu z linią pomiarową w komplecie z kompatybilnym workiem do pomiaru diurezy godzinowej), 20 ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony, pomiędzy cewnikiem foley, a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. system wyposażony w dwie zastawki antyzwrotne (NRV). Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni.

ODP-ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA NIE WYMAGA. POZOSTAŁE PARAMETRY SWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

Zadanie 25:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania jednorazowych myjek do ciała, tak jak obecnie stosowane, z suchym mydłem aktywującym się pod wpływem wody, kolor biały, materiał: poliester, viskoza, o okrągłym kształcie myjek, dzięki czemu nie zmieniają one położenia na dłoni w trakcie użytkowania, materiał miękki i delikatny dla skóry, rozmiar 23,5x17cm.

ODP-ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA NIE WYMAGA. POZOSTAŁE PARAMETRY SWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

Sporządziła: Elwira Stołba

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław
NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469
Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22
Centrala tel.: 71 326 13 25
sekretariat@szpital.wroc.pl

www.szpital.wroc.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**