



Poznań, dnia 24.07.2023
EZ/62/2023/..569

Wg rozdzielnika:

do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne nr 62/2023

dotyczy: **Zakup i dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia w ramach projektu pt: „Wdrożenie standardu Dostępność Plus w Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie” zgodnie z harmonogramem do umowy o powierzenie grantu nr UM.SZP.W – 5023.2022-00/77/559.**

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), udziela odpowiedzi:

Pyt. 1

Czy zamawiający oczekuje materaców przeznaczony do stosowania w profilaktyce odleżyn do 2 stopnia włącznie (wg. skali 4 stopniowej) u pacjentów o wadze powyżej 175 kg?

Odp: Zamawiający potwierdza, że chodzi o materac do stosowania w profilaktyce odleżyn do 2 stopnia włącznie.

Pyt. 2

Czy zamawiający wymaga aby materace posiadały funkcję ewakuacji?

Odp: Zamawiający nie wymaga funkcji ewakuacji w materacach.

Pyt. 3

Prosimy o dopuszczenie materaców przystosowanych do prowadzenia ewakuacji pacjentów, posiadających wbudowany w pokrowiec osprzęt w postaci pasów bocznych do zamocowania pacjenta na materacu zapinanych na rzepy i 3 uchwyty do przemieszczania po stronie głowy i po stronie nóg.

Odp: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pyt. 4

Czy Zamawiający będzie wymagała materaców z możliwością odkażania w komorze do dezynfekcji parowej - para wodna w nadciśnieniu w temp. 105 st. C?

Odp: Zamawiający potwierdza, że wymaga materaców z możliwością odkażania w komorze do dezynfekcji parowej - para wodna w nadciśnieniu w temp. 105 st. C.

Pyt. 5

Prosimy o odstąpienie od wymogu uchwytów?

Odp: Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu uchwytów.

Z poważaniem,

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych

mgr inż. Magdalena Kraszewska