



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.
19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 3

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ 5618/2021

Data: 30.11.2021 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji „Dostawę opatrunków i materiałów szewnych do Apteki Szpitalnej na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o” Znak Sprawy: 5412 / 2021

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1 – dot. Pakietu 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie 1 szwów syntetycznych, plecionych, wykonanych z kopolimeru kwasu glikolowego i mlekowego powlekanego kopolimerem kwasu glikolowego i mlekowego oraz stearynianem wapnia, czas wchłaniania 56 – 70 dni, zachowujące 65% wytrzymałości po 2 tygodniach od implantacji oraz 40 % po 3 tygodniach?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE nr 2 – dot. Pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 w pozycjach gdzie oczekuje igły wzmocnionej również igłę okrągłą?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 3 – dot. Pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania w pakiecie 1 poz. 3, 4, 5, 8 nici o długości 90 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 4 – dot. Pakietu 1

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie w pakiecie 1 poz. 4 nici z kwasu poliglikolowego, pokrytej e-kaprolaktonem oraz stearynianem wapnia czas wchłaniania 60 – 90 dni, zachowujące 65% wytrzymałości po 2 tygodniach od implantacji oraz 40 procent po 3 tygodniach, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Nie.

PYTANIE nr 5 – dot. Pakietu 1

Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie poz. 6 z pakietu nr 1 w celu uzyskania konkurencyjnych wycen dla przedmiotowego pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE nr 6 – dot. Pakietu 2

Uprzejmie prosimy o podanie szacunkowej ilości szwów w pozycji 1 i 2 w pakiecie 2.

Odpowiedź: Modyfikacja nr 1 z dnia 30.11.2021r. Załącznika nr 3 do SWZ – Formularza Asortymentowo-Cenowego.



PYTANIE nr 7 – dot. Pakietu 4

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4 poz. 1 syntetyczny szew pleciony, powlekany, szybkowchłaniający, wykonany z kwasu poliglikolowego, powleczony ekaprolaktonem i stearynianem wapnia, posiadający 40% podtrzymania po 7 dniach, natomiast pełnia absorpcja następuje po 14 dniach, czas wchłonięcia ok. 42 dni, szew posiadający igłę o długości 45 mm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 8 – dot. Pakietu 6

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie 6 poz. 1 szwu syntetycznego, monofilamentowego o długim okresie wchłaniania, wykonany z polidoksanonu (PDS), o 75% początkowej siły podtrzymania tkankowego po 2 tygodniach od zaimplantowania i 50% po 6 tygodniach, całkowita absorpcja szwu 180 – 210 dni, nić długości 70 cm, igła 36 mm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE nr 9 – dot. Pakietu 12

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 12 siatkę dwuwarstwową do stosowania wewnątrztrzewnowego, miękką, niewchłaniającą, z jednej strony wykonaną z mikroporowatego politetrafluoroetyleny (ePTFE), z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP); grubość 0,5 mm, gramatura średnia: 120 g/m², z oznaczeniem strony implantacji i dwukierunkowej elastyczności, z możliwością przycięcia do oczekiwanego kształtu/rozmiaru?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 10 – dot. Pakietu 12

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 12 poz. 3 siatkę w rozmiarze 30 x 30 cm i/lub 30 x 50 cm z możliwością docięcia do oczekiwanego rozmiaru?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 11 – dot. Pakietu 13

Czy Zamawiający w pakiecie 13, poz. 1 dopuści siatkę w rozmiarze 12 x 15 cm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 12 – dot. Pakietu 13

Czy Zamawiający w pakiecie 13, poz. 2 dopuści siatkę w rozmiarze 15 x 15 cm i/lub 15 x 30 cm i/lub 30 x 30 cm z możliwością docięcia, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem

