

Dreźnie, dnia 25 września 2024 roku

Do Wykonawców,
ubiegających się o zamówienie

P1

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników laboratoryjnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Dreźnie, nr sprawy: PCZSzp/TP-MN/14/2024, 2024/BZP 00507516/01 z dnia 2024-09-19

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

1. Zamawiający, w trybie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, *zwanej dalej Ustawą* udziela następujących wyjaśnień i wprowadza zmiany treść SWZ:

Pytanie 1

Dodatek nr 2 do SWZ, pkt. 11

Pkt. nr 11. Czy zamawiający dopuści analizator z pojedynczą igłą próbkową, która posiada detekcję skrzepu?

Odp. do pytania 1

Nie wprowadza się proponowanej zmiany

Pytanie 2

dodatek nr 5 do SWZ, §2 ust. 13

Prosimy o wyjaśnienie czym kierował się Zamawiający określając wysokość realizacji przedmiotu zamówienia na (tylko) min. 50%?

Prosimy o wyrażenie zgodny na zmianę tego zapisu na:

„Zamawiający zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w wysokości minimum 70% wartości brutto umowy.

Odp. do pytania 2

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Zamawiający informuje, że poprzednią umowę w zakresie laboratoryjnych badań biochemicznych zrealizował w ≈97%.

Podana wielkość umowy, jaką Zamawiający zobowiązuje się zrealizować wynika z okresu obowiązywania umowy oraz dynamicznie zmieniających się warunków gospodarczo-ekonomicznych.

Pytanie 3

SWZ, pkt 6.10.4, umowa najmu §2 ust. 7

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę na 48 godzin?

Odp. do pytania 2

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 4

SWZ, pkt 6.10.6, umowa najmu §2 ust. 8, 9

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację na: „W terminie do 72 godzin od zgłoszenia awarii Wykonawca zobowiązany na koszt własny dokonać koniecznych napraw. W przypadku awarii i niemożności jej usunięcia przez inżyniera serwisowego w ciągu 72 godzin od zgłoszenia, Wynajmujący zobowiązany będzie w terminie następnych 48 godzin dostarczyć aparat zastępczy, o parametrach nie gorszych niż analizator najmowany lub pokryć koszty badań zleconych podwykonawcom.”

Odp. do pytania 4

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 5

SWZ, pkt 6.10.8, umowa najmu §2 ust. 11

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację na: „W przypadku trzykrotnej awarii tego samego podzespołu analizatora Wykonawca zobowiązany będzie na koszt własny, w terminie do 14 dni po trzeciej awarii, wymienić dany podzespół analizatora na nowy.”?

Odp. do pytania 5

Nie wprowadza się proponowanej zmiany

Pytanie 6

SWZ, pkt 6.11, dodatek nr 5 do SWZ, §2 ust. 13

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację na: „... Zamawiający zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w wysokości minimum 70% wartości brutto umowy dla każdego pakietu.”?

Odp. do pytania 6

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Zamawiający informuje, że poprzednią umowę w zakresie laboratoryjnych badań biochemicznych zrealizował w $\approx 97\%$.

Podana wielkość umowy, jaką Zamawiający zobowiązuje się zrealizować wynika z okresu obowiązywania umowy oraz dynamicznie zmieniających się warunków gospodarczo-ekonomicznych.

Pytanie 7

Dodatek nr 2 do SWZ, pkt.4

Czy Zamawiający wymaga, aby przystawka ISE wyposażona była w rozdzielne wymieniane pojedynczo elektrody do oznaczania sodu, potasu i chlorków?

Odp. do pytania 7

Nie stawia się dodatkowych wymagań w ww. zakresie.

Pytanie 8

Dodatek nr 2 do SWZ, pkt.4

Prosimy o potwierdzenie, że jeśli elektrody Na, K i Cl nie wymagają żadnej interwencji dodatkowej poza okresową kalibracją i konserwacją, a elektroda referencyjna jest wymieniana i konserwowana okresowo przez serwis producenta to oferowany analizator spełnia wymagania punktu 4 SWZ „elektrody bezobsługowe.”

Odp. do pytania 8

Zamawiający wyjaśnia, że wyrażenie „elektrody bezobsługowe” dotyczy elektrod, które przed zamontowaniem w urządzeniu nie wymagają ingerencji użytkownika, są gotowe do zamontowania w analizatorze. Okresowa kalibracja i konserwacja elektrod to kolejne procesy wynikające z ich stosowania.

Pytanie 9

Dodatek nr 2 do SWZ, pkt.4

Prosimy o doprecyzowanie jaką wydajność ISE powinien posiadać oferowany analizator.

Odp. do pytania 9

Nie stawia się dodatkowych wymagań w ww. zakresie.

Pytanie 10

Dodatek nr 2 do SWZ, pkt.22

Czy zamawiający wymaga, aby oferowany analizator był wyposażony w automatyczny podajnik próbek, który umożliwia wstawianie próbek w statywach w dowolnym momencie pracy aparatu niezależnie od pipetowania materiału badanego bez konieczności przerywania pracy analizatora?

Odp. do pytania 10

Nie stawia się dodatkowych wymagań w ww. zakresie.

Pytanie 11

Dodatek nr 2 do SWZ, pkt.27

Prosimy o potwierdzenie, że kontrola wewnątrzlaboratoryjna prowadzona będzie codziennie 7 dni w tygodniu na co na jednym z dwóch zaoferowanych poziomów niezależnie od zapisów w ulotkach odczynnikowych producenta odczynnika. Taki zapis pozwoli na złożenie przez oferentów równoważnych ofert odczynnikowych.

Odp. do pytania 11

Zamawiający wprowadza zmianę SWZ w następującym zakresie:

- **Treść dodatku nr 2 do SWZ pkt. 27 po zmianie:**

„27. kontrola wewnątrzlaboratoryjna prowadzona będzie codziennie na jednym poziomie oraz przy każdej wymianie odczynnika na nowy, niezależnie od wytycznych producenta. Do szacowanej ilości badań należy doliczyć ilość niezbędną do przeprowadzenia kontroli wymaganych przez Zamawiającego oraz kalibracji wg wytycznych producenta.”

- **Treść SWZ pkt. 6.8 po zmianie:**

„Wykonawca do szacowanej ilości badań winien doliczyć ilość niezbędną do przeprowadzenia kontroli wymaganych przez Zamawiającego oraz kalibracji wg wytycznych producenta.”

- Usunięcie zapisów zawartych w dodatku nr 2 do SWZ pkt. 30, w związku ze zmianą treści pkt. 27.

Pytanie 12

Dodatek nr 2 do SWZ, pkt.13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku niektórych odczynników biochemicznych zaproponować możliwość ich porcjowania do oferowanych przez wykonawcę mniejszych opakowań i zaoferować ich ilości zgodnie z podaną w ulotce odczynnikowej informacją o trwałości odczynnika po otwarciu przechowywanego w analizatorze? Odczynniki we wtórnych opakowaniach umieszczone będą w przypisanych im miejscach w karuzeli odczynnikowej. Takie rozwiązanie umożliwi bardziej ekonomiczne wykorzystanie odczynników w okresie ich gwarantowanej stabilności na pokładzie analizatora i zaoferowanie ich ilości zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem oferenta o stabilności użytego do porcjowania pierwotnego opakowania odczynnika.

Odp. do pytania 12

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Zamawiający wyjaśnia, że w pkt. 13 dodatku nr 2 do SWZ wskazał badania dla których dopuszcza porcjowanie odczynników.

Pytanie 13

SWZ pkt. 28.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku odczynników zużywalnych w mniejszych ilościach skalkulować ofertę przetargową tak aby założyć, że odczynniki przechowywane będą na pokładzie zgodnie z ich realną stabilnością, a nie zapisami w ulotkach odczynnikowych? Jakość odczynników będzie codziennie sprawdzana za pomocą wyników codziennej kontroli jakości. W przypadku, kiedy jakość odczynników będzie niezgodna z założeniami oferenta odczynniki zostaną dostarczone przez wykonawcę na koszt własny wykonawcy.

Odp. do pytania 13

Zamawiający wprowadza zmianę SWZ w następującym zakresie:

Treść SWZ pkt. 28.2 po zmianie:

„W załączniku nr 1 do oferty należy wskazać wszystkie odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne i eksploatacyjne (zużywalne) i inne, niezbędne do wykonania wskazanej ilości badań diagnostycznych, gwarantujących wykonanie wg wytycznych producenta. Do ustalenia ilości oferowanych produktów Wykonawca może przyjąć założenia inne niż wskazane przez producenta, ale zgodne ze standardami jakości wynikającymi z regulacji prawnych oraz warunkami zamówienia pod warunkiem, że jeżeli zaoferowana ilość nie zagwarantuje wykonania szacowanej ilości badań, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia brakującej ilości bez dodatkowych kosztów.

Pytanie 14

Dodatek nr 2 do SWZ, elektrolity

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, jeśli serwis producenta analizatora zobowiązuje się do wykonywania wszelkich procedur instalacyjnych, konserwacyjnych i naprawczych elektrody referencyjnej, nie ma konieczności oferowania w postępowaniu przetargowym elektrod referencyjnych i jakichkolwiek płynów niezbędnych do konserwacji tych elektrod. Płyiny i elektrody referencyjne są dostarczane, wymieniane i uzupełniane przez serwis producenta w razie potrzeby przez cały okres trwania umowy.

Odp. do pytania 14

Zamawiający wprowadza zmianę SWZ w następującym zakresie:

Dodatek nr 2 do SWZ dodano pkt. 30 o treści:

„Jeżeli elektroda referencyjna oraz płyny do jej konserwacji i inne materiały gwarantujące prawidłową pracę zaoferowanego analizatora są wymieniane i uzupełniane w ramach wymaganego serwisu i nie zostaną wskazane oraz wycenione w załączniku nr 1 do oferty, przyjmuje się, że są wliczone do czynszu najmu.”

Pytanie 15

Dodatek nr 2 do SWZ

Prosimy o potwierdzenie, że oferowany analizator biochemiczny i odczynniki do tego analizatora powinny stanowić spójny system analityczny i powinny być produkowane przez tego samego producenta w minimum 90%.

Odp. do pytania 15

Nie stawia się dodatkowych wymagań w ww. zakresie.

Pytanie 16

SWZ, pkt.28.2

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie liczby lamp fotometru do oferowanego analizatora biochemicznego na podstawie najlepszej wiedzy i doświadczenia oferenta, a nie zapisów w instrukcjach obsługi analizatorów.

Odp. do pytania 16

Odpowiedź jak do pytania 13.

Pytanie 17

Dodatek nr 2 do SWZ, pkt.7

Prosimy o potwierdzenie, że analizator, którego „Średnie zużycie wynosi: 20l wody/godzinę- przy maksymalnym obciążeniu pracą” spełnia wymagania punktu 7 SWZ - „zużycie wody - maksymalnie do 20l/ na godzinę”.

Odp. do pytania 17

Zamawiający wyjaśnia, że zużycie wody w oferowanym analizatorze nie może przekroczyć 20l/na godzinę.

Pytanie 18

Dodatek nr 2 do SWZ, pkt.9

Prosimy o potwierdzenie, że analizator, którego liczba testów fotometrycznych na pokładzie wynosi 60 spełnia wymagania punktu 9 SWZ „aparat posiadający taką ilość miejsc chłodzonych na odczynniki, aby zagwarantować wykonywanie wskazanego poniżej zakresu badań z możliwością umieszczenia na pokładzie dwóch serii odczynnika”.

Odp. do pytania 18

Zamawiający wyjaśnia, że w dodatku nr 2 do SWZ pkt. 9 podał wymaganą minimalną ilość miejsc chłodzonych w rotorze odczynnikowym tj.: „nie mniej niż 60”.

Pytanie 19

Dodatek nr 2 do SWZ, pkt.4

Czy Zamawiający wymaga oznaczania ISE metodą pośrednią?

Odp. do pytania 19

Nie stawia się dodatkowych wymagań w ww. zakresie.

Pytanie 20

Dodatek nr 2 do SWZ, pkt.22

Czy w związku z zapisem punktu 22 SWZ Zamawiający wymaga, aby analizator wyposażony był w dodatkową karuzelę, która umożliwi oznaczanie próbek pilnych bez przerywania bieżącej pracy analizatora, poprzez dodanie dodatkowego materiału do badania w trakcie prowadzonych przez analizator analiz i umożliwi wykonania tegoż badania w pierwszej kolejności?

Odp. do pytania 20

Nie stawia się dodatkowych wymagań w ww. zakresie.

Pytanie 21

Dodatek nr 2 do SWZ, pkt.25

W związku z zapisem punktu 25 SWZ „pomiar całkowitej/utajonej zdolności wiązania żelaza metodą bezpośrednią” prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie odczynnika do oznaczania UIBC mierzonego metodą bezpośrednią i kalkulację parametru TIBC.

Odp. do pytania 21

Zamawiający wyjaśnia, że metodą bezpośrednią winno być wykonane oznaczenie całkowitej albo utajonej zdolności wiązania żelaza. W związku z powyższym wprowadza się zmianę treści pkt. 25.

Treść po zmianie:

„25. pomiar całkowitej albo utajonej zdolności wiązania żelaza metodą bezpośrednią.”

Pytanie 22

Dodatek nr 2 do SWZ, odczynniki l.p.14

W związku z wymogiem zaoferowania Białko C-reaktywne, ultraczulego wykrywające poziom tego białka dla wartości od co najmniej 0,5mg/l prosimy o podanie także wymaganej minimalnej górnej liniowości oferowanego odczynnika.

Odp. do pytania 22

Zamawiający wprowadza zmianę poprzez dodanie minimalnej górnej liniowości odczynnika.

Treść po zmianie:

„Białko C-reaktywne, ultraczule wykrywające poziom tego białka dla wartości od co najmniej 0,5mg/l do wartości nie mniejszej niż 500mg/l.”

Pytanie 23

dodatek nr 5 do SWZ, §2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na składanie zamówień przy pomocy sklepu internetowego „E-store”?
Uzasadnienie: Zamawiający korzystając z tej opcji ma możliwość składania zamówień przez całą dobę, może kontrolować prawidłowość zamówienia: nr katalogowe i ceny, otrzymuje automatyczne informacje o statusie zamówienia przy pomocy poczty elektronicznej, ma możliwość śledzenia przesyłki znajdującej się w dostawie, posiada dostęp do historii zamówień oraz dostęp do faktur oraz informacji o zaległych płatnościach.

Odp. do pytania 23

Zamawiający wyjaśnia, że w dodatku nr 5 do SWZ, w §2 ust. 1 zawarty jest zapis, że zamówienia będą składane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Szczegółowe warunki realizacji umowy w zakresie składania zamówień Strony uzgodnią po jej zawarciu.

Zamawiający nie stawia ograniczeń w zakresie składania zamówień przez system zakupowy Wykonawcy.

Pytanie 24

dodatek nr 5 do SWZ §2 ust. 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie metodyk, o których mowa po podpisaniu umowy, a nie z pierwszą dostawą?

Uzasadnienie: Towar wysyłany jest z magazynu – gdzie pracownicy pakują towar nie wiedząc, która dostawa jest pierwsza. Metodyki te są również dostępne na stronie internetowej Wykonawcy, do której Zamawiający ma całodobowy nieodpłatny dostęp.

Odp. do pytania 24

Zamawiający wprowadza zmianę SWZ w następującym zakresie:

Treść §2 ust. 4 po zmianie:

„Najpóźniej do daty pierwszej dostawy Wykonawca zobowiązany jest przekazać/ udostępnić wszystkie metodyki wykonywania badań w języku polski dla odczytników zawartych w umowie.”

Pytanie 25

dodatek nr 5 do SWZ §2 ust. 13

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację na: „Zamawiający zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w wysokości minimum 70% wartości brutto umowy.”?

Odp. do pytania 25

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Zamawiający informuje, że poprzednią umowę w zakresie laboratoryjnych badań biochemicznych zrealizował w ≈97%.

Podana wielkość umowy, jaką Zamawiający zobowiązuje się zrealizować wynika z okresu obowiązywania umowy oraz dynamicznie zmieniających się warunków gospodarczo-ekonomicznych.

Pytanie 26

dodatek nr 5 do SWZ, załącznik nr 2 do umowy, §3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na podłączenie analizatorów do usługi zdalnego dostępu o nazwie ProService? Usługa umożliwi serwisowi technicznemu i aplikacyjnemu na zdalne rozwiązywanie problemów. W badaniach laboratoryjnych czas odgrywa kluczową rolę, a przestój analizatora spowodowany jego awarią może znacznie wydłużyć oczekiwanie na wynik. Jeżeli Zamawiający wyraża zgodę to prosimy o techniczne zapewnienie naszym analizatorom łącza z dostępem do Internetu.

Odp. do pytania 26

W dodatku nr 5 do SWZ, umowa najmu, w §3 ust. 16 zawarty jest zapis dotyczący zdalnego wsparcia technicznego.

Zamawiający wprowadza zmianę SWZ w następującym zakresie:

Dodanie w §3 ust. 16 projektu umowy najmu treści:

„Warunki podłączenia zdalnego dostępu Strony umowy uzgodnią po jej zawarciu (w tym zasady związane z ochroną danych osobowych).

Pytanie 27

dodatek nr 5 do SWZ, załącznik nr 2 do umowy, §2 ust. 7

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację na: „Czas reakcji serwisu do 48 godzin od daty zgłoszenia awarii (telefonicznie, poczta elektroniczna, helpdesk), rozumiany jako zebranie informacji, wstępne zdiagnozowanie awarii, ewentualny przyjazd serwisu do siedziby Zamawiającego.”?

Odp. do pytania 27

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 28

dodatek nr 5 do SWZ, załącznik nr 2 do umowy, §2 ust. 8

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację na: „W terminie do 72 godzin od momentu zgłoszenia awarii Wykonawca zobowiązany jest dokonać koniecznych napraw.”?

Odp. do pytania 28

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 29

dodatek nr 5 do SWZ, załącznik nr 2 do umowy, §2 ust. 9

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację na: „W przypadku awarii i niemożności jej usunięcia przez inżyniera serwisowego w ciągu 72 godzin, Wykonawca zobowiązany będzie w terminie kolejnych 48 godzin dostarczyć aparat zastępczy, o parametrach nie gorszych niż analizator najmowany lub pokryć koszty badań zleconych podwykonawcom.”?

Odp. do pytania 29

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 30

dodatek nr 5 do SWZ, załącznik nr 2 do umowy, §2 ust. 11

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację na: „W przypadku trzykrotnej awarii tego samego podzespołu analizatora Wykonawca zobowiązany będzie na koszt własny, w terminie do 14 dni po trzeciej awarii, wymienić dany podzespół analizatora na nowy.”?

Odp. do pytania 30

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

2. Zamawiający wprowadza zmiany w dodatku nr 5 do SWZ – projektowane postanowienia umowy w następującym zakresie:

- **§6 ust. 4 umowy dostawy - treść po zmianie:**

„4. Niezależnie od innych zastrzeżonych kar umownych, jeżeli w trakcie trwania umowy Wykonawca nie zrealizuje w terminie określonym w §2 ust.1, odmówi realizacji bieżącej dostawy lub nie dotrzyma terminu realizacji reklamacji, Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi w wysokości różnicy ceny zakupu przedmiotu umowy u innego dostawcy, zachowując również prawo do naliczenia kar umownych za okres **zwłoki** liczony do dnia dokonania zastępczego zakupu. W przypadku opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy lub opóźnienia terminu realizacji reklamacji przekraczającego co najmniej 2 dni, Zamawiający według swego wyboru uprawniony jest również do powierzenia wykonania niniejszej umowy podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez potrzeby wzywania Wykonawcy do wykonania umowy bądź też do odstąpienia od umowy bez wyznaczenia Wykonawcy dalszego terminu celem wykonania umowy. Uprawnienie w zakresie odstąpienia od umowy może zostać zrealizowane w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni po upływie terminu końcowego na jaki niniejsza umowa została zawarta.”

- **Dodanie w §5 umowy najmu ust. 3 o treści**

„Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.”

- **Dodanie w §6 umowy najmu ust. 3 o treści**

„Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej.”

W załączeniu zmieniony dodatek nr 2 i 5 do SWZ

3. Zamawiający w trybie art. 284 ust. 3, w delegacji do 286 ust. 1 Ustawy wprowadza zmianę:
- 3.1 terminu składania i otwarcia ofert określonego w pkt. 25 i 26 SWZ. **Nowy termin składania ofert: do dnia 30.09.2024 godz.: 10:00. Otwarcie ofert 30.09.2024 godz.: 10:05,**
 - 3.2 terminu związania ofertą wskazanego w pkt. 27 SWZ – nowy termin związania - do końca dnia 29.10.2024 r.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Agnieszka Banaszek

W trybie art. 284 ust. 6, art. 286 ust.7 i art. 271 ust.4 Ustawy wyjaśnienia i zmiany oraz ogłoszenie o zmianie zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania dnia 25.09.2024 r.