



# CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ im. św. JANA z DUKLI



ST. JOHN OF DUKLA CANCER CENTER, LUBLIN, POLAND

COZL/DZP/MBK/3412/PN-176/20

Lublin, dnia 05.11.2020 r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  
**„Dostawa asortymentu medycznego na potrzeby COZL”**

**I. Działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1986) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie:**

**Pytanie nr 1** dotyczące opisu przedmiotu zamówienia:

Czy Zamawiający w części 2 „Elektrody igłowe” ma na myśli igły do termoablacji, kompatybilne z generatorem Celon ProSurg Olympus?

**Odpowiedź:** Zamawiający po przez „Elektrody igłowe” ma na myśli igły do termoablacji, kompatybilne z generatorem Celon ProSurg Olympus.

**Pytanie nr 2** dotyczące zapisów umowy Paragraf 5 ustęp 3, 6, 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podany termin liczony był w dniach roboczych?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 3** dotyczące zapisów umowy Paragraf 6 ustęp 1a:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości podanej kary do 0.5% ?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 4** dotyczące zapisów umowy Paragraf 6 ustęp 1b:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości podanej kary do 2% ?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

ZASADNICZY DYREKTORA  
ds. Filii i Oddziałów / Kierownika  
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej  
im. św. Jana z Dukli  
*mgr Dariusz Ciuński*

SPECJALISTA  
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej  
im. św. Jana z Dukli

*mgr inż. Monika Karwacka*



System  
zarządzania  
ISO 9001:2015