



Opole, 20.02.2023 r.

L.dz. 282/DO/2023

Numer postępowania: **ZP 2/2023**

Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Dostawa pojemników do pobierania i preparatyki krwi.**

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1710 ze zmianami), wyjaśniam co następuje:

**1. Dot. OPZ, Zad nr 4 – zestawy do półautomatycznego otrzymywania ubogoleucytarnego koncentratu krwinek płytkowych**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestawu z filtrem w twardej obudowie? Konstrukcja filtra umożliwia bezpieczne wirowanie oraz filtrację na prasach bez konieczności umieszczania filtra w dodatkowej osłonie, jak ma to miejsce w przypadku filtra miękkiego.

**ODP.: Tak, Zamawiający dopuści zestawy z filtrem w twardej obudowie – tym samym zmienia zapisy SWZ w tym zakresie.**

Załącznikiem do niniejszego pisma jest **20.02.2023 ZMIENIONY Załącznik nr 1 do SWZ – szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia ZP 2-2023.**

**Powyższa treść pisma stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i należy ją uwzględnić w dalszym przebiegu postępowania.**

Z poważaniem

Sporządziła : Hanna Siuta  
Tel. 77 44 13 808