

## Odpowiedź na zapytania dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

**ZAMAWIAJĄCY:**

*Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ALL-MED" Centrum Medyczne  
Specjalistyczne Gabinety Lekarskie Marcin Ogórek  
Ul. Armii Krajowej 43A,  
94-046 Łódź*

Łódź, dnia 31 stycznia 2023 r.

Znak postępowania (numer referencyjny): 1/2023

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą pzp”, udziela się odpowiedzi na pytania Wykonawców przesłane do Zamawiającego w postępowaniu pn. „Dostawa urządzeń i sprzętu medycznego dla NZOZ "ALL-MED" Centrum Medyczne Specjalistyczne Gabinety Lekarskie Marcin Ogórek” w dniach 11 stycznia 2023 r., 17 stycznia 2023, 18 stycznia 2023 r., 23 stycznia 2023r., 24 stycznia 2023 r., 25 stycznia 2023..

**Pytanie 1**

Czy zamawiający wyraża zgodę na podzielenie pakietu nr 1 na część zawierającą wyłącznie aparat EKG z systemem do prób wysiłkowych oraz drugą część zawierającą pozostałe sprzęty, tj. holtery EKG i holtery RR? Zwiększy to konkurencyjność, ponieważ więcej firm będzie mogło złożyć ofertę, skutkiem tego zamawiający będzie miał możliwość zamówienia na lepszych warunkach.

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na podzielenie pakietu nr 1 na część zawierającą wyłącznie aparat EKG z systemem do prób wysiłkowych oraz drugą część zawierającą pozostałe sprzęty - tj. holtery EKG i holtery RR.

**Pytania od 2 do 21 dotyczą Lampy operacyjnej podwójnej – 1 szt. - pakiet 4****Pytanie 2**

Ad. 4, 5. Czy Zamawiający dopuści lampę, w której matryce LED osłonięte są szybą ze szkła bezpiecznego? Proponowane rozwiązanie jest lepsze od wymaganego. Szyba nie ulega degradacji i matowieniu pod wpływem środków dezynfekującym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ i załączników pozostaje bez zmian.

**Pytanie 3**

Ad. 6, 7. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której dwa panele sterujące umieszczone są na kopule? Tego typu rozwiązanie zapewnia sterowanie parametrami niezależnie przez dwóch operatorów stojących po przeciwległych stronach stołu operacyjnego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ i załączników

pozostaje bez zmian.

#### **Pytanie 4**

Ad. 7. Czy Zamawiający dopuści lampę, wyposażoną w panele sterowania pozwalające na sterowanie funkcjami:

- włączenie i wyłączenie lampy,
- regulację natężenia światła głównego,
- włączenie i wyłączenie endo,
- regulację natężenia światła endoskopowego,
- regulacja temperatury barwowej,
- regulacja głębokości
- regulacja zoomu,
- obracanie kamery?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ i załączników pozostaje bez zmian.

#### **Pytanie 5**

Ad. 8, 9. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną o  $E_c$  max. 160 000 lux/1m? Proponowane rozwiązanie jest lepsze. Regulacja natężenia daje możliwość ustawienia napięcia pod wymogi konkretnego operatora.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ i załączników w w/w zakresie pozostaje bez zmian.

#### **Pytanie 6**

Ad. 10. Czy Zamawiający dopuści kopułę główną i satelitarną o regulowanej średnicy pola bezcieniowego w zakresie 190-360mm? Jest to parametr lepszy od wymaganego.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ i załączników w w/w zakresie pozostaje bez zmian.

#### **Pytanie 7**

Ad. 12. Czy Zamawiający dopuści lamp operacyjną z regulowaną temperaturą barwową w zakresie 4000- 4400-4800K? Parametr wystarczający przy wszelkich zabiegach operacyjnych.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ i załączników w w/w zakresie pozostaje bez zmian.

#### **Pytanie 8**

Ad. 14. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której kopuła główna posiada regulację natężenia światła w zakresie 25 - 100%? Według normy medycznej, minimalne natężenie lampy operacyjnej wynosi 40 000 lux czyli w tym przypadku 25% od maksymalnej wartości natężenia.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ i załączników w w/w zakresie pozostaje bez zmian.

**Pytanie 9**

Ad. 17. Czy Zamawiający dopuści lampę ze światłem endoskopowym o regulowanym natężeniu w zakresie 150-1500 lux? Proponowany zakres zapewnia bezpieczeństwo personelu w trakcie zabiegów endoskopowych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ i załączników w w/w zakresie pozostaje bez zmian.

**Pytanie 10**

Ad. 22. Czy Zamawiający dopuści kopuły o średnicy 630 mm? Zapewniają one dużą bezcieniowość. Jest to rozwiązanie równoważne dożądanego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ i załączników w w/w zakresie pozostaje bez zmian.

**Pytanie 11**

Ad. 23. Czy Zamawiający dopuści czasze w kształcie koła bez otworów? Kopuła jest specjalnie wyprofilowana i tworzy idealne warunki do współpracy z nawiewem laminarnym - minimalizuje zakłócenia w jego przepływie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ i załączników w w/w zakresie pozostaje bez zmian.

**Pytanie 12**

Ad. 24. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której kopuła posiada uchwyt do pozycjonowania w formie relingu, który zajmuje 75% obwodu czaszy bez powłoki bakteriostatycznej? Reling jest oddalony od kopuły na odległość, która zapewnia swobodny chwyt dłonią oraz bezproblemowe czynności związane z czyszczeniem urządzenia i procesem dezynfekcji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ i załączników w w/w zakresie pozostaje bez zmian.

**Pytanie 13**

Ad. 27-29. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której kopuła bez kamery ma możliwość obrotu ramion we wszystkich przegubach o kąt 360 stopni, natomiast kopuła z zamontowaną kamerą ma możliwość obrotu 300 stopni? Jest to zakres umożliwiający pozycjonowanie każdej z kopuł w każdym dowolnym położeniu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ i załączników w w/w zakresie pozostaje bez zmian.

**Pytanie 14**

Ad. 30. Czy Zamawiający dopuści kamerę o poniższych parametrach:

Zasilanie 24V DC

pobór mocy 3,4W  
 powiększenie optyczne 10x, f=3.8 mm to 38 mm (F 1.8 to F3.4)  
 powiększenie cyfrowe 12x  
 rozdzielczość 1920x1080i/50 (Full HD, przeplot).  
 ogniskowanie Automatyczne  
 balans bieli Automatyczny  
 kąt obiektywu 7,6-67 stopni  
 minimalna jasność 0,35 lux (rekomendowana 100lux)  
 minimalna odległość pracy 10mm (800mm dla oddalenia)  
 migawka elektroniczna od 1s do 1/10000s  
 wyjście sygnału Video HD-SDI, 3G-SDI (cyfrowe)  
 parametry przewodu dla sygnału Video koncentracja 75Ohm o paśmie min. 3GHz  
 złącze sygnału Video BNC (75 Ohm)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ i załączników w w/w zakresie pozostaje bez zmian.

**Pytanie 15**

Czy Zamawiający wydłuży czas przystąpienia do naprawy do 72 godzin w dni robocze?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie czasu przystąpienia do naprawy do 72 godzin w dni robocze. Treść SWZ i załączników w w/w zakresie pozostaje bez zmian.

**Pytanie 16**

Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lampy?

**Odpowiedź:**

W miejscu montażu lampy jest strop żelbetowy monolityczny gr. 22cm

**Pytanie 17**

Jaka jest wysokość sali, gdzie ma być zamontowana lampa, czy jest tam sufit podwieszany, a jeżeli tak to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym?

**Odpowiedź:**

Wysokość sali od poz. posadzki do poz. sufitu podwieszanego równa jest 3m, natomiast wysokość całej kondygnacji od poz. posadzki do stropu żelbetowego to ok 3,7m.

**Pytanie 18**

Czy w pomieszczeniu przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jeśli tak to jakie: agregat na 24 V, czy UPS na 230 V ?

**Odpowiedź:**

Jest zasilanie awaryjne, przez UPS 230V do momentu uruchomienia agregatu.

**Pytanie 18a**

Czy w pomieszczeniu istnieje dojście z piętra wyżej, w celu posadowienia płyty stropowej i śrub- stropowych elementów montażowych ?

**Odpowiedź:**

Tak, istnieje tak możliwość, jednakże wiązać się to będzie to rozkuwaniem posadzek na kondygnacji drugiego piętra, a tym samym ich naprawy jak i wymiany wykładzin PVC. W przypadku stropu nad salą operacyjną z uwagi na to, że jest to strop monolityczny można wykonać kotwienie mechaniczne albo chemiczne zgodnie z wytycznymi producenta systemu

kotwienia.

**Pytanie 19**

Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa są przewody zasilające, a jeżeli są, to jakie i gdzie są wyprowadzone?

**Odpowiedź:**

Są przewody zasilające wyprowadzone z rozdzielni IT nad sufit podwieszany.

**Pytanie 20**

Jeżeli w sali gdzie ma być zamontowana lampa nie ma kompletnej instalacji elektrycznej, czy Zamawiający zapewni we własnym zakresie poprowadzenie przewodów zasilających do każdej kopuły oddzielnie? Jeżeli nie, to czy będzie można ciągnąć instalacje w tzw. „korytkach”?

**Odpowiedź:**

We wskazanych powyżej miejscach, salach gdzie ma być zamontowana lampa są wyprowadzone zasilania.

**Pytanie 21**

Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa, wisi obecnie lampa operacyjna? Jeżeli tak, to jakiego producenta

**Odpowiedź:**

W sali gdzie ma być zamontowana lampa, nie wisi obecnie lampa operacyjna.

**Pytania od 22 do 26 dotyczą Lampy zabiegowej pojedynczej – 1 szt. - pakiet 4**

**Pytanie 22**

Ad. 5. Czy Zamawiający dopuści kopułę o średnicy 28 cm? Jest to niewielka różnica w stosunku do wymagań SWZ, niemająca żadnego wpływu na funkcjonalność lampy

**Odpowiedź:**

**Tak. Zamawiający dopuści kopułę o średnicy 28 cm i dokona zmiany OPZ w tym zakresie, dopuszczając średnicę kopuły do 30 cm.**

**Pytanie 23**

Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lampy?

**Odpowiedź:**

W miejscu montażu lampy jest strop żelbetowy prefabrykowany kanałowy o gr.26,5cm

**Pytanie 24**

Jaka jest wysokość sali, gdzie ma być zamontowana lampa?

**Odpowiedź:**

Wysokość kondygnacji od poz.gotowej posadzki do spodu stropu żelbetowego prefabrykowanego na parterze równa jest ok. 3,3m,

**Pytanie 25**

Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa są przewody zasilające, a jeżeli są, to jakie i gdzie są wyprowadzone?

**Odpowiedź:**

Tak. W sali gdzie ma być zamontowana lampa są przewody zasilające. Są to przewody zasilające 220V, znajdujące się w miejscu montażu lampy.

**Pytanie 26**

Jeżeli w sali gdzie ma być zamontowana lampa nie ma kompletnej instalacji elektrycznej, czy Zamawiający zapewni we własnym zakresie poprowadzenie przewodów zasilających do każdej kopuły oddzielnie? Jeżeli nie, to czy będzie można ciągnąć instalacje w tzw. „korytkach”?

**Odpowiedź:**

W sali gdzie ma być zamontowana lampa jest kompletna instalacja elektryczna.

**Pytania od 27 do 30 dotyczą Lampy zabiegowej podwójnej – 1 szt. - pakiet 4****Pytanie 27**

Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lampy?

**Odpowiedź:**

W miejscu montażu lampy jest strop żelbetowy prefabrykowany kanałowy o gr.26,5cm

**Pytanie 28**

Jaka jest wysokość sali, gdzie ma być zamontowana lampa?

**Odpowiedź:**

Wysokość kondygnacji od poz.gotowej posadzki do spodu stropu żelbetowego prefabrykowanego na parterze równa jest ok. 3,3m,

**Pytanie 29**

Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa są przewody zasilające, a jeżeli są, to jakie i gdzie są wyprowadzone?

**Odpowiedź:**

Tak. W sali gdzie ma być zamontowana lampa są przewody zasilające. Są to przewody zasilające 220V, znajdujące się w miejscu montażu lampy.

**Pytanie 30:**

Jeżeli w sali gdzie ma być zamontowana lampa nie ma kompletnej instalacji elektrycznej, czy Zamawiający zapewni we własnym zakresie poprowadzenie przewodów zasilających do każdej kopuły oddzielnie? Jeżeli nie, to czy będzie można ciągnąć instalacje w tzw. „korytkach”?

**Odpowiedź:**

W sali gdzie ma być zamontowana lampa jest kompletna instalacja elektryczna.

**Pytanie 31 dotyczy zestawu do próby wysiłkowej - pakiet 1****Pytanie 31:**

Czy Zamawiający dopuści aparat o nie gorszych parametrach, ale nie posiadający opcji automatycznego pomiaru ciśnienia krwi? Pomiar ciśnienia krwi w tym urządzeniu jest bezzasadne, aby był wiarygodny musi się odbyć w spoczynku, tzn pacjent musi się zatrzymać i zewnętrznym urządzeniem należy zmierzyć ciśnienie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ i załączników

w w/w zakresie pozostaje bez zmian.

## **Pytania 32 dotyczy Holtera EKG oraz oprogramowania do Holtera EKG - pakiet 1**

### **Pytanie 32**

Czy Zamawiający dopuści aparat o nie gorszych, niższych parametrach?

Specyfikacja techniczna:

Analiza zapisu EKG w trybie prospektywnym i retrospektywnym

Analiza arytmii pochodzenia komorowego i nadkomorowego

Natychmiastowy dostęp do zapisu EKG z dowolnego poziomu analizy (tabele, trendy)

Możliwość wykrywania, przeglądania, tworzenia ilościowych raportów w zakresie oceny: VE, S`SVE, P`SVT, Pauz, IRR VT, IVR, Tachy, Brady, Salwa, Bigeminia, Trigeminią, Pary, R na T, uniesienia i obniżenia ST. Epizody ST, Max, Min, oraz Średni Rytm Serca, procentowy udział artefaktów w zapisie

Edytor klasy umożliwiający łatwą edycję wszystkich pobudzeń komorowych i nadkomorowych

Tabelaryczna prezentacja danych liczbowych

Prezentacja wyników w formie trendów w tym trójwymiarowe trendy ST i HRV

Przygotowanie do druku automatycznie lub wybierane przez użytkownika wstęgi EKG wraz z ich etykietami

Drukowanie całego zarejestrowanego sygnału EKG

Niezależna analiza ST każdego kanału EKG dla wybranych przez użytkownika punktów odniesienia ST, punktu J oraz linii bazowej R-R

Korzystanie z wielobarwnych prezentacji na ekranie

Bezprzewodowa transmisja danych umożliwiająca podgląd zapisu EKG czasie rzeczywistym

Analiza zmienności rytmu w dziedzinie czasu i częstotliwości

Analizy odstępu QT z prezentacją wyników w formie tabelarycznej graficznej

Analiza pracy wszystkich typów rozruszników serca

Standardowe wyposażenie

rejestrator holterowski EKG ASPEL HLT-712  
v.301 z wyposażeniem

oprogramowanie HOLCARD z kluczem zabezpieczającym

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ i załączników w w/w zakresie pozostaje bez zmian.

### **Pytanie 33**

Zwracam się z prośbą o przysłanie załącznika 2a, 2b oraz 2c - w wersji do edycji.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający udostępni na stronie prowadzonego postępowania załączniki nr 2a, 2b oraz 2c do SWZ w wersji edytowanej.

**Pytanie 34 dotyczy - Opaska do operacji w niedokrwieniu -pakiet 3 ( poz. 1)****Pytanie 34**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 1 „opaska do operacji w niedokrwieniu” z pakietu nr 3 do oddzielnego zadania ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ i załączników w w/w zakresie pozostaje bez zmian.

**Pytania 35 i 36 dotyczą- generator do termolezji i sprzęt do termolezji - pakiet 3 (poz. 8 i 9)****Pytanie 35**

Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia parametrów technicznych, warunków gwarancji oraz szkoleń i innych w pakiecie nr 8 i 9?

**Odpowiedź:**

Wykonawca składając ofertę w treści formularza ofertowego (dział III) oświadcza, iż *„zapoznałem(liśmy) się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, wraz z wyjaśnieniami i zmianami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję(emy) warunki w niej zawarte”*. Składając w ofercie powyższe oświadczenie Wykonawca deklaruje, iż składając ofertę zna zapisy SWZ i załączników wraz z wyjaśnieniami i zmianami i przyjmuje na siebie obowiązek spełniania przewidzianych przez Zamawiającego warunków, także tych dotyczących parametrów technicznych, gwarancji oraz szkoleń.

**Pytanie 36**

Czy można prosić Zamawiającego o wydzielenie z pakietu nr 3 i stworzenie oddzielnego dotyczącego poz.nr 8 oraz poz. 9?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu 3 poz. 8 i 9 i stworzenia w tym zakresie odrębnego pakietu. Treść SWZ i załączników w w/w zakresie pozostaje bez zmian.

**Pytanie 37 dotyczy - stolik zabiegowy- pakiet 4 ( poz. 9)****Pytanie 37**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego nierdzewny szkielet wykonany w gatunku 1.4301 (304), niemalowany? Oferowane rozwiązanie jest równoważne do wymaganego w SWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ i załączników w w/w zakresie pozostaje bez zmian.

**Pytanie 38 dotyczy - wózek anestezyjologiczny- pakiet 4 ( poz. 13)****Pytanie 38**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kosza kolanowego o pojemności 8 l?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ i załączników w w/w zakresie pozostaje bez zmian.

**Pytania od 39 do 45 dotycząca pakietu 6**



**Pytanie 39**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie panela o wysokości 205 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ i załączników w w/w zakresie pozostaje bez zmian.

**Pytanie 40**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, do jakiej instalacji przyzywowej ma być dostosowany manipulator (typ, producent, model, funkcje). Pragniemy zauważyć, że manipulator z reguły jest dostarczany przez dostawcę instalacji przyzywowej i montowany jest w miejsce otworu pod moduł przyzywowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ i załączników w w/w zakresie pozostaje bez zmian.

**Pytanie 41**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie paneli z deklami bocznymi, bez otworów wentylacyjnych. Wnętrze panela powinno być skutecznie odizolowane od otoczenia, co za tym idzie wszelkie otwory wentylacyjne nie powinny być w nich umieszczane.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ i załączników w w/w zakresie pozostaje bez zmian.

**Pytanie 42**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że przygotowanie miejsca do montażu paneli oraz doprowadzenie niezbędnych mediów leży po stronie Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, iż dysponuje miejscem przygotowanym do montażu paneli oraz ma doprowadzone niezbędne media.

**Pytanie 43**

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu przeszkolenia pracowników w zakresie paneli z pakietu 6. Oferowane panele są bardzo proste w obsłudze, wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z ich obsługą w oparciu o wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją obsługi (w jęz. polskim, dostarczanej wraz z dostawą), zawierającą wszystkie niezbędne informacje potrzebne Użytkownikom, czy personelowi technicznemu. Konieczność realizacji powyższego wymogu dla oferowanych paneli przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ i załączników w w/w zakresie pozostaje bez zmian.

**Pytanie 44**

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dostarczenia sprzętu zamiennego na okres naprawy w zakresie paneli medycznych z pakietu 6. Sprzęt ten bowiem jest aparaturą

produkowaną na zamówienie, instalowaną w miejscu docelowym, nie jest możliwym dostarczenie urządzenia zamiennego na czas realizacji napraw gwarancyjnych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ i załączników w w/w zakresie pozostaje bez zmian.

**Pytanie 45**

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych nie mniej niż 1 w roku w zakresie paneli medycznych z pakietu 6, z uwagi na fakt, iż producent nie przewiduje dla owego wyrobu wykonywania przeglądów gwarancyjnych z taką częstotliwością. Prosimy o zgodę na przeprowadzenie przeglądu gwarancyjnego na wniosek Zamawiającego przed zakończeniem zaoferowanego okresu gwarancji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ i załączników w w/w zakresie pozostaje bez zmian.

**Pytania 46 dotyczy wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ ( § 7 ust. 1 pkt. a)**

**Pytanie 46**

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej w razie nieterminowej realizacji przedmiotu zamówienia do wysokości 0,2 % całkowitej kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie wskazanym w § 2 ust. 6.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść wzoru umowy stanowiącego zał. Nr 7 do SWZ w w/w zakresie pozostaje bez zmian.

**Pytanie 47 dotyczy wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ ( § 7 ust. 1 pkt. c)**

**Pytanie 47**

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej w razie nieterminowego wykonywania obowiązków wynikających z rękojmi lub z udzielonej gwarancji, do wysokości 0,1% całkowitej kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po wyznaczonym terminie, aż do dnia wymiany wadliwego sprzętu na zgodny z zamówieniem.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść wzoru umowy stanowiącego zał. Nr 7 do SWZ w w/w zakresie pozostaje bez zmian.

**Pytanie 48 dotyczy wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ ( § 7 ust. 1)**

**Pytanie 48**

§7 ust. 1 umowy - Z uwagi na okoliczność, że dostawa obejmuje więcej niż jeden sprzęt, wszelkie kary umowne powinny być naliczane od wartości konkretnego sprzętu, którego

dotyczy naruszenie umowy a nie całego dostarczonego sprzętu. Czy wszystkie wartości kar umownych będą naliczane od wartość brutto sprzętu, którego dotyczy podstawa naliczenia kar umownych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść wzoru umowy stanowiącego zał. Nr 7 do SWZ w w/w zakresie pozostaje bez zmian.

**Pytanie 49 dotyczy Załącznika nr 2E do SWZ (Pakiet 5)**

**Pytanie 49**

Czy Zamawiający omyłkowo w pakiecie 5 - (2) WIEŻA LAPAROSKOPOWA i 5) ARTROSKOP - punkt 7. oraz 4) WIERTARKA + PIŁA ORTOPEDYCZNA (KOMPLET) i 7) URZĄDZENIE DO SEPARACJI KOMÓREK, OSOCZA BOGATOPŁYTKOWEGO - punkt 6. oraz 6) SHAVER ARTROSKOPOWY - punkt 15. - wpisał błędną informację o sprzęcie: „modelu aparatu do znieczulania i monitora” – czy zamawiający miał na myśli części do pakietu 5?

**Odpowiedź:**

Zamawiający omyłkowo wpisał „aparat do znieczulenia i monitor,.. Aparat do znieczulenia i monitor nie stanowią elementów sprzętów objętych tym pakietem. W związku z zaistniałą omyłką Zamawiający dokona zmiany OPZ.

**Pytanie 50 dotyczy Załącznika nr 2E do SWZ (Pakiet 5)**

**Pytanie 50**

Czy Zamawiający dopuści do oceny pakiecie 5 - 3) NARZĄDZIA ARTROSKOPOWE punkt 5.6: Dostępność oferowanego modelu lub jego zamiennika przez min. 10 lat od daty odbioru

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie 5 pkt 3) NARZĄDZIA ARTROSKOPOWE punkt 5.6: Dostępność oferowanego modelu lub jego zamiennika przez min. 10 lat od daty odbioru.

**Pytanie 51 dotyczy Załącznika nr 2E do SWZ (Pakiet 5)**

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie 5 - 4) WIERTARKA + PIŁA ORTOPEDYCZNA (KOMPLET) - 1 KOMPLET - **NASADKA DO DRUTÓW KIRSCHNERA pozycja 1.** produkt o następujących parametrach: O średnicy w zakresie 0,6 – 3,2 mm

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie 5 pkt 4) WIERTARKA + PIŁA ORTOPEDYCZNA (KOMPLET) - 1 KOMPLET - **NASADKA DO DRUTÓW KIRSCHNERA pozycja 1.** produkt o następujących parametrach: O średnicy w zakresie 0,6 – 3,2 mm

**Pytania 52 dotyczy wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ ( § 5 ust. 3)**

**Pytania 52**

Zawracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dot. przedłożenia instrukcji stanowiskowej BHP w zamian za przedłożenie dokumentacji zawierającej rekomendacje/instrukcje określające sposób użytkowania sprzętu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obowiązek sporządzenia stanowiskowej instrukcji BHP

spoczywa na Zamawiającym tj. na osobie odpowiadającej za organizację pracy i bezpieczeństwo pracowników w jednostce.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie odstępuje od wymogu określonego w § 5 ust. 3 umowy, pozostawiając zapisy załącznika nr 7 do SWZ bez zmian.

**Pytania 53 dotyczy wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ ( § 5 ust. 6)**

**Pytania 53**

Czy Zamawiający uzna wymóg przekazania licencji za spełniony, jeżeli dostarczony sprzęt będzie miał wgrane wymagane oprogramowanie, a Zamawiający otrzyma do niego wszelkie niezbędne hasła?

**Odpowiedź:**

Zamawiający w § 5 ust. 6 umowy wprowadziła postanowienie z którego wynika, że „Wraz ze zgłoszeniem przez Wykonawcę Gotowości do Odbioru Wykonawca przekazuje Zamawiającemu komplet wymaganych dokumentów **w szczególności** licencji, paszportów technicznych, kart gwarancyjnych i instrukcji obsługi. Wszystkie dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski”

Posłużenie się przez Zamawiającego pojęciem „w szczególności” oznacza, że w odniesieniu do danego urządzenia/sprzętu wymagana jest dostarczenia tych dokumentów, których w ramach danej kategorii sprzętu Zamawiający może żądać i zobowiązany jest posiadać.

**Zamawiający informuje, że w oparciu o postanowienia art. 135 ust 6 ustawy pzp, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**

Marcin Ogórek – Dyrektor  
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "ALL-MED"  
Centrum Medyczne Specjalistyczne Gabinety Lekarskie Marcin Ogórek  
(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)