



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 30.03.2021 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 4/2021

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 9

1. Pakiet nr 25 poz. 2 :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny dren o długości 200cm ? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

2. Pakiet nr 25 poz. 3 :

Czy Zamawiający wymaga masek o następujących parametrach :

- rozmiar maski dla dorosłych
- materiał delikatny medyczny PCV,
- taśma do zamocowania maski na twarzy ,
- zawory boczne (zastawki) po obu stronach na masce
- łącznik obrotowy (z portem bocznym tlenowym) łączący rezerwuar tlenu z maską twarzą,
- rezerwuar tlenu,
- zastawka jednokierunkowa na wylocie rezerwuaru do maski,
- dren tlenowy antyzagięciowy (o przekroju gwiazdki) o dł. 200 cm ze złączem uniwersalnym po obu stronach,
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów – potwierdzenie producenta
- nie zawiera BPA (bisfenolu A) – potwierdzenie producenta
- opakowanie indywidualne - folia

Odp.: Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

3. Pakiet nr 25 poz. 6 :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny łącznik o długości 5-15 cm rozciągliwy ? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

KOMENDANT

płk mgr inż. Krzysztof Pietraszko

M.J. 91/ 810 59 82