

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
podinsp. Andrzej BORYCKI

Zatwierdzam

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprawdzenie i kalibracja oraz wzorcowanie pipet i dozowników – 63 szt. w tym:

- pipety automatyczne Eppendorf Research – 11 szt.
- pipety automatyczne Reference 2 – 43 szt.
- pipety automatyczne Finnpipette Labsystems – 3 szt.
- pipety elektroniczne Eppendorf Xplorer – 4 szt.
- dozowniki elektroniczne Eppendorf Mulipette E3 – 2 szt.

RAZEM: 63 szt.

Przeгляд i kalibracja powinna obejmować czyszczenie pipet, ocenę uszkodzeń, konserwację – smarowanie tłoka i uszczelki oraz kalibrację (z protokołem sprawdzenia). W przypadku niespełniania przez pipetę wymagań i norm producenta regulacja, bądź naprawa pipety (po uprzednim uzgodnieniu z zamawiającym).

Sprawozdanie z wykonania usługi powinno zawierać m. in. wyniki zarówno sprawdzenia jak i wzorcowania.

Laboratorium wzorcujące powinno być akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji.

Wzorcowania muszą być wykonane wyłącznie przez laboratorium wzorcujące posiadające akredytację PCA wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 w zakresie obejmującym planowane wzorcowanie lub przez Główny Urząd Miar.

STARSZY TECHNIK
Zespołu I
Wydziału Zaopatrzenia KSP
Martyna PLEBAŃSKA

SPECJALISTA
Zespołu I
Wydziału Zaopatrzenia KSP
Marek LEWIŃSKI