



DZP/561/WSP/2024

Tychy, 16.12.2024r.

**Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu.**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych, materiałów medycznych i akcesoriów stosowanych w innych zabiegach chirurgii oka oraz dzierżawa aparatu do usuwania zaćmy metodą ultradźwiękową i witrektomii przedniej (nr postępowania: 28/24/ZP/PN).

MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwana dalej Zamawiającym, zamieszcza sprostowanie do odpowiedzi na zapytanie nr 72, 73, 74 z dnia 13 grudnia 2024r (DZP/559/WSP/24) skierowane przez Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 72 dotyczy pakietu nr 17 poz. 1

Czy Szanowny Zamawiający wymaga wiskoelastyku dyspersyjnego o stężeniu 3% kwas hialuronowy , fermentacja bakteryjna , pH 6,8-7,6, osmolarność 300-350- mOsm/kg , masa cząsteczkowa wynosząca 750000Da , lepkość 30000mPas , temp przechowywania 2-25 st. ampułkostrzykawka o poj. 1,1 ml Kaniula 25G, ph 6,8-7,2; ; brak zawartości endotoksyn potwierdzona badaniami klinicznymi nie starszymi niż 6 miesięcy oraz indeksie pseudoplastyczności wynoszącym 7.

Odpowiedź:

Było: Zamawiający nie dopuszcza.

Jest: Jeżeli lepkość wymienionego w specyfikacji preparatu wynosi min. 300 000 mPAS, a nie jak w pytaniu 30 000 mPAS, Zamawiający wymaga wiskoelastyku o podanych parametrach.

Pytanie nr 73 dotyczy pakietu nr 19 poz. 1

Czy Szanowny Zamawiający wymaga wiskoelastyku całkowicie pozbawionego endotoksyn potwierdzone badaniami klinicznymi nie starszymi niż 6 miesięcy; indeksie pseudoplastyczności wynoszącym 140; pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Było: Zamawiający nie dopuszcza.

Jest: Zamawiający wymaga wiskoelastyku całkowicie pozbawionego endotoksyn o najwyższych parametrach czystości produktu, popartych badaniami klinicznymi.

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 139 166 100,00 zł



Pytanie nr 74 dotyczy pakietu nr 19 poz. 2

Czy Szanowny Zamawiający wymaga wiskoelastyku całkowicie pozbawionego endotoksyn potwierdzone badaniami klinicznymi nie starszymi niż 6 miesięcy ; indeksie pseudoplastyczności wynoszącym 190; pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Było: Zamawiający nie dopuszcza.

Jest: Zamawiający wymaga wiskoelastyku całkowicie pozbawionego endotoksyn o najwyższych parametrach czystości produktu, popartych badaniami klinicznymi.

Powyższe wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SWZ są jej integralną częścią. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania i składania ofert, w tym załączników, druków i wymaganych dokumentów.

W celu zagwarantowania dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający w oparciu o przepis art. 137 ust. 6 ustawy Pzp **przedłuża:**

a) termin składania ofert do dnia 27.12.2024r do godz. 08:00

b) termin otwarcia ofert do dnia 27.12.2024r. do godz. 08:05

*Kierownik Działu Zamówień Publicznych
równocześnie pełniąca obowiązki Kierownika
Działu Organizacyjno-Prawnego*
Karolina Filipowska