



Zapytania i wyjaśnienia do SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje zapytania do SWZ wraz z wyjaśnieniami.

Zapytania do część V:

- 1) Pozycja 2: Według naszej najlepszej wiedzy wzorec ph 4 (w 25⁰C) producent Hamilton SC Cental nie jest certyfikowany ISO/IEC 17025, czy zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie takiego wzorca bez odniesienia do ISO/IEC 17025 lub na zaferowanie wzorca ph 4 (w 20⁰C) certyfikowanego ISO/IEC 17025?
- 2) Pozycja 3: Według naszej najlepszej wiedzy wzorec ph 7 (w 25⁰C) producent Hamilton SC Cental nie jest certyfikowany ISO/IEC 17025, czy zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie takiego wzorca bez odniesienia do ISO/IEC 17025 lub na zaferowanie wzorca ph 7 (w 20⁰C) certyfikowanego ISO/IEC 17025?
- 3) Pozycja 4: Według naszej najlepszej wiedzy wzorec ph 10 (w 25⁰C) producent Hamilton SC Cental nie jest certyfikowany ISO/IEC 17025, czy zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie takiego wzorca bez odniesienia do ISO/IEC 17025 lub na zaferowanie wzorca ph 10 (w 20⁰C) certyfikowanego ISO/IEC 17025?
- 4) Pozycja 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wzorca z krótszą datą ważności niż 4 lata?
- 5) Pozycja 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wzorca z krótszą datą ważności niż 4 lata?
- 6) Pozycja 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wzorca z krótszą datą ważności niż 4 lata?
- 7) Pozycja 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wzorca z krótszą datą ważności niż 3 lata?
- 8) Pozycja 12: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wzorca z krótszą datą ważności niż 4 lata?
- 9) Pozycja 16: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wzorca z krótszą datą ważności niż 2 lata?
- 10) Pozycja 17: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wzorca z krótszą datą ważności niż 2 lata?
- 11) Pozycja 18: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wzorca z krótszą datą ważności niż 4 lata?
- 12) Pozycja 20: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wzorca z krótszą datą ważności niż 2 lata?



- 13) Pozycja 21: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wzorca z krótszą datą ważności niż 2 lata?
- 14) Pozycja 22: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wzorca z krótszą datą ważności niż 4 lata?
- 15) Pozycja 23: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wzorca z krótszą datą ważności niż 4 lata?
- 16) Pozycja 25: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wzorca z krótszą datą ważności niż 4 lata?
- 17) Pozycja 27: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wzorca z krótszą datą ważności niż 4 lata?
- 18) Pozycja 28: W wymaganiach nie jest wyszczególniona pojemność opakowania wzorca, czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wzorca o pojemności 100mg, z datą ważności krótszą niż 4 lata?
- 19) Pozycja 30: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wzorca z krótszą datą ważności niż 3 lata?
- 20) Pozycja 33: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wzorca z krótszą datą ważności niż 2 lata?
- 21) Pozycja 34: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wzorca z krótszą datą ważności niż 3 lata?
- 22) Pozycja 35: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wzorca o pojemności 5g, który nie jest certyfikowany ISO/IEC 17025 lub wzorca certyfikowanego ISO/IEC 17025 o pojemności 5ml?
- 23) Pozycja 36: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wzorca z krótszą datą ważności niż 3 lata?
- 24) Pozycja 38: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wzorca z krótszą datą ważności niż 3 lata?
- 25) Pozycja 40: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wzorca z krótszą datą ważności niż 2 lata?
- 26) Pozycja 41: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wzorca z krótszą datą ważności niż 2 lata?
- 27) Pozycja 42: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wzorca z krótszą datą ważności niż 5 lat?
- 28) Pozycja 46: Według naszych najnowszych danych, Direct Blue 6 nie jest certyfikowany ISO/IEC 17025, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Direct Blue 6 bez odniesienia do ISO/IEC 17025?
- 29) Pozycja 47: Według naszych najnowszych danych, Direct Blue 15 nie jest certyfikowany ISO/IEC 17025, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Direct Blue 15 bez odniesienia do ISO/IEC 17025?
- 30) Pozycja 48: Według naszych najnowszych danych, Direct Brown 95 nie jest certyfikowany ISO/IEC 17025, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Direct Brown 95 bez odniesienia do ISO/IEC 17025?
- 31) Pozycja 49: Według naszych najnowszych danych, Direct Blue 218 nie jest certyfikowany ISO/IEC 17025, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Direct Blue 218 bez odniesienia do ISO/IEC 17025?




- 32) Pozycja 53: Według naszych najnowszych danych, Disperse Blue 1 nie jest certyfikowany ISO/IEC 17025, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Disperse Blue 1 bez odniesienia do ISO/IEC 17025?
- 33) Pozycja 54: W wymaganiach nie jest wyszczególniona pojemność opakowania, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie opakowania o pojemności 1ml?
- 34) Pozycja 58: Według naszych najnowszych danych, ERM-EC680K nie jest dostępny, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie produktu o numerze katalogowym ERM-EC680M?
- 35) Pozycja 59: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wzorca z krótszą datą ważności niż 4 lata?

Odpowiedzi:

1. Poz. 2, 3, 4 – wartość buforów pH musi być potwierdzona przez podmiot posiadający akredytację wg ISO/IEC 17025 w zakresie pomiarów pH
2. Poz. 5,6,7,9,12,16,17,18,20,21,22,23,25,27,28,30,33,34,36,38,40,41,42, 59 – Zamawiający dopuszcza wzorzec o krótszym terminie ważności o ile ograniczona dostępność będzie potwierdzona przez producenta/dystrybutora
3. Poz. 28 – Zamawiający wyraża zgodę na dostawę wzorca w opakowaniu 100 mg
4. Poz. 35 – Zamawiający wyraża zgodę na wzorzec certyfikowany ISO/IEC 17025 o pojemności 5ml poz.46,47,48,49,53 - Zamawiający wyraża zgodę na wzorzec bez odniesienia do ISO/IEC 17025
5. Poz. 54 – Zamawiający wyraża zgodę na dostawę wzorca w opakowaniu 1 ml
6. Poz. 58 – Zamawiający wyraża zgodę na dostawę wzorca o numerze kat. ERM-EC680M

ZAMAWIAJĄCY

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-
INSTYTUT WŁÓKIENICTWA
ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Finansowych i Inwestycji

dr Jakub Pietkiewicz

AP