

Olsztyn, dnia 03.01.2019r.

L.dz.⁷...../2019/DZP

*Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu*

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2

Dotyczy: postępowania nr 484/2018/PN/DZP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Dostawa aparatury do Laboratorium Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności w ramach projektu „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Pytanie nr 1 - dotyczy części nr 4 spektrofotometr

Czy Zamawiający dopuszcza zaproponowanie urządzenia z 12 miesięcznym okresem gwarancji producenta?

Odpowiedź

Tak. W związku z dokonaną zmianą Zamawiający dokona stosowej zmiany opisu kryteriów, którymi będzie się kierował przy wyborze oferty oraz ogłoszenia o zamówieniu.

Pytanie nr 2- dotyczy części nr 4 spektrofotometr

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz ze spektrofotometrem zestawu komputerowego do sterowania aparatem?

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr 3 - dotyczy części nr 6 czytnik mikroplętek

Czy Zamawiający w części nr 6 (czytnik mikroplętek) dopuści urządzenie wyposażone w chłodzony fotopowielacz do -5°C dla zwiększenia czułości fluorescencji i luminescencji?

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr 4 - dotyczy części nr 6 czytnik mikroplętek

Czy Zamawiający w części nr 6 (czytnik mikroplętek) dopuści urządzenie o zakresie dynamicznym pomiarów dla odczytów fluorescencji 10^6 i luminescencji 10^7 ?

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr 5 - dotyczy części nr 3 mikropektrofotometr

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o dokładności pochłanianej absorpcji 3% przy długości fali 350 nm?

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy w części nr 3 oraz części 6 do 28 dni. Prośbę motywujemy tym, iż następuje konieczność sprowadzenia sprzętu z zagranicy na indywidualne zamówienie.

Odpowiedź

Tak. Zamawiający w części nr 3 i nr 6 zmienia termin dostawy – 28 dni od dnia zawarcia umowy. W związku z dokonaną zmianą Zamawiający dokona stosowej zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Z poważaniem

KANCELARIA

dr inż. Aleksander Socha

Sporządzili:

Sporządzili:

dr hab. inż. Marek Adamczak, prof. UWM ,

mgr Barbara Drozd