



Wrocław, 25.05.2022r.

**4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów okulistycznych dla Klinicznego Oddziału Okulistyki, znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.25.2022

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 135 ust.2 oraz 137 ust.1 ustawy z dnia 11września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r.poz.1129 ze zm.) dalej Pzp informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

Pytanie nr 18: Dotyczy zadania nr 3 pozycji 1: Czy zamawiający dopuści również wiskoelastyk o poniższych parametrach:

Stężenie 14 mg/ml (1.4%) hialuronianu sodu

Pochodzenie biofermentacja bakterii

Masa cząsteczkowa 2.8-3.2 mln Da (mln Daltonów)

Lepkość 400 000mPa-s (przy zerowej szybkości ścinania)

Osmolarność 270-400 mOs/kg

pH 6.8 do 7.6

Temperatura przechowywania 2°-25°C

Objętość ampułko-strzykawki 1,0ml, kaniula 27G

Odpowiedź na pytanie nr 18: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 19: Dotyczy zadania nr 3 pozycji 2: Czy zamawiający dopuści również lepkość 80 000 mPas oraz masę cząsteczkową 1.2-2 mln Da?

Odpowiedź na pytanie nr 19: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 20: Dotyczy zadania nr 3 pozycji 3:

Czy zamawiający dopuści również preparat wiskoelastyczny 1,4% o masie cząsteczkowej 1.1-2.0 mln Da, lepkości 60 000 mPas oraz pH 6.8-7.4?

Czy zamawiający dopuści również preparat wiskoelastyczny 1,6% o masie cząsteczkowej 1.1-2.0 mln Da, lepkości 80 000 mPas oraz pH 6.8-7.4?

Czy zamawiający dopuści również preparat wiskoelastyczny 1,8% o masie cząsteczkowej 1.1-2.0 mln Da, lepkości 130 000 mPas oraz pH 6.8-7.4?

Odpowiedź na pytanie nr 20: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 21: Dotyczy zadania nr 3 pozycji 4: Czy zamawiający dopuści również metylocelulozę o pojemności 2 ml?

Odpowiedź na pytanie nr 21: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry określone w SWZ bez zmian.

Pytanie nr 22: Dotyczy zadania nr 3 pozycji 5: Czy zamawiający dopuści również barwnik o poniższych parametrach: Roztwór błękitu trypanu o stężeniu 0,15% oraz brillant blue G o stężeniu 0,025%, polietylenoglikol o stężeniu 4% rozcieńczonych w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego stosowany do barwienia i wizualizacji błon epiretinalnych i błony granicznej wewnętrznej, pakowany w szklane ampułko-strzykawki o pojemności 0,5ml, pH 6.8-8.0, sterylne. Opakowanie 1 sztuka?

Odpowiedź na pytanie nr 22: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 23: Dotyczy zadania nr 3 pozycji 6: Czy zamawiający dopuści również dekalinę o poniższych parametrach: Objętość fiołki 5 ml, gęstość 1,91g/cm³, wskaźnik refrakcji (20 st. C) - 1,31 lepkość (37°C) Nlt 2.66 cSt?

Odpowiedź na pytanie nr 23: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 24: Dotyczy zadania nr 3 pozycji 7: Czy zamawiający dopuści również barwnik o poniższych parametrach: Roztwór mikronizowany Tramcinolone Acetonide 4,0g/100ml , fiołka 2 ml. Zawiesina acetonidu tramcinolonu w roztworze soli fizjologicznej o pH 7,2, do wybarwienia ciała szklanego podczas witrektomii i usuwania błony nasiatkówkowej membrany wykorzystywana podczas chirurgii witreoretinalnej. Sterylna, gotowa do użycia, bez konserwantów. Pakowana pojedynczo?

Odpowiedź na pytanie nr 24: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 25: Dotyczy zadania nr 3 pozycji 8: Czy zamawiający dopuści również olej o poniższych parametrach:

Lepkość: 1000mPas

Indeks refrakcji: 1,4013 do 1,4053

Gęstość względna: 0,972g/cm w 25°C

Pakowanie: 10ml, fiołka lub strzykawka

Odpowiedź na pytanie nr 25: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 26: Dotyczy zadania nr 3 pozycji 9: Czy zamawiający dopuści również olej o poniższych parametrach:

Lepkość: 5000mPas

Indeks refrakcji: 1,40

Gęstość względna: 0,972g/cm w 25°C

Pakowanie: 10ml, fiołka

Odpowiedź na pytanie nr 26: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 27: Dotyczy zadania nr 3 pozycji 11: Czy zamawiający dopuści błękit pakowany po 10 sztuk?

Odpowiedź na pytanie nr 27: Zgodnie z SWZ.

*Z upoważnienia Komendanta
4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką
SP ZOZ we Wrocławiu
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych - Piotr Strąk*