

DZP-417.2024.WO

Szczecin, dnia 27.11.2024 r.

ODPOWIEDZI NA WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ
ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym, pn.: „Dostawa aparatury laboratoryjnej dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”, sygn. DZP-240/47/TP2/2024.

Zamawiający – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działając na podstawie **art. 284 ust. 2 i 6** ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, udostępniła treść zapytań o wyjaśnienie SWZ wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1

(dotyczy części 1)

Pod punktem III Komora PCR zamieszczono informację dotyczące szyby frontowej które się wykluczają z opisem komory: pkt 10 przesłona przednia zamykająca przestrzeń roboczą dzielona uchylna wyklucza się z podpunktem 20 przesuwalna elektrycznie góra-dół ponieważ przesłone podnosi się ręcznie. Bardzo więc proszę o wykreślenie rozdziału "szyba frontowa" dotyczącego komory PCR ponieważ prawdopodobnie omyłkowo został skopiowany z komór II klasy które są opisane w punkcie I i II części 1.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie **art. 286 ust. 1** ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie załącznika nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla części 1, w ten sposób, że wykreśla się dotychczasowy wiersz 20 o treści „~~Przesuwana elektrycznie góra-dół (nieuchylana)~~”.

W konsekwencji powyższej zmiany Zamawiający aktualizuje numerację wierszy w tabeli, w ten sposób, że dotychczasowy wiersz nr 21 otrzymuje nr 20, itd.

Pytanie nr 2

(dotyczy części 2)

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie wirówki bez portu USB?

Odpowiedź:

Zamawiający **nie wyraża zgody**.

Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w port USB, umożliwiającą aktualizację oprogramowania, zgodnie z wierszem nr 25 w tabeli - w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 3

(dotyczy części 2)

Czy Zamawiający akceptuje wirówkę o maksymalnej sile odśrodkowej wynoszącej 11 420 \times g?

Odpowiedź:

Zamawiający **nie wyraża zgody.**

Zamawiający wymaga maksymalnej siły odśrodkowej wynoszącej co najmniej 21.194 \times g, zgodnie z wierszem nr 3 w tabeli - w opisie przedmiotu zamówienia .

Pytanie nr 4

(dotyczy części 2)

Czy Zamawiający dopuszcza funkcję liczenia czasu od momentu wciśnięcia przycisku Start, zamiast funkcji uruchamiania zegara po osiągnięciu ustawionej prędkości?

Odpowiedź:

Zamawiający **nie wyraża zgody.**

Zamawiający wymaga, aby wirówka posiadała funkcję uruchamiania zegara po osiągnięciu ustawionej prędkości zgodnie z wierszem nr 8 w tabeli - w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 5

(dotyczy części 2)

Czy dopuszczalne jest oferowanie wirówki o maksymalnej pojemności 4 \times 750 mL?

Odpowiedź:

Zamawiający **nie wyraża zgody.**

Zamawiający wymaga maksymalnej pojemności 4 \times 1000 ml, co jednoznacznie zostało określone w wierszu nr 10 w tabeli - w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 6

(dotyczy części 2)

Czy Zamawiający akceptuje wirówkę z dolnym zakresem temperatury wynoszącym -10°C?

Odpowiedź:

Zamawiający **nie wyraża zgody.**

Zamawiający wymaga zakresu temperatur co najmniej od -11°C do 40°C, co jednoznacznie zostało określone w wierszu nr 13 w tabeli - w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 7

(dotyczy części 2)

Czy dopuszczalne jest oferowanie urządzenia o wymiarach 60,5 \times 63,5 \times 39 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający **nie wyraża zgody.**

Zamawiający wymaga wymiarów zewnętrznych wynoszących 74 \times 71 \times 40 cm z tolerancją +/- 5%, co jednoznacznie zostało określone w wierszu nr 17 w tabeli - w opisie przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie **art. 286 ust. 1** ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie załącznika nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla części 2 w ten sposób, że w wierszu nr 17 po liczbie „40” dodaje się jednostkę miary „cm”.

Pytanie nr 8

(dotyczy części 2)

Czy Zamawiający dopuszcza wirówkę z liczbą programów wirowania wynoszącą 50 zamiast 99?

Odpowiedź:

Zamawiający **nie wyraża zgody**.

Zamawiający wymaga możliwości zapamiętania co najmniej 99 programów wirowania, co jednoznacznie zostało określone w wierszu nr 19 w tabeli - w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 9

(dotyczy części 2)

Czy dopuszczalne jest oferowanie wirówki bez funkcji co najmniej 4 programów automatycznego wyłączenia?

Odpowiedź:

Zamawiający **nie wyraża zgody**.

Zamawiający wymaga posiadania przez urządzenie co najmniej 4 programów automatycznego wyłączenia, co jednoznacznie zostało określone w wierszu nr 23 w tabeli - w opisie przedmiotu zamówienia.

Sporządziła: Wioletta Orzechowska