

Konin, dnia 15.01.2024 r.

**WSZ-EP-41/93/23/2024**

**Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/  
strona internetowa prowadzonego postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: **Dostawa odczynników, dzierżawa sprzętu oraz serwis sprzętu i systemu informatycznego dla Pracowni Serologii Transfuzjologicznej.** - numer referencyjny postępowania: **WSZ-EP-41/2023.**

Zamawiający informuje, iż do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

1. Czy w poz. 4, 6 i 7 pkt I opisu przedmiotu zamówienia (zał. nr 3 do SWZ) oraz odpowiednio w poz. 4, 6 i 7 formularza asortymentowo-cenowego (zał. nr 2 do SWZ), ze względu na fakt bardzo dużej ilości wyspecyfikowanych badań, Zamawiający dopuści zaoferowanie opakowań asortymentu w ilości 1344 sztuk (kart) co ułatwi walidacje odczynników poprzez dostarczanie mniejszej ilości serii zamawianych odczynników?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

2. Prosimy o potwierdzenie, że szkolenia o których mowa w poz. 2, IV pkt III opisu przedmiotu zamówienia (zał. nr 3 do SWZ): „Zapewnienie przez Wykonawcę, na jego koszt, profesjonalnych szkoleń dla 1 osoby z personelu poza laboratorium, wskazanej przez Zamawiającego, lub udziału tej osoby w konferencjach związanych z diagnostyką laboratoryjną- w dziedzinie immunologii transfuzjologicznej i krwiolecznictwa, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Zamawiającego.”, będą odbywały się nie częściej niż 1 raz w roku obowiązywania umowy?

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu Zamówienia, tabela nr III. Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo - technicznych dotyczących dzierżawionej aparatury- automatycznego analizatora transfuzjologicznego, wirówki laboratoryjnej oraz urządzenia chłodniczego (wskazanych w Tabeli nr 3 Formularza asortymentowo-cenowego), pkt IV SZKOLENIA ppkt. 2. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 3 do SWZ zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie chłodnicze – lodówkę, o której mowa w poz. III pkt III opisu przedmiotu zamówienia (zał. nr 3 do SWZ) zawierającą 4 półki druciane i spełniającą wszystkie pozostałe wymagania?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu Zamówienia, tabela nr III. Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo - technicznych dotyczących dzierżawionej aparatury- automatycznego analizatora transfuzjologicznego, wirówki laboratoryjnej oraz urządzenia chłodniczego (wskazanych w Tabeli nr 3 Formularza asortymentowo-cenowego), w pkt III URZĄDZENIE CHŁODNICZE, ppkt. 1. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 3 do SWZ zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

4. Dotyczy pkt V opisu przedmiotu zamówienia (zał. nr 3 do SWZ) - Wymagania dotyczące serwisowania posiadanego przez Zamawiającego systemu informatycznego Delphyn - do zlecenia badań, zarządzania pracownią serologii transfuzjologicznej i bankiem krwi - dwustronna komunikacja ze sprzętem do wykonywania badań.

Prosimy o potwierdzenie, że z uwagi na architekturę posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Delphyn, Zamawiający dopuści pracę na komputerach z Windows 7 Pro, tj. z wymaganym przez producenta oprogramowania, środowiskiem w postaci wskazanego systemu operacyjnego?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem, że Wykonawca zapewni wsparcie techniczne dla systemu operacyjnego Windows 7 Pro pracującego na dwóch komputerach z zainstalowanym oprogramowaniem Delphyn.**

**W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu Zamówienia, tabela nr V. Wymagania dotyczące serwisowania posiadanego przez Zamawiającego systemu informatycznego Delphyn - do zlecenia badań, zarządzania pracownią serologii transfuzjologicznej i bankiem krwi - dwustronna komunikacja ze sprzętem do wykonywania badań, w pkt. 4.**

**Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 3 do SWZ zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

5. Dotyczy pkt V opisu przedmiotu zamówienia (zał. nr 3 do SWZ) - Wymagania dotyczące serwisowania posiadanego przez Zamawiającego systemu informatycznego Delphyn - do zlecenia badań, zarządzania pracownią serologii transfuzjologicznej i bankiem krwi - dwustronna komunikacja ze sprzętem do wykonywania badań.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje integracji w zakresie zlecenie – wynik z użyciem komunikacji z użyciem plików tekstowych?

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje integracji w zakresie zlecenie – wynik z użyciem komunikacji z użyciem plików tekstowych.**

**W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu Zamówienia, tabela nr V. Wymagania dotyczące serwisowania posiadanego przez Zamawiającego systemu informatycznego Delphyn - do zlecenia badań, zarządzania pracownią serologii transfuzjologicznej i bankiem krwi - dwustronna komunikacja ze sprzętem do wykonywania badań, w pkt. 6.**

**Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 3 do SWZ zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

6. Dotyczy pkt V opisu przedmiotu zamówienia (zał. nr 3 do SWZ) - Wymagania dotyczące serwisowania posiadanego przez Zamawiającego systemu informatycznego Delphyn - do zlecenia badań, zarządzania pracownią serologii transfuzjologicznej i bankiem krwi - dwustronna komunikacja ze sprzętem do wykonywania badań.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia pytanie nr 6 bez odpowiedzi, ponieważ jego treść nie zawiera pytania.**

7. Prosimy o potwierdzenie, że ramach aktualizacji Oprogramowania Delphyn, Zamawiający wymaga wykonania weryfikacji poprawności:

- drukowania wyników badań, drukowania kwitów rozchodu składników krwi / raportów transfuzji na oddziały szpitalne
- tworzenia i wydruku książek serologicznych, książki przychodów i rozchodów banku krwi, dokumentów pracowni serologii transfuzjologicznej i banku krwi
- statystycznych zestawień badań
- statystycznych zestawień przyjęć do banku krwi składników krwi oraz wydań do oddziałów szpitalnych wg. rodzaju składników, zleceniodawców, oddziałów, biorców krwi,
- tworzenia i archiwizację historii transfuzjologicznej pacjenta,
- śledzenia losów krwi

zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym z rozporządzeniami MZ?

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu Zamówienia, tabela nr V. Wymagania dotyczące serwisowania posiadanego przez Zamawiającego systemu informatycznego Delphyn - do zlecenia badań, zarządzania pracownią serologii transfuzjologicznej i bankiem krwi - dwustronna komunikacja ze sprzętem do wykonywania badań, w pkt. 2.**

**Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 3 do SWZ zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.