

L.dz. 5200.471.2021.ER

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA**  
**O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**  
**ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW**  
**zestaw nr 1**

Dotyczy: postępowania nr 5210.291.2.13.2021.ER prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa aparatury dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed w częściach:

część I: dostawa wytrząsarki kołyskowej;

część II: dostawa termowytrząsarki z wymiennymi blokami grzejnymi

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawców, Zamawiający udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	Część I: Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością ustawienia czasu [pracy w zakresie 1 min- 19h59 min	Zamawiający nie wyraża zgody.
2.	Część II: Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zakresem szybkości mieszania do 1500 rpm?	Zamawiający nie wyraża zgody.
3.	Część II: Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością zastosowania 9 różnych bloków grzejnych?	Zamawiający nie wyraża zgody.
	Część I: Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę z możliwością ustawienia czasu pracy w zakresie 1 s - 160 godz., bez funkcji pracy ciągłej?	Zamawiający nie wyraża zgody.
	Część II: Czy Zamawiający dopuści termowytrząsarkę wyposażoną w blok grzejny na 9 probówek 15 ml?	Zamawiający wyraża zgodę. Tym samym Zamawiający zmienia zapis pkt 2 opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do Ogłoszenia do części II) dotyczący bloku grzejnego na zapis o treści: Termowytrząsarka powinna: (...) być wyposażona w wymienny blok grzejny na 24 probówki o pojemności 2,0 ml, wymienny blok grzejny na 8 <b>lub 9</b> probówek 15 ml, wymienny blok grzejny na 4 probówki 50 ml, oraz wymienny blok grzejny do płytek wielodołkowych i mikrotitracyjnych.
	Część II: Czy Zamawiający dopuści termowytrząsarkę z dokładnością temperatury wynoszącą +/- 0,5 st. C w przedziale od 20 st. C do 45 st. C oraz +/- 2 st. C poniżej 20 st. C i powyżej 45 st. C?	Zamawiający nie wyraża zgody.

W związku z odpowiedziami na pytania Zamawiający zmienia treść **Załącznika nr 2 do Ogłoszenia o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki dla części II.**

Zmieniony załącznik nr 2 dla części II stanowi załącznik do niniejszego pisma.

**Termin składania ofert i otwarcia ofert nie ulega zmianie.**

Z poważaniem  
Przewodniczący Komisji Przetargowej

SAMODZIELNY REFERENT  
ds. zamówień publicznych  
  
Ewa Rola

Załączniki:

1. Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki dla części II po zmianie z dnia 07.07.2021r.