

Data zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 29.05.2023 r.

Wysokie Mazowieckie, 29.05.2023 r.

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy postępowania: **Zakup sprzętu medycznego jednorazowego użytku**
Oznaczenie sprawy: **4/2023**

Zapytanie nr 1. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 39, poz. 1

Czy Zamawiający dopuszcza Kaniule plastikową gwintowaną do trokara o śr. 5mm, przyjmujące narzędzia od 4,47 do 6,8mm?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 2. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 10, poz. 3

Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 10 poz. 3 oczekuje zaoferowania cewnika dwuświatłowego do hemofiltracji - 25cm 13F? W rozszerzeniu opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał: (cewnik z podwójnym światłem rozmiar 13F, długość 24cm, kompatybilny z aparatem Prismaflex), prosimy o sprostowanie czy długość 24 cm jest wypadkową omyłkowego przepisania danych przez Szpital a wymaga się zaoferowania długości 25 cm?

Wyjaśnienie: Wymagany cewnik to 25 cm 13F.

Zapytanie nr 3. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 10, poz. 4

Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 10 poz. 4 oczekuje zaoferowania cewnika Cewnik dwuświatłowodowy do hemofiltracji - 15cm 11,5 Fr? W rozszerzeniu opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał: (cewnik z podwójnym światłem rozmiar 13F długość 15cm, kompatybilny z aparatem Prismaflex), prosimy o sprostowanie czy rozmiar 13 Fr cm jest wypadkową omyłkowego przepisania danych przez Szpital a wymaga się zaoferowania rozmiaru 11,5Fr?

Wyjaśnienie: Wymagany cewnik to 15 cm 11F.

Zapytanie nr 4. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 40, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści i wydzieli z pakietu nr 40 Poz. 3. Trokar laparoskopowy z bezpiecznym ostrzem w kształcie liniowym naostrzonym obustronnie, średnica 5mm, z kaniulą karbowaną, zaworem insuflacyjnym. Wizualny wskaźnik położenia ostrza oraz dźwiękowy sygnał informujący o jego wysunięciu. Ostrze w bezpiecznej osłonie (po uzbrojeniu trokara wysuwa się tylko raz i chowa po ustąpieniu oporu tkanek by następnie zostać zablokowane - minimalizacja ryzyka uszkodzenia narządów wewnętrznych). Produkt sterylny, jednorazowego użytku?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu nr 40 poz. 3.

Zapytanie nr 5. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 40, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści i wydzieli z pakietu nr 40 Poz. 4. Trokar laparoskopowy z bezpiecznym ostrzem w kształcie liniowym naostrzonym obustronnie, średnica 10 lub 12 mm, z kaniulą karbowaną, trójstopniowym zaworem insuflacja/stop/desuflacja (możliwość desulfacji bez odłączania wężyka CO2). Samodopasowująca się uszczelka mieszcząca narzędzia od 5 do 11mm (bez konieczności używania redukcji). Ostrze w bezpiecznej osłonie (po uzbrojeniu trokara wysuwa się tylko raz i chowa po ustąpieniu oporu tkanek by następnie zostać zablokowane - minimalizacja ryzyka uszkodzenia narządów wewnętrznych). Wizualny wskaźnik położenia ostrza oraz dźwiękowy sygnał informujący o jego wysunięciu. Produkt sterylny, jednorazowego użytku?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 6. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 40, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści i wydzieli z pakietu nr 40 Poz. 5. Trokar laparoskopowy z bezpiecznym ostrzem w kształcie liniowym naostrzonym obustronnie, średnica 12 mm, z kaniulą karbowaną, trójstopniowym zaworem insuflacja/stop/desuflacja (możliwość desulfacji bez odłączania wężyka CO2). Samodopasowująca się uszczelka mieszcząca narzędzia od 5 do 12mm (bez konieczności używania redukcji). Ostrze w bezpiecznej osłonie (po uzbrojeniu trokara wysuwa się tylko raz i chowa po ustąpieniu oporu tkanek by następnie zostać zablokowane - minimalizacja ryzyka uszkodzenia narządów wewnętrznych). Wizualny wskaźnik położenia ostrza oraz dźwiękowy sygnał informujący o jego wysunięciu. Produkt sterylny, jednorazowego użytku?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu nr 40 poz. 5.

Zapytanie nr 7. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 40, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści i wydzieli z pakietu nr 40 Poz. 1. Ewakuator laparoskopowy - worek do laparoskopii 400ml nić polipropylen na trokar 10mm z aplikatorem?

Wyjaśnienie: Nie dotyczy Pakietu 40.

Zapytanie nr 8. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 40, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści i wydzieli z pakietu nr 40 Poz. 2. Ewakuator laparoskopowy 200ml - Sterylne worki jednorazowego użytku do usuwania pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową?

Wyjaśnienie: Nie dotyczy Pakietu 40.

Kierownik Zamawiającego
Bożena Grotowicz