



Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecnicze w Łodzi
ul. Aleksandrowska 61/63, 91-205 Łódź
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

www.wompcpl.eu

sekretariat
tel.: (42) 27-21-900
fax.: (42) 27-21-809
e-mail: sekretariat@wompcpl.eu

NIP: 947-18-05-558
Regon: 000 29 42 89
Numer KRS: 0000022077
Księga Rejestrowa Nr 000000004457



System
zarządzania
ISO 9001:2015
ISO 27001:2013
www.tuv.com
ID 9105045135

Łódź, dnia 13 lipca 2023 roku

WOMPCPL.DTA.3310.ZP.7.2023

Do Wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na **dostawę pulsoksymetrów napalcowych**

WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I ZMIANA SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udostępnia Wykonawcom odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienia złożone do prowadzonego postępowania z podaniem treści pytań oraz działając na podstawie art. 286 ust. 1 zmienia treść SWZ.

Pytanie 1

Ad. Poz. 3 Prosimy o odstąpienie od zapisu „rok produkcji 2022 lub 2023”

Odpowiedź: Zamawiający dokonał zmian w wymaganych minimalnych parametrach technicznych opisu przedmiotu zamówienia w zakresie roku produkcji. Proszę o zapoznanie się z dokumentacją upublicznią 12.07.2023 r.

Pytanie 2

Ad. Poz. 12

Prosimy o dopuszczenie dokładności pomiaru:

≤ 3% przy 70%-100%

<70%, nie określono

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w wymaganych minimalnych parametrach technicznych opisu przedmiotu w zakresie sugerowanym w pytaniu.

Pytanie 3

Ad. Poz. 14 Prosimy o odstąpienie od zapisu” Odporność na otaczające światło (odchylenie między wartością zmierzoną w warunkach światła sztucznego lub naturalnego w pomieszczeniu a ciemnią nie większe niż 1%).

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w wymaganych minimalnych parametrach technicznych opisu przedmiotu w zakresie sugerowanym w pytaniu.



www.wompcpl.eu

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi
ul. Aleksandrowska 61/63, 91-205 Łódź
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

sekretariat
tel.: (42) 27-21-900
fax.: (42) 27-21-809
e-mail: sekretariat@wompcpl.eu

NIP: 947-18-05-558
Regon: 000 29 42 89
Numer KRS: 0000022077
Księga Rejestrowa Nr 000000004457



System
zarządzania
ISO 9001:2015
ISO 27001:2013
www.tuv.com
ID 9105045135

Pytanie 4 Prosimy o doprecyzowanie zapisu co Zamawiający ma na myśli przez zapis „Spełnia wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.”

Odpowiedź: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający dokonuje zmiany w wymaganych minimalnych parametrach technicznych opisu przedmiotu zamówienia poprzez usunięcie wymogu „Spełnia wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.”

Dokonane zmiany w zakresie parametrów techniczno-użytkowych i wyposażenia stanowiącego opis przedmiotu zamówienia dostępne są w pliku o nazwie Zmiana_13.07.2023_parametry_techniczno-uzytkowe_zal_2 .

Działając na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający informuje, że wydłużeniu ulega termin złożenia ofert do dnia 20.07.2023 r. do godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi 20.07.2023 r. o godz. 10:00.
Termin związania ofertą zostaje wydłużony do dnia 18.08.2023 r.

Powyższe odpowiedzi na wniesione pytania oraz zmiany SWZ są wiążące i stają się integralną częścią SWZ.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
Centrum Profilaktyczno-Leczniczego
w Łodzi
Izabela Łącka-Kotras