

**WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI
I TECHNIKI MEDYCZNEJ**

ul. Wojska Polskiego 57
05-430 Celestynów



Celestynów, dnia 17 kwietnia 2020 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: wyjaśnienie treści szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt: „Dostawa sprzętu medycznego” - sprawa nr WOFiTM/7/2020/PN.

Na podstawie z art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

Dotyczy ogrzewacza płynów infuzyjnych do transportu Aeromedycznego (Zadanie nr 7) oraz ogrzewacza płynów infuzyjnych (Zadanie nr 12)

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w związku z wymogiem przenośnego podgrzewacza płynów infuzyjnych i krwi przeznaczonego do zastosowania w warunkach polowych wymaga aby oferowany ogrzewacz poprzez ten wymóg miał zdolność pracy w różnych warunkach klimatycznych co wiąże się również z pracą w skrajnych warunkach temperaturowych a zatem także minusowych tj. temp pracy min (-) 5 st. C do (+) 40 st. C ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w związku z wymogiem przenośnego podgrzewacza płynów infuzyjnych i krwi przeznaczonego do transportu Aeromedycznego wymaga aby oferowany ogrzewacz posiadał aktualnie stosowaną normę potwierdzającą kompatybilność elektromagnetyczną do pracy w transporcie aeromedycznym w strukturach wojskowych wg MIL – STD 461G RE102 & RS103 ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w związku z wymogiem wodoodpornego przenośnego podgrzewacza płynów infuzyjnych i krwi przeznaczonego do zastosowania w warunkach polowych wymaga aby oferowany ogrzewacz poprzez ten wymóg miał stopień ochrony IP (zabezpieczenie przed wnikaniem wody i ciał stałych) na poziomie min IP56? Ochrona ta zapewnia min. parametry do zastosowania urządzenia poza obiektem zamkniętym.

W tym miejscu należy nadmienić, iż tylko odpowiednia norma IP gwarantuje zdolność prawidłowej i bezpiecznej pracy ogrzewacza w wymaganych przez Zamawiającego warunkach polowych tj również w środowisku narażonym na działanie wody oraz pyłu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga IPX4 lub wyższy

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający w związku z wymogiem przenośnego podgrzewacza płynów infuzyjnych i krwi przeznaczonego do transportu Aeromedycznego wymaga aby oferowany ogrzewacz posiadał aktualnie stosowaną normę dla tego typu urządzeń odnośnie kompatybilności elektromagnetycznej IEC / EN 60601-1-2:2014 ?

Obecne zapisy specyfikacji wskazują na produkt jednego Wykonawcy, co narusza zasadę równego traktowania i uczciwej konkurencji. Ponadto dopuszczenie produktu o powyższych i poniższych parametrach spowoduje, iż otrzymacie Państwo asortyment o dużo lepszych parametrach do działania w warunkach polowych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuszcza Przenośny ogrzewacz płynów infuzyjnych i krwi do transportu Aeromedycznego Qinflow Warrior LITE

- przeznaczony do zastosowania w warunkach polowych posiadający zdolność pracy w różnych warunkach klimatycznych a jego temp pracy wynosi (-) 5 st. C do + 40 st. C;
- podgrzewacz działający na zasadzie suchego grzania o najszybszym dostępnym na rynku czasie potrzebnym do ogrzania płynu ok 11 sekund;
- zestaw składający się z jednostki centralnej wraz akumulatorem;
- moduł grzewczy na przewodzie jako oddzielny moduł ogrzewacza;
- możliwość ogrzania min 1,5 L przy temp płynu na wejściu 4 st. C oraz 2,5 L przy temp płynu na wejściu 20 st. C do temp. 38 st. ;
- Zakres przepływów :
 - a) 290 ml/ min przy temp. płynu na wejściu 20 st. C;
 - b) 200 ml/min przy temp. płynu na wejściu 4 st. C;

- Stała temp. wyjściowa 38 st. C +/- 2 st. C;
- system zapobiegający cofaniu się płynu przy wystąpieniu przepływu wstecznego, dodatkowo urządzenie wyświetla komunikat na ekranie LCD o wystąpieniu „zmiany kierunku przepływu”
- Zasilanie bateryjne, czas ładowania z sieci 240 V do 3 godzin;
- Wodoodporny o klasie ochrony IP56;
- waga do 1 kg,

W zestawie:

- a) Podgrzewacz,
- b) bateria/ akumulator 2 kpl
- c) jednorazowe sterylne wkłady grzewcze – 20 szt., termin ważności min 3 lata;
- d) opakowanie transportowe na komplet wyposażenia.

Instrukcja używania w j. polskim w wersji drukowanej i elektronicznej

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania WET co do urządzeń opisanych w zadaniach 7 i 12

Ponadto Zamawiający dokonuje sprostowania odpowiedzi na pytanie nr 31, podane do publicznej wiadomości w dniu 10.04.2020 r.

Treść pytania: Dotyczy zapisów siwz Rozdział IX – Warunki udziału w postępowaniu b rak podstaw do wykluczenia wykonawcy oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków

Czy Zamawiający wyrazi zgodę , aby Wykonawca składający ofertę w postępowaniu w celu spełnienia warunku c- zdolności technicznej lub zawodowej dla zadań 1,2,3,4 wykazał się wykonanymi dostawami na wymagane kwoty dla poszczególnych zadań, których przedmiot zamówienia to sprzęt medyczny (ratunkowy) służący do ratowania życia ludzkiego np.: respirator? Wyrażenie zgody Zamawiającego na wykazanie się dostawami na sprzęt do ratownictwa medycznego(np. respirator) umożliwi złożenie oferty większej liczbie wykonawców oraz zapewni konkurencyjność cen.

Odpowiedź: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże się dostawami defibrylatorów i/lub respiratorów

K O M E N D A N T

/-/ cz.p.o. pplk Grzegorz MOSIĄDZ