

Zestaw do usuwania balonu żołądkowego (AS2710718)

Zestaw zawiera:

- Iglę drenażową do balonów śródżołądkowych (AS2640718);
- Kleszcze do usuwania polipów, stentów plastikowych, ciał obcych i balonów śródżołądkowych (AS2290718);


Kleszcze 1 chwyt, 1 uchwyt typu Viper

W skład zestawu wchodzi:

- osłona z kopolimeru fluorowego etylenu i propylenu;
- obciążki ze stali nierdzewnej;
- uchwyt z żywicy K

Numer katalogowy	Opis	Śr. osłony	Długość
AS2290718	Typ Viper – 2 szczęki	2,3 mm	180 cm

Zalecana średnica wewnętrzna instrumentu: 2,6 mm lub większa.
Jałowe, do jednorazowego użytku.



Igła drenażowa

W skład zestawu wchodzi:

- cewnik polietylenowy;
- uchwyt złożony z dwóch ruchomych części wykonanych z tworzywa ABS, dających możliwość zablokowania;
- końcówka wykonana ze stali nierdzewnej, przylutowana do kabla stalowego połączonego z ruchomym mechanizmem blokującym. Zestaw jest usuwalny.
- Osłona polietylenowa.

Numer katalogowy	Cewnik / średnica	Średnica końcówki	Długość użytkowa
AS2640718	2,33 mm / 7 Fr	1 mm	180 cm

Metoda wyławiania: Wyjąłowiono tlenkiem etylenu.
Jałowa, do jednorazowego użytku.

