



Poznań, dnia 26.09.2023r.

Oznaczenie sprawy: PN - 97/23

**Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę aparatury medycznej w związku z realizacją programu:
„Rządowy program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce”.**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Zapytanie nr 1

Część nr 3

1. Dotyczy pozycji nr 4.

Prosimy o weryfikację opisu noży do morcelatora, czy nie doszło do omyłki w ostatniej średnicy i nie powinna ona wynosić 20mm (zamiast 10mm) ?

Odp: Zamawiający podaje prawidłowe średnice noży morcelatora - 12mm; 15mm; 20 mm.

Zapytania nr 2

Część nr 7 - Lampa do fototerapii łóžeczkowej i inkubatorowej - 8 szt.

Poz. 6

Czy Zamawiający dopuści Lampę materacykową naświetlaną dołem, źródło światła z powierzchnią oświetlającą, połączone za pomocą elastycznego węża ?

Odp: Zamawiający dopuszcza

Poz. 7

Czy Zamawiający dopuści źródło światła: diody LED o długości fal 400-500 nm?

Odp: Zamawiający dopuszcza

Poz. 8

Czy Zamawiający dopuści hałas w paśmie akustycznym < 40 dB

Odp: Zamawiający dopuszcza

Poz. 9

Czy Zamawiający dopuści max natężenie na dwóch poziomach powierzchni skóry pacjenta - 40 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ oraz 58 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$?

Odp: Zamawiający dopuszcza

.....
(podpis Zamawiającego)

