

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu  
Plac Hirsfelda 12, 53-413 Wrocław  
tel.: 71 36-89-601, 71 36-89-602;  
faks: 71 36-89-219  
NIP: 899-22-28-100, Regon: 000290096, KRS: 0000087868



EZP/.....04...../10

Wrocław, 02.01.2020

### Wg rozdzielnika

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 37 pakietów, , znak sprawy ZP/PN/71/19/LNP/JHP**

#### Pytanie nr 1

##### **Pakiet nr 36 poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga przyrządu do aspiracji z butelek z filtrem cząsteczkowym 5um połączonego z filtrem bakteryjnym 1,2um możliwość wielokrotnego pobierania z zatyczka, kompatybilny z butelkami typu Kabi Pac. Opakowanie pojedyncze , sterylne?

##### **Odpowiedz zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących zapisów**

##### **Pakiet nr 36 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do aspiracji z butelek z filtrem cząsteczkowym 5um połączonym z filtrem bakteryjnym (aerozolowym) 0,2um który ułatwia obchodzenie się z płynami podatnymi na zanieczyszczenie i chroni przed toksycznymi oparami? Pozostałe zgodne z SIWZ

##### **Odpowiedz zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących zapisów**

##### **Pakiet nr 36 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie przyrządu do aspiracji w formularzu cenowo asortymentowym pakowanych po 25 sztuk?

##### **Odpowiedz zamawiającego**

**Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian**

#### Pytanie nr 2

Czy zamawiający w pakiecie nr 21 poz. 1 dopuści wycenę kaniuli z sześcioma paskami ze skrzydełkami standardowymi z wcięciem umożliwiającym zgięcie skrzydełek dla lepszej stabilizacji kaniuli.

**Odpowiedz zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących zapisów.**

Czy zamawiający w zadaniu 36 poz. 1 dopuści wycenę przyrządu o opisie: urządzenie jednorazowego użytku do wielokrotnego pobierania płynu/leku posiada dwa filtry : filtr odpowietrzający czyli bakteryjny o wielkości porów 0,1 µm oraz filtr cząsteczkowy o wielkości porów 5 µm , nie zawierające PVC, DEHP i lateksu z osłonką zabezpieczającą port do pobrań chroniącą przed przypadkową kontaminacją poprzez brak bezpośredniego kontaktu z otoczeniem zewnętrznym, objętość wypełnienia 0,25 ml, kompatybilne z opakowaniem płynów infuzyjnych typu butelka

**Odpowiedz zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących zapisów.**

**Pytanie nr 3**

Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów o składzie:  
1 silikonowy cewnik, 1 strzykawka, 1 igła o średnicy 25 G o długości 3/4 cala, 1 kaniula, 1 igła o średnicy 19 G i długości 1,5 cala, jedno ostrze nr 11, 4 gaziki bez otworu, 2 gaziki z tworem, 1 instrukcja użytkowania, 1 zimna pętla, 1 drut wprowadzający, 1 plastikowy zacisk cewnika, 1 adapter z końcówką EnFit, 1 para nożyczek, 1 adapter do bolusów, 1 pean zagięty, 1 obłożenie, 1 nakładka do mocowania cewnika okrągła, 1 nakładka do mocowania cewnika półwałcowa, opakowanie pojedyncze, sterylne.

**Odpowiedz zamawiającego**

**Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian**

Pakiet 28

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie zestawów w rozmiarach 12, 14, 16, 18, 20, 22, i 24 Fr, z nakładką prostą, komplet ze strzykawką.

**Odpowiedz zamawiającego**

**Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian**

.....

**Pytanie nr 4**

Pakiet nr 37 –pojemniki histopatologiczne

Pozycja 2-pojemnik 60 ml

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu  
Plac Hirsfelda 12, 53-413 Wrocław  
tel.: 71 36-89-601, 71 36-89-602;  
faks: 71 36-89-219  
NIP: 899-22-28-100, Regon: 000290096, KRS: 0000087868



Zamawiający wskazał opakowanie w wielkości 81 szt, natomiast podana ilość 15 500 sztuk nie jest podzielna 81 ze względu na specyfikę towaru nie ma możliwości sprzedania go w niepełnych opakowaniach, w związku z tym czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 15 552 sztuk.

**Odpowiedz zamawiającego**

**Zamawiający modyfikuje opis w zakresie pakietu nr 37 poz. 2 na ilość 15 552 sztuk.**

**Pytanie nr 5**

Pakiet nr 30

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wosku kostnego o gramaturze 2,5 g oraz opakowania handlowego 12 sztuk odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Odpowiedz zamawiającego**


**Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian**

**Pytanie nr 6**

Pakiet 29 - Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu w płynie na bazie roztwór rodników ponadtlenkowych przeznaczonego do stosowania na rany oraz błony śluzowe tj. opatrywanie, oczyszczanie, nawilżanie i odkażanie o szerokim spektrum działania wobec bakterii, grzybów, prątków, wirusów wraz z działaniem sporobójczym, bez zawartości octenidyny, poliheksanidyny, jodu, chlorheksydy, alkoholu, środków konserwujących, gotowy do użycia, bezbarwny. Możliwość stosowania u dzieci od 1 dnia życia, a także przy zabiegach okulistycznych w pobliżu oka, płukania jam ciała w tym otrzewnej oraz pola operacyjnego. Wyrób medyczny kl. III. Preparat nie wpływający negatywnie na proces gojenia się ran, nie powodujący bólu.

**Odpowiedz zamawiającego**

**Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian**

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Inwestycji i Zakupów  
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu  
  
Grzegorz Strykowski

EZP/05/10

Wrocław, 03.01.2020

**Wg rozdzielnika**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 37 pakietów, , znak sprawy ZP/PN/71/19/LNP/JHP**

**Pytanie nr 7**

**PAKIET 19**

1. Poz. nr 1-3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów wykonanych z materiału 2-warstwowego PP+PE o gram. 55 g/mkw i chłonności 285%; w miejscu padów chłonnych gram. 110 g/mkw i chłonności 350%?

Pozostałe parametry materiału oraz opakowania zestawów zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedz zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących zapisów.**

2. Poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do chirurgii piersi o następującym składzie:
  - 1 x serweta na stół narzędziowy 2-warstwowego 190 x 150 cm (opakowanie zestawu)
  - 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm zgodna z SIWZ
  - 2 x serweta przylepna 90 x 75 cm zgodna z SIWZ
  - 1 x serweta przylepna 175 x 200 cm zgodna z SIWZ
  - 1 x serweta przylepna 250 x 170 cm zgodna z SIWZ
  - 1 x kieszeń przylepna 1 sekcja 30 x 32 cm PE
  - 1 x osłona na kończynę 2 warstwowa 35 x 120 cm, rolowana
  - 1 x fartuch chirurgiczny roz. M z materiału SMS (pozostałe parametry zgodne z SIWZ)
  - 1 x fartuch chirurgiczny roz. L z materiału SMS (pozostałe parametry zgodne z SIWZ)
  - 1 x fartuch chirurgiczny roz. XL z materiału SMS (pozostałe parametry zgodne z SIWZ)
  - 15 x kompres z gazy RTG 10 x 20 cm 16 warstw 17 nitek
  - 10 x tupfer twardy z gazy RTG 12 x 12 cm 24 nitki
  - 5 x tupfer z gazy 48 x 24 cm 20 nitek
  - 1 x opatrunek wysokochłonny nieprzylepny 20 x 40 cm
  - 4 x plaster do zbliżania brzegów rany 25 x 127 mm
  - 1 x butelka Redona 400 ml Luer Lock
  - 1 x dren Redona 10/3,33 CH/mm 80 cm
  - 1 x ostrze do skalpela nr 10

1 x ostrze do skalpela nr 15  
1 x osłona na kable video 12,5 x 230 cm  
1 x pojemnik na igły i ostrza 30/40 miejsc magnetyczno-piankowy  
1 x pojemnik plastikowy 500 ml przezroczysty  
1 x pojemnik plastikowy 500 ml niebieski  
2 x osłona na uchwyt lampy operacyjnej 14 x 12,5 x 6 cm niebieska  
2 x przyrząd do zdejmowania ostrzy ze skalpela  
1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm  
1 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm  
1 x taśma przylepna 10 x 50 cm  
2 x ręcznik celulozowy 33 x 30 cm  
Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedz zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących zapisów.**

3. Poz. nr 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do laparoskopii następującym składzie:  
1 x serweta na stół narzędziowy 2-warstwowy 190 x 150 cm (opakowanie zestawu)  
1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm zgodna z SIWZ  
1 x serweta do laparoskopii 250 x 320 cm, okno 32 x 28 cm (folia operacyjna na brzegach) zgodna z SIWZ  
2 x rękawica chirurgiczna nr 6,5 (krep) z bardzo cienkiego lateksu zapewniającą doskonałą wrażliwość dotykową  
2 x rękawica chirurgiczna nr 7,5 z bardzo cienkiego lateksu zapewniającą doskonałą wrażliwość dotykową  
2 x rękawica chirurgiczna nr 8 z bardzo cienkiego lateksu zapewniającą doskonałą wrażliwość dotykową  
1 x fartuch chirurgiczny roz. L z materiału SMS (pozostałe parametry zgodne z SIWZ)  
2 x fartuch chirurgiczny roz. XL z materiału SMS (pozostałe parametry zgodne z SIWZ)  
20 x kompres z gazy RTG 10 x 10 cm 16 warstw 17 nitek  
3 x tupfer z gazy 48 x 24 cm, 20 nitek  
4 x opatrunek chłonny przylepny 8 x 10 cm  
1 x skalpel bezpieczny nr 11  
1 x worek na mocz 2000 ml  
1 x cewnik Foleya 16/5,33 CH/mm 40 cm 5-15 ml  
1 x osłona na kable video 12,5 x 230 cm  
1 x pojemnik na igły i ostrza 10 miejsc magnetyczny  
2 x osłona na uchwyt lampy operacyjnej 14 x 12,5 x 6 cm niebieska  
1 x pojemnik plastikowy 500 ml niebieski  
1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm  
2 x taśma przylepna przezroczysta 10 x 50 cm  
2 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm  
Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedz zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących zapisów.**

4. Poz. nr 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do laparotomii następującym składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 2-warstwowy 190 x 150 cm (opakowanie zestawu)
  - 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm zgodna z SIWZ
  - 2 x serweta przylepna wzmocniona 90 x 75 cm zgodna z SIWZ
  - 1 x serweta przylepna wzmocniona 175 x 200 cm zgodna z SIWZ
  - 1 x serweta przylepna wzmocniona 250 x 170 cm zgodna z SIWZ
  - 1 x fartuch chirurgiczny standardowy roz. M z materiału SMS (pozostałe parametry zgodne z SIWZ)
  - 1 x fartuch chirurgiczny standardowy roz. L z materiału SMS (pozostałe parametry zgodne z SIWZ)
  - 1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony roz. XL z materiału SMS (pozostałe parametry zgodne z SIWZ)
  - 10 x chusta z gazy z chipem RTG 45 x 45 cm 6 warstw 20 nitok biała z tasiemką, po wstępnym praniu
  - 40 x kompres z gazy RTG 10 x 10 cm 16 warstw 17 nitok a 10 sztuk krep
  - 5 x tupfer z gazy RTG 20 x 20 cm, 20 nitok
  - 3 x tupfer z gazy 48 x 24 cm, 20 nitok
  - 4 x kompres z włókniny 7,5 x 7,5 cm "Y" 6 warstw 30g/m<sup>2</sup>
  - 1 x dren silikonowy 24/8,00 CH/mm 50 cm
  - 1 x dren do ssaka 25/8,33 CH/mm 350 cm
  - 1 x uchwyt do ssaka Yankauer Derby 24/8,00 CH/mm z V.C.
  - 1 cewnik Foleya 16/5,33 CH/mm 40 cm 5-15 ml
  - 2 x worek na mocz 2000 ml
  - 2 x ostrze do skalpela nr 24
  - 1 x elektroda czynna 320 cm
  - 1 x ostrze do elektrody czynnej 15,3 cm 2,38 mm
  - 1 x czyścik do koagulacji 5 x 5 cm
  - 1 x kieszeń przylepna 2 sekcje 43 x 38 cm PE
  - 2 x osłona na uchwyt lampy operacyjnej 14 x 12,5 x 6 cm niebieska
  - 2 x przyrząd do zdejmowania ostrzy ze skalpela
  - 1 x opatrunek wysokochłonny nieprzylepny 10 x 20 cm
  - 1 x plaster bez opatrunku 20 x 30 cm
  - 1 x pojemnik plastikowy 500 ml niebieski
  - 1 x pojemnik plastikowy z uchwytem 1000 ml przezroczysty
  - 1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm
  - 1 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm
  - 2 x ręcznik celulozowy 33 x 30 cm
- Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedz zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących zapisów.**

**WZÓR UMOWY**

Załącznik nr 6 do SIWZ – WZÓR UMOWY

1. § 8 – Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 istotnych postanowień umowy sprzedaży słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzenie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

**Odpowiedz zamawiającego**  
**Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian**  
-----

**Pytanie nr 8**

Pakiet nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szczotkę do chirurgicznego mycia rąk w opakowaniu folia – papier, z miękką gąbką o gęstości 20 kg/m3?

**Odpowiedz zamawiającego**

**Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian**

Pakiet nr 17, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści basen płaski o wymiarach 365x270x85mm, bez nazwy producenta umieszczonej na produkcie?

**Odpowiedz zamawiającego**

**Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian**

Pakiet nr 17, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści kaczkę o wymiarach 245x105x125mm, bez nazwy producenta umieszczonej na produkcie?

**Odpowiedz zamawiającego**

**Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian**

Pakiet nr 17, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści miskę o wymiarach 315x255x110mm, wadze 65g +/-6g, bez nazwy producenta umieszczonej na produkcie?

**Odpowiedz zamawiającego**

**Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian**

Pakiet nr 17, poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Odpowiedz zamawiającego**

**Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian**

Pakiet nr 17, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści miskę nerkową o pojemności całkowitej 900ml / użytkowej 300ml, o wymiarach 3245x115x50mm, bez nazwy producenta umieszczonej na produkcie?

**Odpowiedz zamawiającego**

**Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian**

Pakiet nr 19, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?

**Odpowiedz zamawiającego**

**Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian**

Pakiet nr 19, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do chirurgii piersi o składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 2-warstwowa 190 x 150 cm (opakowanie zestawu)
- 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 140 cm składana teleskopowo, folia niepiaskowana, pad chłonny na całej długości
- 1 x serweta 2-warstwowa przylepna 180 x 180 cm z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym 25x 60 cm
- 2 x serweta 2-warstwowa przylepna 90 x 75 cm z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym 25 x 60 cm
- 1 x serweta 2-warstwowa przylepna 240 x 150 cm z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym 25 x 60 cm
- 10 x tupfer z gazy kula z RTG 15 x 15 cm, 20 nitki, w torebce papierowej pudełku z przegródkami ułatwiającym kontrolę wzrokową
- 1 x butelka Redona 400 ml
- 1 x ostrze do skalpela nr 10
- 1 x ostrze do skalpela nr 15
- 1 x osłona na kable kamery 14 x 250 cm PE
- 1 x kieszeń przylepna 1-sekcyjna 30 x 40 cm PE
- 1 x fartuch chirurgiczny L SMMMS PP min. 35g/m<sup>2</sup>, szwy ultradźwiękowe, poły zachodzące na siebie, rękawy o krój tradycyjny; pod szyją fartuch zapinany na jednoczęściową taśmę umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu na plecach, pod szyją kolorowa lamówka pozwalająca na szybkie rozróżnienie rodzaju fartucha
- 1 x fartuch chirurgiczny M SMMMS PP min. 35g/m<sup>2</sup>, szwy ultradźwiękowe, poły zachodzące na siebie, rękawy o kroju reglan; pod szyją fartuch zapinany na zapięcie typu rzep w okolicach karku – 2

rzepy , pod szyją kolorowa lamówka pozwalająca na szybkie rozróżnienie rozmiaru fartucha (fartuch pozbawiony owinięcia)

- 1 x osłona na kończynę 2-warstwowa 30 x 80 cm, rolowana
- 1 x uchwyt rzepowy do kabli 2 x 22 cm
- 2 x ręcznik celulozowy 30 x 30 cm
- 15 x Serweta operacyjna z gazy biała 17N 4W 45cm x 45cm z nitką RTG i tasiemką
- 5 x tupfer z gazy 40 x 30 cm, 20 nitek
- 1 x taśma przylepna 10 x 50 cm włókninowa
- 1 x opatrunek wysokochłonny nieprzylepny nieprzeziąkliwy 20 x 40 cm
- 1 x dren Redona 10 CH 80 cm 70cm
- 2 x miska plastikowa okrągła 500 ml (obie miski w 1 kolorze - niebieskim)
- 3 x plaster do zbliżania brzegów rany 13 mm x 100 mm biały
- 1 x kleszczyki plastikowe 23 cm typu korcang
- 1 x pudełko na igły i ostrza z podwójnym magnesem z funkcją bezdotykowego ściągania ostrzy, 30 miejsc

Zestawy zgodne z EN 13795 1-3 na poziomie parametrów podwyższonych. Serwety 2-warstwowe PP+PE min. 55 g/m<sup>2</sup> i chłonność min. 450%. W miejscu dodatkowych padów chłonnych min. 110g/m<sup>2</sup> i chłonność 680% Klasa palności serwet i fartuchów - I. Każdy zestaw z min. 2 naklejkami do dokumentacji. Do transportu zestawy pakowane z 2 opakowania transportowe.

#### **Odpowiedz zamawiającego**

**Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian**

Pakiet nr 19, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do laparoskopii o składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 2-warstwowa 190 x 150 cm (opakowanie zestawu)
- 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 140 cm 80cm x 140cm składana teleskopowo, folia niepiaskowana, pad chłonny na całej długości
- 1 x cewnik Foleya 16 CH, 40 cm
- 1 x worek na mocz 2000 ml
- 1 x osłona na kable kamery 14 x 250 cm PE
- 1 x skalpel (ostrze z trzonkiem) nr 11
- 1 x Serweta 200cm/270cm x 300cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym o wymiarach 25cm x 30cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu 2-warstwowego o gramaturze 56g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80g/m<sup>2</sup>, zintegrowana z 8 organizatorami przewodów typu rzep.

- 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm włókninowa
- 1 x fartuch chirurgiczny XL SMMMS PP min. 35g/m<sup>2</sup>, szwy ultradźwiękowe, poły zachodzące na siebie, rękawy krój tradycyjny; pod szyją fartuch posiadający zapięcie typu rzep w okolicach karku – 2 rzepy, pod szyją kolorowa lamówka pozwalająca na szybkie rozróżnienie rozmiaru fartucha
- 2 x uchwyt rzepowy do kabli 2 x 22 cm
- 20 x kompres z gazy RTG 10 x 10 cm 16 warstw 17 nitek
- 3 x tupfer z gazy 40 x 30 cm, 20 nitek
- 4 x opatrunek chłonny przylepny 8 x 10 cm
- 1 x fartuch chirurgiczny M SMMMS PP min. 35g/m<sup>2</sup>, szwy ultradźwiękowe, poły zachodzące na siebie, rękawy - krój tradycyjny; pod szyją fartuch posiadający zapięcie typu rzep w okolicach karku – 2 rzepy, pod szyją kolorowa lamówka pozwalająca na szybkie rozróżnienie rodzaju rozmiaru fartucha pozbawiony owinięcia)
- 1 x miska plastikowa okrągła 500 ml niebieska
- 1 x kleszczyki plastikowe 23 cm typu korcang
- 1 x pudełko na igły i ostrza magnetyczne 10 miejsc

Zestawy zgodne z EN 13795 1-3 na poziomie parametrów podwyższonych. Serwety 2-warstwowe PP+PE min. 55 g/m<sup>2</sup> i chłonność min. 450%. W miejscu dodatkowych padów chłonnych min. 110g/m<sup>2</sup> i chłonność 680%. Klasa palności serwet i fartuchów - I. Każdy zestaw z min. 2 naklejkami do dokumentacji. Do transportu zestawy pakowane z 2 opakowania transportowe.

#### **Odpowiedz zamawiającego**

**Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian**

Pakiet nr 19, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do laparotomii o składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 2-warstwowa 190 x 150 cm (opakowanie zestawu)
- 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 140 cm składana teleskopowo, folia niepiaskowana, pad chłonny na całej długości
- 2 x ostrze do skalpela nr 24
- 1 x serweta 2-warstwowa przylepna 180x180cm z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym 25x60cm,
- 2 x serweta 2-warstwowa przylepna 90x75cm z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym 25x60cm 25cm x 60cm,
- 1 x serweta 2-warstwowa przylepna 240x150cm z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym min. 50x70cm

- 1 x cewnik Folyea 16Ch, 40cm,
- 1 x kieszeń przylepna 2-komorowa 40x30cm PE,
- 1 x przylepiec bez opatrunku włókninowy 10x50cm,
- 2 x worek na mocz 2000ml,
- 1 fartuch chirurgiczny XL SMMMS PP min. 35g/m<sup>2</sup>, szwy ultradźwiękowe, poły zachodzące na siebie, wzmocnienia od środka z przodu oraz w okolicach przedramion, rękawy -krój tradycyjny; pod szyją fartuch posiadający zapięcie typu rzep w okolicach karku – 2 rzepy, pod szyją kolorowa lamówka pozwalająca na szybkie rozróżnienie rozmiaru fartucha
- 1 x fartuch chirurgiczny M SMMMS PP min. 35g/m<sup>2</sup>, szwy ultradźwiękowe, poły zachodzące na siebie, wzmocnienia od środka z przodu oraz w okolicach przedramion, rękawy - krój tradycyjny; pod szyją fartuch – posiadający zapięcie typu rzep w okolicach karku – 2 rzepy, pod szyją kolorowa lamówka pozwalająca na szybkie rozróżnienie rozmiaru fartucha ( fartuch pozbawiony owinięcia)
- 1 x uchwyt rzepowy do kabli 2 x 22 cm
- 2 x ręcznik celulozowy 30x30cm,
- 10 x Serweta operacyjna z gazy biała 20N 4W 45cm x 45cm ze znacznikiem RTG i tasiemką, wstępnie prana
- 40 x kompresy 10x10cm 16 warstw, 17 nitek, wiązane a 10 szt.,
- 3 x tupfer z gazy 40 x 30 cm, 20 nitek
- 1 x opatrunek wysokochłonny, nieprzylepny, nieprzesiakiwy 10 x 20 cm,
- 4 x kompres z włókniny z wycięciem "Y" 10x10cm, 4warstw
- 5 x tupfer z gazy RTG 20 x 20 cm, 20 nitek
- 1x końcówka do ssaka Yankauer Derby z rączką 21 CH, z V.C., z 4 otworami bocznymi,
- 1 x dren silikonowy 24Ch, 50 cm,
- 1 x miska plastikowa okrągła 500 ml niebieska
- 1 x elektroda z nożem dołączona na zewnątrz opakowania
- 1 x przedłużka do elektrody czynnej z nożem płaskim 15,3 cm, (elektroda z nożem dołączona na zewnątrz opakowania)
- 1 x czyszcik do koagulacji 5x5cm, przylepny,
- 1 x pojemnik okrągły plastikowy 1000ml – miska bez uchwytu
- 1 x kleszczyki plastikowe 23 cm typu korcang,
- 1 x dren do ssaka 300 cm, 24Ch,
- 1 x pudełko na igły i ostrza z podwójnym magnesem z funkcją bezdotykowego ściągania ostrzy, 30 miejsc 30 miejsc,
- Zestawy zgodne z EN 13795 1-3 na poziomie parametrów podwyższonych. Serwety 2-warstwowe PP+PE min. 55 g/m<sup>2</sup> i chłonność min. 450%. W miejscu dodatkowych padów chłonnych min.

110g/m2 i chłonność 680%. Klasa palności serwet i fartuchów - I. Każdy zestaw z min. 2 naklejkami do dokumentacji. Do transportu zestawy pakowane z 2 opakowania transportowe.

**Odpowiedz zamawiającego**

**Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian**

-----  
**Pytanie nr 9**

**1. Dotyczy: Załącznik nr 6 do SIWZ – Projekt umowy, § 5, ust. 9.**

Prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie faktury wraz z towarem.

**Odpowiedz zamawiającego**

**Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian**

**2. Dotyczy: Załącznik nr 6 do SIWZ – Projekt umowy, § 8.**

Prosimy o modyfikację zapisów § 8 ust. 1 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

**Odpowiedz zamawiającego**

**Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian**

**3. Dotyczy: Załącznik nr 1 Arkusz asortymentowo-cenowy, pakiet nr 32.**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby zaoferowane materiały zużywalne były w pełni kompatybilne z urządzeniem CT Motion, a ponadto że nie spowodują usterek w urządzeniu ani nie będą powodem jego uszkodzenia oraz są zgodne z instrukcją używania wstrzykiwacza.

**Odpowiedz zamawiającego**

**Zamawiający wymaga zgodnie z opisem SIWZ**

**4. Dotyczy: Załącznik nr 1 Arkusz asortymentowo-cenowy, pakiet nr 32.**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby wężyk pompy mógł pozostać zainstalowany w wstrzykiwaczy CT Motion przez 24 godziny niezależnie od ilości przebytych iniekcji.

**Odpowiedz zamawiającego**

**Zamawiający wymaga aby wężyk pompy mógł pozostać zainstalowany przez 24 godziny niezależnie od przebytych iniekcji.**

.....  
**Pytanie nr 10**

1. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o zmianę zapisu w § 7 ust. 2 projektu umowy „...Koszty uwzględnionych reklamacji obciążają Wykonawcę”.

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: a) opóźnienie w dostarczeniu partii towaru w wysokości 0,5 % wartości brutto niedostarczonej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 7 dni i 1 % wartości brutto niedostarczonej partii towaru za każdy następny dzień opóźnienia, przy czym w przypadku, gdyby wysokość kary była niższa niż 5 zł, to należna kara będzie wynosić 5 zł, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nie dostarczonej partii towaru; b) za opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji lub opóźnienie w wymianie uszkodzonego lub niekompletnego towaru w wysokości 0,5% od wartości brutto reklamowanego towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, przy czym w przypadku, gdyby wysokość kary była niższa niż 5 zł, to należna kara będzie wynosić 10 zł, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanego towaru; c) za opóźnienie w dostarczeniu dokumentu, o którym mowa § 6 ust. 20 - 30 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 7 dni i 50 zł za każdy następny dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczą niedostarczone dokumenty. Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 30 dni, to Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy i zastosowania kary wynikającej z zapisu ust. d niniejszego paragrafu, d) odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie (wypowiedzenie) z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy

**Odpowiedz zamawiającego**

**Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian**

-----

**Pytanie nr 11**

**Pakiet 7 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści wymiary 48 cm x 19 cm?

**Odpowiedz zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących zapisów.**

**Pakiet 7 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści wymiary 56 cm x 31 cm x 23 cm?

**Odpowiedz zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących zapisów.**

**Pakiet 16 poz. 3-4**

Czy Zamawiający wyłączy z Pakietu 16 pozycje 3-4 i utworzy z nich oddzielne zadanie?

**Odpowiedz zamawiającego**

**Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian**

-----

**Pytanie nr 12**

Zapytania do pakietu nr 37: Pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 55 ml wypełniony 18 ml formaliny w opakowaniu 54 sztuki z przeliczeniem ilości? Pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 55 ml wypełniony 28 ml formaliny w opakowaniu 54 sztuki z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedz zamawiającego**

**Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian**

-----

**Pytanie nr 13**


Zadanie 36

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli do aspiracji z pojemników zbiorczych z portem luer lock z koreczkiem domykanym manualnie.

**Odpowiedz zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących zapisów.**

**Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust.4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2017. 1579.) zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 20.01.2020 r. godz. 10:00/10:15.**

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu  
  
Grzegorz Strykowski