

COZL/DZP/AW/3411/PN- 202/20

Lublin dnia 22.01.2021 roku

Dot.: „Usługa przeprowadzania przeglądów okresowych, kontroli bezpieczeństwa elektrycznego, konserwacji oraz naprawy urządzeń będących na wyposażeniu COZL” (znak postępowania: COZL/DZP/AW/3411/PN-202/20)

**Działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r., poz.1843 z póź.zm.), informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:**

**I.**

**Pytanie 1**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: **PZP**) zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie, czy zawarty w SIWZ wymóg dotyczący zatrudniania przez wykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie przeprowadzania przeglądów, konserwacji, kontroli bezpieczeństwa aparatury medycznej wraz z naprawami oznacza, że Zamawiający uznaje, iż wykonywanie ww. czynności będzie zawierało cechy stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu Pracy (dalej k.p.)

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**II.**

Pytania dotyczące:

Część 38

Część 40

Część 60

**Pytanie 1**

Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz pacjentom, a także zapewnieniu przeprowadzenia usługi zgodnie z pełnymi wytycznymi producenta, Zamawiający wymaga poświadczenia o autoryzacji serwisu przez producenta sprzętu?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 2**

Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz pacjentom, a także zapewnieniu przeprowadzenia usługi zgodnie z pełnymi wytycznymi producenta, Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące usługę posiadały certyfikaty świadczące o przeszkoleniu w zakresie serwisowania sprzętu medycznego wystawione przez producenta lub autoryzowany serwis producenta na terenie Polski?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

1.

### Pytanie 3

Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz pacjentom, a także zapewnieniu przeprowadzenia usługi zgodnie z pełnymi wytycznymi producenta, Zamawiający wymaga sprawdzenia i ewentualnej aktualizacji oprogramowania urządzeń do najnowszej wersji?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### Pytanie 4

Ponieważ zgodnie z wymaganiami producenta sprzętu, uprawnienia wynikające ze świadectwa SEP nie są wymagane do wykonania przeglądu/konserwacji/napraw urządzeń, to czy Zamawiający zezwoli na usunięcie tego zapisu dla Część 38, Część 40, Część 60?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### III.

Dotyczy załącznika nr 3 – wzór umowy

#### § 7 pozycja 1. a)

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu „opóźnienia Wykonawcy w realizacji obowiązków wynikających z umowy w przypadku terminów ustalonych w godzinach – kara umowna wyniesie 150zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia” na rzecz „opóźnienia Wykonawcy w realizacji obowiązków wynikających z umowy w przypadku terminów ustalonych w dniach – kara umowna wyniesie 150zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia”

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### § 8 pozycja 4.

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu „- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania”, gdyż jest to niezgodne z ustawą o RODO?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### § 8 pozycja 4.

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu „- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji”, gdyż jest to niezgodne z ustawą o RODO?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### IV.

#### Dotyczy Zadania (części) nr 3 – Rezonans magnetyczny oraz dwumonitorowe stacje lekarskie do MRI

W związku z tym, że stacje opisowe które są systemami IT weszły w okres braku pełnego wsparcia serwisowego wnosimy o uzupełnienie wzoru umowy dla Części 3 zapisem o możliwości wyłączenia z umowy urządzeń/urządzenia Extended MR Workspace o numerach seryjnych : F04DA221D027 i F04DA221C625 w przypadku braku możliwości ich naprawy ze względu na niedostępność części zamiennych, pomniejszając jednocześnie należne wynagrodzenie o kwotę przypadającą na te stacje.

**Odpowiedź: Zmiana załącznika nr 3 – wzór umowy –Strony zamienne w załączeniu.**



**Dotyczy Załącznika nr 1.3 – Kosztorys ofertowy dla części 3 – Rezonans magnetyczny oraz dwumonitorowe stacje lekarskie do MRI**

Zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie i uzupełnienie numerów seryjnych dla urządzeń: Extended MR Workspace SN: F04DA221D027, Extended MR Workspace SN: F04DA221C625

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza zgodność numerów seryjnych Załącznik nr 1.3 – Część 3 – Rezonans magnetyczny oraz dwumonitorowe stacje lekarskie do MRI kol. 1 poz.2 – Dwumonitorowe stacje lekarskie do MRI (2szt) Extended MR Workspace SN: F04DA221D027, Extended MR Workspace SN: F04DA221C625

**Dotyczy zapisów w umowie § 1 pkt 6 dla urządzeń z części nr 3.**

Dla tego aparatu części zamienne są wymieniane w ramach kontraktu serwisowego zgodnie z załącznikiem 2.3, dlatego wnosimy o modyfikację zapisu tego ustępu, jak następuje: Wymiana i dostawa części zamiennych będzie wykonywana w ramach kontraktu serwisowego.

**Odpowiedź:** Zmiana załącznika nr 3 – wzór umowy –Strony zamienne w załączeniu.

**Dotyczy zapisów w umowie § 3**

Wnosimy o poprawę numeracji zapisów dotyczących Części 1-14 i 15-65.

**Odpowiedź:** Zmiana załącznika nr 3 – wzór umowy –Strony zamienne w załączeniu.

**Dotyczy zapisów w umowie § 7 ust. 1a dla części nr 3 i 25**

Ze względu na niewspółmiernie wysoką karę umowną, wnosimy o jej zmniejszenie do wartości 50 zł odpowiednio za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, tak aby Wykonawca mógł złożyć ofertę cenową. Dodatkowo, wnosimy o zamianę słowa „opóźnienia” słowem „zwłoka”, gdyż opóźnienie może mieć miejsce z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, np. siła wyższa, epidemia itp..

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Dotyczy zapisów w umowie § 7**

Wnosimy o usunięcie zapisów w umowie § 7 ust. 2 dla części nr 3 i 25.

Wykonawca wykonuje przeglądy techniczne zgodnie z wytycznymi producenta w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Brak miesięcznej zapłaty za wykonanie usług jest niewspółmiernie wysoką karą, która nakłada dodatkowe ryzyka na Wykonawcę i jednocześnie może podnieść zaoferowaną cenę zamówienia.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Załącznik nr 3 – wzór umowy**

Uprzejmie prosimy o uzupełnienie § 7 wzoru umowy następującą treścią:

Suma kar umownych nie przekroczy 10% wartości wynagrodzenia o którym mowa w § 5.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Załącznik nr 3 – wzór umowy**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samym czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następującą treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nie przekraczającej wynagrodzenia określonego w §.....umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



### **Załącznik nr 3 – wzór umowy**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne części zamiennych służących do napraw?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### **Załącznik nr 3 – wzór umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy zapisów dotyczących Prawa własności intelektualnej i przemysłowej:

a. W przypadku wymiany części zamiennych

(1) w razie wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem przeciwko Zamawiającemu, że wymieniona część narusza prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o tym roszczeniu oraz udzieli Wykonawcy pełnych i kompletnych informacji na ten temat, a także umożliwi pełny wgląd w dokumentację związaną z tym roszczeniem.

(2) w razie zaistnienia roszczenia osoby trzeciej, o którym mowa powyżej w pkt. (1) Zamawiający i Wykonawca przystąpią do wzajemnych konsultacji co do zakresu i trybu podjęcia środków prawem przewidzianych względem roszczenia osoby trzeciej. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w terminie 7 dni od rozpoczęcia konsultacji w tym zakresie, obowiązywać będzie tryb opisany poniżej w pkt. (3).

(3) Zamawiający przekaze Wykonawcy wyłączną kontrolę nad postępowaniem w sprawie roszczenia oraz będzie świadczył na rzecz Wykonawcy wszelką możliwą pomoc jeśli Wykonawca tego zażąda.

b. W przypadku uznania roszczenia osoby trzeciej za zasadne Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do

(i) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z wymienionej części

(ii) zastąpienia lub zmodyfikowania wymienionej części w celu uniknięcia naruszenia lub

(iii) zapłaty odszkodowania w wysokości zasądzonej prawomocnym wyrokiem sądu i nieprzekraczającej trzykrotności wartości brutto umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### **Załącznik nr 3 – wzór umowy**

Prosimy o wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

W par. 7 jako ust. 1 proponujemy wpisanie:

„Mając na uwadze aktualną pandemię wirusa SARS-CoV-2, związaną z tym sytuację globalnego zagrożenia zdrowia oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu (w tym ograniczenia nakładane przez państwa dotknięte pandemią), stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, Strony zgodnie postanawiają, że w czasie trwania pandemii czynności serwisu mogą nie zostać zrealizowane albo mogą zostać zrealizowane w późniejszym terminie lub z opóźnieniem z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. W przypadku jakichkolwiek braków części, personelu, podwykonawców lub opóźnień w wykonaniu zobowiązań umownych związanych z pandemią wirusa SARS-CoV-2 Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego bez zbędnej zwłoki i wskazać prognozowany, według najlepszej swojej wiedzy, termin wykonania czynności serwisowych. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych lub jakiegokolwiek innego odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań określonych w niniejszej umowie dotyczą wyłącznie przypadków niezwiązanych ze skutkami siły wyższej związanej w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 oraz okolicznościami zewnętrznymi (w tym ograniczeń nakładanych przez państwa dotknięte pandemią), co Strony niniejszym akceptują i potwierdzają.

Obecny par. 7 ust.1 byłby oznaczony jako ust. 2 i proponujemy zmianę jego brzmienia:

„Uwzględniając treść ust.1 powyżej, za niewykonanie lub niewłaściwe wykonywanie Umowy lub uchybienie terminom, o których mowa w niniejszej Umowie, z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych, na podstawie art. 3531 w zw. z art. 473 § 1 kodeksu cywilnego, w nw. przypadkach:



- a) opóźnienia Wykonawcy w realizacji obowiązków wynikających z umowy w przypadku terminów ustalonych w godzinach – kara umowna wyniesie **50 zł** za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.

Proponujemy uzupełnienie par.7 umowy następującym zapisem:

Strony uzgadniają, że kary pieniężne przewidziane w niniejszej Umowie nie podlegają sumowaniu i potrącane będą z jakiegokolwiek wierzytelności przysługującej Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy, a gdyby okazało się to niemożliwe, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar pieniężnych na rachunek bankowy Zamawiającego w okresie 30 dni od dnia otrzymania (w tym e-mail lub faks) noty obciążeniowej lub wezwania do zapłaty kar pieniężnych. Suma kar umownych nie przekroczy 10% wartości całej umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

V.

### **Dotyczy pakietu : część 8**

#### **Pytanie 1**

##### **§ 5 ust. 3**

#### **Dotyczy wzór umowy**

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę i dodanie zapisu do w/w ustępu o następującej treści?

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości realizacji przedmiotu Umowy. Stan rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nie może stanowić podstawy do odmowy lub zaprzestania wykonywania usług w sposób ciągły i zgodny z przyjętymi przez Wykonawcę warunkami realizacji o ile zwłoka w płatności nie przekroczy jednego okresu rozliczeniowego. W przeciwnym wypadku Wykonawca ma prawo wstrzymać realizację zobowiązań umownych do momentu spłaty zaległej należności.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### **Pytanie 2**

##### **§ 7 ust. 1a**

#### **Dotyczy wzór umowy**

Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kary umownej

- a) opóźnienia Wykonawcy w realizacji obowiązków wynikających z umowy w przypadku terminów ustalonych w godzinach – kara umowna wyniesie 50zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### **Pytanie 4**

##### **§ 7ust.6**

#### **Dotyczy wzór umowy**

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie zapisu do w/w ustępu o następującej treści:

6. W sytuacji gdy, Wykonawca nie przystąpi do takiej naprawy o której mowa w ust. 5 w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności wykonania takiej naprawy Zamawiającemu przysługuje uprawnienie realizacji naprawy w trybie wykonania zastępczego, polegającego na zleceniu wykonania takiej naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy podmiotowi trzeciemu. Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z wykonaniem usługi w trybie zastępczym

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



#### **Pytanie 4**

##### **§ 9 ust.2.2**

##### **Dotyczy wzór umowy**

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie zapisu do w/w ustępu o następującej treści:

2) Wykonawca nie przystąpił do wykonania usług lub zaniechał ich realizacji bez podania przyczyn przez okres dłuższy niż 3 dni robocze;

**Odpowiedź:** Zmiana załącznika nr 3 – wzór umowy –Strony zamienne w załączeniu.

#### **VI.**

**Pytanie nr 1** - dotyczy Szczegółowego opisu zamówienia część 4 -punkt 2.4

Czy Zamawiający zgodzi się aby czas rozpoczęcia naprawy( przyjazd inżyniera serwisowego) wynosił 48h liczone w dni robocze ?”

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 2** - dotyczy Szczegółowego opisu zamówienia część 4 -punkt 2.5 i 2.6

Czy w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę sprzętu zastępczego na czas naprawy, Zamawiający nie będzie wymagał określonych w opisie ram czasowych na dokonanie naprawy ?”

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza o ile zachowany zostanie zapis iż naprawa lub dostarczenie sprzętu zastępczego odbędzie się w ciągu 2 dni.

**Pytanie nr 3** - Dotyczy zapisów umowy -paragraf 7 ustęp 1a

Czy Zamawiający zgodzi się aby kara za przekroczenie terminów była naliczana w wysokości 150zł nie za godzinę, tylko za każdy dzień przekroczenia terminu ?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 4** Dotyczy zapisów SIWZ, zapisów umowy -paragraf 7 ustęp 1a

Czy w przypadku gdy Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze, które zapewni ciągłość pracy pracowni, Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 5** Dotyczy zapisów SIWZ i zapisów umowy -paragraf 8 ustęp 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zamiast dokumentów wymienionych w paragrafie 8 ustęp 4 Wykonawca dostarczył stosowne oświadczenie potwierdzające ?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 6** Dotyczy zapisów umowy -paragraf 8 ustęp 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na usunięcie zapisu ustęp 5 z zapisów umowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 7** Dotyczy zapisów siwz i umowy -paragraf 8 ustęp 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zamiast dokumentów wymienionych w paragrafie 8 ustęp 6 Wykonawca dostarczył stosowne oświadczenie potwierdzające ?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### **VII.**

1. Czy Zamawiający potwierdza, iż wykonywanie czynności przeglądowych ma być zgodne z najnowszymi, najbardziej aktualnymi instrukcjami i najnowszymi zaleceniami producenta? Mając na uwadze bezpieczeństwo urządzenia stosowanie najnowszych zaleceń producenta jest kluczowe. Producent aktualizuje wytyczne serwisowe od czasu do czasu, z uwagi na dokonywane zgłoszenia serwisowe, uwzględniając najnowsze kwestie techniczne związane z danym modelem.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



2. W § 1 ust. 7 wzoru umowy wskazano, że:  
„Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenia urządzeń, w czasie wykonywania napraw i innych czynności serwisowych oraz za dostarczone i wymienione części i inne materiały niezbędne do sprawnego działania urządzenia, w sposób zapewniający ciągłość pracy.”

Podobne zastrzeżenie znalazło się w § 3 ust. 11 wzoru umowy, zgodnie z którym „Wykonawca przyjmuje całkowitą odpowiedzialność za stan techniczny urządzeń podczas przeglądów.”

Prosimy o potwierdzenie, że wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niesprawność urządzeń, uszkodzenia lub utratę powstałe nie z jego winy, a w szczególności w następujących sytuacjach:

- a. niewłaściwego użytkownika urządzenia, w szczególności niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją użytkownika lub najnowszą instrukcją serwisową;
- b. mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady;
- c. jakiegokolwiek bezprawnej ingerencji osób trzecich lub Zamawiającego, w szczególności przeróbek lub zmian konstrukcyjnych;
- d. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź, zalanie itp.),
- e. normalnego zużycia rzeczy.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

3. Zgodnie z § 6 ust. 4 wzoru umowy Wykonawca udziela minimum 6 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi.

Czy Zamawiający doda do katalogu wyłączeń gwarancyjnych określonych w § 6 ust. 4 wzoru umowy, iż gwarancja nie obejmuje także:

- mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady;
- normalnego zużycia rzeczy.”?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

4. § 3 ust. 4 wzoru umowy: wymaga umowy licencyjnej uprawniającej do dysponowania kluczami i/lub kodami serwisowymi w zakresie umożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia - w wersji elektronicznej na CD.

W jaki sposób Zamawiający będzie weryfikował ten wymóg oraz to czy klucze oraz kody serwisowe pochodziły z udokumentowanego źródła?

**Odpowiedź:** Umowa licencyjna dokumentuje pochodzenie i legalność kluczy i kodów.

Mając na uwadze istotę stosowania legalnych kluczy serwisowych i stosowane najnowszych wytycznych producenta mają znaczenie dla bezpieczeństwa systemu operacyjnego, a także z uwagi te ewentualne konsekwencje prawne. Stosowanie legalnych kodów serwisowych, podobnie jak w przypadku wytycznych, powinno być poddane weryfikacji i sankcjom umownym. Kody te ważne są jeden rok. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie postanowienia:

- „Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów prawa i najbardziej aktualnych wytycznych producenta w zakresie serwisowania sprzętu, a także od chwili przystąpienia do realizacji umowy posiadać klucze i kody serwisowe, pochodzące z legalnego źródła. W przeciągu 7 dni od podpisania niniejszej umowy oraz najpóźniej w każdą kolejną rocznicę zawarcia umowy,



Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu uwierzytelnioną kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kluczy i kodów serwisowych z legalnego źródła.”

- doda karę umowną w brzmieniu: „za niewykazanie posiadania kluczy lub kodów serwisowych pochodzących z legalnego źródła - w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki”?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

5. Czy Zamawiający wykreśli ze wzoru umowy treść § 6 ust. 5 i ust. 6 wzoru umowy? Postanowienia te znacznie ingerują w wewnętrzne stosunki wykonawcy, ponadto są wątpliwe pod kątem zgodności z art. 58 § 1 k.c.

**Odpowiedź:** We wzorze umowy w § 6 brak jest ust.5 i 6.

6. W § 7 ust. 6 wzoru umowy Zamawiający zastrzegł możliwość wykonania zastępczego. Podobne brzmienie zawiera § 10 ust. 3 wzoru umowy.

Prosimy o sprecyzowanie, iż Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności w okresie rękojmi i gwarancji za uszkodzenia, wady spowodowane działaniem tak wybranych podmiotów trzecich/ zastępczych.

Czy Zamawiający wykreśli z § 7 ust. 6 wzoru umowy zdanie: „Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z wykonaniem usługi w trybie zastępczym.”? Fraza „wszelkie koszty związane z wykonaniem usługi” jest zbyt ogólna i nie pozwala na prawidłowe skalkulowanie ryzyka kontraktowego. W przypadku braku zgody na wykreślenie tego postanowienia, prosimy o doprecyzowanie dokładnego mechanizmu w jaki sposób będzie następowało ustalanie tych kosztów i co będzie się na nie składało?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

7. Czy Zamawiający będzie wymagał „Zdalnego diagnozowania usterek” w rozumieniu takich funkcjonalności, które pozwalają nie tylko na zdiagnozowanie, ale również zdalną naprawę aparatu w aparatach, które posiadają taką możliwość? Pogłębiona zdalna diagnostyka obniża czasy przestoju aparatów spowodowanych mniejszymi usterekami oraz nie powoduje konieczności pojawienia się serwisu na miejscu, co może wydłużyć czas usunięcia awarii.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

8. Wykonawca wskazuje, iż w przypadku wizyt u Zamawiającego, współpraca Zamawiającego w kwestiach bhp jest kluczowa. Czy zamawiający wyraża zgodę na dodanie postanowienia dotyczącego obowiązków Zamawiającego o treści:

„Zamawiający jest zobowiązany do współpracy z Wykonawcą w celu zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa personelowi Wykonawcy, w trakcie realizacji usług, w tym:

- a) podjęcia wszelkich kroków mających na celu zapobieżenie przekazaniu czynników zakaźnych przenoszonych poprzez krew i/lub płyny ustrojowe;
- b) przestrzegania norm postępowania obowiązujących w przypadku zdarzeń dotyczących narażenia na kontakt z krwią lub płynami ustrojowymi,



c) podjęcia kroków wymaganych w instrukcji urządzenia (w szczególności dezynfekcji sprzętu przed kontaktem z personelem Wykonawcy)”?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

9. W § 7 wzoru umowy Zamawiający określił katalog kar umownych. Kara umowna jako surogat odszkodowania za nieterminową realizację przedmiotu umowy powinna być naliczana wyłącznie w sytuacji, gdy zaistniałe opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Wykonawca nie powinien odpowiadać zatem za następstwa okoliczności niezależnych od Wykonawcy. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia i oparcie się na zasadach ogólnych (tj. zasadzie winy) tj. zastąpienie słowa „opóźnienie” terminem „zwłoka”?

**Odpowiedź:** Zmiana załącznika nr 3 – wzór umowy –Strony zamienne w załączeniu.

10. Czy Zamawiający obniży karę umowną określoną w § 7 ust. 1 lit. a) z 150,00 zł za każdą godzinę, do 50,00 zł za każdą godzinę zwłoki, względnie czy Zamawiający zgodzi się na zmianę tej kary z 150,00 zł za każdą godzinę, na 150,00 zł za każdy dzień zwłoki? W ocenie wykonawcy kara umowna w aktualnym kształcie jest rażąco wygórowana.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

11. Czy Zamawiający wykreśli ze wzoru umowy treść § 7 ust. 2:

„W przypadku niewykonania przeglądu urządzeń w danym kwartale w wyniku decyzji Wykonawcy, Zamawiający jest zwolniony od uiszczenia miesięcznej raty za przegląd, o którym mowa w § 5 ust. 2. Natomiast Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za utrzymanie sprzętu w gotowości zna zasadach określonych w § 1 ust. 5”?

W ocenie wykonawcy, skoro wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za utrzymanie sprzętu w gotowości, powinno należeć mu się wynagrodzenie miesięczne, chociażby za pozostawianie w gotowości.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

12. Czy Zamawiający ograniczy odpowiedzialność wykonawcy, o której mowa w § 7 ust. 3 wzoru umowy wyłącznie do rzeczywiście poniesionej szkody, z wyłączeniem utraconych korzyści?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

13. Czy Zamawiający zmniejszy karę umowną określoną w § 8 ust. 5 wzoru umowy do 500,00 zł za każdy przypadek niewypełnienia obowiązku? Kara umowna w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę jest zbyt wygórowana i jest nieadekwatna do rodzaju i wagi naruszenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

14. Czy Zamawiający wprowadzi do wzoru umowy konstrukcję w postaci ograniczenia łącznej wysokości kar umownych jakie mogą być naliczone w ramach przedmiotowej Umowy i wprowadzi maksymalny pułap kar umownych nie przekraczający 10 % wartości brutto wynagrodzenia wykonawcy?



W celu umożliwienia Wykonawcy odpowiedniego przygotowania oferty z uwzględnieniem ryzyka biznesowego związanego z realizacją kontraktu, ograniczenia łącznej wysokości kar umownych do 10 % wydaje się celowe i uzasadnione. Kary umowne stanowią najistotniejsze ryzyko związane z realizacją kontraktu, często okazują się nadmiernie wygórowane w stosunku do naruszenia stanowiącego podstawę do ich naliczenia, a to powoduje spadek jakości wykonanych usług, bowiem przerzuca ciężar uwagi Wykonawcy z prawidłowego i terminowego realizowania przedmiotu umowy na dbanie o niedopuszczenie do sytuacji, w której Zamawiający uzyska uprawnienie do naliczenia często bardzo wysokiej kary. Z kolei w wyroku z 25.06.2010 r.(sygn. akt: KIO 1123/10) Izba wskazała, iż kara umowna nie może być traktowana jako ubezpieczenie Zamawiającego. Kary umowne muszą być proporcjonalne do ceny umowy, a nie do ewentualnych strat Zamawiającego, gdyż do tego służą instytucje odszkodowań. Co więcej, ustalenie wysokości kary umownej powyżej pułapu, którego wysokość byłaby uzasadniona wagą naruszenia obowiązków Wykonawcy jest bezprzedmiotowe, gdyż nie spowoduje dodatkowej motywacji u Wykonawcy. Kara umowna ustalona zbyt wysoko przestaje spełniać funkcję stymulacyjną (motywującą dłużnika do prawidłowego wykonania zobowiązania), a staje się źródłem nadmiernej represji wobec Wykonawcy.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

15. Czy Zamawiający wprowadzi do § 7 wzoru umowy mechanizm, iż naliczenie kary umownej powinno zostać poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do należytej realizacji umowy lub usunięcia przyczyn leżących po stronie Wykonawcy stanowiących podstawę do naliczenia kary umownej, w wyznaczonym w wezwaniu dodatkowym odpowiednim terminie, nie krótszym niż 5 dni roboczych?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

16. Czy Zamawiający wprowadzi do wzoru umowy mechanizm, iż odstąpienie/rozwiązanie umowy, o którym mowa w § 9 wzoru umowy powinno zostać poprzedzone pisemnym wezwaniem do należytej realizacji umowy lub usunięcia przyczyn stanowiących podstawę do rozwiązania umowy, w wyznaczonym w wezwaniu dodatkowym odpowiednim terminie, nie krótszym niż 5 dni roboczych? Odstąpienie/rozwiązanie umowy jest czynnością radykalną i nie powinno zaskakiwać żadnej ze Stron wykonujących kontrakt w dobrej wierze, zwłaszcza, że opisanie przesłanek do rozwiązania jest bardzo ogólne. Dzięki takiemu rozwiązaniu zachowana jest ochrona słusznego interesu Zamawiającego, który dokonał wyboru wykonawcy w publicznej procedurze, a Wykonawcy umożliwia rzetelną kalkulację ryzyka.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

17. Czy Zamawiający wprowadzi do wzoru umowy postanowienia ograniczające odpowiedzialność stron w związku z okolicznościami spowodowanymi panującą pandemią wirusa SARS-COV-2 wywołującego chorobę COVID-19?

Czy Zamawiający wprowadzi do wzoru umowy postanowienie umowne o następującej treści:

„§ ...

#### **Odpowiedzialność**

1. Strony oświadczają, iż w związku z panującą pandemią wirusa SARS-cov-2 wywołującego chorobę COVID-19, mają świadomość, że:



- a) *stan epidemii może mieć wpływ na realizację niniejszej umowy, w szczególności może spowodować opóźnienia w realizacji umowy,*
- b) *stan pandemii jest okolicznością niezależną od żadnej ze stron, a niemożność wywiązania się z obowiązków umownych wywołana następstwami pandemii takimi jak: absencja pracowników spowodowana kwarantanną, chorobą, sprawowaniem opieki nad dziećmi lub ograniczeniami nałożonymi przez uprawnione władze, jest czynnikiem za który Strony nie ponoszą winy,*

*Strony niniejszym wyłączają odpowiedzialność kontraktową wywołaną następstwami epidemii SARS-cov-2, w szczególności mogącą wynikać z opóźnień lub braku możliwości realizowania w pełni obowiązków umownych.*

*2. W każdym wypadku strona powołująca się na niewykonanie lub nienależyte wykonanie ciężących na niej obowiązków umownych z powodu pandemii wirusa SARS-cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 zobowiązana jest wskazać drugiej Stronie podstawę faktyczną swoich twierdzeń. ” ?*

Wykonawca argumentuje powyższe tym, iż stan epidemii, który wpływa na realizację umowy przez strony należy zakwalifikować do okoliczności, za które strona nie powinna ponosić odpowiedzialności w rozumieniu art. 471 k.c., ani też być obciążana karami umownymi, które należy wiązać jedynie z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy. Co więcej, niedogodności związane z realizacją usługi serwisowania spowodowane pandemią wirusa SARS-CoV-2, należy traktować jako siłę wyższą rozumianą w doktrynie oraz orzecznictwie jako zdarzenie o charakterze zewnętrznym, niemożliwym do przewidzenia i nieuchronnym: „*Za siłę wyższą jest uznawane wyłącznie zdarzenie charakteryzujące się trzema następującymi cechami: zewnętrżnością, niemożliwością jego przewidzenia oraz niemożliwością zapobieżenia jego skutkom. Zdarzenie jest zewnętrzne wówczas, gdy następuje poza strukturą przedsiębiorstwa. Niemożliwość przewidzenia, że dane zdarzenie nastąpi, należy pojmować jako jego nadzwyczajność i nagłość. Niemożliwość zapobiegnięcia skutkom zdarzenia jest tłumaczona jako jego przemożność, a więc niezdolność do odparcia nadchodzącego niebezpieczeństwa. Za przejawy siły wyższej uznaje się katastrofalne zjawiska wywołane działaniem sił natury, np. powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, pożary lasów. Jako siłę wyższą traktuje się także akty władzy publicznej oraz zjawiska społeczne lub polityczne o skali katastrofalnej*” (wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 19 listopada 2019 r. o sygn. III APa 15/19).

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**18.** Z uwagi na brak precyzyjnych rozwiązań dotyczących siły wyższej, proponujemy zawarcie we wzorze umowy precyzyjnych ustaleń. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do wzoru umowy zapisu:

„1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, bądź też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany nadzwyczajne, zagrożenia epidemicznego lub epidemii, itp.

2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.



3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe.”?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

## VIII.

### Wniosek o wyjaśnienie/zmianę treści zapytania ofertowego

Pytanie 1 VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU pakiet 3

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, spełniającymi następujące wymagania:

minimum 3 osoby (serwisant, inżynier serwisowy itp.) biorące udział bezpośrednio przy wykonywaniu usługi posiadające kwalifikacje, świadectwa kwalifikacji „E” lub „D” do IkV, uprawnienia do wykonywania pomiarów ochronnych i doświadczenie w serwisowaniu urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia danej części (określony w Załączniku nr 1. I — 1.14 oraz Załączniku nr 2.1 — 2.14 do SIWZ), na którą to Wykonawca składa swoją ofertę, posiadają aktualne certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające nabycie kwalifikacji wydane przez producenta urządzeń lub uprawnionego przedstawiciela lub inny ośrodek szkolący?

Postawiony w SIWZ warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej w postaci obowiązku posiadania przez Wykonawcę certyfikatów producenta urządzeń uniemożliwia udział w przedmiotowym postępowaniu jakiegokolwiek firmie konkurencyjnej wobec producenta! Producent nie ma ani obowiązku ani interesu biznesowego w porozumieniu się z innymi wykonawcami co do organizowania szkoleń. Tym samym zapisy SIWZ odnoszące się do wymagań stawianych Wykonawcom w kwestii posiadania ww. dokumentu stanowią ograniczenie kręgu Wykonawców zdolnych do realizacji zamówienia. Bezsprzecznie tego rodzaju zapisy SIWZ mogą stanowić naruszenie art. 7 ust. 1 i art. 22 ust. 1a PZP poprzez opisanie warunków udziału wbrew zasadzie uczciwej konkurencji i wymaganie od Wykonawców dokumentów, które nie są proporcjonalne do przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

## IX.

### Pytanie nr 3

#### SIWZ - Załącznik nr 2.1: Część 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykonawca wskazuje po pierwsze, że sam zakres określenia „wykonanie zleconych przez producenta aktualizacji software’u systemowego i aplikacyjnego oraz modyfikacji urządzenia” może budzić pewne wątpliwości, ze względu na swoją niejednoznaczność.

Co do zasady bowiem, aktualizacje oprogramowania można podzielić na dwie grupy: (i) aktualizacje służące prawidłowemu funkcjonowaniu sprzętu oraz (ii) aktualizacje i modyfikacji służące rozwojowi sprzętu (dodanie nowych funkcji, itp). Zamawiający nie sprecyzował do wykonania których aktualizacji będzie zobowiązany wykonawca.

Tymczasem, zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych<sup>3</sup>, to wytwórca (a nie serwisant) jest obowiązany zapewnić, że autoryzowany przedstawiciel oraz każdy inny podmiot upoważniony przez wytwórcę do działania w jego imieniu w sprawach incydentów medycznych i w sprawach dotyczących bezpieczeństwa wyrobu będą realizowali (nieodpłatnie dla zamawiającego) zewnętrzne działania korygujące dotyczące bezpieczeństwa - Field Safety Corrective Action.



Powyższe potwierdza również orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej ukształtowane w analogicznych sprawach z udziałem Wykonawcy. W wyroku z 1 października 2019 roku, sygn. akt KIO 1817/19 Izba wskazała, że „obowiązkowe aktualizacje oprogramowania i sprzętu, służące jego prawidłowemu funkcjonowaniu, z mocy prawa zapewnia wytwórca (art. 75 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych). To wytwórca jest zobowiązany do dokonywania bieżących aktualizacji w zakresie koniecznym do zapewnienia bezpieczeństwa aparatu jego produkcji”.

Co za tym idzie, nie ulega wątpliwości, że to wytwórca (producent) sprzętu (w tym przypadku: Tomografów) jest ustawowo zobowiązany do dokonywania bieżących aktualizacji w zakresie koniecznym dla zapewnienia bezpieczeństwa aparatu jego produkcji. A contrario, można stwierdzić, że po stronie wykonawcy wybranego w wyniku Postępowania leżeć będzie dokonywanie i zainstalowanie wyłącznie innych aktualizacji oraz modyfikacji, o nieokreślonym bliżej zakresie. Jediną wskazówką pozostaje bowiem zalecenie producenta sprzętu.

Tym samym, aktualizacje i modyfikacje, o których w praktyce będzie decydował jedynie producent serwisowanych Tomografów mogą nie mieć żadnego znaczenia z punktu widzenia bezpieczeństwa jego użytkowania (tych bowiem będzie dokonywał sam producent) a mimo to, mogą (zgodnie z brzmieniem SIWZ) okazać się konieczne do wykonania nawet jeżeli będą dotyczyły zupełnie błahych zagadnień.

W dalszej kolejności Wykonawca przedstawi szczegółową argumentację dotyczącą niezgodności wskazanych zapisów OPZ z art. 29 ust. 1 PZP oraz art. 29 ust. 2 PZP.

W zakresie naruszenia art. 29 ust. 1 PZP, przede wszystkim należy wskazać, że zaskarżone zapisy SIWZ oraz wzoru umowy w Postępowaniu, a także OPZ są niejednoznaczne, ponieważ nie dają wykonawcy podstaw do rzetelnej kalkulacji ceny ofertowej.

Po pierwsze, wykonawcy, którzy chcieliby ubiegać się o przedmiotowe zamówienie ani nie mają wystarczającej wiedzy na temat liczby płatnych aktualizacji oraz płatnych modyfikacji urządzenia zalecanych przez producenta serwisowanych urządzeń, ani nie wiedzą jaki byłby ich ewentualny koszt (i na jak długi okres zapewniałyby one „aktualny” charakter). W obydwu przypadkach, niezbędne dane będą determinowane wyłącznie stanowiskiem podmiotu trzeciego (tj. zaleceniami producenta serwisowanych Tomografów).

Należy bowiem wskazać, że nie są dostępne jakiegokolwiek dane dotyczące tego, ile nowych wersji oprogramowania ukaże się na rynku w tym czasie i jakie zostaną wobec nich sformułowane zalecenia producenta.

Tym samym, Zamawiający wbrew obowiązkowi nałożonemu na niego z mocy art. 29 ust. 1 PZP (przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty) odsyła zainteresowanych wykonawców, tak naprawdę, do producenta serwisowanych Tomografów (jego zaleceń).

Opisane powyżej podejście Zamawiającego nie zasługuje na aprobatę, co potwierdza chociażby wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 21 lutego 2017 r., sygn. akt KIO 269/17: zamawiający nie może odsyłać wykonawców zainteresowanych złożeniem oferty do podmiotów trzecich, [...] o uzyskiwanie danych dotyczących tego zamówienia, w tym danych niezbędnych do przyjęcia założeń integracji systemów komputerowych". Innymi słowy, biorąc pod uwagę, że to Zamawiający prowadzi Postępowanie, to na nim ciąży obowiązek jednoznacznego i wyczerpującego opisanie przedmiotu zamówienia.

Warto wskazać, że na powyższe w żaden sposób nie rzutuje przyjęty przez Zamawiającego charakter wynagrodzenia. W tym sensie, Zamawiający nie może braku precyzji w opisie przedmiotu zamówienia uzasadniać ryczałtowym wynagrodzeniem wykonawcy. Zgodnie bowiem z wyrokiem Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 29 listopada 2013 r., sygn. akt VIII GC 124/13 zwykle ryzyko nieprzewidzenia rozmiaru świadczenia lub kosztów obciąża wykonawcę (jak np. przy umowie o dzieło - art. 632 § 1 k.c.), jednakże rozkład ten doznaje modyfikacji na gruncie ustawy - Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy nie może obciążać ryzyko nieprzewidzenia rozmiaru prac czy ich kosztów będące wynikiem niepełności czy niedokładności opisu przedmiotu zamówienia, a przez to naruszającego art. 29 powołanej ustawy. Innymi słowy, ryczałtowy system wynagrodzenia nie wyłącza obowiązku zamawiającego opisanie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na



sporządzenie oferty por. np. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 9 maja 2012 roku, KIO 809/12).

W świetle powyższego, obecne brzmienie skarżonych postanowień opisu przedmiotu zamówienia stanowi naruszenie art. 29 ust. 1 PZP. Zamawiający wymaga bowiem faktycznie od każdego wykonawcy potencjalnie zainteresowanego uzyskaniem zamówienia wystąpienia (przed złożeniem oferty w Postępowaniu) ze stosownym pismem do producenta serwisowanych Tomografów z prośbą o wskazanie planowanej liczby płatnych aktualizacji i modyfikacji sprzętu (oraz ich kosztów).

Co istotne, jakiegokolwiek stanowisko producenta serwisowanych urządzeń nie będzie miało przy tym charakteru wiążącego wobec wykonawcy. Tym samym, ryzyko wystąpienia większej liczby aktualizacji (modyfikacji) będzie w całości obciążało wykonawcę niebędącego producentem serwisowanych urządzeń.

Przy obecnym zatem brzmieniu SIWZ wykonawca (którego intencją jest złożenie oferty w Postępowaniu) stawiany jest przed dylematem: (i) założyć margines dodatkowych kosztów w zakresie w którym Zamawiający w zasadzie nie sprecyzował przedmiotu zamówienia (wtedy jego szansa na uzyskanie zamówienia znacząco się obniża, ponieważ oferta traci na swojej konkurencyjności), (ii) nie uwzględniać jakiegokolwiek ryzyka w powyższym zakresie i złożyć konkurencyjną cenową ofertę (wtedy jednak ryzyko niedoszacowania kosztów realizacji umowy z Zamawiającym znacząco wzrasta). Co oczywiste, żadne z powyższych nie stanowi równego traktowania wykonawców, wymaganego zgodnie z art. 7 ust. 1 PZP.

Powyższe rozumienie potwierdza także orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej ukształtowane w analogicznych sprawach z udziałem Wykonawcy. W przywołanym już powyżej wyroku z 1 października 2019 roku, sygn. akt KIO 1817/19 Izba wskazała, że „analizując zarzut dotyczący zgodności wymogu przeprowadzania przez wykonawcę aktualizacji oprogramowania zwiększających produktywność i funkcjonalność ze wskazanymi przez Odwołującego przepisami ustawy Pzp Izba stwierdziła, że brak możliwości określenia liczby i zakresu ww. aktualizacji, do których przeprowadzenia zobowiązany byłby wykonawca w okresie realizacji umowy, stanowi o niejednoznaczności opisu przedmiotu zamówienia”.

Warto też zwrócić uwagę, że brak precyzji w ustalaniu zakresu świadczenia wykonawcy może skutkować trudnościami także dla samego Zamawiającego. Przy zachowaniu obecnego brzmienia SIWZ istnieje bowiem poważne ryzyko przyjęcia odmiennej kalkulacji przez każdego z wykonawców, a w konsekwencji - złożenia w Postępowaniu ofert nieporównywalnych - tak Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 21 lutego 2017 r., sygn. akt KIO 269/17, w którym czytamy, że zakres usług - możliwość ich wystąpienia, rozmiar, ilość, konieczność ich wykonania - nie może być pozostawiona domyślności wykonawcy, gdyż taka sytuacja prowadzi do składania ofert nieporównywalnych, co do rozmiarów świadczeń i ich wyceny.

Na zakończenie należy także zwrócić szczególną uwagę na zakres ewentualnego doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie. Nie chodzi tu bowiem, o jakiegokolwiek minimalne doszczegółowienie kwestionowanego zapisu (które tylko pozornie uczyni zadość zasadzie jednoznaczności opisu przedmiotu zamówienia), ale takie które zagwarantuje wykonawcy realną możliwość rzetelnego przygotowania oferty oraz wyliczenia ceny tj. musi wskazywać na liczbę płatnych aktualizacji oraz płatnych modyfikacji urządzenia zalecanych przez producenta serwisowanych urządzeń oraz ich ewentualny zakres i koszt (i na jak długi okres zapewniałyby one „aktualny” charakter).

Ponadto, w ocenie Wykonawcy zaskarżone zapisy SIWZ w sposób wyraźny utrudniają uczciwą konkurencję w Postępowaniu, ponieważ w uprzywilejowanej sytuacji stawiają producenta serwisowanych Tomografów (tj. Siemens) oraz wszelkie podmioty z nim bezpośrednio powiązane (np. Siemens Healthcare Sp. z o.o.) . Co oczywiste bowiem, to te podmioty będą ewentualnie mogły posiadać wiedzę w zakresie liczby zalecanych aktualizacji (modyfikacji) oraz ich kosztu.

Tym samym, jedynie bezpośredni producent serwisowanych urządzeń lub też spółki z nim powiązane będą w stanie zaoferować Zamawiającemu konkurencyjne warunki wykonania umowy, czyli uwzględnić niezbędne koszty związane z realizacją umowy (przewaga na etapie ofertowania przedmiotu zamówienia).

Co więcej, nie można wykluczyć, że także na etapie oceny ofert złożonych w Postępowaniu, podmioty te (ponownie) znajdą się w lepszej pozycji niż inni wykonawcy, ponieważ na podstawie przyjętych (i



znanych wyłącznie im) kosztów związanych z aktualizacjami (modyfikacjami) będą mogły z łatwością kwestionować oferty innych wykonawców (przewaga na etapie oceny ofert).

Wreszcie, nawet jeżeli jakimkolwiek innemu wykonawcy uda się uzyskać przedmiotowe zamówienia (pomimo istnienia oczywistej przewagi dla producenta serwisowanych aparatów), to już na etapie realizacji umowy z Zamawiającym, przy obecnym brzmieniu OPZ, wykonawca ten i tak narażony będzie na ryzyko poniesienia większych (nieplanowanych) kosztów, gdyż każdorazowo to wyłącznie od producenta i jego zaleceń będzie zależało (i nie będzie w tym zakresie w żaden sposób ograniczony) jakie koszty wykonawca poniesie z tytułu aktualizacji (modyfikacji) oprogramowania Urządzeń (przewaga na etapie realizacji umowy).

W tym kontekście warto zwrócić uwagę, że przecież sam Zamawiający na potrzeby wyceny wartości zamówienia, dla którego prowadzone jest Postępowanie, zobowiązany był ustalić jednoznacznie wartość zamówienia. Tym samym, Zamawiający musi być w posiadaniu informacji w zakresie niezbędnych kosztów realizacji zamówienia (zapewne pozyskanych od producenta Urządzeń). Jeżeli tak, to Wykonawca wnosi jedynie o zapewnienie w powyższym zakresie równych szans dla także innych potencjalnych wykonawców.

W świetle powyższego, obecne brzmienie skarżonych postanowień opisu przedmiotu zamówienia stanowi także naruszenie art. 29 ust. 2 PZP a zapewnienie realnej konkurencji możliwe jest wyłącznie poprzez uwzględnienie żądań Wykonawcy i oderwanie świadczenia wykonawcy realizującego zamówienie od woli (a w zasadzie od samowoli) producenta serwisowanych urządzeń.

Podsumowując, przy obecnym brzmieniu opisu przedmiotu zamówienia, poza samym producentem serwisowanych Tomografów (lub spółkami z nim powiązanymi) żaden z innych wykonawców nie jest w stanie precyzyjnie ustalić zatem zakresu swojego świadczenia, ani tym bardziej go wycenić (art. 29 ust. 1 PZP). Jedynymi podmiotami faworyzowanymi przez takie ukształtowanie zapisów SIWZ pozostają zatem podmioty z grupy kapitałowej Siemens (art. 29 ust. 2 PZP).

W związku z powyższym, z uwagi na brak możliwości wiążącego ustalenia, ile i jakie aktualizacje i modyfikacje Tomografów będą niezbędne w okresie 36 miesięcy realizacji umowy a także biorąc pod uwagę, że aktualizacje i modyfikacje te nie będą niezbędne z punktu widzenia bezpiecznego użytkowania serwisowanych Tomografów (za te bowiem odpowiada wyłącznie producent), **Wykonawca postuluje wykreślenie tego obowiązku z OPZ.**

Ewentualnie, Wykonawca wnioskuję o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie, tak aby zapewnić równe szanse wszystkim wykonawcom zainteresowanym uzyskaniem przedmiotowego zamówienia tj. poprzez wskazanie liczby, zakresu i kosztów aktualizacji software'u systemowego i aplikacyjnego oraz modyfikacji, zgodnie z zaleceniami producenta Tomografów.

**Odpowiedź: Zgodnie ze zmianą zapisów SIWZ zamieszczoną dnia 13.01.2021r**

#### **Pytanie nr 4**

#### **SIWZ - Załącznik nr 3 – wzór umowy - dotyczy części 1 oraz części 3**

W § 1 ust. 6 wzoru umowy Zamawiający podaje, że: „Wymiana części dokonywana będzie w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym. W przypadkach określonych w szczegółowym opisie zamówienia (Załącznik Nr 2 do umowy), Wykonawca zobowiązany jest do przesłania niezwłocznie oferty na zakup części niezbędnych do dokonania naprawy”, podczas gdy w Załączniku nr 2.1 i 2.3 Zamawiający wymaga dostawy części w ramach przedmiotowego zamówienia (w tym lamp RTG i cewek MR).

Prosimy o potwierdzenie zakresu przedmiotowej umowy dla części 1 oraz 3. Informacja ta ma duże znaczenie dla kalkulacji ceny oferty.

Jeśli Wykonawca powinien uwzględnić koszt części zamiennych w cenie oferty (w tym lamp RTG i cewek MR), prosimy o usunięcie zapisów § 1 ust. 6 wzoru umowy – jako niemających zastosowania przy kontraktach ryczałtowych, gdzie płatności są miesięczne bez względu na ilość wymienianych części zamiennych – jak to wskazuje Zamawiający w § 5 ust. 1 wzoru umowy.

**Odpowiedź: Zmiana załącznika nr 3 – wzór umowy – Strony zamienne w załączeniu.**



## X.

Zgłaszają chęć udziału w ww. postępowaniu w zakresie pakietu nr 25, prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Prosimy o wyjaśnienie, czy zapisy w paragrafie 1 ustęp 5-8 mają zastosowanie do pakietu nr 25? Wg załącznika nr 2 do umowy, w zakres usług w pakiecie nr 25 nie wchodzi naprawy.

**Odpowiedź:** Zapisy w paragrafie 1 ustęp 5-8 nie mają zastosowania w pakiecie nr 25.

## XI.

Umowa - kary: par. 7, pkt 1,a)

Czy zamawiający zmodyfikuje zapis na „Zamawiający może żądać zapłaty kar umownych w przypadku:

opóźnienia Wykonawcy w realizacji obowiązków wynikających z umowy w przypadku terminów ustalonych w godzinach – kara umowna wyniesie 50zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.”?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

## XII.

Pytanie 1

Dotyczy treści umowy w § 1 pkt. 5

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie poprzez usługę związaną z wykonaniem napraw awaryjnych wynikłych w okresie obowiązywania umowy w okresach między przeglądami wskutek nieprzewidzianych awarii, powodujących postój urządzeń? I jakie według Zamawiającego są nieprzewidziane awarie?

**Odpowiedź:** Zmiana załącznika nr 3 – wzór umowy –Strony zamienne w załączeni.

Pytanie 2

Dotyczy treści umowy w § 5 pkt. 2

Zwracamy się z prośbą o skrócenie okresu oczekiwania na płatność za dostawę do 30 dni od dnia daty otrzymania faktury VAT.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3

Dotyczy treści umowy w § 7 pkt. 7 pkt 1 lit. a)

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary umownej w przypadku opóźnienia w realizacji obowiązków wynikających z umowy w dot. terminów ustalonych w godzinach do 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4

Dotyczy Załącznika nr 2.7: Część 7 -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt 2.4.

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu rozpoczęcia naprawy (przyjazd inżyniera serwisowego) – do 72 godzin od chwili zgłoszenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Dotyczy Załącznika nr 2.7: Część 7 -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt 2.5.

Proponujemy termin naprawy do 5 dni roboczych liczonych od upływu czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.



### XIII.

**1. Pytanie dot. Załącznika nr 2.1: Część 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

Prosimy o potwierdzenie, że w związku z tym, iż lasery LAP są nieodłączną częścią tomografów komputerowych związanych ściśle z procedurą diagnostyki i leczenia radioterapeutycznego, Zamawiający w ramach czynności przewidzianych zamówieniem oczekuje kompleksowej obsługi tomografów komputerowych, w tym pełnej obsługi serwisowej ww. laserów.

**Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje pełnej obsługi serwisowej laserów.

**2. Pytanie dot. Załącznika nr 2.1: Część 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz Załącznika nr 2.2: Część 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

Prosimy o połączenie Części 1 oraz Części 2 w jeden pakiet. Zwracamy uwagę że urządzenia w pakiecie 1 i 2 są systemami, które współpracują ściśle ze sobą. Wybór jednego Wykonawcy dla grupy wskazanych urządzeń stwarza szansę na przeprowadzenie szybszej diagnostyki i obniżenie kosztów w porównaniu z zakupem usługi dla poszczególnych oddzielnych urządzeń.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**3. Pytanie dot. Załącznika nr 2.30: Część 30 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt 3**

Prosimy o udostępnienie wzoru certyfikatu serwisowego.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza własny wzór CERTYFIKATU Wykonawcy.

**4. Pytanie dot. Załącznika nr 3 Wzór umowy, § 7, ust. 1 a**

Prosimy zmianę rozliczania kary z godzin na dni.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**5. Pytanie dot. SIWZ, część VI, pkt 1 Część 1-14 oraz Załącznika nr 3 Wzór umowy, § 3, ust. 2**

Prosimy o rozważenie wymogu zapewnienia odpowiedniej kadry dla części 2. Zwracamy uwagę, że system syngo.via jest wyrobem medycznym przeznaczonym stricte do pracy klinicznej, zatem powierzenie wykonywania obsługi serwisowej komukolwiek może narazić Zamawiającego, tj. głównie użytkownika sprzętu na sytuacje związane z brakiem możliwości świadczenia usług diagnostycznych zgodnie z przeznaczeniem tego sprzętu.

**Odpowiedź:** Zmiana załącznika nr 3 – wzór umowy – Strony zamienne w załączeniu.

**6. Pytanie dot. Załącznika nr 2.1: Część 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

Mając na uwadze, że przedmiot zamówienia tj. tomograf komputerowy Somatom Definition AS jest systemem diagnostycznym, zintegrowanym z systemem laserów pozycjonowania pacjenta oraz wyposażonym w oprogramowanie przeznaczone do planowania leczenia radioterapeutycznego - względem którego ustawa Prawo atomowe precyzuje określone wymagania, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania odpowiedniego zezwolenia PAA

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania zezwolenia PAA na uruchomienie.

**7. Pytanie dot. Załącznika nr 2.1: Część 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt 4 ppkt 4.4 oraz Załącznika nr 1.1 Kosztorys ofertowy**

Prosimy o umożliwienie rozpoczęcia naprawy również poprzez diagnostykę zdalną, która znacznie przyspiesza wykonanie naprawy co jest korzyścią dla Zamawiającego. Niejednokrotnie przeprowadzenie takiej usługi daje możliwość rozwiązania problemu – bez przyjazdu inżyniera, lub pozwala, nie tracąc czasu na organizację podróży inżyniera, na rozpoczęcie kolejnego etapu naprawy tj. zamówienia części zamiennych. Dodatkowo pragniemy zwrócić uwagę, że Zamawiający zabezpieczony jest innym postanowieniem, mianowicie zakreślenia terminem zakończenia naprawy (3 dni bez konieczności użycia części i 5 dni z koniecznością użycia części).

Celem doprecyzowania prosimy o modyfikację zapisu w ww. załącznikach:

„Termin rozpoczęcia naprawy (rozpoczęcie usługi zdalnej lub przyjazd inżyniera serwisowego) – nie później niż 24 godziny od chwili zgłoszenia”.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.



**8. Pytanie dot. Załącznika nr 2.1: Część 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt 6 ppkt 6.1**

Prosimy o modyfikację zapisu:

„Dostawy w ramach wynagrodzenia za umowę **fabrycznie nowych** i oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji wraz z komponentami specjalnymi tj.: dla tomografów lamp RTG oraz kompletnych detektorów promieniowania, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych i elementów wyposażenia dodatkowego oraz instalacji infrastruktury pracowni i budynku w tym wentylacji i klimatyzacji.”

**Odpowiedź: Zgodnie ze zmianą zapisów SIWZ zamieszczoną dnia 13.01.2021r**

**9. Pytanie dot. Załącznika nr 2.1: Część 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt 6 ppkt 6.2**

Prosimy o potwierdzenie, że części wymieniane podczas przeglądu mają być nowe, oryginalne, w oryginalnych opakowaniach od producenta aparatu.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**10. Pytanie dot. Załącznika nr 2.1: Część 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt 7 ppkt 7.1**

W zakresie pomocy aplikacyjnej prosimy o możliwość zaoferowania platformy edukacyjnej PEP Connections.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**11. Pytanie dot. Załącznika nr 2.2: Część 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt 6, ppkt 6.2**

W obecnej sytuacji epidemiologicznej prosimy o możliwość przeprowadzenia szkolenia zdalnego i następującą modyfikację zapisu:

„Doradztwo w zakresie aplikacji (w tym pomoc w optymalizacji działania urządzenia) i porady przez telefon, w tym jedno na rok stacjonarne (w miejscu instalacji sprzętu) **lub zdalne** szkolenie z aplikacji zainstalowanych w aparacie.”

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**12. Pytanie dot. Załącznika nr 2.30: Część 30 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga by osoba wykonująca przedmiotowe usługi była przeszkolona wg ścieżki określonej przez producenta w ośrodku szkoleniowym, który realizuje wymagany program, a nie przez dowolny podmiot wg nieznanych standardów i o nieznanych kompetencjach. Nie można rzetelnie ocenić kompetencji jeżeli szkolenie nie obejmowało zakresu wskazanego przez producenta jako obowiązkowego, czyli zgodnego z minimum programowym.

Pragniemy podkreślić, że aparaty w pakiecie nr 30 są wysokospecjalistyczną aparaturą medyczną, wykorzystującą promieniowanie rentgenowskie co za tym idzie niezbędne jest posiadanie adekwatnych kwalifikacji, szkoleń przeprowadzonych przez producenta lub autoryzowany przez producenta ośrodek. Pragniemy podkreślić, że serwisowanie ww. urządzenia przez osoby bez odpowiednich kwalifikacji może skutkować rozregulowaniem dawek promieniowania, co może prowadzić do potencjalnych zagrożeń dla pracowników oraz pacjentów.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**13. Pytanie dot. Załącznika nr 2.30: Część 30 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz Załącznika nr 3 Wzór umowy, § 1, ust. 8**

Czy Zamawiający potwierdzi, że wszystkie narzędzia, mierniki, dostęp do oprogramowania serwisowego, niezbędne do prawidłowego wykonania czynności zalecanych przez producenta i przewidzianych umową wliczone mają być w koszty wykonania usług?

**Odpowiedź:** Zmiana załącznika nr 3 – wzór umowy –Strony zamienne w załączeniu.

**14. Pytanie dot. Załącznika nr 3 Wzór umowy, § 1, ust. 5, dot. Część 30**

Prosimy o odpowiedź, czy w ramach tego postanowienia, dla urządzeń, dla których zakres czynności obejmuje tylko wykonywanie przeglądów okresowych, Wykonawca powinien w cenie przeglądu skalkulować również koszty przewidziane na naprawy awaryjne? Jak te naprawy awaryjne mają być rozliczane, czy ma być to w ramach ceny za przeglądy?

**Odpowiedź:** Zmiana załącznika nr 3 – wzór umowy –Strony zamienne w załączeniu.



**15. Pytanie dot. Załącznika nr 3 Wzór umowy, § 4, ust. 4**

Czy Zamawiający, w celu doprecyzowania wyrazi zgodę na dodanie zapisu:

„Stwierdzone usterki urządzeń i ewentualne wady związane z wykonaniem serwisu czy naprawy będą zgłaszane Wykonawcy e-mailem na adres:..... lub faksem na nr.....lub telefonicznie na nr:..... lub za pomocą dedykowanego portalu serwisowego w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godz. 8-15.”?

**Odpowiedź:** Zmiana załącznika nr 3 – wzór umowy –Strony zamienne w załączeniu.

**16. Pytanie dot. Załącznika nr 3 Wzór umowy, § 7, ust. 4**

Prosimy o następującą modyfikację zapisu:

„Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych w umowie kar umownych. Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentem”.

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**17. Pytanie dot. Załącznika nr 3 Wzór umowy, § 9, ust. 2**

Prosimy o dodanie następującego zapisu:

„*Oświadczenie o rozwiązaniu umowy winno być poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do należytego, w tym terminowego, wykonania umowy i wyznaczeniem terminu dodatkowego.*”

Tego rodzaju wcześniejsze wezwanie – w formie pisemnej i z wyznaczeniem odpowiedniego terminu - Wykonawcy do należytego wykonania umowy, zanim dojdzie do odstąpienia od umowy - które jest „najdrastyczniejszą” (nadzwyczajną) formą rozwiązania problemów występujących w trakcie wykonywania umowy - jest wskazaną, powszechną i należyłą praktyką występującą tak na rynku umów prywatnych, jak i umów publicznych.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**18. Pytanie dot. Załącznika nr 3 Wzór umowy, § 11**

Prosimy o dodanie następującego zapisu:

„Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w części lub w całości na wniosek Wykonawcy uzasadniony przyczynami wynikającymi lub związanymi z epidemią Covid-19.”

Pomimo podejmowania przez pytającego i spółki z jego grupy kapitałowej wzmoczonych starań w celu dotrzymania zadeklarowanych terminów dostaw i wykonania usług, z powodu epidemii wirusa Covid-19 i związanych z nią działań służb sanitarnych wielu państw, mogą wystąpić opóźnienia w dostawach i wykonaniu usług dotyczące pytającego, jego dostawców i podwykonawców. Dostawa/wykonanie usługi w konkretnym terminie uzależnione są od braku zakłóceń w łańcuchu dostaw, procesach produkcyjnych i logistycznych. Analogiczna sytuacja dotyczy innych wykonawców starających się o zamówienie.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



#### XIV.

Czy zaświadczenia urzędowe o niekaralności, ZUS, US, które są plikami elektronicznymi przesłanymi przez odpowiednie urzędy mają zostać także podpisane przez Wykonawcę? Czy każdy dokument załączony ma być opatrzony podpisem kwalifikowanym- a zatem oferta składać się będzie z wielu załączników?

**Odpowiedź:** Zgodnie z Rozdziałem VII SIWZ pkt. D. UWAGA

Zamawiający informuje, że działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm) Zamawiający zmienia treść zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Zmiana załącznika nr 3 – Wzór umowy – Strony zamienne w załączeniu.
2. Zmiana SIWZ pkt. V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Było:

**Termin realizacji zamówienia:**

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać usługę w terminie:

36 miesięcy od daty zawarcia umowy : Dotyczy

Część 1 – 3 oraz 5 - 65

Części 4 poz. 1- 97 na 36 miesięcy od daty podpisania umowy

Część 4 poz. 98 = 34 miesięcy od daty 01.04.2021r.

Część 4 poz. 99 – 101 = 19 miesięcy od daty 01.07.2022r.

Część 4 poz. 102 = 7 miesięcy od daty 01.09.2022r.

Część 4 poz. 103 – 121 = 16 miesięcy od daty 01.10.2022r.

Część 4 poz. 122 – 124 = 4 miesięcy od daty 01.10.2023r.

oraz Część 4 poz. 125 - 182 w terminie 36 miesięcy od daty podpisania umowy

Jest:

**Termin realizacji zamówienia:**

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać usługę w terminie:

36 miesięcy od daty zawarcia umowy : Dotyczy

Część 1 – 3 oraz 5 - 65

Części 4 poz. 1- 97 na 36 miesięcy od daty podpisania umowy

Część 4 poz. 98 = 34 miesięcy od daty 01.04.2021r.

Część 4 poz. 99 – 101 = 19 miesięcy od daty 01.07.2022r.

Część 4 poz. 102 = 7 miesięcy od daty 01.09.2022r.

Część 4 poz. 103 – 121 = 16 miesięcy od daty 01.10.2022r.

Część 4 poz. 122 – 124 = 4 miesięcy od daty 01.10.2023r.

Część 4 poz. 125 - 182 w terminie 36 miesięcy od daty podpisania umowy

Część 5 poz. 1- 61 na okres 36 miesięcy od daty podpisania umowy

oraz Część 5 poz. 62 – 75 na okres 26 miesięcy od daty 01.01.2022r.

Powyższe należy uwzględnić w składanej ofercie.



## ZMIANA

COZL/DZP/AW/3411/PN/202/20

Załącznika nr 3 – wzór umowy

Umowa PN/202 - .../20

zawarta w dniu ..... r. w Lublinie pomiędzy:

pomiędzy:

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Dr. K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013477, NIP: 7122135822, REGON: 431219360 reprezentowanym przez:

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

..... z siedzibą ..... wpisaną/ym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr ..... reprezentowaną/ym przez:

1. ....

lub\*

przedsiębiorcą ..... zamieszkałym ..... prowadzącym działalność gospodarczą zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ..... Nr ew. .... pod nazwą ....., z siedzibą ..... reprezentowaną przez:

.....

zwaną w dalszym ciągu umowy „Wykonawcą”.

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,

Niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm. ) w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.



## § 1

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługi przeprowadzania przeglądów, serwisu, napraw oraz konserwacji urządzeń będących na wyposażeniu COZL w zakresie Części .... SIWZ na zasadach opisanych poniżej i określonych szczegółowo w kosztorysie ofertowym Wykonawcy (*Załącznik Nr 1 do umowy*) oraz szczegółowym opisie zamówienia (*Załącznik Nr 2 do umowy*), stanowiących integralną część niniejszej umowy.
2. Wykonawca, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, zobowiązany jest przedstawić do akceptacji Zamawiającego szczegółowy harmonogram przeglądów, przygotowany na podstawie Załącznika nr 1.1 – 1.65 do SIWZ. Ponadto każdorazowy przyjazd ekipy serwisowej należy potwierdzić telefonicznie lub mailowo w Dziale Elektroniki i Aparatury Medycznej tel.81-454-17-80 mail: [elektronik@cozl.pl](mailto:elektronik@cozl.pl). W przypadku wystąpienia zmian w zatwierdzonym harmonogramie, Wykonawca każdorazowo uzgodni z Zamawiającym datę wykonania usługi objętej niniejszą umową, z zachowaniem co najmniej 7 dniowego wyprzedzenia.
3. Usługa, o której mowa w ust. 1 ma na celu zapewnienie utrzymania urządzeń określonych w Załączniku nr 1 do umowy w stałej sprawności technicznej i będzie wykonywana przez Wykonawcę zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ oraz załącznikach do niniejszej umowy.
4. Wykonawca poinformuje Dział Elektroniki i Aparatury Medycznej o wykonaniu zlecenia. Każde zlecenie musi być udokumentowane raportem serwisowym i potwierdzone przez Dział Elektroniki i Aparatury Medycznej.
5. Wymiana części dokonywana będzie w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym w szczegółowym opisie zamówienia (*Załącznik nr 2 do umowy*). W przypadkach określonych w szczegółowym opisie zamówienia (*Załącznik Nr 2 do umowy*), Wykonawca zobowiązany jest do przesłania niezwłocznie oferty na zakup części niezbędnych do dokonania naprawy.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenia urządzeń, w czasie wykonywania napraw i innych czynności serwisowych oraz za dostarczone i wymienione części i inne materiały niezbędne do sprawnego działania urządzenia, w sposób zapewniający ciągłość pracy.
7. Wykonawca oświadcza, że w trakcie trwania umowy będzie dysponował nieograniczonym, stałym dostępem do aktualnych instrukcji urządzeń oraz oryginalnej dokumentacji technicznej producenta oraz zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego przedstawić do wglądu niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od wezwania) dokumenty poświadczające, iż dysponuje niezbędną, oryginalną dokumentacją techniczną.
8. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych pacjentów, których Zamawiający jest administratorem, w zakresie i w celu związanym wyłącznie z wykonywaniem niniejszej umowy, a w szczególności świadczenia usług pogwarancyjnych i serwisowych na podstawie odrębnie zawartej umowy.



## § 2

Umowa obowiązuje od dnia.....r. do dnia .....r.

## § 3

### I

#### 1. Dotyczy Części 1 – 14

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym i wiedzą techniczną uprawniającą go do zajmowania się usługą przeglądu, serwisu oraz napraw dot. przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca zapewni na własny koszt i ryzyko w pełni wykwalifikowaną, posiadającą odpowiednie uprawnienia kadrę specjalistów do wykonania przedmiotu umowy.
3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, którymi posługuje się przy realizacji umowy, tak jak za działania i zaniechania własne.
4. Jeśli Wykonawca nie posiada autoryzacji, to Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania: aktualnych instrukcji serwisowych w wersji elektronicznej, umowy licencyjnej uprawniającej do dysponowania kluczami i/lub kodami serwisowymi w zakresie umożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia - w wersji elektronicznej na CD.
5. Wymaga się, aby inżynierowie serwisowi skierowani przez Wykonawcę do wykonania zadania dysponowali możliwością komunikacji w języku polskim
6. Wykonawca zobowiązuje się ponadto we własnym zakresie i na koszt własny, w ramach ustalonej wartości przedmiotu zamówienia § 5 ust. 1:
  - 1) zapewnić bezpieczeństwo i ochronę zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności związanych z realizacją umowy;
  - 2) wykonywać wszystkie polecenia Zamawiającego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy.
7. W przypadku braku możliwości naprawy lub decyzji o jej nieopłacalności, wystawienie opinii technicznej, na podstawie której urządzenie będzie mogło być wycofane z eksploatacji oraz aneksowanie umowy pomniejszającej należne wynagrodzenie o kwotę przypadającą na to urządzenie.

### II

#### 1. Dotyczy Części 15 – 65

- Przeglądy będące przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca wykona przy użyciu własnych narzędzi i materiałów.
2. Wykonawca przyjmuje całkowitą odpowiedzialność za stan techniczny urządzeń podczas przeglądów.



3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądów zgodnie z wymaganiami producenta urządzenia, dobrą praktyką, sztuką i wiedzą techniczną oraz z należytą starannością.

#### § 4

1. Osobą upoważnioną do potwierdzania pod względem formalnym i merytorycznym czynności wykonywanych przez Wykonawcę związanych z wykonaniem usług przeglądów, serwisu, napraw oraz konserwacji jest – Kierownik Działu Elektroniki i Aparatury Medycznej lub osoba przez Niego upoważniona - osoba wskazana przez Zamawiającego w wykazie osób załączonym do niniejszej umowy (*Załącznik nr 4 do umowy*). Powyższe obejmuje w szczególności:
  - a) podpisywania protokołów dotyczących przeglądów, usunięcia awarii i napraw,
  - b) podpisywania kart pracy (raport serwisowy, wpis do paszportu technicznego - jeśli dotyczy)
  - b) koordynowania prac związanych z prawidłowym i niezakłóconym wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy.
2. Osobą/Osobami upoważnioną/upoważnionymi do koordynowania wykonywania umowy ze strony Wykonawcy jest/są: .....
3. Zmiana osób/osoby o której/których mowa powyżej ust. 2 następuje poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego i nie stanowi zmiany niniejszej umowy.
4. Stwierdzone usterki urządzeń i ewentualne wady związane z wykonaniem serwisu czy naprawy będą zgłaszane Wykonawcy e-mailem na adres:..... lub faksem na nr.....lub ..... telefonicznie na nr:..... **lub za pomocą dedykowanego portalu serwisowego** w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godz. 8-15.
5. Standardowe usługi serwisowe w tym, z zakresu konserwacji realizowane w ramach niniejszej umowy będą świadczone przez osoby wskazane w złożonym przez Wykonawcę wykazie osób załączonym do niniejszej umowy (*Załącznik nr 3 do umowy: Wykaz pracowników*).
6. Zmiany osób, o których mowa powyżej wymagają uprzedniej akceptacji Zamawiającego, który powinien zostać o nich powiadomiony z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem z zastrzeżeniem, że zmiana jest możliwa po przedłożeniu przez Wykonawcę pisemnego wniosku. Wykonawca każdorazowo, w przypadku zmiany osób skierowanych do wykonywania czynności serwisowych u Zamawiającego, ma obowiązek poinformować o tym Zamawiającego i uzyskać jego pisemną akceptację.
7. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy doświadczenie proponowanych osób będzie takie samo lub wyższe od doświadczenia wymaganego w warunkach udziału w postępowaniu.



## § 5

1. **Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu zamówienia wynosi** ..... zł, (słownie: ..... zł i .... /100 gr).

**Strony przyjmują miesięczne okresy rozliczeniowe.**

**Miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy w zakresie Części... Załącznik nr... kosztorysu ofertowego wynosi.....zł, (słownie:.....zł i .... /100gr)**

2. Płatność za przedmiot umowy nastąpi w ciągu 60 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, która winna być wystawiona w terminie do 10-ego dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Termin uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpiło w ostatnim dniu upływu terminu.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości realizacji przedmiotu Umowy. Stan rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nie może stanowić podstawy do odmowy lub zaprzestania wykonywania usług w sposób ciągły i zgodny z przyjętymi przez Wykonawcę warunkami realizacji.
4. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez zachowania procedur wynikających z ustawy z dn. 15.04.2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1638 ze zm.).
5. Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania przekazu świadczenia Odbiorcy (w rozumieniu art. 921<sup>1</sup>-921<sup>5</sup> KC), w całości lub w części, należnego na podstawie niniejszej umowy. W przeciwnym razie Zamawiającemu przysługuje zgodnie ze swoim wyborem prawo do odstąpienia od Umowy lub Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość przekazanego świadczenia.
6. Wykonawca zobowiązuje się do nie zawierania z osobami trzecimi umowy poręczenia, której przedmiotem jest zapłata przez osobę trzecią długu Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy, powstałego w związku z realizacją niniejszej umowy (w rozumieniu art. 876-887 KC). W.
7. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia w opisie faktury numeru umowy wraz z datą jej zawarcia.

## § 6

1. Wykonawca udziela 6 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi. W przypadku wygaśnięcia umowy termin gwarancji liczy się od daty ostatniego serwisu.
2. Termin gwarancji liczy się od dnia odbioru wykonanych prac.
3. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o udokumentowany czas niedziałania lub wadliwego działania urządzeń.
4. Gwarancją nie są objęte:
  - 1) Uszkodzenia i wady części zamiennych/elementów/podzespołów wynikłe na skutek:



- a) Eksploatacji części zamiennych/elementów/ podzespołów przez Zamawiającego niezgodnej z ich przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi urządzeń lub wyrobów, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady
  - b) Samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych( dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby)
- 2) Uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. Siła wyższa( pożar, powódź, zalanie)
- 3) Materiały eksploatacyjne.

## § 7

1. Zamawiający może żądać zapłaty kar umownych w przypadku:
- a) zwłoka Wykonawcy w realizacji obowiązków wynikających z umowy w przypadku terminów ustalonych w godzinach – kara umowna wyniesie 150zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki.
  - 2 W przypadku niewykonania przeglądu urządzeń w danym kwartale w wyniku decyzji Wykonawcy, Zamawiający jest zwolniony od uiszczenia miesięcznej raty za przegląd, o którym mowa w § 5 ust. 2. Natomiast Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za utrzymanie sprzętu w gotowości zna zasadach określonych w § 1 ust. 5
  - 3 Strony uzgadniają, że Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone komukolwiek, w tym Zamawiającemu czy też jego pacjentom, a wynikłe z nieprawidłowej realizacji niniejszej umowy lub nie dołożenia należytej staranności podczas wykonywania przedmiotu niniejszej umowy.
  - 4 Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych w umowie kar umownych.
  - 5 W przypadku wystąpienia awarii spowodowanej nienależytym wykonaniem konserwacji, przeglądów technicznych i usuwania awarii instalacji, urządzeń i systemów, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko usunąć awarię łącznie z wymianą uszkodzonych części.
  - 6 W sytuacji gdy, Wykonawca nie przystąpi do takiej naprawy o której mowa w ust. 5 w terminie 2 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności wykonania takiej naprawy Zamawiającemu przysługuje uprawnienie realizacji naprawy w trybie wykonania zastępczego, polegającego na zleceniu wykonania takiej naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy podmiotowi trzeciemu. Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z wykonaniem usługi w trybie zastępczym.
  - 7 Kary umowne mogą się sumować.



## § 8

1. Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
2. Najpóźniej w dniu podpisania w sprawie zamówienia publicznego, zwanej dalej „umową”, Wykonawca dostarcza Zamawiającemu kompletny „Wykaz pracowników” zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy przeznaczonych do realizacji zamówienia ze wskazaniem podstawy dysponowania tymi osobami oraz z przypisanymi do tych osób czynnościami, które to będą wykonywać w ramach umowy o pracę. „Wykaz pracowników” stanowić będzie Załącznik nr 3 do umowy.
3. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w „Wykazie pracowników”. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
  - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
  - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
  - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wskazanych w „Wykazie pracowników”:
  - **oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy** o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
  - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę **kopię umowy/umów o pracę** osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z

właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności<sup>1</sup> bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- **zaświadczenie właściwego oddziału ZUS**, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę **kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń**, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

5. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę wykonującą usługi bez podpisanej umowy o pracę zgodnie z wykazem osób określonym w Załączniku nr 3 do umowy.
6. Wykonawca, najpóźniej w dniu zawarcia Umowy oraz w trakcie jej realizacji na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się przedstawić bieżące dokumenty potwierdzające, że Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby będące pracownikami.
7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

## § 9

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 145 ustawy pzp), jeżeli:
  - 1) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub

---

<sup>1</sup> Wyczerzenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.



bezpieczeństwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy do dnia odstąpienia od umowy;

2) oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach określonych w ust.1 pkt 1).

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli:
- 1) pomimo uprzedniego 2-krotnego złożenia pisemnych zastrzeżeń przez Zamawiającego – co do realizacji umowy przez Wykonawcę Wykonawca nadal nie wykonuje usług zgodnie z warunkami umowy lub zaniedbuje zobowiązania umowne, co potwierdza na piśmie upoważniony przedstawiciel Zamawiającego;
  - 2) Wykonawca nie przystąpił do wykonania usług lub zaniechał ich realizacji bez podania przyczyn przez okres dłuższy niż 3 dni robocze;
  - 3) Wykonawca narusza przepisy bhp i ppoż., pomimo pisemnych uwag i wniosków upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego;
3. W przypadku niewykonania usługi zgodnie z warunkami umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do wykonania usługi przez innego Wykonawcę, na koszt Wykonawcy.

## § 10

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
3. Strony zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych ustalają, że każda zmiana umowy może nastąpić wg niżej określonych zasad i warunków:
  - a) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.);
  - b) w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wartość brutto wskazana w umowie w części niezrealizowanej może ulec zmianie, przy czym zmiana wartości umowy w niezrealizowanej części nie może być wyższa niż współczynnik zmiany podatku VAT. W powyższym przypadku Wykonawca od dnia wejścia w życie nowej stawki VAT, wystawiał będzie fakturę z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury, zmiana ta nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy;
4. Wniosek o dokonanie zmiany umowy należy przedłożyć na piśmie a okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany umowy powinny być uzasadnione i udokumentowane przez stronę wnoszącą o wprowadzenie zmiany.
5. Zmiana pracownika sprawującego nadzór nad realizacją umowy nie stanowi istotnej zmiany Umowy i może odbywać się jedynie pismem/powiadomieniem skierowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy.

## § 11

### 1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku:

- a. zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę;

W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt a Wykonawca, w terminie 30 dni od daty wejścia w życie zmiany, może złożyć pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracowników Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,

- b. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt b Wykonawca, w terminie 30 dni od daty wejścia w życie zmiany, może złożyć pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt b, na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt b.

- c. w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wartość brutto wskazana w umowie w części niezrealizowanej może ulec zmianie, przy czym zmiana wartości umowy w niezrealizowanej części nie może być wyższa niż współczynnik zmiany podatku VAT. W powyższym przypadku



Wykonawca od dnia wejścia w życie nowej stawki VAT, wystawiał będzie fakturę z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury, zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.

- d. nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.); zmiana ta wymaga sporządzenia aneksu do umowy;
  - e. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych.
2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1a, 1b Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków, o których mowa w ust. 1a, 1b wyznacza datę podpisania aneksu do umowy.
  3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  4. Obowiązek wykazania wpływu zmian, na koszty wykonania zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez zamawiającego.

## § 12

1. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Lublinie.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

*Załącznik nr 1 do umowy: Kosztorys ofertowy*

*Załącznik nr 2 do umowy: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wykaz urządzeń*

*Załącznik nr 3 do umowy: Wykaz pracowników*

*Załącznik nr 4 do umowy: Wykaz pracowników do nadzorowania umowy przez Dział Elektroniki i Aparatury Medycznej*