



ISO 9001
ISO 14001
ISO/IEC 27001
ISO 45001
ISO 22000

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

www.biziel.umk.pl e-mail: kancelaria@biziel.pl tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31
NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Bydgoszcz, 27.09.2024 roku

NZZ/54/P/24

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Dostawa odczynników do diagnostyki mikrobiologicznej.

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 137 ust 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, w związku z pytaniami zadanyymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ww. sprawie, Zamawiający udziela odpowiedzi/wyjaśnień oraz zmienia treść SWZ.

Pytanie nr 1

- dotyczy grupy 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 7, 8, 11, 12, 14, 17 oraz 18 do osobnego pakietu?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 2

- dotyczy grupy 4, poz. 8.

Czy Zamawiający oczekuje testów kasetkowych czy testów EIA (ELISA)?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający oczekuje testów kasetkowych EIA z wykorzystaniem metody immunochromatograficznej.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w grupie 1 dopuści paski wykonane z trwałej bibuły posiadające pozytywną opinię KORLD?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający w grupie 2 pozycji 3 dla krążków z karbapenemazami dopuści termin ważności, który wynosi 12 miesięcy od daty produkcji?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza w grupie 2 pozycji 3 dla krążków z karbapenemami termin ważności, który wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający w grupie 4 pozycji 8 dopuści kasetkowy test immunochromatograficzny?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza w grupie 4 pozycji 8 kasetkowy test immunochromatograficzny.



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 22000
ISO/IEC 27001



SZPITAL
AKREDYTOWANY



ISO 9001
ISO 14001
ISO/IEC 27001
ISO 45001
ISO 22000

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

www.biziel.umk.pl e-mail: kancelaria@biziel.pl tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający w grupie 8 pozycjach 1-4 dopuści pojemność opakowania 1000 ml?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający w grupie 8 dopuści krążki antybiotykowe kompatybilne z dyspenserami firmy Oxoid?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 8

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o sprecyzowanie czy w grupie 2 pozycji 3 nie doszło do omyłki pisarskiej jeżeli chodzi o wymaganą ilość i zamiast 50 000 nie powinno być 5000?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający informuje, że w grupie 2 pozycji 3 nie doszło do pomyłki pisarskiej. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 9

Dotyczy Formularza cenowego dla pakietu nr 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie kolumny z ceną jednostkową netto za opakowanie w celach informacyjnych gdyż taka cena widnieje na wystawianej fakturze VAT?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 10

Dotyczy Formularza cenowego dla pakietu nr 1 informacja pod pakietem - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów z minimalnym terminem ważności 8-12 co będzie zgodne z zaleceniami producenta? Wykonawca nie dla wszystkich testów może zaoferować wskazany 12 miesięczny termin ważności ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie testów z minimalnym terminem ważności 8-12.

Pytanie nr 11

Dotyczy SWZ Rozdz III pkt 1.7.1 - Czy Zamawiający odstąpi od dostarczenia instrukcji i broszur informacyjnych i wyrazi zgodę na udostępnienie strony internetowej Wykonawcy gdzie będą całodobowo dostępne dokumenty do samodzielnego pobrania przez Zamawiającego? Uzasadnienie: Strona internetowa oferenta została stworzona po to, aby ułatwić klientom dostęp do potrzebnych informacji oraz usprawnić procesy związane z dostawami produktów.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie pasków do oznaczania MIC terbinafiny ze względu na to, że nie znajdują się w ofercie Wykonawcy ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wykreśla z grupy 1 wymóg zaoferowania pasków gradientowych do oznaczania wartości MIC antybiotyków Terbinafina.



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 22000
ISO/IEC 27001



SZPITAL
AKREDYTOWANY



ISO 9001
ISO 14001
ISO/IEC 27001
ISO 45001
ISO 22000

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

www.biziel.umk.pl e-mail: kancelaria@biziel.pl tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31
NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane produkty pochodziły od jednego producenta, przez co zapewni Zamawiającemu właściwą kontrolę nad procesem diagnostycznym (kontrola jakości) oraz nad powtarzalnością metody?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający wymaga, aby pasek z gradientem stężeń zawierał 30 wartości MIC na skali, co dwukrotnie zwiększy dokładność oznaczeń?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na konfekcjonowanie pasków pojedynczo w opakowaniach zbiorczych po 30 sztuk ?

Odpowiedź na zapytanie:

Dotyczy Grupy 1 - Dla Zamawiającego kluczowe jest konfekcjonowanie pasków pojedynczo. Zamawiający wymaga aby wielkość opakowania zbiorczego wynosiła maksymalnie 60 szt. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innej wielkości opakowań w przeliczeniu do pełnych opakowań zbiorczych w górę.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający wymaga, aby paski z gradientem stężeń były wykonane z trwałego plastiku, co uniemożliwia zniszczenie lub deformację paska podczas wyjmowania z opakowania zabezpieczającego?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 17

Grupa nr 9 – Testy immunoenzymatyczne:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania testów z terminem ważności min. 9 m-cy od dnia dostawy?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania testów z terminem ważności min. 9 m-cy od dnia dostawy.

Zamawiający



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 22000
ISO/IEC 27001



SZPITAL
AKREDYTOWANY