

Nr sprawy: ZOZ.V.010/DZP/54/22

Sucha Beskidzka, dnia06.2022r.

Dotyczy: Postępowania przetargowego **Dostawa łóżek szpitalnych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zakup aparatury i sprzętu medycznego na podstawie UMOWY nr 13/WZ/2022.**

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

Łóżko szpitalne z wyposażeniem 15 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości leża 860mm?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
2. Czy Zamawiający dopuści łóżko o podstawie pantograf z 6 punktami podparcia?
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
3. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 420-840mm +/-10mm?
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
4. Czy Zamawiający dopuści łóżko w którym czas zmiany wysokości z pozycji minimalnej do maksymalnej wynosi 33sek?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
5. Czy Zamawiający dopuści łóżko w którym leże wypełnione jest odejmowanymi płytami hpl?
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
6. Czy Zamawiający dopuści łóżko w którym leże wypełnione jest odejmowanymi siatkami?
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
7. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w specjalne uchwyty, znajdujące się przy ramie leża, do mocowania pasów unieruchamiających?
Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
8. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty tworzywowe, łatwoodejmowalne, zabezpieczone przed przypadkowym wyjęciem za pomocą specjalnie dedykowanych do tego zwalniczy umiejscowionych przy ramie? Wyciągnięcie szczytów odbywa się przez odciągnięcie zwalnicza, natomiast po włożeniu szczytu następuje samoistne zablokowanie.
Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.
9. Czy Zamawiający dopuści krągłe tworzywowe krążki odbojowe?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienie pozostałych parametrów.

10. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w ograniczniki materaca, znajdujące się w segmencie głowy, zapobiegające zsuwaniu się materaca z łóżka?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

11. Czy Zamawiający dopuści aby wolna przestrzeń między podłożem a podwoziem wynosiła 140mm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

12. Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w górną szufladę i dolny kontener zamykany drzwiczkami (wewnątrz metalowa półka) z zatraskiem magnetycznym oraz przestrzenią pomiędzy nimi o wysokości 195mm +/- 10mm, jako rozwiązanie równoważne?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

13. Czy Zamawiający dopuści fronty szafki (czoła szuflady i drzwiczki kontenera) wykonane z blachy węglowej malowanej proszkowo (pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym)?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

14. Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w metalowy reling?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

15. Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w tworzywowe wałki zabezpieczające krawędzie blatów (główny i boczny blat) szafki, co ogranicza możliwość zlewania się płynów na podłogę, jako rozwiązanie równoważne?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

16. Czy Zamawiający dopuści szafkę o wysokości całkowitej 820mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

17. Czy Zamawiający dopuści szafki o głębokości 430mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

18. Czy Zamawiający dopuści szafkę, w której szuflada górna wyposażona jest we wkład tworzywowy (nie koniecznie wykonany z ABS) dwukomorowy, jako rozwiązanie równoważne?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

19. Czy Zamawiający dopuści szafkę, w której wysokość szuflady górnej wynosi 105mm +/- 10mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

20. Czy Zamawiający dopuści szafkę, w której sprężyna gazowa jest bez aluminiowej osłony

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

21. Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w mechanizm unoszenia oraz zwalniania blatu umieszczony w metalowej manetce?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

22. Czy Zamawiający dopuści szafki w których wspornik blatu bocznego jest bez aluminiowej osłony?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

23. Czy Zamawiający dopuści szafki, w których pod mechanizmem blatu bocznego znajdują się dwa dodatkowe koła zwiększające stabilność podczas rozkładania blatu.
Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

z poważaniem:

Z-ca Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej
mgr Janusz Bączewski

Asystent Dyrektora
ds. Techniczno - Eksploatacyjnych
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej
mgr inż. Monika Kubosiak

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sabina Steczek