

Czarnków, dnia 06.07.2020r.

ZP/PN/7/2020

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na *Sukcesywne dostawy chirurgicznych obłożeń jednorazowych* opublikowanego w BZP nr 556222-N-2020 w dniu 30.06.2020r.

Do Zamawiającego w toku postępowania złożono następujące zapytania:

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakiet I poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego asortymentu?

Jałowy zestaw uniwersalny.

Serwety niezawierające wiskozy ani celulozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i polipropylenu o gramaturze 60g/m². Odporność na przenikanie cieczy 165 cm H₂O. Skład:

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

2 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

2 serwety przylepne 75 x 90 cm

1 serweta przylepna 180 x 180 cm

1 serweta przylepna 150 x 240 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Całość zawinięta w serwet na stół instrumentariuszki. Zestaw w opakowaniu typu Tyvec-folia, posiadającym 4 etykiety transferowe zawierające min. nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznym dyspenserem kartonowym. Na opakowaniu zbiorczym kolorowy piktogram informujący o rodzaju sterylizacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści powyższego rozwiązania.

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakiet I poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego asortymentu?

Jałowy zestaw uniwersalny wzmocniony

Serwety niezawierające wiskozy ani celulozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i polipropylenu o gramaturze 60g/m² z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m². Całkowita gramatura 140g/m². Odporność na przenikanie cieczy 165 cm H₂O. Chłonność strefy wzmocnionej 990%. Skład:

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

2 serwety przylepne 75 x 90 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta przylepna 180 x 180 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta przylepna 150 x 240 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Całość zawinięta w serwet na stół instrumentariuszki. Zestaw w opakowaniu typu Tyvec-folia, posiadającym 4 etykiety transferowe zawierające min. nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznym dyspenserem kartonowym. Na opakowaniu zbiorczym kolorowy piktogram informujący o rodzaju sterylizacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści powyższego rozwiązania.

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr I poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego asortymentu?

Jałowy zestaw

Serwety niezawierające wiskozy ani celulozy, wykonane z chłonnego laminatu polipropylenu i polietylenu i polipropylenu o gramaturze 75g/m² z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m². Całkowita gramatura 155g/m². Odporność na przenikanie cieczy 167 cm H₂O. Chłonność strefy wzmocnionej 990%. Skład:

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 przylepna serweta 75 x 90 cm

1 serweta 230 x 260 cm z wycięciem „U” 10 x 100 cm z padem chłonnym 75 x 140 cm i organizatorami przewodów

1 przylepna serweta 150 x 240 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Całość zawinięta w serwet na stół instrumentariuszki. Zestaw w opakowaniu typu Tyvec-folia, posiadającym 4 etykiety transferowe zawierające min. nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznym dyspenserem kartonowym. Na opakowaniu zbiorczym kolorowy piktogram informujący o rodzaju sterylizacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści powyższego rozwiązania.

Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr I poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego asortymentu?

Jałowy zestaw

Serwety niezawierające wiskozy ani celulozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i polipropylenu o gramaturze 60g/m². Odporność na przenikanie cieczy 165 cm H₂O. Skład:

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

2 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serweta brzuszno-kroczoowa 215/240 x 350 cm, zintegrowana z nogawicami i kieszenią na płyny z filtrem i portem, z 2 otworami przylepnymi: górnym 25 x 30 cm, dolnym 9 x 15 cm (z dodatkową osłoną do zastąpienia otworu, kiedy nie jest używany)

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Całość zawinięta w serwet na stół instrumentariuszki. Zestaw w opakowaniu typu Tyvec-folia, posiadającym 4 etykiety transferowe zawierające min. nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznym dyspenserem kartonowym. Na opakowaniu zbiorczym kolorowy piktogram informujący o rodzaju sterylizacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści powyższego rozwiązania.

Pytanie nr 5 – dotyczy Pakietu nr I poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego asortymentu?

Jałowy zestaw

Serwety niezawierające wiskozy ani celulozy, wykonane z chłonnego laminatu polipropylenu i polietylenu i polipropylenu o gramaturze 75g/m². Odporność na przenikanie cieczy 165 cm H₂O. Skład:

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 elastyczna osłona na kończynę 22 x 75 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm, składana

1 serweta do artroskopii kolana 230 x 320 cm z trójkątną torbą na płyny 105 x 90 cm, z filtrem i portem do odsysania i 2 elastycznymi otworami o średnicy 5 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Całość zawinięta w serwet na stół instrumentariuszki. Zestaw w opakowaniu typu Tyvec-folia, posiadającym 4 etykiety transferowe zawierające min. nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznym dyspenserem kartonowym. Na opakowaniu zbiorczym kolorowy piktogram informujący o rodzaju sterylizacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści powyższego rozwiązania.

Pytanie nr 6 – dotyczy Pakietu nr I poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego asortymentu?

Jałowy zestaw

Serwety niezawierające wiskozy ani celulozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i polipropylenu o gramaturze 60g/m² z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m². Całkowita gramatura 140g/m². Odporność na przenikanie cieczy 165 cm H₂O. Chłonność strefy wzmocnionej 990%. Skład:

2 taśmy przyklepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

1 osłona na kończynę 36 x 120 cm

1 serweta 100 x 150 cm

1 przyklepna serweta średnia 150 x 300 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta 230 x 260 cm z wycięciem „U” 20 x 85 cm z padem chłonnym 50 x 100 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Całość zawinięta w serwet na stół instrumentariuszki. Zestaw w opakowaniu typu Tyvec-folia, posiadającym 4 etykiety transferowe zawierające min. nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznym dyspenserem kartonowym. Na opakowaniu zbiorczym kolorowy piktogram informujący o rodzaju sterylizacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści powyższego rozwiązania.

Pytanie nr 7 – dotyczy Pakietu nr I poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego asortymentu?

Jałowe fartuchy jednorazowe M,L wykonane z włókniny SMMMS o gramaturze 35g/m². Odporność na przenikanie cieczy 40cm H₂O. Kolor niebieski, rękaw o kroju reglan, szwy wykonane technika ultradźwiękową – trzyścieżkowe. Fartuch posiada dziane poliestrowe mankiety o długości min. 6cm, oznaczenie rozmiaru i rodzaju w postaci pieczętki, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania. Fartuch zawinięty w papier krepowy 60x60cmw kolorze białym. w opakowaniu 2 chłonne ręczniki do rąk 30,5x34cm. Na opakowaniu informacja o sposobie sterylizacji oraz 4 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające min. nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 8 – dotyczy Pakietu nr I poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego asortymentu?

Jałowa osłona na kończynę 22x75cm wykonana z nieprzemakalnego, elastycznego materiału podobnego do neoprenu z wewnętrzną warstwą gazy dzianej. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Klasa I sterylina . Zgodność z dyrektywą MDD 93/42 oraz normami EN13795, ISO 11135-1, 556-1

Odpowiedź: Zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 9 – dotyczy Pakietu nr I poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego asortymentu?

Jałowa osłona na kamerę 15x240cm wykonana z przezroczystej folii PE o grubości 50µm, składana teleskopowo z pierścieniami ułatwiającymi nałożenie, posiada perforowaną końcówkę oraz na końcach taśmy klejące do mocowania na przewodach. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Klasa I sterylina. Zgodność z dyrektywą MDD 93/42 oraz normami EN13795, ISO 11135-1, 556-1

Odpowiedź: Zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 10 – dotyczy Pakietu nr I poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 90x120cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 11 - dotyczy zapisów Tomu III

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do udostępnienia na życzenie Zamawiającego zamiast kart katalogowych, folderów oferowanego asortymentu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 12 - Pytanie do wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację § 2 ust. 1, 2, 3 projektu umowy poprzez umożliwienie zmiany ceny w przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmiana ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści powyższego rozwiązania.

Pytanie nr 13- Pytanie do wzoru umowy

Wnosimy o dodanie do § 2 projektu umowy ust. 6 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści powyższego rozwiązania.

Pytanie nr 14 Pytanie do wzoru umowy

Wnosimy o wykreślenie § 3 ust. 2 projektu umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści powyższego rozwiązania.

Pytanie nr 15- Pytanie do wzoru umowy

Wnosimy o wydłużenie terminu reklamacyjnego przewidzianego w § 5 ust. 2 projektu umowy do 5 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 16- Pytanie do wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację zapisu § 7 ust. 1 lit a) projektu umowy poprzez określenie, że kara umowna w zastrzeżonej wysokości naliczana będzie od wartości brutto niezrealizowanej części umowy, a nie od wartości brutto całej umowy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie, przy zastosowaniu tożsamego zapisu w § 7 ust. 1 lit c)

Pytanie nr 17 - Pytanie do wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację § 9 ust. 3 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści *in fine*: „Z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych.”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści powyższego rozwiązania.

Pytanie 18 – Pakiet I , Poz. 1-6

Czy Zamawiający dopuści zestawy z 4 etykietami typu TAG do archiwizacji danych? Zestawy owinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki o wymiarach 150 x 190 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści powyższego rozwiązania.

Pytanie 19- Pakiet I , Poz. 4, 6

Czy Zamawiający dopuści zestawy zgodne z normą EN ISO 11137?

Odpowiedź: Tak, przy zachowaniu pozostałych wymogów zawartych w SIWZ \

Pytanie 20 Pakiet I, Poz.1

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw podstawowy (serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m², odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym >981 cm H₂O) o minimalnych różnicach w składzie:

- 1 x dolna serweta samoprzylepna o wymiarach 180 x 180 cm (zamiast 170 x 180 cm)
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm (zamiast 9 x 50 cm)

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści powyższego rozwiązania.

Pytanie 21 – Pakiet I , Poz.1

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw podstawowy (serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m², zintegrowane z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów, odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 120 cm H₂O) o minimalnych różnicach w składzie:

- 1 x dolna serweta samoprzylepna o wymiarach 180 x 180 cm (zamiast 170 x 180 cm)
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm (zamiast 9 x 50 cm)
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm (zamiast 30 x 40 cm)

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści powyższego rozwiązania.

Pytanie 22

Pakiet I, Poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw podstawowy wzmocniony (serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 105 g/m² i wymiarach 35 x 80 cm, zintegrowane z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 161 g/m², odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym >981 cm H₂O) o minimalnych różnicach w składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm (w miejsce serwety 175 x 200 cm)
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm (zamiast 9 x 50 cm)
- 1 x dwukomorowa kieszeń na instrumenty chirurgiczne 30 x 40 cm (dołączona osobno do zestawu)

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści powyższego rozwiązania.

Pytanie 23

Pakiet I, Poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do żyłaków (wykonany z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m², odporność na penetrację płynów 188 cm H₂O. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 350%) o składzie:

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x dwukomorowa kieszeń na instrumenty chirurgiczne 30 x 40 cm (dołączona osobno do zestawu)

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści powyższego rozwiązania.

Pytanie 24

Pakiet I, Poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do żyłaków (serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m² w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów, odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O. Chłonność wzmocnienia min. 680%) o składzie:

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm (wzmocnienie 75 x 100 cm) , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 95 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm (wzmocnienie 30 x 80 cm)
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x dwukomorowa kieszeń na instrumenty chirurgiczne 30 x 40 cm (dołączona osobno do zestawu)

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści powyższego rozwiązania.

Pytanie 25

Pakiet I, Poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do zabiegów ginekologicznych (serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m², odporność na penetrację płynów 188 cm H₂O) o składzie:

- 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm, wyposażoną w sztywnik w górnej części, filtr i port do odsysania treści w dolnej części
- 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x osłona na stolik Mayo czerwona o wym. 80 x 140 cm dołączona osobno do zestawu

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści powyższego rozwiązania.

Pytanie 26

Pakiet I, Poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do artroskopii kolana (serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m², odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 120 cm H₂O) o składzie:

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 320 cm, zintegrowana z torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym
- 1 x serweta wzmocniona o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści powyższego rozwiązania.

Pytanie 27

Pakiet I, Poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do chirurgii biodra (serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów, odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O, chłonność wzmocnienia min. 680%), o składzie:

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm, z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wzmocnienie o wymiarze 75cm x 100cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 300cm wzmocnienie o wymiarze 30cm x 80cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x dwukomorowa kieszeń na instrumenty chirurgiczne 30 x 40 cm (dołączona osobno do zestawu)

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści powyższego rozwiązania.

Pytanie 28

Pakiet I, Poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści fartuch w kolorze niebieskim, rękaw o kroju prostym, zapewniającym swobodę ruchów, szwy – trzyścieżkowy szew ultradźwiękowy. Oznaczenie rozmiaru w postaci nadruku oraz kolorowej lamówki. W zależności od rozmiaru inny kolor lamówki ułatwiający szybszą identyfikację rozmiaru. W opakowaniu 2 chłonne ręczniki 30 x 30 cm. Fartuchy owinięte w serwetę włókninową w jednym kolorze. Na opakowaniu 4 etykiety typu TAG. Fartuch spełnia pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści powyższego rozwiązania.

Pytanie 29

Pakiet I, Poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 30 x 80 cm, wykonana z laminatu o gramaturze 56g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści powyższego rozwiązania.

Pytanie 30

Pakiet I, Poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę sterylizowaną radiacyjnie, zgodność z norma EN ISO 11137?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

Pytanie 31

Pakiet I, Poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści osłonę na kamerę w rozmiarze 14 x 250 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

Pytanie 32

Pakiet I, Poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści osłonę na kamerę sterylizowaną radiacyjnie, zgodność z norma EN ISO 11137?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

Pytanie 33

Pakiet I, Poz. 11 - Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową w rozmiarze 90 x 120 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie.

Pytanie 34

Pakiet II, Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści niejałowy komplet chirurgiczny?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści powyższego rozwiązania.

Pytanie 35

Pakiet II, Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny z włókniny SMS o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści powyższego rozwiązania.

Pytanie 36

Pakiet II, Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny dostępny w rozmiarach S-XXL?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie.

Pytanie 37

Pakiet II, Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny z rękawami i nogawkami ciętymi, nieobszytymi, niestrzępiącymi się?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści powyższego rozwiązania.

Pytanie 38

Pakiet II, Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści bluzę z 2 dużymi kieszeniami na dole bluzy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie.

Pytanie 39

Pakiet II, Poz. 2- Czy Zamawiający dopuści zestaw osłon na ramię C składający się z:

- osłony górnej 100 x 160 cm
- osłony dolnej 80 x 150 cm
- 2 szt taśmy samoprzylepnej 3 x 100 cm

Osłony z elastycznymi gumkami do stabilizacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści powyższego rozwiązania.

Pytanie 40

Pakiet II, Poz. 2- Czy Zamawiający dopuści osłonę foliową na ramię C w rozmiarze 100 x 220 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści powyższego rozwiązania.

Pytanie 41

Pakiet II, Poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 210 x 90 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści powyższego rozwiązania.

Pytanie 42 - Dot. SIWZ

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie załączników do SIWZ w wersji edytowalnej, co umożliwi przygotowanie i złożenie oferty w wersji elektronicznej.

Odpowiedź: Zamawiający wysłał wersję elektroniczną na indywidualne prośby oferentów – w tym przypadku została wysłana dokumentacja.

Pytanie 43- Pakiet I poz. 1-6:

Czy Zamawiający dopuści zestawy zapakowane w opakowania posiadające samoprzylepne naklejki transferowe zawierające informacje o wytwórcy, indeksie wyrobu, numerze serii i dacie ważności; na opakowaniu jednostkowym wskaźnik sterylizacji; do oferty dołączone dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami Dyrektywa 93//42/EEC, PN EN 13795, EN ISO 11135, EN 556-1?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie.

Pytanie 44 Pakiet I poz. 1:

Czy zamawiający dopuści zestaw podstawowy o następującym składzie:

serweta z przyłepcem	1 szt.	L2	240x150		
serweta z przyłepcem	1 szt.	L2	180x170		
serweta z przyłepcem - przyłepiec na szerszym boku	2 szt.	L2	90x75		
taśma medyczna	1 szt.	Spunlace	50x9		
serweta na stół instrum.	1 szt.		190x150		
serweta na stół Mayo	1 szt.	niebieska	145x80		
serwetki do rąk	2 szt.	włók. kom.	40x20		

Zestaw wykonany na całej powierzchni z włókniny dwuwarstwowej, laminat wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze 56 g/m², kolor niebieski, chłonność 570%, odporność na przenikanie cieczy 250 cmH₂O. Serweta na stół Mayo składana zwyczajnie do środka o min. rozmiarze włókninowej warstwy chłonnej 85 cm x 76 cm, kolor niebieski, serwetki do wytarcia rąk wykonane z włókniny kompresowej 40g. Zestaw pakowany w miękką blister.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie.

Pytanie 45 - Pakiet I poz. 1:

Czy zamawiający dopuści zestaw podstawowy o następującym składzie:

serweta z przyłepcem	1 szt.	L3	240x150		
serweta z przyłepcem	1 szt.	L3	180x170		
serweta z przyłepcem - przyłepiec na szerszym boku	2 szt.	L3	90x75		
taśma medyczna	1 szt.	Spunlace	50x9		

serweta na stół instrum. 1 szt. 190x150
serweta na stolik Mayo 1 szt. niebieska 145x80
serwetki do rąk 4 szt. włók. kom. 40x20

Zestaw wykonany na całej powierzchni z włókniny trzywarstwowej, laminat wykonany z włókniny wiskozowej, folii polietylenowo-polipropylenowej i włókniny polipropylenowej o gramaturze 73 g/m², kolor niebieski, chłonność 824%, odporność na przenikanie cieczy 191 cmH₂O. Serweta na stolik Mayo składana teleskopowo do środka o min. rozmiarze włókninowej warstwy chłonnej 85 cm x 76 cm, serwetki do wytarcia rąk wykonane z włókniny kompresowej 40g.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści powyższego rozwiązania.

Pytanie 46- Pakiet I poz. 2:

Czy zamawiający dopuści zestaw podstawowy o następującym składzie:

serweta z przylepcem 1 szt. L2 240x150
serweta z przylepcem 2 szt. L2 100x75
serweta z przylepcem 1 szt. L2 200x180
serweta (owinięcie) 1 szt. TF 200x150
serweta z przylepcem 1 szt. L2 45x45
serweta 4 szt. L2 45x45
organizer 2 szt. SMS 15x10
serwetki do rąk 2 włók. kom. 30x30
taśma rzep 2 szt. rzep 25x2
taśma medyczna 1 szt. Spunlace 50x9
kieszka na płyny z kształtką 1 szt. PE - 1K 40X30
serweta na stolik Mayo czerwona 1 szt. 145x80

Zestaw wykonany na całej powierzchni z włókniny dwuwarstwowej, laminat wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze 56 g/m², kolor niebieski, chłonność 570%, odporność na przenikanie cieczy 250 cmH₂O. Serweta na stolik Mayo składana zwyczajnie do środka o min. rozmiarze włókninowej warstwy chłonnej 85 cm x 76 cm, kolor niebieski, serwetki do wytarcia rąk wykonane z włókniny kompresowej 40g. Zestaw zapakowany w miękką blister.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie.

Pytanie 47 Pakiet I poz. 3:

Czy zamawiający dopuści zestaw do operacji żyłaków o następującym składzie:

serweta z wycięciem U i przylepcem 1 szt. L2 240x180
serweta z przylepcem 1 szt. L2 240x180
serweta 1 szt. L2 200x180
serweta na stół instrum. 1 szt. 190x150
serwetki do rąk 2 szt. włók. kom. 40x20
serweta na stolik Mayo niebieska 1 szt. 145x80
taśma medyczna 1 szt. Spunlace 50x9

Zestaw wykonany na całej powierzchni z włókniny dwuwarstwowej, laminat wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze 56 g/m², kolor niebieski, chłonność 570%, odporność na przenikanie cieczy 250 cmH₂O. Serweta na stolik Mayo składana zwyczajnie do środka o min. rozmiarze włókninowej warstwy chłonnej 85 cm x 76 cm, serwetki do wytarcia rąk wykonane z włókniny kompresowej 40g. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie.

Pytanie 48 Pakiet I poz. 4:

Czy zamawiający dopuści zestaw do operacji ginekologicznych o następującym składzie:

serweta z otworem i zintegrowanymi nogawicami, taśma przylepna w części brzusznej 1 szt. L3
245x180 otwór 15 cm x 10 cm
serweta przeznaczona pod pośladki 1 szt. L2 90x75
taśma medyczna 2 szt. Spunlace 50x9

serweta na stół instrum. 1 szt. 190x150
serweta na stolik Mayo niebieska 1 szt. 145x80
serwetki do rąk 4 szt. włók. kom. 40x20

Zestaw wykonany na całej powierzchni z włókniny trzywarstwowej, laminat wykonany z włókniny wiskozowej, folii polietylenowo-polipropylenowej i włókniny polipropylenowej o gramaturze 73 g/m², kolor niebieski, chłonność 824%, odporność na przenikanie cieczy 191 cmH₂O. Serweta na stolik Mayo składana teleskopowo do środka o min. rozmiarze włókninowej warstwy chłonnej 85 cm x 76 cm, serwetki do wytarcia rąk wykonane z włókniny kompresowej 40g. Zestaw zapakowany w miękką blister.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie.

Pytanie 49 - Pakiet I poz. 5:

Czy zamawiający dopuści zestaw do operacji artroskopii kolana o następującym składzie:

serweta z otworem elastycznym i workiem z kształtką do zbierania płynów 1 szt. L3 320x240otwór
OKRĄG Śred. 6 cm

pokrowiec na nogę 1 szt. L3 75x37
taśma medyczna 2 szt. Spunlace 50x9
serweta na stół instrum. 1 szt. 190x150
serweta na stolik Mayo niebieska 1 szt. 145x80
serwetki do rąk 4 szt. włók. kom. 40x20

Zestaw wykonany na całej powierzchni z włókniny trzywarstwowej, laminat wykonany z włókniny wiskozowej, folii polietylenowo-polipropylenowej i włókniny polipropylenowej o gramaturze 73 g/m², kolor niebieski, chłonność 824%, odporność na przenikanie cieczy 191 cmH₂O. Serweta na stolik Mayo składana teleskopowo do środka o min. rozmiarze włókninowej warstwy chłonnej 85 cm x 76 cm, serwetki do wytarcia rąk wykonane z włókniny kompresowej 40g. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie.

Pytanie 50- Pakiet I poz. 6:

Czy zamawiający dopuści zestaw do operacji stawu biodrowego o następującym składzie:

serweta z przylepcem 1 szt. L3 260x240WYCIĘC. „U” 100 x 20 cm
serweta z przylepcem 1 szt. L3 240x150
pokrowiec na nogę 1 szt. L3 120x37
kieszka na płyny z kształtką 1 szt. PE - 1K 40x30
taśma medyczna 6 szt. Spunlace 50x9
serweta na stół instrum. 1 szt. 190x150
serweta na stolik Mayo niebieska 1 szt. 145x80
serwetki do rąk 4 szt. włók. kom. 40x20

Zestaw wykonany na całej powierzchni z włókniny trzywarstwowej, laminat wykonany z włókniny wiskozowej, folii polietylenowo-polipropylenowej i włókniny polipropylenowej o gramaturze 73 g/m², kolor niebieski, chłonność 824%, odporność na przenikanie cieczy 191 cmH₂O. Serweta na stolik Mayo składana teleskopowo do środka o min. rozmiarze włókninowej warstwy chłonnej 85 cm x 76 cm, serwetki do wytarcia rąk wykonane z włókniny kompresowej 40g. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie.

Pytanie 51 - Pakiet I poz. 7:

Czy zamawiający dopuści fartuchy operacyjne jednorazowe:

Wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m². Odporność na przenikanie cieczy min. 49,5 cm H₂O. Kolor niebieski, rękaw prosty, szwy wykonane techniką ultradźwiękową, posiada dziane poliestrowe mankiety o długości min. 8 cm, oznaczenie rozmiaru w postaci metki, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania. Fartuch zawinięty w papier krepowy 60x60cm zgodny z EN 868-2, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki w rozmiarze min. 40x20cm z wysokochłonnej włókniny kompresowej, piktogram ręczników umieszczony na etykiecie głównej. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz samoprzylepne naklejki transferowe zawierające informacje o wytwórcy, indeksie wyrobu, numerze serii i dacie ważności?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie.

Pytanie 52 Pakiet I poz. 8:

Czy zamawiający dopuści osłonę na nogi pacjenta jałowy, z laminatu dwuwarstwowego polipropylenowego i polietylenowego o gram. 56 g/m² i rozmiarze 120 cm x 37 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści powyższego rozwiązania.

Pytanie 53 - Pakiet I poz. 8

Czy zamawiający dopuści osłonę na nogi pacjenta jałowy, z laminatu dwuwarstwowego polipropylenowego i polietylenowego o gram. 43 g/m² i rozmiarze 45 cm x 80 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie.

Pytanie 54- Pakiet I poz. 9:

Czy zamawiający dopuści osłonę na kamerę 15 x 250 cm złożoną harmonijkowo, z folii PE o grubości 0,03mm, sterylizowana tlenkiem etylenu, z taśmami klejącymi do mocowania na przewodach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie.

Pytanie 55 Pakiet I poz. 9:

Czy zamawiający dopuści osłonę na kamerę 13 x 235 cm złożoną teleskopowo, z folii PE o grubości 0,03mm, sterylizowana tlenkiem etylenu, z przylepcem na końcu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści powyższego rozwiązania.

Pytanie 56 Pakiet I poz. 10:

Czy zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x200 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie.

Pytanie 57- Pakiet I poz. 11:

Czy zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x130 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie.

Pytanie 58- Pakiet II poz. 1:

Czy zamawiający dopuści komplety chirurgiczne z włókniny antystatycznej supermiękkiej włókniny polipropylenowej SMS o gramaturze 45g/m²; dostępne rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL; bluza z wycięciem w kształcie V pod szyi i trzema kieszeniami; spodnie ściągane trokami w pasie, nogawki bez ściągaczy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie

Pytanie 59 - Pakiet II poz. 2:

Czy zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 183x104 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie.

Pytanie 60 Pytanie dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 pkt a) i c) wzoru umowy wyrażenie „10% wartości umowy brutto” zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej wartości umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie.


Pytanie 61 - Pytanie dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 pkt b) wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest, aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione naruszenie terminu. Nie ma uzasadnienia rozszerzania odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, "kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonaniu umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy." Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 353¹ k.c.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie.

W związku z powyższymi odpowiedziami nie zostaje zmieniona data składania i otwarcia ofert – oraz nie ulega natomiast zmianie miejsce składania i otwarcia ofert.

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Czarnkowie

mgr Bożena Sadowska